

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
Antonio CARDARELLI

Sede legale: via A. Cardarelli n°09, 80131 Napoli
tel. 081-747.11.11

U.O.C. Gestione Attività Tecnica ed Ingegneria Biomedica
via A. Cardarelli n°09, 80131 Napoli
tel. 081-747.32.53 – fax 081-747.31.70

AORN_063 (GATIB)

Cod.Reg. RGP2021

ProL.N. 00002536 - 03/02/2021 13:20:40 - USCITA



2-2021-2536

CHIARIMENTO N°1

Quesito PI005699-21 del 01.02.2021

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
SU N.04 SISTEMI ANGIOGRAFICI IN DOTAZIONE A VARIE UU.OO.CC. DELL’A.O.R.N. “A. CARDARELLI”

Lotto 1 - CIG: 853503882A; Lotto 2 – CIG: 85350989AD; Lotto 3 – CIG: 853510604A.

1° quesito

Buongiorno non è presente nella documentazione di gara l'Allegato 4 "Richiesta di sopralluogo" come previsto dal Disciplinare di gara

Risposta

L'allegato n.4 "richiesta di sopralluogo" non è presente tra i documenti di gara in quanto non è previsto un modello. La richiesta va formulata dall'Operatore Economico che vuole presentare offerta ed inoltrata a mezzo pec riportando: "[...] *nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo [...]*". Il relativo attestato verrà rilasciato dall'Azienda Ospedaliera a conclusione del sopralluogo.

Si ribadisce che il sopralluogo è **obbligatorio** ai fini di una corretta formulazione di offerta, ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare di gara. Pertanto l'Operatore Economico che intenda candidarsi ad uno o più lotti della procedura di gara in oggetto è tenuto ad esibire – nella documentazione di gara – il relativo attestato di sopralluogo.



U.O.C. G.A.T.I.B.

Responsabile del procedimento
dott. ing. Gaetano Mirto