



**Azienda Ospedaliero - Universitaria di Salerno
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**

**U.O.C. Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica
Dipartimento Diagnostica per Immagini
Direttore Dott. Renato Saponiero**

Oggetto: Procedura aperta per l'aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura di durata triennale di dispositivi da destinare all'U.O.C. Neuroradiologia per embolizzazioni aneurismi, mav e fav

Quesito: Gentile R.U.P.,
relativamente al lotto 21, In merito al catetere a palloncino OTW descritto, si richiede di indicare quale sia il lume di lavoro richiesto per la guida.

Chiarimento

-Il diametro della guida deve essere di 0.014”.

Il Direttore
Dott. Renato Saponiero