

LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA

DISTRETTO DI MONTESARCHIO

Area Dipartimentale Medicina di Laboratorio
c/da S.Pietro-S.Agata dei Goti-BN-

Direttore Responsabile: dr.ssa Pasqualina Grasso

Centro di Costo - HHSALA
Partita Iva 01009680628

Protocollo generale n. 87334



Sant'Agata de' Goti, 25 .08.2020

Al Resp/le U.O.C. Provveditorato ASL BN
SEDE

Oggetto: nota prot. 86110 del 18.08.2020 : risposta

In riferimento alla nota in oggetto si relaziona quanto segue

1) "ISI certificato da ente terzo

La domanda di equivalenza richiesta dalla ditta non può essere accolta per i seguenti motivi:
Nel 1983 per rispondere alla necessità di standardizzazione a livello mondiale la WHO ha stabilito uno schema basato sull'International Sensitivity Index (ISI) della Tromboplastina per fornire l'INR. Anche se l'ISI è in grado di correggere le maggiori differenze nei risultati del PT, nella letteratura sono riportate ancora discrepanze negli INR ottenuti con, combinazioni diverse reagenti/coagulometri. Pertanto è consigliata la calibrazione locale ISI e che la stessa venga certificata da un ente terzo.

2) "Temperatura alloggiamento reagenti,,

Si concorda sul punto che ogni strumento è progettato per avere un alloggiamento reagente a corretta temperatura di esercizio, ma la richiesta di una temperatura alloggiamento reagenti di 10° C consente di lasciare i reagenti a bordo anche quando lo strumento non è in funzione evitando così all'operatore di caricare i reagenti ogni qualvolta bisogna effettuare una seduta analitica. Pertanto la domanda di equivalenza formulata dalla ditta non può essere accettata.

3) Cuvette di lettura Singole

Assodato che le cuvette di lettura sono contenitori in cui avvengono le reazioni per i test richiesti e che a secondo del sistema ottico le stesse possono essere diverse ma, diverse nella composizione del materiale di costruzione, non nell'assemblaggio delle stesse, in barrette o singole unità,

la cuvetta singola infatti permette non solo un risparmio di materiale ma anche un minor accumulo di rifiuti.

Per quanto detto la richiesta della ditta non viene accettata.

Distinti Saluti

Dott.ssa P. Grasso

Da "hhsa.laboratorio" <hhsa.laboratorio@pec.aslbenevento.it>
A "provv" <area.provveditorato@pec.aslbenevento.it>
Data martedì 25 agosto 2020 - 11:45

chiarimenti lotto n. 1

si trasmette in allegato nota per chiarimenti lotto n. 1
distinti saluti
dott.ssa P. Grasso

Allegato(i)

nota prot. 86110.doc (103 KB)