

AVVISO DI CHIARIMENTI



Oggetto: Fornitura triennale della specialità medicinale ossido nitrico 800 ppm con il relativo noleggio di n. 3 sistemi di erogazione-monitoraggio per le esigenze della U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale (n. 2 sistemi) e della U.O.C. Anestesia Pediatrica (n. 1 sistema) per un totale di n. 1000 ore di terapia/anno (n. 3000 ore triennali) -

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti formulate da vari operatori economici, si precisa quanto segue:

CHIARIMENTI CAPITOLATO TECNICO

RICHIESTA (PI005863-19): "Siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

- 1) Il numero di pazienti da inserire in trattamento per il calcolo dei circuiti
- 2) A quante bombole di ossido d'azoto (indicando litri, bar e ppm) corrispondono 1000 ore di terapia/anno dato che la durata in ore dipende dal dosaggio di somministrazione e dal flusso L/min impostato sul ventilatore, per questo motivo richiediamo la fatturazione a confezioni di prodotto come per qualsiasi altro gas medicinale."

RISPOSTA: Si precisa che non è possibile definire il numero di pazienti da sottoporre a trattamento, a causa della elevata variabilità della durata della terapia e del dosaggio utilizzato. Si possono soltanto confermare le ore di terapia richieste in capitolato. Pertanto si ritiene necessaria la fatturazione a tempo.

RICHIESTA (PI007426-19): "Egredi Signori, con riferimento alla procedura riportata in oggetto siamo con la presente a formulare i nostri chiarimenti:

1. Sul Capitolato Tecnico è indicato un requisito minimo di durata delle batterie pari a 6 ore (360 minuti) per il trasporto in urgenza. Facciamo presente che tale richiesta non è in linea con le logiche di trasporto in urgenza, in quanto il trasporto in urgenza deve essere effettuato in tempi brevi per raggiungere il più vicino Presidio Sanitario e viene commisurato in circa 3 ore massimo. Pertanto, riteniamo che sia corretto che la batteria possa durare almeno 4 ore, vale a dire un terzo in più del tempo necessario ad effettuare un trasporto in urgenza, per raggiungere i Presidi limitrofi. Considerando che tale requisito è parte della valutazione tecnica potrà essere valutato con una qualifica migliore nel punteggio tecnico, senza tuttavia pregiudicare la partecipazione alle Aziende che non dispongono di tale requisito. Pertanto, anche nell'ottica di garantire la massima concorrenza e partecipazione delle aziende presenti sul mercato, si chiede di accettare sistemi con batterie della durata di almeno 4 ore.
2. All'articolo 10 del Capitolato Speciale di Appalto ("Fornitura parti di ricambio") si richiede l'impegno, da parte della ditta aggiudicataria, a fornire le parti di ricambio delle apparecchiature per 10 anni successivi alla data di installazione. Trattandosi di fornitura in noleggio delle apparecchiature limitatamente alla durata contrattuale dell'appalto (3 anni), si ritiene insussistente tale richiesta. Si chiede di confermare che si tratti di un refuso.
3. Il Capitolato tecnico richiede che il sistema offerto sia certificato per l'uso con ventilatori di vario modello da 2 a 120 l/min. Chiediamo che sia sufficiente una dichiarazione in cui si illustrino i dispositivi per i quali il produttore ha effettuato le verifiche.
4. A pagina 1 del Capitolato tecnico (Allegato A1) si specifica che le apparecchiature fornite, come caratteristiche minime, "non devono richiedere sistemi di scavenging né monitoraggio ambientale". Riteniamo pericoloso che un'Azienda Ospedaliera richieda che un sistema non sia attrezzato con sistemi per il monitoraggio ambientale. Ricordiamo infatti, che le miscele di Ossido Nitrico in Azoto possono avere eventuali perdite in ambiente e che tale rischio può essere pericoloso per il personale presente in

sala. Tutte le Aziende Sanitarie, infatti, chiedono che, insieme ai Sistemi di Ossido Nitrico, siano forniti sistemi per l'analisi in continuo della presenza in ambiente di NO e NO2.

Chiediamo pertanto di confermarci che ci sia un errore sul Capitolato e che i sistemi di Ossido Nitrico richiesti debbano essere attrezzati con rilevatori ambiente per il monitoraggio in continuo del NO e NO2.

Vi chiediamo inoltre di prevedere l'attribuzione del punteggio tecnico nei soli casi in cui ci siano strumenti per il monitoraggio ambientale.

5. Nel Capitolato viene inoltre richiesto che le bombole siano attrezzate con un dispositivo per la misura del tempo di apertura della valvola di erogazione. Facciamo presente che questo sistema è brevettato e presente presso un solo operatore. Sul mercato vi sono tuttavia altri dispositivi che utilizzano sistemi di conteggio dei tempi di erogazione delle bombole di diversa tipologia. Ad esempio vengono usati sistemi elettronici che misurano il tempo di erogazione di pari valore e non sono montati sulle bombole ma bensì integrati sul software di controllo terapia. Chiediamo pertanto, come è ormai consueto, che si accettino anche altri sistemi di misura del tempo di erogazione della bombola per evitare che tale requisito favorisca una sola Azienda presente sul mercato.

6. Nel capitolato viene richiesto da parte dell'Operatore un supporto tecnico e logistico. Chiediamo di specificare quale sia il tipo di supporto logistico richiesto all'Operatore.

7. Nella tabella di valutazione tecnica è indicato come valore minimo di punteggio 42 punti su 70 per poter accedere alla fase di valutazione economica. Nella tabella vengono attribuiti i punteggi a caratteristiche tecniche qualificate come obbligatorie dallo stesso Capitolato. Segnaliamo infatti che, in un primo momento il Capitolato specifica che "non devono richiedere un sistema di "scavenging/monitoraggio ambientale" e che devono disporre di almeno 2 bombole da 2 litri per il trasporto", successivamente inserisce tali requisiti tra i criteri di valutazione tecnica. Chiediamo dunque di chiarire se i sopraccitati requisiti siano obbligatori o se vengano considerati come requisiti facoltativi (oggetto dunque di valutazione tecnica)."

RISPOSTA:

1. Si rappresenta che l'AORN Santobono-Pausilipon rappresenta un hub di riferimento regionale per l'alta specialità e complessità assistenziale. Pertanto la necessità di un trasporto dal Santobono vs altro centro è da considerare esclusivamente su scala inter-regionale e quindi si conferma la richiesta di batterie con durata di almeno 6 ore o soluzioni equivalenti in termini di autonomia.

2. La disponibilità delle parti di ricambio è da garantire per la durata del contratto.

3. Verrà considerata valida e sufficiente una dichiarazione elencante i dispositivi verificati dal produttore.

4. Si precisa che con la frase "non devono richiedere sistema di scavenging ne monitoraggio ambientale" si intende che il loro funzionamento in piena sicurezza per i pazienti e gli operatori non debba dipendere dalla presenza di tali sistemi. Cioè si richiedono caratteristiche costruttive e funzionali tali da garantire una dispersione nulla o minima delle miscele di gas erogati e che pertanto non sia necessario prevedere, da parte dell'ospedale, un impianto di smaltimento e/o monitoraggio negli ambienti in cui sono utilizzati. Le valutazioni in merito alle modalità di attribuzione del punteggio di qualità sono riservate alla Commissione Tecnica di Gara.

5. Sono ammessi i sistemi di misura del tempo di erogazione della bombola tecnicamente equivalenti secondo il bando di gara.

6. Come previsto nel Capitolato di Gara "La fornitura deve comprendere le operazioni di installazione, trasporto, collaudo, verifica di sicurezza, assistenza e manutenzione full risk con tempi di intervento entro 12 ore dalla chiamata e ripristino della normale funzione operativa entro 24 ore. Ove ciò non sia possibile dovrà essere fornito un apparecchio sostitutivo senza oneri aggiuntivi"

7. In merito alla presenza del sistema di scavenging e monitoraggio ambientale si rimanda a quanto indicato al punto 4. In merito alla disponibilità di almeno 2 bombole da 2 Lt per il trasporto, sarà presa in considerazione qualsiasi soluzione che rispetti il principio dell'equivalenza come da art.68.

In merito ai chiarimenti richiesti da vari operatori economici, si rappresenta che, nel rispetto dell'articolo 68 D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. verranno valutate tutte le soluzioni equivalenti dal punto di vista funzionale e terapeutico, qualora tale equivalenza sia documentata e comprovata.


CHIARIMENTI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Richiesta: “Si chiede conferma che per la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale (par. 7.2- a) Esecuzione di forniture analoghe sia possibile presentare le relative fatture.”

Risposta: “Si rinvia alle istruzioni per la compilazione del DGUE riportate al punto 15.1 del Disciplinare di Gara – Parte IV – Criteri di Selezione – lett. b)”

Il R.U.P.

Alessandro Dumont



IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Erica Ferri

