

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA
FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA BRONCOPNEUMOPATIA
CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO)

FAQ. N. 1

Quesito 1 – Rif. Allegato B1

Relativamente a: *Il Sistema deve permettere l'acquisizione, trasmissione dati ed integrazione tramite HL7, ivi incluso sistemi di comunicazione e relativo hardware.*

Sono disponibili le specifiche tecniche relative alle modalità d'acquisizione, trasmissione dati ed integrazione tramite HL7?

Risposta

L'HL7 è uno standard di comunicazione che permette l'integrazione fra i sistemi informativi sanitari. Nell'ambito della presente procedura è necessario che ciascuna componente del Sistema sia integrabile attraverso lo standard di comunicazione HL7 verso i livelli superiori ed inferiori e non in maniera orizzontale tra le componenti del medesimo livello.

Quesito 2 – Rif. Allegato B1

Relativamente a: *Il database offerto deve essere Oracle, di cui saranno fornite le licenze, o open source.*

Il database richiesto è Oracle. Sono possibili alternative equivalenti come da normativa sugli appalti pubblici, che non prevedano in ogni caso costi per l'ente appaltante?

Risposta

Si conferma la caratteristica tecnica minima richiesta. Saranno valutate soluzioni equivalenti come da normativa sugli appalti pubblici. Al riguardo si precisa che nel caso di database l'equivalenza dovrà essere dimostrata anche in termini di modalità con la quale sono fornite le licenze, pertanto prevedere o soluzioni open source o equivalenti ULA per database "commerciali". Sarà, in tal caso, onere del Concorrente dimostrare "[...] con qualsiasi mezzo appropriato, [...] che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche" (art. 68 co. 7 del Decreto 50/2016). Si precisa che ogni eventuale onere e costo che dovesse emergere, anche successivo alla installazione del Sistema e fino alla conclusione dell'appalto, relativo alla equivalenza dimostrata sarà a totale carico dell'Operatore economico.

Quesito 3 – Rif. Allegato B1

Relativamente a: *Il Sistema, ove necessario, deve consentire e gestire la raccolta del trattamento dei dati.*

Viene indicato, ove necessario. E' possibile che per alcune tipologie di richieste non si debba gestire il trattamento dati? Quali sono i dati da gestire? (anagrafica, esito diagnostico, diagnosi, ecc).

Risposta

I dati da gestire sono tutti quelli contenuti all'interno dell'esame diagnostico relativo al singolo paziente. In alcuni casi è possibile che l'operatore sanitario, sulla base anche del consenso ricevuto dal paziente, ritenga di non dover

compilare tutti i dati previsti dall'esame diagnostico, pertanto "l'ove necessario" è riferito alla gestione dell'esame con soli i dati inseriti.

Quesito 4 – Rif. Allegato B1

Relativamente: *Repository centralizzato deputato alla raccolta, condivisione, conservazione e gestione degli esami.*

È richiesto un database centralizzato o uno storage centralizzato? Si richiedono maggiori dettagli. E' presumibile il numero di esami da condividere e archiviare?

Risposta

Per repository si intende una applicazione centralizzata di condivisione delle informazioni utilizzando un database che permette anche la conservazione dei dati.

Come riportato nel Capitolato Tecnico, l'entità della specifica fornitura è commisurata al bisogno, in quanto il numero di esami non è al momento prevedibile, ma subordinato a fattori variabili (produzione sanitaria). Una stima degli esami da effettuare nell'ambito del PDTA è stata effettuata per quantificare gli accessori opzionali obbligatori ed è riportata nell'Allegato A4 in corrispondenza di tali voci. D'altra parte, poiché le infrastrutture sono messe a disposizione da So.Re.Sa., tale informazione risulta essere irrilevante.

Quesito 5 – Rif. Disciplinare di gara

Relativamente a *Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione, durata e importo.*

- a) Quante cifre decimali si possono inserire? Vengono indicate 3 decimali a pag. 43 o 5 decimali a pag.44.
- b) Dovremmo ipotizzare che la durata della convenzione sia pari a 24 mesi+6 mesi di proroga?

Risposta

- a) Per la corretta compilazione dei campi relativi alla Offerta Economica della procedura di gara, è necessario inserire le cifre decimali indicate nei rispettivi campi ed in particolare n. 3 cifre decimali per i campi "Percentuale Offerta" e "Percentuale Offerta Manutenzione". Naturalmente, i valori espressi in euro dovranno essere indicati con n. 2 cifre decimali.
- b) La Convenzione, come riportato al paragrafo 2 del Disciplinare di Gara, *avrà una durata di 12 mesi*, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Campania potranno emettere Ordinativi di Fornitura. Alla scadenza dei 12 mesi, qualora i quantitativi non fossero esauriti, So.Re.Sa. potrà eventualmente estendere la stessa per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni.
In ogni caso, qualora i quantitativi fossero esauriti, So.Re.Sa. potrà eventualmente esercitare l'opzione al rinnovo **per** ulteriori 6 mesi alle medesime condizioni (pertanto l'avverbio *entro* riportato al paragrafo 2 del Disciplinare di gara costituisce mero refuso).

Quesito 6 – Rif. Disciplinare di gara

Relativamente *Punto 14 Documentazione tecnica.*

Viene indicato nel materiale da fornire anche il manuale della strumentazione. Detti manuali possono essere anche di dimensioni elevate. E' stata predisposta la possibilità di poter uploadare file di dimensioni elevate?

Risposta

Come riportato nel Disciplinare di gara al paragrafo 14, nel campo B "Questionario Tecnico" è necessario caricare a sistema l'Allegato A8 corredato di tutta la *documentazione necessaria alla comprova delle caratteristiche descritte, in particolare dovranno essere allegate schede tecniche/manuali d'uso/certificazioni/dichiarazioni.* Sarà discrezione

dell'Operatore economico determinare la documentazione necessaria alla comprova di tutti i requisiti richiesti dalla procedura tra quella indicata. In ogni caso è possibile caricare nel campo B anche una cartella compressa le cui dimensioni consigliate si attestano sui 50 Mb, con un limite teorico massimo di 100 Mb, dipendenti anche dalla velocità di trasferimento dei sistemi informatici coinvolti. In aggiunta, *se ritenuto utile al fine di meglio qualificare la propria offerta tecnica, il Concorrente potrà presentare ulteriore documentazione, che dovrà essere firmata secondo le modalità indicate al paragrafo 11 del Disciplinare di Gara e contenuta in un'unica cartella compressa, collocata a Sistema nel campo D "Documentazione Tecnica Aggiuntiva".*

Quesito 7- Rif. Allegato B1 paragrafi relativi alla cabina pletismografica 2.A.1 e 2.B.1: Meccanica Respiratoria

Cosa si intende per i test di Meccanica Respiratoria, le sole pressioni massimali alla bocca? Include anche il test del Drive Respiratorio P.01?

Risposta

Relativamente all'Allegato B1, per meccanica respiratoria si intendono le pressioni massime inspiratoria ed espiratoria.

Quesito 8 – Rif. Relativamente al punto 6.3 Requisito di capacità tecnica e professionale

Le fatture a controprova dell'avvenuta esecuzione del contratto devono essere allegate in formato .pdf oppure è sufficiente un elenco ps in excel che riporti tutti gli elementi richiesti? (CIG - oggetto del contratto, ecc). Inoltre, vi è una soglia minima importi di forniture da indicare nell'ultimo triennio?

Risposta

Le fatture a comprova del requisito devono essere allegate in formato pdf. Non è riportata una soglia minima relativamente agli importi di fornitura.

Quesito 9 – Rif. Art. 2 - Disciplinare di Gara: OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE, DURATA E IMPORTO - Allegato A4: Basi d'Asta

Si chiede conferma che l'importo complessivo della gara indicato a pag. 8 del Disciplinare si riferisce a 24 + 6 mesi, mentre le quantità indicate nell'Allegato A4 si riferiscono a 12 mesi.

Risposta

Come riportato nel Disciplinare di gara al paragrafo 2, l'importo complessivo dell'Appalto è pari a €2.355.000,00 oltre IVA di cui €785.000,00 per l'eventuale opzione al rinnovo da esercitarsi **per** ulteriori 6 mesi (pertanto l'avverbio *entro* riportato al paragrafo 2 del Disciplinare di gara costituisce mero refuso).

La Convenzione avrà una durata di 12 mesi, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Campania potranno emettere Ordinativi di Fornitura. Alla scadenza dei 12 mesi, qualora i quantitativi (riportati nell'allegato A4) non fossero esauriti, So.Re.Sa. potrà eventualmente estendere la stessa per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni. In ogni caso, qualora i quantitativi fossero esauriti, So.Re.Sa. potrà eventualmente esercitare l'opzione al rinnovo per ulteriori 6 mesi alle medesime condizioni per un importo pari a € 785.000,00.

Quesito 10 – Rif. Art. 6 - Disciplinare di Gara: REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Si chiede conferma che i documenti a comprova dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta dovranno essere inseriti nel sistema AVCPass solo in fase di comprova dei requisiti e solo previa esplicita richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Risposta

Si conferma. La comprova di quanto dichiarato in sede di gara, sarà fatta in capo all'operatore economico aggiudicatario in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva emanato dalla Stazione Appaltante, per il tramite della piattaforma AVCPass. L'aggiudicazione, infatti, diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Quesito 11 – Rif. Art. 8 - Disciplinare di Gara: SUBAPPALTO

A pag. 19 del Disciplinare si legge: “[...] ove l'operatore economico risultasse affidatario del contratto non potrà affidare in subappalto i servizi e/o forniture comprese nel contratto”.

Si chiede conferma che con tale disposizione si intende che le sole parti di servizi e/o forniture che potranno essere oggetto di subappalto sono le sole le prestazioni secondarie.

Risposta

A pag. 19 è indicata la disposizione sopra riportata che si intende applicata solo in mancanza di indicazioni nella apposita sezione del DGUE delle parti della fornitura che il concorrente intende subappaltare.

Quesito 12 – Rif. Art. 6.3 - Disciplinare di Gara: REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Si chiede di chiarire cosa si intende per “forniture nel settore oggetto della gara” in quanto a pag. 15 si legge: “da intendersi quale Fornitura di Spirometri e/o Cabine pletismografiche senza ergospirometro e/o cabine pletismografiche con ergospirometro”, mentre a pag. 33 si legge: “apparecchi respiratori per uso medico”.

Risposta

Quanto indicato a pag. 15 del Disciplinare di gara esplicita l'oggetto della presente procedura, il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto è invece relativo al settore oggetto della gara come riportato sia a pag. 15 che a pag. 33 e quindi in particolare ad “apparecchi respiratori per uso medico”.

Quesito 13 – Rif. Art. 14 Disciplinare di Gara: DOCUMENTAZIONE TECNICA

Si chiede conferma che è ammessa la presentazione in lingua inglese, non solo delle certificazioni di qualità (come indicato a pag. 43), ma anche degli eventuali Certificati CE.

Risposta

E' ammessa la presentazione in lingua inglese anche dei certificati CE.

Quesito 14 – Rif. Allegato B1 Livello III -Interfacciamento

- a) Quanto a lungo i dati devono (al massimo) rimanere disponibili nel repository?
- b) E' richiesto un sistema di backup centralizzato?
- c) E' garantita una connessione internet stabile quando i sistemi saranno installati oppure saranno spostati e la connessione sarà disponibile solo occasionalmente?

Risposta

- a) I referti saranno conservati in conformità alla normativa vigente in materia di conservazione dei dati sanitari.
- b) All'Operatore economico non è richiesta la fornitura di un sistema di backup in quanto i server su cui sarà installato il sistema centrale sono messi a disposizione da So.Re.Sa.
- c) La connessione ad internet non è oggetto dell'appalto: sarà cura degli utilizzatori farsi carico della connessione. Inoltre, le singole componenti saranno installate in locali all'uopo individuati e di norma non sono previste eventuali ricollocazioni.