

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA

PER L'AFFIDAMENTO DI UN **ACCORDO QUADRO**

PER LA **FORNITURA DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE** DESTINATE AL
FRONTEGGIAMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA

COVID-19

ID GARA - 7734698

FAQ N. 2

Quesito 1. Avendo già provveduto ad inviare offerta, prima della pubblicazione della vs determina e rettifica della lettera di invito e date di disponibilità, siamo con la presente a richiedere se sia necessario ripresentare offerta secondo le ultime modifiche o possa essere considerata idonea quella già presentata con le date di disponibilità della prima versione di lettera di invito.

Risposta al Quesito 1. Con Determina n. **159 del 07/04/2020** è stato differito il termine previsto per la presentazione delle offerte della presente iniziativa (spostandolo alle ore 14:00 del 10 Marzo p.v.). Col medesimo provvedimento è stato altresì modificato il testo del par. **11** della Lettera di Invito relativamente ai range temporali di disponibilità (**D**), prevedendo:

- **D1:** disponibilità immediata (per disponibilità immediata si intende far riferimento alla data di aggiudicazione della presente iniziativa, stimata per il giorno **20/04/2020** e comunque fino al **23/04/2020**);
- **D2:** disponibilità dal **24/04/2020** al **30/04/2020**;
- **D3:** disponibilità dal **01/05/2020** al **15/05/2020**;
- **D4:** disponibilità **oltre il 16/05/2020**.

Gli operatori economici che hanno già presentato offerta sulla base dei precedenti parametri di disponibilità, possono presentare nuova offerta a sostituzione di quella già presentata, seguendo le previsioni di cui al par. **7** della Lettera di Invito. In tale paragrafo è prevista la possibilità di presentare **offerta successiva**, purché entro il termine di scadenza, **a sostituzione della precedente**. Per la trasmissione della nuova offerta, in sostituzione di quella già inviata, occorre procedere cliccando la voce "*modifica documento*", seguendo la procedura indicata nella suddetta guida al paragrafo "*Modifica di un'offerta inviata*". Tale operazione dovrà essere effettuata dal medesimo utente (account) che ha predisposto/inviato l'offerta originaria. La presentazione di due o più offerte, pervenute da parte di più utenti registrati al *Sistema* per conto della medesima azienda, sarà considerata "offerta plurima" e pertanto, al fine della partecipazione alla gara, sarà ritenuta valida l'ultima in ordine temporale di presentazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 32, co. 4, primo periodo, e all'art. 48, co. 7, del *Codice*. In ogni caso, la mancata presentazione di nuova offerta sarà, comunque, considerata implicita accettazione dei nuovi termini di disponibilità stabiliti con Determina n. **159 del 07/04/2020**.

Quesito 2. Vorremmo partecipare solo per alcuni lotti, ma ci risulta impossibile modificare l'Allegato **A2**.

Risposta al Quesito 2. Nel caso in cui il concorrente intenda partecipare solo ad alcuni lotti, non dovrà modificare l'Allegato **A2** bensì dovrà compilare il questionario per i soli lotti di proprio interesse.

Quesito 3. In relazione alla gara in oggetto, siamo a chiedere chiarimenti in merito ai termini di pagamento.

1. In quale fase della procedura di gara è possibile richiedere il pagamento anticipato pari al 30% dell'importo assegnato?
2. Al netto dell'anticipo erogato, in che termini è previsto il pagamento del saldo della fornitura?

Risposta al Quesito 3.

1. Sarà possibile richiedere il pagamento anticipato pari al 30% al momento dell'emissione della rispettiva Richiesta Specifica di Fornitura. L'erogazione dell'anticipazione potrà avvenire previa acquisizione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, di cui a quanto previsto al par. 2.2 della Lettera di Invito.
2. Il pagamento del saldo della fornitura avverrà ad avvenuto e favorevole collaudo e/o consegna.

Quesito 4. In relazione alla procedura di cui all'oggetto, con ID GARA 7734698, siamo con la presente a richiedere ulteriori informazioni di dettaglio in merito alle caratteristiche tecniche richieste per il **Lotto 8-Modulo Isolamento**, in quanto non reperibili sui documenti di gara messi a disposizione.

Risposta al Quesito 4. Si conferma che l'operatore economico dovrà proporre un prodotto con specifiche rispondenti a quanto riportato nell'Allegato **B1** al Capitolato Tecnico.

Quesito 5. Si chiede se avendo apposto la marca da bollo sull'istanza di partecipazione come da Vs. chiarimenti pubblicati nella mattinata del 06 aprile, in caso di aggiudicazione occorra comunque pagare F23.

Risposta al Quesito 5. L'apposizione della marca da bollo sull'istanza di partecipazione equivale ad assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta. Il pagamento è richiesto un'unica volta. Quindi, detta imposta, se assolta in sede di sottomissione dell'offerta, non dovrà essere pagata in sede di stipula dell'Accordo Quadro.

Quesito 6. Con riferimento alla domanda di partecipazione che dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo, vi comunichiamo che l'Istituto Bancario con il quale operiamo non consente il pagamento online di modelli F23. Inoltre, considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le varie ordinanze della Regione Lombardia – ove ha sede la scrivente società – che hanno fortemente limitato le possibilità di spostamento, i nostri vertici aziendali, a titolo precauzionale, hanno ordinato a tutti i dipendenti di svolgere la propria attività mediante telelavoro domiciliare. Le circostanze sopra esposte non ci consentono di poter procedere all'assolvimento dell'imposta di bollo tramite F23. Vi chiediamo, quindi, di confermare che sarà possibile inviare unitamente alla domanda di partecipazione la scansione di una marca da bollo annullata che provvederemo a conservare per eventuali futuri controlli.

Risposta al Quesito 6. Si conferma quanto richiesto.

Quesito 7. Relativamente al **Lotto 1** si chiede di specificare se per “materiale necessario a 50 utilizzi” si intende 50 utilizzi su unico paziente (50 sonde per aspirazione) o utilizzo singolo su 50 diversi pazienti (filtro+tubi+sonda di aspirazione). Si prega di tener presente che nel secondo caso, il costo del materiale di consumo è estremamente oneroso in considerazione della base d'asta di €. 500,00.

Risposta al Quesito 7. Il concorrente dovrà offrire tutti gli accessori ed il materiale di consumo per il corretto e sicuro funzionamento per ciascuna apparecchiatura per almeno i primi 50 utilizzi sul singolo paziente.

Quesito 8. Si chiede:

1. per il **Lotto 23**, nella dichiarazione tempi di consegna è giusto indicare tutti i codici componenti il sistema quindi riscaldatori materiale di consumo sia principale che facoltativo, indicando periodo (D1-D2, ecc.) prezzi unitari e quantità disponibili nei vari periodi?
2. Mentre nella dichiarazione prezzi unitari per ogni prodotto offerto si indica solo il materiale di consumo con codici e prezzi (principali e facoltativi).
3. Si chiede conferma che non vi sarà seduta pubblica.

Risposta al Quesito 8.

1. Nel campo “**Dichiarazione prodotti offerti**” il concorrente dovrà elencare i prodotti offerti (distinguendo tra **principali** ed **alternativi**), fornendo descrizione e relativi codici. Non deve essere riportato, in detta dichiarazione, il prezzo che dovrà, invece, essere inserito nell’apposito campo previsto in Offerta Economica.
2. Nel campo **Prezzo Unitario Offerto** l’operatore economico dovrà inserire, per ciascun lotto cui partecipa, il prezzo unitario che intende offrire per l’espletamento della fornitura (tale prezzo deve essere il medesimo sia per i prodotti **principali** che per quelli indicati come **alternativi**). In tale prezzo sono compresi anche i materiali di consumo offerti.
3. Si conferma.

Quesito 9. Si chiede di confermare che la presente procedura non annulla e sostituisce i precedenti Bandi di seguito elencati: *Indagine di Mercato finalizzata all’individuazione dei fornitori di ventilatori polmonari*, *Indagine di Mercato finalizzata all’individuazione dei fornitori di dispositivi medici vari*, *Indagine di Mercato finalizzata all’individuazione dei fornitori di apparecchiature biomediche varie*.

Risposta al Quesito 9. Si conferma.

Quesito 10. Si richiede se deve essere prodotto un documento in cui si debba elencare la parte legata al servizio di manutenzione e assistenza, riprendendo le informazioni trovate nel capitolato tecnico dal punto 4.5 fino al punto 6. Nel caso si debba creare questo documento, in quale parte degli spazi a sistema dobbiamo inserirlo?

Risposta al Quesito 10. La presentazione di tale documento non è espressamente richiesta per la partecipazione alla presente iniziativa. In ogni caso, qualora il concorrente lo ritenesse opportuno, potrà rendere tale dichiarazione inserendola nel campo **Documentazione tecnica aggiuntiva** di cui al par. 10 della Lettera di Invito.

Quesito 11. Si chiede conferma che, qualora si rendesse necessario produrre le *spiegazioni*, se le stesse verranno direttamente richieste da questa Stazione Appaltante e sarà, quindi, possibile, produrre in un secondo momento tutte le informazioni utili a voi per i chiarimenti di tale importo.

Risposta al Quesito 11. È facoltà dell’offerente produrre le spiegazioni allegandole alla propria offerta nel campo all’uopo predisposto. Nel caso in cui l’operatore economico non dovesse produrre le spiegazioni in sede di sottomissione dell’offerta, la Stazione Appaltante, qualora se ne ravvisasse la necessità, potrà richiederle procedendo ai sensi di quanto indicato al par. 14 della Lettera di Invito e prevedendo, in ogni caso, un termine per la presentazione delle stesse da parte dell’operatore economico non inferiore a 5 giorni.

Quesito 12. Chiedo conferma che, in caso di partecipazione a più lotti, l'imposta di bollo deve essere assolta una sola volta, se è necessario inserire il documento attestante l'assolvimento nel campo previsto per ogni lotto per il quale si offre o, in alternativa, può essere inserito solo nel campo inerente ad un solo lotto.

Risposta al Quesito 12. Si conferma che, in caso di partecipazione a più lotti, l'imposta di bollo deve essere assolta una sola volta. È possibile inserire il documento attestante l'assolvimento dell'imposta anche su uno solo dei lotti per i quali si partecipa.

Quesito 13. Per tempi di consegna e disponibilità, oltre il 16/05: la quantità da inserire si intende quella da fornirvi in 7-10 giorni dall'ordine e quindi fino allo scadere dei 4 mesi oppure dobbiamo considerare che dal 16 maggio fino a fine luglio possiamo fornire una quantità di prodotto senza un limite intermedio (es: 10 pz alla settimana oppure 100 pz tra il 16 maggio e fine luglio. per finire: i 4 mesi si intendono dal 20 di Aprile)?

Risposta al Quesito 13. Per disponibilità **oltre il 16/05/2020** si intende la quantità massima di beni che l'operatore economico si impegna a consegnare a seguito di ricezione di una o più Richieste Specifiche di Fornitura entro il termine normalmente fissato in 7 giorni dalla data di ricezione della suddetta richiesta.

Quesito 14. Con riferimento al **Lotto n. 4 - Elettrocardiografo**, si chiede di confermare che debba essere garantita la protezione contro scariche da defibrillatore fino a 400J.

Risposta al Quesito 14. Per mero errore materiale è stato riportato "fino a 400J", pertanto, la caratteristica va intesa come "protezione contro le scariche da defibrillatore".

Quesito 15. In riferimento al **Lotto n. 26 - Maceratori**, si richiede:

1. Nella fornitura minima sono incluse le padelle monouso che, però, necessitano di appositi supporti pluriuso che sono perfettamente rivestiti dalla padella monouso che andranno a contenere. È sicuramente consigliabile e preferibile che i supporti, proprio perché pluriuso, siano fabbricati in materiale plastico "antibatterico", ma di questa caratteristica minima nel lotto 26, non essendo d'altra parte indicati i supporti, non se ne fa cenno.
2. Si chiede se i maceratori restano di proprietà della ditta aggiudicataria della fornitura e quindi, terminato il periodo di 4 mesi o comunque il periodo più lungo legato all'emergenza, potranno essere ritirati dalla ditta aggiudicataria, oppure sono da considerare in c/vendita. Solitamente i contratti di fornitura di maceratori prevedono la fornitura in noleggio comprensiva della manutenzione full risk e, ovviamente, il valore dell'offerta varia in base alle due differenti opzioni.
3. Il prezzo posto a base d'asta è esatto? Sembrerebbe troppo sovrastimato e, quindi, si chiede se a causa di un rifiuto sia indicato un prezzo non appropriato.

Risposta al Quesito 15.

1. Il concorrente dovrà offrire tutto quanto necessario per il corretto e sicuro funzionamento per ciascuna apparecchiatura.
2. Tutti i prodotti oggetto della presente iniziativa sono acquisiti in proprietà.
3. Si conferma il prezzo posto a base d'asta.

Quesito 16. Visto che esistono ecografi portatili in commercio dotati di nr.2 connettori per imaging (no pencil) in configurazione base, visto l'utilizzo del sistema che deve garantire una facile portabilità presso altre sedi, considerata la necessità di dover utilizzare contemporaneamente le due sonde per imaging (no pencil) collegate direttamente all'ecografo, si chiede se sono strettamente necessari i tre connettori sul carrello a discapito della portabilità, della semplicità di utilizzo e soprattutto del rischio di rottura dell'unico connettore per imaging presente

con conseguente blocco del servizio o se sono accettate anche soluzioni con due connettori per imaging (no pencil) integrati sull'ecografo portatile.

Risposta al Quesito 16. Si confermano le specifiche tecniche di cui all'Allegato **B1** al Capitolato Tecnico, ferma restando la possibilità per il concorrente di proporre soluzioni funzionalmente equivalenti che saranno valutate ai sensi dell'art. 68, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Quesito 17. Con riferimento al **Lotto 21** della procedura in esame, si richiede, in merito alla sezione accessori, UPS integrato opportunamente dimensionato. Si chiede di confermare che trattasi di mero refuso in considerazione della tipologia di apparecchiatura.

Risposta al Quesito 17. Il possesso delle seguenti caratteristiche, riportate nell'Allegato **B1**, per il lotto **21**:

- ✓ Unità motorizzata dotata di batterie interne ricaricabili con ampia autonomia di durata e ridotti tempi di ricarica, per l'alimentazione elettrica di tutte le funzioni dell'apparecchiatura (spostamenti/scatti);
- ✓ UPS integrato opportunamente dimensionato;

è da intendersi come **alternativo**.

Quesito 18. In riferimento alla procedura si chiede il seguente chiarimento in merito al **Lotto 12**: qual è l'esatto importo di base d'asta? Nella Lettera di invito è indicato un prezzo unitario di €1500, ma come importo complessivo un importo di € 3.440.000,00 che corrisponde ad un prezzo unitario di € 1720.

Risposta al Quesito 18. Si conferma l'importo posto a base di gara. Si precisa che l'importo complessivo per il lotto in questione (€ 3.440.000,00) comprende anche la stazione di alloggiamento modulare, così come richiesto all'Allegato **B1**.

Quesito 19.

1. Accessori del **Lotto 21 - Radiologico portatile**, pag. 34 di 43 del Questionario Tecnico **A2**. In merito alla necessità di avere il seguente accessorio - UPS integrato opportunamente dimensionato - si chiede di chiarire se la fornitura di un sistema con batterie interne capaci di fornire alimentazione a tutto il sistema (inclusa motorizzazione, esposizione, workstation e carica del Detettore) possa essere considerata equivalente. In maniera deduttiva, infatti, non essendo necessario collegare il sistema alla rete per il suo utilizzo si ritiene che un UPS integrato possa essere considerato superfluo per un sistema alimentato completamente a batterie.
2. *Riferimento:* Caratteristiche minime – Detettore digitale flat panel del “**Lotto 21 - Radiologico portatile**”, pag. 33 di 43 del Questionario Tecnico **A2**. In merito al requisito relativo alla dotazione di un contenitore con griglia per il detettore flat panel, si chiede di chiarire se la presenza di una soluzione SW assolvente alla stessa funzione (riduzione della radiazione diffusa) possa essere considerata equivalente e quindi soddisfare il requisito.

Risposta al Quesito 19.

1. Il possesso delle seguenti caratteristiche, riportate nell'Allegato **B1**, per il lotto **21**:
 - ✓ Unità motorizzata dotata di batterie interne ricaricabili con ampia autonomia di durata e ridotti tempi di ricarica, per l'alimentazione elettrica di tutte le funzioni dell'apparecchiatura (spostamenti/scatti);
 - ✓ UPS integrato opportunamente dimensionato;

è da intendersi come **alternativo**.

2. Si conferma. Pertanto, è prevista per il concorrente la possibilità di dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, ai sensi di quanto statuito dall'art. 68, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.