



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI
DEDICATI ALLA RICERCA DELL'EMOGLOBINA UMANA NELLE FECI
DESTINATI ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA**

FAQ. N. 2

Quesito n. 1

Dopo la lettura del capitolato, è emersa la necessità di un chiarimento sulla frequenza dei controlli di 3° parte.

Risposta n. 1

Come raccomandato dalle linee guida per la determinazione del sangue occulto nelle feci nei programmi di screening (raccomandazioni per la determinazione del sangue occulto fecale nei programmi di screening per il carcinoma coloretale a cura del gruppo di lavoro del 1 livello - Area di laboratorio GISCoR), la frequenza di esecuzione dei controlli prevede almeno una esecuzione di ogni livello di controllo all'interno della seduta analitica. Di norma, si stima l'esecuzione di una seduta analitica al giorno con una frequenza settimanale pari a 5 giorni a settimana.

In ogni caso, tale frequenza è legata alla specifica esigenza del singolo laboratorio che può variare in base anche ai carichi di lavoro.

Quesito n. 2

Con riguardo alla comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, nel Disciplinare di gara al paragrafo 8.2 viene riportato che il possesso di detto requisito sarà comprovato tramite “copia dei bilanci consuntivi, relativi agli ultimi tre esercizi, con

indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere l'importo specifico dichiarato in sede di gara". Si richiedono delucidazioni in merito.

Risposta n. 2

Si conferma che il requisito di che trattasi dovrà essere comprovato mediante presentazione di copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Il riferimento al "punto specifico da cui sia possibile evincere l'importo specifico dichiarato in sede di gara" costituisce mero rifiuto.