

**Oggetto: Riscontro - Richiesta Quesito per il Bando con Registro di sistema n. PI013835-18 -
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL LABORATORIO DI GENETICA MEDICA**

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute, per il bando in oggetto, si comunica quanto segue:

- **Lotto 2**

Relativamente alla richiesta di uno “Starter Kit per 200 Test riferito al pannello di 6 geni” trattasi di un errore di trascrizione; ragion per cui si conferma il taglio da 32 per tutti e 3 gli Starter Kit richiesti che vanno a comporre il Lotto.

- **Lotto 3**

Relativamente alla richiesta di "Starter Kit per 150 campioni di BRCA 1 e 2" si comunica che trattasi di un refuso; alla luce di ciò si comunica che nel caso di test BRCA 1 e 2 si richiede la fornitura di almeno 24 test come Starter Kit.

Distinti saluti

Ing. Antonio Mancaniello