ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno

U.O.C. Gestione dell'Acquisizione dei beni e servizi ed Economato
Via Nizza, 146 - 84124 Salerno - Tel. 089.69341 – Segr. 089/69.3624 - Fax 089.693622
E-mail: provveditorato@aslsalerno.it - PEC: provveditore@pec.aslsalerno.it

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di "n.3 tavoli operatori generali" e "n.1 tavolo operatorio per ortopedia": CHIARIMENTI.

CHIARIMENTI

A fronte delle specifiche richieste pervenute da parte dei concorrenti si forniscono i chiarimenti di seguito dettagliati, così come comunicati dalla "U.S.D. Valutazione Tecnologie Sanitarie".

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio generale, viene richiesto:
• Possibilità di inserimento e rimozione del piano operatorio da tutti e quattro i lati della colonna.
Relativamente a questa richiesta, per le informazioni in nostro possesso ci risulta che ci sia una sola azienda sul mercato in grado di soddisfare questo requisito. Pertanto, per poter consentire la partecipazione di più operatori, si chiede di poter consentire un offerta che preveda l'inserimento e la rimozione del piano nel senso longitudinale e da entrambi i lati della colonna (testa/piedi).
RISPOSTA: l'inserimento e rimozione del piano operatorio da tutti e quattro i lati può non essere considerato requisito minimo di ammissione; resta comunque inteso che tale evenienza, espressa in capitolato come possibilità, sarà oggetto di valutazione così come specificato al punto 2 lettera c dei criteri e subcriteri di valutazione qualità.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio generale, viene richiesto:
• Supporto maggiorazione larghezza a forma concava.
Relativamente a questa richiesta, la forma concava risulta discriminante. Chiediamo pertanto di poter offrire un supporto di maggiorazione larghezza non a forma concava, ma perfettamente equivalente e consono alla funzione preposta.
RISPOSTA: la forma del supporto maggiorazione larghezza può essere considerata indicativa; una forma equivalente e adeguata alla funzione preposta sarà considerata conforme.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio generale, viene richiesto:
• Supporti a stivaletto (stirrup).
Relativamente a questa richiesta, si intende supporti gambe con movimentazione pneumatica "tipo" Allen ?
RISPOSTA: supporti gambe con movimentazione pneumatica "tipo" Allen rispondono alla voce "Supporti a stivaletto (stirrup)".

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio generale, viene richiesto:
• Arco reggibraccio per paziente in posizione litotomica.
Relativamente a questa richiesta, si chiede gentilmente di specificare più dettagliatamente la funzione dell'accessorio.
RISPOSTA: con tale accessorio si intende un dispositivo che consente di reggere le braccia quando il paziente assume la posizione litotomica; equivalente ad esso sono ad esempio delle maniglie per ginecologia (in coppia) che consentono un appoggio al paziente; poiché ogni produttore ha le sue soluzioni tecnologiche sarà considerata conforme qualunque proposta che ottemperi a tale funzione.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio generale, viene richiesto:
• Supporti laterali per paziente in posizione litotomica:
- posteriori (appoggio gluteo e dorsale).
- anteriori (appoggio addome).
Relativamente a questa richiesta, si chiede gentilmente di specificare più dettagliatamente la funzione dell'accessorio.
RISPOSTA: con tali accessori si intendono dei cuscini agganciati al tavolo lateralmente, montati verticalmente o orizzontalmente e che consentono, a seconda della forma nella quale sono realizzati, l'appoggio dei glutei o del dorso del paziente in varie specialità chirurgiche.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio per ortopedia, viene richiesto:
• Predisposizione di sistema per la movimentazione del piano operatorio.
• Colonna trasportabile mediante carrello trasporta piano.
In riferimento alle suddette richieste, si intende che il sistema deve essere dotato di carrello? Oppure può essere dotato di ruote integrate nella colonna e predisposto per la movimentazione ed il trasporto tramite carrello?
RISPOSTA: il sistema non deve essere dotato di ruote integrate, ma la movimentazione e il trasporto deve avvenire tramite carrello/i dedicato/i incluso/i in offerta.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio per ortopedia, viene richiesto:
• Possibilità di inserimento e rimozione del piano operatorio da tutti e quattro i lati della colonna.
Relativamente a questa richiesta, per le informazioni in nostro possesso ci risulta che ci sia una sola azienda sul mercato in grado di soddisfare questo requisito. Pertanto, per poter consentire la partecipazione di più operatori, si chiede di poter consentire un'offerta che preveda l'inserimento e la rimozione del piano nel senso longitudinale e da entrambi i lati della colonna (testa/piedi).
RISPOSTA: l'inserimento e rimozione del piano operatorio da tutti e quattro i lati può non essere considerato requisito minimo di ammissione; resta comunque inteso che tale evenienza, espressa in capitolato come possibilità, sarà oggetto di valutazione così come specificato al punto 2 lettera c dei criteri e subcriteri di valutazione qualità.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio per ortopedia, viene richiesto:
• Supporto maggiorazione larghezza a forma concava.
Relativamente a questa richiesta, la forma concava risulta discriminante. Chiediamo pertanto di poter offrire un supporto di maggiorazione larghezza non a forma concava, ma perfettamente equivalente e consono alla funzione preposta.
RISPOSTA: la forma del supporto maggiorazione larghezza può essere considerata indicativa; una forma equivalente e adeguata alla funzione preposta sarà considerata conforme.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio per ortopedia, viene richiesto:
• Supporti a stivaletto (stirrup).
Relativamente a questa richiesta, si intende supporti gambe con movimentazione pneumatica "tipo" Allen ?
RISPOSTA: supporti gambe con movimentazione pneumatica "tipo" Allen rispondono alla voce "Supporti a stivaletto (stirrup)".

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio per ortopedia, viene richiesto:
• Arco reggibraccio per paziente in posizione litotomica.
Relativamente a questa richiesta, si chiede gentilmente di specificare più dettagliatamente la funzione dell'accessorio.
RISPOSTA: con tale accessorio si intende un dispositivo che consente di reggere le braccia quando il paziente assume la posizione litotomica; equivalente ad esso sono ad esempio delle maniglie per ginecologia (in coppia) che consentono un appoggio al paziente; poiché ogni produttore ha le sue soluzioni tecnologiche sarà considerata conforme qualunque proposta che ottemperi a tale funzione.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio per ortopedia, viene richiesto:
• Supporti laterali per paziente in posizione litotomica:
- posteriori (appoggio gluteo e dorsale).
- anteriori (appoggio addome).
Relativamente a questa richiesta, si chiede gentilmente di specificare più dettagliatamente la funzione dell'accessorio.
RISPOSTA: con tali accessori si intendono dei cuscini agganciati al tavolo lateralmente, montati verticalmente o orizzontalmente e che consentono, a seconda della forma nella quale sono realizzati, l'appoggio dei glutei o del dorso del paziente in varie specialità chirurgiche.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio per ortopedia, viene richiesto:
• Accessori dedicati per la chirurgia del bacino
Relativamente a questa richiesta, si chiede gentilmente di specificare più dettagliatamente la funzione dell'accessorio.
RISPOSTA: in genere ogni produttore prevede un kit trazioni dedicato per la chirurgia del bacino; come tale kit sia composto non determina la conformità o meno al capitolato, ma piuttosto è la destinazione d'uso dell'accessorio proposto che determina l'accessorio da offrire.

Quesito:
Il capitolato tecnico recita: "Sistema dotato di adeguati dispositivi di sicurezza e controllo dei movimenti anche in caso di emergenza".
Si richiede di confermare che per "sistema... e controllo dei movimenti anche in caso di emergenza, tale caratteristica è da considerarsi quale possibilità di utilizzare un dispositivo esterno al tavolo operatorio anche in presenza di guasti al tavolo; danni alla centralina elettronica, alimentatore, etc..
RISPOSTA: l'obiettivo del requisito è quello di poter assicurare agli operatori alcune movimentazioni del tavolo anche in caso di emergenza. Come tale funzionalità viene assicurata, ai fini della conformità al capitolato, è irrilevante.

Quesito:
Il capitolato tecnico recita: "Predisposizione di sistema per la movimentazione del piano operatorio"
Si chiede conferma che la movimentazione del piano viene intesa utilizzando carrello dedicato al trasporto del piano, che possa svolgere sia la funzione di prelievo e quindi la movimentazione su eventuale colonna operatoria aggiuntiva, che la movimentazione dell'intero sistema operatorio piano+colonna
RISPOSTA: Si conferma che la movimentazione del piano viene intesa utilizzando carrello/i dedicato/i al trasporto del piano, della colonna e dell'intero sistema operatorio piano+colonna.

Quesito:
Il capitolato tecnico recita "Supporti a stivaletto"
Si chiede conferma che i supporti a stivaletto richiesti debbano avere la movimentazione con regolazione servoassistita a gas per facilitare il posizionamento da parte degli operatori.
RISPOSTA: Si conferma che i supporti a stivaletto richiesti con movimentazione con regolazione servoassistita a gas sono conformi al capitolato

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio generale, viene richiesto:
• Possibilità di inserimento e rimozione del piano operatorio da tutti e quattro i lati della colonna.
Relativamente a questa richiesta, per le informazioni in nostro possesso ci risulta che ci sia una sola azienda sul mercato in grado di soddisfare questo requisito. Pertanto, per poter consentire la partecipazione di più operatori, si chiede di poter consentire un offerta che preveda l'inserimento e la rimozione del piano nel senso longitudinale e da entrambi i lati della colonna (testa/piedi).
RISPOSTA: l'inserimento e rimozione del piano operatorio da tutti e quattro i lati può non essere considerato requisito minimo di ammissione; resta comunque inteso che tale evenienza, espressa in capitolato come possibilità, sarà oggetto di valutazione così come specificato al punto 2 lettera c dei criteri e subcriteri di valutazione qualità

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio generale, viene richiesto:
• Supporto maggiorazione larghezza a forma concava.
Relativamente a questa richiesta, la forma concava risulta discriminante. Chiediamo pertanto di poter offrire un supporto di maggiorazione larghezza non a forma concava, ma perfettamente equivalente e consono alla funzione preposta.
RISPOSTA: la forma del supporto maggiorazione larghezza può essere considerata indicativa; una forma equivalente e adeguata alla funzione preposta sarà considerata conforme.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio generale, viene richiesto:
• Supporti a stivaletto (stirrup).
Relativamente a questa richiesta, si intende supporti gambe con movimentazione pneumatica "tipo" Allen ?
RISPOSTA: supporti gambe con movimentazione pneumatica "tipo" Allen rispondono alla voce "Supporti a stivaletto (stirrup)".

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio generale, viene richiesto:
• Arco reggibraccio per paziente in posizione litotomica.
Relativamente a questa richiesta, si chiede gentilmente di specificare più dettagliatamente la funzione dell'accessorio.
RISPOSTA: con tale accessorio si intende un dispositivo che consente di reggere le braccia quando il paziente assume la posizione litotomica; equivalente ad esso sono ad esempio delle maniglie per ginecologia (in coppia) che consentono un appoggio al paziente; poiché ogni produttore ha le sue soluzioni tecnologiche sarà considerata conforme qualunque proposta che ottemperi a tale funzione.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio generale, viene richiesto:
• Supporti laterali per paziente in posizione litotomica:
- posteriori (appoggio gluteo e dorsale).
- anteriori (appoggio addome).
Relativamente a questa richiesta, si chiede gentilmente di specificare più dettagliatamente la funzione dell'accessorio.
RISPOSTA: con tali accessori si intendono dei cuscini agganciati al tavolo lateralmente, montati verticalmente o orizzontalmente e che consentono, a seconda della forma nella quale sono realizzati, l'appoggio dei glutei o del dorso del paziente in varie specialità chirurgiche.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio per ortopedia, viene richiesto:
• Predisposizione di sistema per la movimentazione del piano operatorio.
• Colonna trasportabile mediante carrello trasporta piano.
In riferimento alle suddette richieste, si intende che il sistema deve essere dotato di carrello? Oppure può essere dotato di ruote integrate nella colonna e predisposto per la movimentazione ed il trasporto tramite carrello?
RISPOSTA: il sistema non deve essere dotato di ruote integrate, ma la movimentazione e il trasporto deve avvenire tramite carrello/i dedicato/i incluso/i in offerta.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio per ortopedia, viene richiesto:
• Possibilità di inserimento e rimozione del piano operatorio da tutti e quattro i lati della colonna.
Relativamente a questa richiesta, per le informazioni in nostro possesso ci risulta che ci sia una sola azienda sul mercato in grado di soddisfare questo requisito. Pertanto, per poter consentire la partecipazione di più operatori, si chiede di poter consentire un'offerta che preveda l'inserimento e la rimozione del piano nel senso longitudinale e da entrambi i lati della colonna (testa/piedi).
RISPOSTA: l'inserimento e rimozione del piano operatorio da tutti e quattro i lati può non essere considerato requisito minimo di ammissione; resta comunque inteso che tale evenienza, espressa in capitolato come possibilità, sarà oggetto di valutazione così come specificato al punto 2 lettera c dei criteri e subcriteri di valutazione qualità.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio per ortopedia, viene richiesto:
• Supporto maggiorazione larghezza a forma concava.
Relativamente a questa richiesta, la forma concava risulta discriminante. Chiediamo pertanto di poter offrire un supporto di maggiorazione larghezza non a forma concava, ma perfettamente equivalente e consono alla funzione preposta.
RISPOSTA: la forma del supporto maggiorazione larghezza può essere considerata indicativa; una forma equivalente e adeguata alla funzione preposta sarà considerata conforme.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio per ortopedia, viene richiesto:
• Supporti a stivaletto (stirrup).
Relativamente a questa richiesta, si intende supporti gambe con movimentazione pneumatica "tipo" Allen ?
RISPOSTA: supporti gambe con movimentazione pneumatica "tipo" Allen rispondono alla voce "Supporti a stivaletto (stirrup)".

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio per ortopedia, viene richiesto:
• Arco reggibraccio per paziente in posizione litotomica.
Relativamente a questa richiesta, si chiede gentilmente di specificare più dettagliatamente la funzione dell'accessorio.
RISPOSTA: con tale accessorio si intende un dispositivo che consente di reggere le braccia quando il paziente assume la posizione litotomica; equivalente ad esso sono ad esempio delle maniglie per ginecologia (in coppia) che consentono un appoggio al paziente; poiché ogni produttore ha le sue soluzioni tecnologiche sarà considerata conforme qualunque proposta che ottemperi a tale funzione.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio per ortopedia, viene richiesto:
• Supporti laterali per paziente in posizione litotomica:
- posteriori (appoggio gluteo e dorsale).
- anteriori (appoggio addome).
Relativamente a questa richiesta, si chiede gentilmente di specificare più dettagliatamente la funzione dell'accessorio.
RISPOSTA: con tali accessori si intendono dei cuscini agganciati al tavolo lateralmente, montati verticalmente o orizzontalmente e che consentono, a seconda della forma nella quale sono realizzati, l'appoggio dei glutei o del dorso del paziente in varie specialità chirurgiche.

Quesito:
Nel Capitolato Tecnico del tavolo operatorio per ortopedia, viene richiesto:
• Accessori dedicati per la chirurgia del bacino
Relativamente a questa richiesta, si chiede gentilmente di specificare più dettagliatamente la funzione dell'accessorio.
RISPOSTA: in genere ogni produttore prevede un kit trazioni dedicato per la chirurgia del bacino; come tale kit sia composto non determina la conformità o meno al capitolato, ma piuttosto è la destinazione d'uso dell'accessorio proposto che determina l'accessorio da offrire.

Il R.U.P.
dr.ssa Vanessa Mazziotti