

CHIARIMENTI BANDO PI004675-18 (COAGULAZIONE)

PUNTO 1:

"IL CAPITOLATO RICHIEDE N° 33 TEST.

SONO DA RITENERSI TUTTI OBBLIGATORI E MARCATI CE-IVD?"

RISPOSTA:

L'OFFERTA DEVE PREVEDERE TUTTI I TEST INDICATI, TUTTI I REAGENTI DEVONO ESSERE MARCHIATI CE CON APPOSITA CERTIFICAZIONE, PENA ESCLUSIONE.

PUNTO 2

"LA RICHIESTA DI ALMENO IL 50% DEI TESTI IN POSIZIONE REFRIGERATA E' DA CONSIDERARSI PARAMETRO OBBLIGATORIO?"

RISPOSTA:

SI, TALE E' CARATTERISTICA MINIMA, , QUINDI OBBLIGATORIA.


PUNTO 3:

"L'ANALIZZATORE RICHIESTO PER LA DETERMINAZIONE DEL FII E FV DEVE ESSERE COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER LE FASI DI ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE, RILEVAZIONE?"

RISPOSTA:

TALE CARATTERISTICA E' PRESENTE IN QUELLE AUSPICABILI, QUINDI NON OBBLIGATORIE, MA SOTTOPOSTE A GIUDIZIO QUALITATIVO.

PERTANTO, SI CONFERMA, PER TUTTI I PUNTI OGGETTO DEL CHIARIMENTO, QUANTO SPECIFICATO NEL CAPITOLATO TECNICO.


Azienda Ospedaliero - Universitaria
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
Scuola Medica Salernitana
U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE
Direttore f.f. Dr. Rosario Colella Bisogno
SA 3696