

n.	Quesito	Risposta
1	In cosa consista il questionario tecnico A, di cui non c'è presenza tantomeno allegata alla descrizione di ogni singolo lotto.	Il questionario tecnico è un file che dovrà essere creato, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico.
2	Lotto 28, voce 2 ampiezza della grammatura. Trattandosi di un DCB a rilascio di Paclitaxel, cosa si intende valutare esattamente con tale ampiezza?	Prendere visione delle modifiche apportate
3	Lotto 27, voce 2 ampiezza della grammatura. Trattandosi di un DCB a rilascio di Paclitaxel, cosa si intende valutare esattamente con tale ampiezza?	Prendere visione delle modifiche apportate
4	Lotto 61, voce 3 presenza di antibatterico. Il prodotto richiesto è una protesi ricoperta di eparina, si deve pertanto intendere anticoagulante in luogo di antibatterico?	Deve essere inteso "antibatterico".
5	Con la presente si richiede la possibilità di presentare in lingua originale inglese le certificazioni CE-ISO, in quanto rilasciati da Enti notificati internazionali, e le Declaration of Conformity rilasciate dal Fabbricante Inoltre, in riferimento all'art. 15.2 del Disciplinare di gara, relativamente alla compilazione del DGUE Parte IV punto h), si chiede conferma che le capacità tecniche-professionali non debbano essere indicate in quanto il paragrafo 8.2 del Disciplinare non riporta il pnto 2.b e richiede solamente l'indicazione della capacità economico-finanziaria.	Studi clinici e letteratura scientifica dovranno essere necessariamente presentati in lingua italiana, tutte le altre certificazioni potranno invece essere fornite in lingua originale. Per quanto concerne il punto 8.2.b trattasi di refuso.
6	Si chiede di specificare cosa si intende per questionario tecnico richiesto al punto A pag. 36 del disciplinare di gara, non essendo disponibile tra la documentazione di gara alcun questionario da compilare.	Il questionario tecnico è un file che dovrà essere creato, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico.
7	Riferimento Allegato A4 Scheda CIG Quesito Gli importi inseriti sul file non corrispondono a quelli indicati come base d'asta si chiede di chiarire a quale far riferimento ai fini della costituzione della polizza e del pagamento del contributo ANAC	Ai fini della polizza e del pagamento ANAC bisogna fare riferimento all'importo inserito nell'Allegato A4 comprensivo dell'eventuale rinnovo e proroga tecnica
8	in riferimento al lotto numero 6 chiediamo se è possibile alzare la base d'asta a 3500 euro o se è possibile superare la base d'asta di 1500 euro ove fosse intesa come importo presunto.	Prendere visione delle modifiche apportate
9	Nella documentazione di gara al aragrafo 16 del disciplinare di gara punto A è richiesto "questionario tecnico (allegato alla descrizione di ogni singolo lotto)". Potete confermare che si tratta di refuso o mettere a disposizione il template del questionario o, in caso non fosse disponibile alcun template, chiarire cosa vada presentato.	Il questionario tecnico è un file che dovrà essere creato, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico.
10	Si conferma che sia sufficiente dichiarare di aver preso atto del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza DUVRI) incluso nella lex specialis della presente procedura e di accettarne la stima degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, senza dover compilare alcun modulo?	Si conferma
11	Relativamente all'art. 18 "Criteri di Valutazione del Disciplinare di gara" si chiede se tutti i lotti rientrano nell'accordo quadro e la specifica relativa al lotto 24 può essere considerata un refuso.	Trattasi di refuso.

12	Con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti: 1) a pagina 35 del Disciplinare, cap. 16 ,si fa riferimento al "Questionario tecnico (allegato alla descrizione di ogni singolo lotto)". Sono i requisiti minimi presenti nel documento "ALL_1_capitolato_elenco_prodotti" o è presente un documento a parte? 2) L'offerta economica analitica è libera o è presente un modello? Nel disciplinare, cap. 23, pag. 46, si fa riferimento all'ALL. C- OFFERTA ECONOMICA ANALITICA ma non troviamo il documento tra quelli scaricabili.	Il questionario tecnico è un file che dovrà essere creato, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico. Per quanto concerne il file relativo all'Offerta Economia Analitica, anch'esso dovrà essere creato e compilato discrezionalmente dal partecipante.
13	Come da disciplinare pagina n. 24, per procedere al pagamento imposta di bollo tramite modello F24 Elide Avremmo la necessità di evincere quali dati dobbiamo inserire nei seguenti campi-nella sezione erario : codice ufficio: codice atto: tipo: elementi identificativi: codice:	CODICE ID: 36080 - CODICE UF TEF A509 - CODICE TRIBUTO 2501. Per ogni altra informazione fare riferimento alle Istruzioni emanate dall'Agenzia delle Entrate.
14	Si richiede l'inserimento, tra i documenti di gara, del Questionario Tecnico richiesto nell'offerta tecnica al punto 1 dell'art. 16 del Disciplinare di gara attualmente non presente all'interno della documentazione pubblicata.	Il questionario tecnico è un file che dovrà essere creato, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico.
15	Si chiede se ogni dichiarazione e altra documentazione dell'offerta tecnica va firmata singolarmente e caricata al sistema nella cartella compressa.	Dovrà essere tutto firmato singolarmente
16	Si chiede se è possibile partecipare al lotto n. 79 se si trova corrispondenza nella descrizione del prodotto, ma non in quella del cnd.	Si, è possibile
17	si chiede se è possibile partecipare al lotto n. 29 se si trova corrispondenza nella descrizione del prodotto, ma non in quella del cnd.	Si, è possibile
18	In riferimento al lotto 51 si chiede se sia possibile presentare prezzi diversi per le diverse configurazioni del prodotto custom made, tenendo sempre come prezzo complessivo il prezzo unitario medio moltiplicato per le unità richieste come da Disciplinare.	Si, è possibile
19	In merito al lotto n.59 chiediamo, cortesemente, di specificare se la base d'asta fa riferimento all'unità di prodotto o alla confezione.	Si fa riferimento all'unità di prodotto
20	il file foglio prodotti selezionato- file da compilare- dove va caricato?	Non vi è alcun file rinominato "foglio prodotti selezionato". L'inserimento della documentazione: per eventuale documentazione amministrativa bisogna caricarla in "documentazione amm.va aggiuntiva", se trattasi di documentazione tecnica in "documentazione tecnica aggiuntiva", per la documentazione economica, invece, allegare il tutto all' "allegato dettaglio prezzi".
21	nell'allegato A4 non tutte le celle contengono le formule preimpostate, procediamo manualmente?	Si è proceduto a pubblicare un nuovo allegato A4 con formule preimpostate.
22	Si richiede cosa si intenda per " costi della manodopera" individuati come obbligatori nella compilazione dell'offerta economica . sono obbligatori anche nel caso in cui l'operatore economico distribuisca senza produrre? in caso affermativo come vanno calcolati?	Vedere tutto quanto previsto dall'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. N. 50/2016

23	Si richiede: - l'F24 elide, come va compilato? cosa si deve indicare alle voci " tipo"- "elementi identificativi"- codice- codice ufficio e codice atto?	CODICE ID: 36080 - CODICE UF TEF A509 - CODICE TRIBUTO 2501. Per ogni altra informazione fare riferimento alle Istruzioni emanate dall'Agenzia delle Entrate.
24	Con riguardo all'offerta tecnica, si richiede: - il questionario tecnico allegato di cui all'articolo 16 del disciplinare, lettera A (allegato alla descrizione di ogni singolo lotto) manca, dove è possibile reperire quanto da voi richiesto? - ancora all'articolo 16, l'offerta economica senza prezzi, deve essere fornita per ogni singolo lotto afferente al solo lotto o è possibile caricare in tutti i lotti a cui si partecipa un'offerta economica senza prezzi globale, cioè in cui si indichino in un solo file excel, l'offerta economica senza prezzi di tutti i lotti a cui si partecipa?	Il questionario tecnico è un file che dovrà essere creato, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico. Inoltre, è possibile indicare in un solo file l'offerta economica senza prezzi di tutti i lotti a cui si partecipa però sarà necessario indicare per quale lotto viene offerto ogni singolo prodotto.
25	con riguardo all'offerta economica, si richiede: - l'allegato excel con dettaglio offerta economica lo deve compilare discrezionalmente l'operatore economico o c'è un format non ancora caricato tra i documenti della procedura a cui l'operatore economico si deve attenere? -cosa si intende per prezzo medio?	L'allegato dovrà essere creato e compilato discrezionalmente dall'operatore economico. Per prezzo medio s'intende la media dei prezzi unitari dei prodotti offerti per il singolo lotto.
26	All'articolo 15. 2 nell'elencare le parti necessarie per la compilazione del DGUE alla parte IV lettere h c'è un richiamo ai REQUISITI DEL PARAGRAFO 8.2 LETTERA B. ma nel disciplinare manca il paragrafo 8.2 lettera b. Si richiede, inoltre , con riguardo all'articolo 8. 2 lettera a), dove vadano inseriti i bilanci e le note integrative del triennio 2017/2018/2019 richiesti quali comprova dei requisiti.	In riferimento al richiamo del paragrafo 8.2 lettera b trattasi di un refuso. Inoltre, per l'inserimento della documentazione: per eventuale documentazione amministrativa bisogna caricarla in "documentazione amm.va aggiuntiva", se trattasi di documentazione tecnica in "documentazione tecnica aggiuntiva", per la documentazione economica, invece, allegare il tutto all' "allegato dettaglio prezzi".
27	Si chiede conferma se possibile utilizzare, per il pagamento dell'imposta di bollo, del modulo F24 e non F24 ELIDE. Inoltre si chiede conferma del codice tributo 1552	Il pagamento deve avvenire così come previsto da Disciplinare. CODICE ID: 36080 - CODICE UF TEF A509 - CODICE TRIBUTO 2501. Per ogni altra informazione fare riferimento alle Istruzioni emanate dall'Agenzia delle Entrate.
28	Relativamente al lotto n. 79, per quanto a nostra conoscenza, si rileva che il prezzo a base d'asta di € 50,00/pz (considerando il prezzo medio unitario) è inferiore a quelli rilevati di mercato, anche in considerazione che vengono richieste formulazioni anche da 5 gr. . Per quanto espresso si chiede la revisione del prezzo posto a base d'asta.	Prendere visione delle modifiche apportate
29	Relativamente ai lotti 66 e 67, si chiede conferma dell'importo a base d'asta, particolarmente basso, o se trattasi di un refuso.	Prendere visione delle modifiche apportate

30	Relativamente all'art. 16 punto a) "Questionario tecnico (allegato alla descrizione di ogni singolo lotto) " si chiede dove poter reperire tale fac simile in quanto non presente nella documentazione di gara.	L'allegato dovrà essere creato e compilato discrezionalmente dall'operatore economico, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico.
31	<ul style="list-style-type: none"> In riferimento al contenuto dell'offerta Tecnica, Rif 16 del disciplinare di gara, dove è richiesta la presentazione della documentazione in lingua italiana, si chiede al riguardo se si possono escludere le certificazioni Marchio CE/ISO e gli Studi Clinici. Si precisa che le certificazioni CE/ISO e di Conformità, fornite in lingua inglese dalla casa madre, riportano unicamente date sul rilascio del certificato, oltre alla ragione sociale dell'officina di produzione e codici, i quali non richiedono traduzioni. Inoltre si fa presente che, le suddette certificazioni saranno accompagnate da dichiarazioni in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesta la conformità degli stessi agli originali. La Letteratura Scientifica disponibile, che generalmente la scrivente presenta in sede di gara, è una documentazione voluminosa di articoli internazionali ovvero in lingua inglese e pertanto la loro traduzione in lingua italiana richiederebbe una tempistica lunga, non senza rilevanti difficoltà ed estremamente costosa da parte della scrivente società. Pertanto si chiede la Vs. conferma a presentare la suddetta documentazione in lingua originale, come generalmente accordato anche da altre Commissioni Tecniche. 	Studi clinici e letteratura scientifica dovranno essere necessariamente presentati in lingua italiana, tutte le altre certificazioni potranno invece essere fornite in lingua originale.
32	Nel Capitolato Tecnico nei lotti 21-22-23 ect viene richiesto " ampiezza della grammatura " Vorremmo maggiori informazioni su cosa intendete con questa definizione.	Prendere visione delle modifiche apportate
33	si richiede se il modulo 1 allegato DUVRI e il modulo 3 allegato DUVRI vadano compilati.	La compilazione è discrezionale, in quanto potrà poi essere compilato al momento dell'aggiudicazione.
34	In riferimento alla presente procedura la scrivente società sottopone i seguenti quesiti LOTTI NN. 25 e 33 si chiede se è possibile proporre, alla medesima quotazione, due dispositivi che appartengono alla stessa tipologia e che si completano per gamma di misure e diametri come da indicazione generica del Capitolato Tecnico di gara. LOTTI NN. 21-22-25-26 Trattandosi di dispositivi non impiantabili e non a rilascio di farmaco, si chiede di confermare o meno che quanto richiesto nei parametri di valutazione discrezionale: 1) Letteratura scientifica e 2) incidenza media della ristenosi , trattasi di refuso Lotto 33 Poiché la descrizione identifica in modo univoco uno specifico dispositivo impedendo quindi la partecipazione a tutte le altre aziende, si chiede se possibile partecipare al lotto fornendo, ai sensi dell'Art. 68 DL 50/2016 "Specifiche Tecniche - Principio di equivalenza", opportuna dichiarazione tecnico/clinica per la stessa categoria di prodotto. Lotto 40 Stent premontato su pallone in acciaio per distretto iliaco si chiede se possibile partecipare con un dispositivo in lega Cobalto-Cromo avente proprietà meccaniche superiori rispetto all'acciaio (riduzione dello spessore della maglia e maggiore flessibilità della piattaforma fornendo fornendo, ai sensi dell'Art. 68 DL 50/2016 "Specifiche Tecniche - Principio di equivalenza", opportuna dichiarazione.	È possibile proporre alla medesima quotazione due dispositivi che appartengono alla stessa tipologia e che si completano. Non viene impedita in alcun modo la partecipazione, in quanto la descrizione risulta essere generica. In riferimento al Lotto 40 non è possibile partecipare con un dispositivo diverso.
35	Si richiede gentilmente chiarimenti in merito al file "A4- scheda CIG- Garazia- contributo ANAC", relativamente all'importo complessivo presunto. Quest'ultimo corrisponde all'importo triennale a base d'Asta? Perché qualora sia così, gli importi non corrispondono con quelli presenti nel pdf "All. 1 capitolato elenco prodotti". inoltre sempre nell'excel sopra citato manca l'indicazione del numero di lotto in corrispondenza della colonna "LOTTI" e questo non permette una facile identificazione del codice CIG relativo al lotto a cui partecipare.	Prendere visione del nuovo Allegato A4
36	In riferimento alla documentazione tecnica e più precisamente al punto A, (questionario tecnico) si chiede gentilmente dove si trova l' allegato? oppure se c'è un riferimento dal quale possiamo compilare il questionario tecnico.	L'allegato dovrà essere creato e compilato discrezionalmente dall'operatore economico, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico.
37	Si chiede cortesemente se i campioni richiesti sono da presentare entro la data di scadenza gara? Inoltre si chiede di precisare quanti campioni per lotto bisogna fornire?	La campionatura, così come previsto da disciplinare, qualora ritenuta utile, verrà richiesta in una fase successiva.

38	Nel disciplinare di gara, tra gli allegati, è indicato l'allegato C "OFFERTA ECONOMICA ANALITICA" che però non è nella documentazione da scaricare. E' possibile inserirlo?	L'allegato dovrà essere creato e compilato discrezionalmente dall'operatore economico.
39	Relativamente alla doc. tecnica, sul disciplinare di gara viene richiesto "A. Questionario tecnico (allegato alla descrizione di ogni singolo lotto)". Tale documento non risulta inserito nella documentazione di gara, si prega di fornire il documento da compilare o di chiarire se si tratti di un refuso Restiamo in attesa di urgente riscontro.	Il questionario tecnico è un file che dovrà essere creato, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico.
40	Con riferimento al lotto n. 81 vorremmo evidenziare che nella descrizione del lotto vengono richiesti "singolo strato" o "doppio strato" e "formulazione fluida", però i prezzi a base d'asta non consentono di offrire tutta la gamma in quanto non in linea con i prezzi medi di mercato per il doppio strato. Inoltre, viene richiesta la matrice in formato fluido, ma nei formati richiesti non viene indicato nessun fabbisogno per questo tipo di formulazione.	Prendere visione delle modifiche apportate
41	Cosa si intende per questionario tecnico? non e' presente tra i documenti allegati.	L'allegato dovrà essere creato e compilato discrezionalmente dall'operatore economico, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico.
42	Con riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo (pag. 24 del Disciplinare di Gara) si chiedono i seguenti dati per la compilazione del modello F24 ELIDE: "codice ufficio", "codice atto", "tipo", "elementi identificativi" e "codice (se 1550 o 1552)". In alternativa si chiede se sia possibile utilizzare il modello F23. - Con riferimento alla documentazione allegata DUVRI in caso di partecipazione come impresa singola si chiede conferma che l'unico documento da compilare sia il documento nominato "VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO – PROFESSIONALE" inoltre si chiede in quale busta debba essere inserito. - Con riferimento alla documentazione tecnica pag. 34 lettera A) del Disciplinare di Gara, si chiede di rendere disponibile tale "Questionario tecnico" sulla piattaforma, poiché non ci risulta nella documentazione di gara. - Con riferimento alla documentazione tecnica si chiede conferma della possibilità di allegare i Certificati CE, ISO, Dichiarazioni di Conformità e letteratura scientifica in lingua originale (inglese) in quanto trattasi di documentazione ufficiale rilasciata da Organismi Internazionali.	Bisogna procedere al pagamento dell'imposta di Bollo nei modi previsti da Disciplinare di Gara. Le specifiche sono: CODICE ID: 36080 - CODICE UF TEF A509 - CODICE TRIBUTI 2501. Per ogni altra informazione fare riferimento alle Istruzioni emanate dall'Agenzia delle Entrate. Studi clinici e letteratura scientifica dovranno essere necessariamente presentati in lingua italiana, tutte le altre certificazioni potranno invece essere fornite in lingua originale.
43	In riferimento ai lotti 27 e 28 si chiede gentilmente di voler rivedere le basi d'asta, poiché quelle esposte sulla gara non sono conformi al prezzo medio nazionale di quei dispositivi.	Prendere visione delle modifiche apportate
44	Si conferma che le certificazioni CE, ISO, Letteratura scientifica, possono essere presentate in lingua originale, cioè in inglese, non necessitando della traduzione giurata?	Studi clinici e letteratura scientifica dovranno essere necessariamente presentati in lingua italiana, tutte le altre certificazioni potranno invece essere fornite in lingua originale.
45	In riferimento al lotto 45 si chiede se sia possibile presentare endoprotesi che non presenta uncini.	Si è possibile

46	<p>Relativamente alla procedura in oggetto avremmo la necessità di chiedere i seguenti chiarimenti: • Con riferimento alla Documentazione Tecnica, chiediamo di voler confermare che i certificati CE, ISO, dichiarazioni di conformità e studi clinici possano essere presentati in lingua originale inglese essendo documenti predisposti direttamente da Casa Madre avente sede all'estero. In particolare Con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, alla richiesta di traduzione giurata ,si chiede la possibilità di produrre i documenti nella lingua originale. A tal proposito, è bene precisare che le certificazioni e le dichiarazioni (poste a corredo dell'offerta come mera documentazione tecnica) non concorrono a determinare il contenuto della prestazione proposta dall'operatore, bensì a testimoniare la sua affidabilità e la sua professionalità. Senza considerare, tra l'altro, che le Commissioni giudicatrici (composte da esperti e da operatori del settore) sono in grado di comprendere appieno l'effettiva portata della documentazione tecnica anche se in lingua inglese. Si aggiunga, inoltre, che la mancata traduzione del testo non può, in alcun modo, pregiudicare l'oggettiva valutazione da parte dei commissari i quali potranno apprezzare in maniera diretta e non filtrata il contenuto delle certificazioni stesse. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, a più riprese, che la previsione "che impone la traduzione in italiano dei documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, sembra doversi riferire più propriamente alle certificazioni (e dichiarazioni) che attestano la sussistenza dei requisiti "generali" di partecipazione alla gara richiesti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016" (T.A.R. Molise Sez. I, 7.03.2018, n. 123). Senza considerare tra l'altro che la scelta di consentire ai potenziali offerenti di produrre le certificazioni tecniche in lingua originale riduce, considerevolmente, gli oneri formali (ed economici) connessi alla partecipazione ad una procedura. A tal proposito, si chiede la possibilità di ammettere la produzione di certificazioni CE, Conformità, Iso ed eventuali studi clinici in lingua originale. • In riferimento ai lotti 21-22-25-26, si prega di confermare che trattarsi di refuso la richiesta dei criteri di valutazione " Evidenza della letteratura e Incidenza media della restenosi", in quanto i prodotti oggetto dei lotti elencati, non sono prodotti impiantabili (come per esempio gli sistemi di stent coronarici o periferici). Per i prodotti impiantabili è necessario avere una validazione di studi clinici su una popolazione numerosa e con follow up di lungo periodo. Per i prodotti non impiantabili normalmente non vengono condotti degli studi clinici dedicati che possano rispondere ai requisiti specifici elencati nell'All_1_capitolato_elenco_prodotti. Nel caso specifico si tratta di palloni da angioplastica, la cui validazione viene fatta dai dipartimenti di ricerca e sviluppo delle aziende e in seguito vengono testati e viene rilasciata la marcatura CE che ne certifica la sicurezza per l'utilizzo. Eventuale letteratura a supporto e informazioni sui tassi di restenosi, può essere al massimo legata a singoli case report. L'attribuzione di 10 punti per la letteratura scientifica e 12 punti per l'incidenza di restenosi legata a questo specifico parametro, si ritiene essere non applicabile a queste categorie di prodotti. Si richiede di ripartire correttamente il punteggio dei suddetti criteri.</p>	L'attribuzione del punteggio resta invariata.
47	<p>Relativamente alla richiesta di cui al punto A. dell'Offerta Tecnica, "Questionario Tecnico", comunichiamo che tale allegato non è presente nella documentazione di gara. Si prega pertanto di integrare detto documento.</p>	Il questionario tecnico è un file che dovrà essere creato, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico.
48	<p>In riferimento all'allegato A4-Scheda Cig-Garanzia-Contributo Anac, manca nella colonna E l'indicazione del Lotto.</p>	Prendere visione del nuovo Allegato A4
49	<p>Si chiede la possibilità di ammettere la produzione di certificazioni CE, Conformità, Iso ed eventuali studi clinici in lingua originale, in quanto trattasi di documentazione ufficiale rilasciata da Enti e/o organismi notificati.</p>	Studi clinici e letteratura scientifica dovranno essere necessariamente presentati in lingua italiana, tutte le altre certificazioni potranno invece essere fornite in lingua originale.
50	<p>Con riferimento alla procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per la fornitura triennale di dispositivi medici e protesi per chirurgia vascolare, si sottopone alla Vs. cortese attenzione il seguente quesito: RELATIVAMENTE I LOTTI N. 15 E N. 17 SI CHIEDE DI RIVEDERE GLI IMPORTI DELLE BASI D'ASTA IN QUANTO RIPORTANO UN VALORE CHE SI DISCOSTA NOTEVOLMENTE DAL VALORE COMMERCIALE CON CUI SONO PRESENTI SUL MERCATO ITALIANO I PRODOTTI RICHIESTI".</p>	Prendere visione delle modifiche apportate
51	<p>Si chiede cosa si intende per valore unitario medio offerto, così come richiesto nell'allegato "ARTICOLI".</p>	Per prezzo medio s'intende la media dei prezzi unitari dei prodotti offerti per il singolo lotto.

52	Come da disciplinare pagina nr. 24 – imposta di bollo – avremmo la necessità che ci indicaste il codice tributo per il pagamento imposta di bollo tramite modello F24.	CODICE ID: 36080 - CODICE UF TEF A509 - CODICE TRIBUTATO 2501. Per ogni altra informazione fare riferimento alle Istruzioni emanate dall'Agenzia delle Entrate.
53	In relazione al lotto 6 "Catetere venoso centrale trilume, 9fr ad inserimento femorale con tecnica Seldinger , con cestello in Nitilon termosensibile saldato al corpo del catetere, per la profilassi meccanica della EP." Facciamo presente che il costo del dispositivo riportato in gara non corrisponde al prezzo di vendita praticato su tutto il territorio nazionale di 3500€, pertanto chiediamo se trattasi di refuso.	Prendere visione delle modifiche apportate
54	Relativamente al lotto 41, si chiede conferma dell'importo a base d'asta, particolarmente basso, oppure se trattasi di un refuso.	Prendere visione delle modifiche apportate
55	si chiede cortesemente di rivedere base d'asta dei lotti nn. 4 e 60, in quanto il prezzo indicato risulta inferiore ai prezzi medi di mercato che ci risultano essere per il lotto 60 €220 euro e per il lotto 4 €49,50.	Prendere visione delle modifiche apportate
56	In riferimento al Lotto 81 e ai suoi "elementi soggetti a valutazione e relativo punteggio di attribuzione" si fa osservare che il lotto così descritto non è omogeneo, infatti vengono richiesti contemporaneamente prodotti con diverse indicazioni e tecniche di impianto, ossia a singolo strato, a doppio strato e in forma fluida. Il lotto così descritto permette la partecipazione di un solo operatore economico , venendo meno al principio di concorrenza e di massima partecipazione funzionale alla miglior selezione dell'aggiudicatario. Si chiede quindi di chiarire con quale tipologia di prodotto volete che si risponda al suddetto lotto e che di conseguenza sia chiarito anche il criterio di attribuzione di punteggio relativo ad "ampiezza gamma", riferendosi esplicitamente ai formati disponibili in termini di misure e non di diverse tipologie di prodotto.	Prendere visione delle modifiche apportate. Per il presente lotto verranno prese in considerazione anche offerte parziali, ossia non riferite ad ogni singolo prodotto, in modo da consentire la partecipazione a tutti gli operatori.
57	Si chiede la quota di sbarramento dell'offerta tecnica.	Non è prevista quota di sbarramento.
58	Con la presente si richiede: • eventuale rettifica degli importi a base d'asta per i lotti 23 – 27 – 32 – 41 – 67 in quanto risultano essere estremamente bassi rispetto ai prezzi medi dell'attuale mercato; • eventuale possibilità di offrire allo stesso lotto prodotti con nomi commerciali differenti a completamento di gamma, per rispondere alle richieste capitolari; • eventuale possibilità di offrire lo stesso prodotto su più lotti; • eventuale revisione dei parametri valutativi del lotto 41 in quanto il prodotto richiesto ossia "aterotomo periferico" è stato erroneamente assimilato a stent.	Prendere visione delle modifiche apportate
59	Tra la documentazione tecnica da produrre, viene richiesto all'interno del disciplinare pag. 38: A. Questionario tecnico. Dove è possibile rintracciarlo? Altresì, a pag. 35 per la parte economica, viene richiesto che venga caricato a sistema l'offerta. Quale file è necessario compilare?	L'allegato dovrà essere creato e compilato discrezionalmente dall'operatore economico, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico. Per quanto concerne il file relativo all'Offerta Economia Analitica, anch'esso dovrà essere creato e compilato discrezionalmente dal partecipante. Si prega di prendere visione di tutto quanto descritto al paragrafo 17 del Disciplinare di gara.
60	Si richiede di rivedere la base d'asta dei lotti 22, 27,28 per consentire la partecipazione ad un maggior numero di aziende, garantendo così il principio della massima concorrenza.	Prendere visione delle modifiche apportate
61	Si chiede conferma che per il requisito della capacità economica e finanziaria e tecnico e professionale è richiesto solo il fatturato globale. Sul disciplinare viene riportato il punto 8.2 a) e non il punto 8.2 b).	Si conferma.
62	Si chiede gentilmente di confermare gli importi triennali esatti a base d'asta per i lotti 25-26-27-28 in quanto negli allegati A1, A4 e allegato "articoli" risultano importi completamente diversi, senza i quali non ci è possibile formulare e presentare cauzione provvisoria corretta.	Prendere visione delle modifiche apportate
63	Nel lotto n. 59 - Pledget in PTFE misure varie - nei parametri qualitativi è indicato la presenza di antibatterico. Tenuto conto del dispositivo in questione e dei prodotti presenti sul mercato, crediamo che non sia un parametro applicabile a questo prodotto. Possiamo ricevere una conferma in merito?	Si è proceduto all'eliminazione del parametro e alla redistribuzione del punteggio.

64	Con la presente si chiede conferma che il Questionario tecnico (allegato alla descrizione di ogni singolo lotto) da prendere come riferimento per la redazione della relazione tecnica, è denominato ALL. _Capitolato Elenco Prodotti.	L'allegato dovrà essere creato e compilato discrezionalmente dall'operatore economico, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico.
65	In relazione alla procedura di gara siamo a chiedere il seguente chiarimento: RIF. DISCIPLINARE GARA - ART. 16 OFFERTA TECNICA Al documento richiesto al punto A) è previsto il QUESTIONARIO TECNICO ed è riportato che si trova allegato alla descrizione di ciascun lotto. In quale parte della documentazione di gara si trova il Questionario Tecnico da Predisporre, in quanto non ci sembra di averlo individuato RIF. DISCIPLINARE GARA - ART. 16 OFFERTA TECNICA Al documento punto G) è richiesto di allegare l'OFFERTA ECONOMICA SENZA I PREZZI. Con tale documento si intende il documento di cui all'ART. 17 OFFERTA ECONOMICA punto 2) che è l'offerta economica analitica deprivato dei prezzi? RIF. DISCIPLINARE GARA - ART. 17 OFFERTA ECONOMICA il documento richiesto al punto 2) OFFERTA ECONOMICA ANALITICA CON I PREZZI è un documento che deve essere predisposto ex novo dal partecipante oppure deve essere predisposto secondo un modello modello/file presente tra gli allegati? Non ci sembra di aver individuato un allegato predefinito per preparare il documento OFFERTA ANALITICA CON I PREZZI che contenga il codice articolo, il codice produttore, il CND, il Repertorio, le Quantità etc	Il questionario tecnico è un file che dovrà essere creato, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico. Per quanto concerne il file relativo all'Offerta Economia Analitica, anch'esso dovrà essere creato e compilato discrezionalmente dal partecipante.
66	Si chiede di voler confermare che sia possibile allegare le dichiarazioni di Conformità, le certificazioni rilasciate da Enti Notificati stranieri, gli studi clinici e le pubblicazioni scientifiche in lingua inglese, trattandosi di documentazione a carattere internazionale, nel rispetto delle indicazioni ANAC in cui si prevede che: "È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: - eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati quali ad esempio marchi CE/ISO; letteratura scientifica, pubblicata in riviste ufficiali." Si chiede pertanto di voler confermare che sia necessario presentare traduzione giurata solo per documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciate in lingua diversa dall'inglese. Restiamo in attesa di cortese riscontro.	Studi clinici e letteratura scientifica dovranno essere necessariamente presentati in lingua italiana, tutte le altre certificazioni potranno invece essere fornite in lingua originale.
67	è possibile ricevere il questionario tecnico? Non riusciamo ad individuarlo nella documentazione.	Il questionario tecnico è un file che dovrà essere creato, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico.
68	Riferimento Documentazione tecnica Punta A) QUESTIONARIO TECNICO (allegato alla descrizione di ogni singolo lotto) Quesito Si chiede di ricevere bozza del questionario in questione	Il questionario tecnico è un file che dovrà essere creato, indicante il possesso dei requisiti minimi e tutti gli elementi utili ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio tecnico.
69	In riferimento ai lotti 25 e 26 si chiede gentilmente di specificare se i palloni devono essere semicomplianti o non complianti.	I palloni dovranno essere non complianti.