

**Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con con più operatori economici per la fornitura di dispositivi per emodinamica.**

**Faq n. 3 del 5.5.2016**

**1.DOMANDA**

Relativamente ai lotti che prevedono il parametro RAPIDITA' DI GONFIAGGIO quale parametro specifico verrà preso come riferimento per l'attribuzione del punteggio?

**1.RISPOSTA**

si prenderà a riferimento il pallone 3.0x20

**2.DOMANDA**

Relativamente ai lotti che prevedono il parametro COMPLIANCE, come va inteso tale parametro?

**2.RISPOSTA**

la compliance va considerata come tendenza e verrà preso come riferimento il pallone semicompiante;

**3.DOMANDA**

Relativamente al lotto 24 quale riferimento va preso in considerazione per i palloni per CTO?

**3.RISPOSTA**

per i palloni per CTO il riferimento da considerare è il palloncino 1,25 diametro;

**4.DOMANDA**

Relativamente al lotto 24 è possibile presentare offerta attraverso due diverse tipologie di dispositivi medici?

**4.RISPOSTA**

Nel capitolato sono indicate due tipologie (monorail e OTW), occorre offrire una delle due ed eventualmente presentare dichiarazione di disponibilità a fornire, ove richiesto in fase di esecuzione con l'azienda sanitaria contraente, anche l'altra tipologia;

**5.DOMANDA**

Relativamente ai lotti 25 e 35 cosa si intende per AVP?

**5.RISPOSTA**

deve intendersi ABP (average burst Pressure) per valutare margine di sicurezza,

**6.DOMANDA**

Nel lotto 68 sono richiesti due prodotti (catetere intravascolare e catetere intracardiaco) con indicazioni d'uso diverse; è possibile offrire due prodotti con nomi diversi? Il prezzo offerto può essere diverso?

**6.RISPOSTA**

per il lotto 68 è possibile offrire due prodotti con nomi diversi, ma non è possibile offrire prodotti con prezzo diverso;

**7.DOMANDA**

È possibile partecipare ai lotti offrendo prodotti con nomi diversi per completare la gamma richiesta?

**7.RISPOSTA**

non è possibile partecipare al lotto offrendo prodotti con nomi diversi per completare la gamma con esclusione del lotto 68;

**8.DOMANDA**

Nel lotto 29 come va inteso il valore di 150 mm relativamente al pallone per procedure coronariche?

**8.RISPOSTA**

per il lotto 29 il valore 150 mm va inteso come lunghezza massima del pallone, andranno offerti cateteri con misure del pallone uguali o inferiori a 150 mm;

**9.DOMANDA**

Relativamente ai parametri dei lotti da valutare con il criterio discrezionale, in mancanza di prova pratica, quali saranno gli elementi della scheda tecnica che verranno presi in considerazione?

**9.RISPOSTA**

la Commissione giudicatrice valuterà in base a quanto desunto dalla documentazione tecnica presentata e per i lotti per i quali non è richiesto di presentare la campionatura in sede di offerta, ove necessario sarà possibile richiedere campionatura al momento della valutazione tecnica;

**10.DOMANDA**

relativamente al lotto 32 è confermata o meno l'indicazione "9 F compatibile"?

**10.RISPOSTA**

Per il lotto 32, relativamente alla parte "e 9F fino a diametro 30" si deve considerare compatibilità 9/10F

**11.DOMANDA**

Per il lotto 33 quali caratteristiche deve presentare il prodotto richiesto?

**11.RISPOSTA**

È da considerarsi il solo prodotto "tipo honoue" e solo per valvuloplastica mitralica.

**12.DOMANDA**

Per il lotto 73 quali caratteristiche deve presentare il prodotto richiesto?

**12.RISPOSTA**

Sono da ritenersi idonei tutti i device che utilizzano la tecnologia laser per uso coronarico