



"AZIENDA OSPEDALIERA
SPECIALISTICA DEI COLLI"
Monaldi - Cotugno - C.T.O.

U.O.C. Servizio Provveditorato

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

Napoli, 31.12.2019

Azienda Ospedaliera dei Colli

A tutte le
Imprese interessate

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici e protesi per chirurgia vascolare.

Facendo seguito alle richieste di imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto, si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori interessati alla fornitura, a fornire i correlati chiarimenti come da prospetto allegato.

Si precisa che i chiarimenti in argomento si riferiscono ai quesiti registrati a sistema alla data del 30.12.2019.

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Francesco Buzzo

Registro di Sistema Quesito	Quesito	Risposta
PI030611-19	Spett.le Ente, in merito ai lotti sotto elencati, si presenta il seguente chiarimento: Lotto 42: Protesi in ePTFE, estensibili per almeno il 30% della lunghezza, stretch, rette, con doppia pellicola di rinforzo, con supporto radiale integrato ottenuto con doppio spessore di ePTFE, tagliabile e suturabile in tutta la lunghezza con legame stabile covalente di eparina a punto unico, diametro da 6 a 8 mm. Lotto 44: Protesi vascolare in ePTFE estensibili per almeno il 30% della lunghezza, con doppia pellicola di rinforzo e con anelli singoli rimuovibili. Diametro da 5 a 10 mm. Lunghezze varie. Lotto 46: Protesi in ePTFE, estensibili per almeno il 30% della lunghezza, rette, con doppia pellicola di rinforzo, in configurazione con e senza anelli singoli rimuovibili, a parete standard o sottile con legame stabile covalente di eparina a punto unico, diametri da 5 a 8 mm, lunghezze da 40 a 90 cm. Considerato che il capitolato tecnico per tutti i lotti sopra menzionati richiede range di misure (diametri) e lunghezze diverse nonché configurazioni con e senza anelli, e considerato che a misure e configurazioni diverse corrispondono prezzi notevolmente diversi, per una buona parte dei dispositivi richiesti la base d'asta fissata dal Vs. Spett.le Ente non è idonea, ma decisamente inferiore ai prezzi di mercato a livello nazionale. Pertanto, si chiede gentilmente di aumentare il prezzo posto a base d'asta per permettere alle aziende di offrire tutta la gamma di protesi richieste. Cordiali saluti.	In riferimento ai lotti 42, 44 e 46 si rinvia a quanto già indicato nel disciplinare di gara e qui di seguito riproposto: <i>“Nel caso in cui un dispositivo è richiesto in varie misure e/o forme, al fine del calcolo del prezzo complessivo da inserire nel “modulo offerta” è preferibile che sia proposto un prezzo unico valido per l'intera gamma di misure e/o forme; nel caso che il concorrente intenda proporre prezzi diversi per ciascuna misura e/o forma disponibili, si dovrà invece inserire il prezzo medio dell'insieme di tutti i prodotti. I singoli prezzi unitari andranno indicati in corrispondenza di ciascun prodotto nel “prospetto correlato all'offerta economica”.</i> <i>Nel caso di inserimento di un prezzo medio dovrà essere applicata la stessa percentuale di sconto sul listino per tutta la gamma di dispositivi.”.</i> Inoltre, per i lotti 44 e 46 la configurazione da inserire in offerta deve prevedere la presenza degli anelli.

PI030610-19	LOTTO 59: Stent in acciaio premontato su pallone ricoperto in ePTFE, diametro da 5 a 10 mm e lunghezza da 16 a 59 mm. Spett.le Ente, in merito al lotto 59, si presenta il seguente chiarimento: Considerando i prezzi posti a base d'asta, è impossibile la formulazione di una idonea, competitiva ed imprenditorialmente valida offerta di gara in quanto è di gran lunga inferiore a quello previsto dalle altre stazioni appaltanti, con la conseguenza che esso si pone al di fuori di qualsiasi logica di mercato. Alla luce di quanto detto, si invita, pertanto, Codesta Spett.le Azienda Ospedaliera a rettificare gli atti di gara ponendo i prezzi a base d'asta in linea con i ben maggiori prezzi praticati per i dispositivi medici a livello nazionale, consentendo i concorrenti di partecipare alla procedura di gara. Distinti saluti	Con avviso di rettifica che sarà pubblicato ai sensi di legge la descrizione del dispositivo è stata modificata con la seguente: "Stent in acciaio premontato con legame nobile covalente di eparina a punto unico su pallone ricoperto in ePTFE, diametro da 5 a 10 mm e lunghezza da 16 a 59 mm circa." Il quantitativo è stato ridotto a 60 unità e la base d'asta confermata ad € 179.550,00. <i>Gli operatori economici interessati a partecipare al lotto 59 possono scaricare nella sezione avvisi, presente nella stessa pagina dove sono pubblicati i documenti di gara, i 2 fogli elettronici "modulo offerta allegato 5" ed "elenco lotti, calcolo cauzione, CIG", aggiornati alle modifiche apportate per una corretta presentazione dell'offerta.</i>
PI030609-19	LOTTO 23: Cateteri a palloncino in poliuretano a compliance controllata per il trattamento dell' occlusione aortica, diametro pallone da 10 a 46 mm, lunghezza 100 cm Spett.le Ente, in merito al lotto 23, si presenta il seguente chiarimento: Considerando i prezzi posti a base d'asta, è impossibile la formulazione di una idonea, competitiva ed imprenditorialmente valida offerta di gara in quanto è di gran lunga inferiore a quello previsto dalle altre stazioni appaltanti, con la conseguenza che esso si pone al di fuori di qualsiasi logica di mercato. Alla luce di quanto detto, si invita, pertanto, Codesta Spett.le Azienda Ospedaliera a rettificare gli atti di gara ponendo i prezzi a base d'asta in linea con i ben maggiori prezzi praticati per i dispositivi medici a livello nazionale, consentendo i concorrenti di partecipare alla procedura di gara. Distinti saluti	Si conferma la base d'asta indicata per tale lotto.
PI030577-19	Buongiorno, in relazione alla campionatura richiesta, si chiede la possibilità (in caso di offerta di medesimo dispositivo in più lotti) di inviare tot. 2 campioni riportando sugli stessi l'indicazione dei Lotti di partecipazione	Tale possibilità è ammessa.

PI030575-19	LOTTO 14 Alla luce dei prezzi previsti a base d'asta da considerarsi per il lotto 14, è impossibile la formulazione di una idonea, competitiva ed imprenditorialmente valida offerta di gara. Il prezzo posto a base d'asta da Codesta Spett.le Amministrazione è di gran lunga inferiore a quello previsto da altre stazioni appaltanti per gli stessi dispositivi, con la conseguenza che esso si pone al di fuori di qualsiasi logica di mercato, rendendo al contempo impossibile la formulazione di una offerta realistica e remunerativa. Si invita, pertanto, Codesta Spett.le Azienda Ospedaliera a rettificare gli atti di gara ponendo i prezzi a base d'asta in linea con i ben maggiori prezzi praticabili e praticati, consentendo ai concorrenti di partecipare alla procedura di gara. Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di Vs. riscontro. Cordiali saluti	Si conferma la base d'asta indicata per tale lotto.
PI030568-19	Con riferimento al Lotto n. 49 si segnala che l'importo a base d'asta indicato nell' "all. n. 1 capitolato speciale d'appalto - elenco descrittivo dei prodotti" risulta non in linea con i prezzi di mercato ed è quindi da rivalutare avendo come riferimento le attuali correnti forniture all' Azienda Ospedaliera dei Colli.	Si conferma la base d'asta indicata per tale lotto.
PI030551-19	SPETT.LE ENTE, IN RIFERIMENTO ALLA SCHEDA QUESTIONARIO PRODOTTO SIAMO A CHIEDERVI COSA SI INTENDE PER REFERENZA FABBRICANTE. DISTINTI SALUTI.	Il codice del prodotto assegnato allo stesso dal fabbricante.
PI030491-19	Egr Cliente Confermate che gli allegati 5 e 5.1, offerta economica devono essere caricati in formao excel, oppue convertiti in Pdf? Restiamo in attesa Vs risposta Grazie	Si conferma. Gli allegati 5 e 5.1 devono essere caricati in formato excel.
PI030433-19	Spett.le Ente, con la presente si chiede, con riferimento ai lotti 11, 17, 33, 53, 54, 55, 67, di aumentare la base d'asta in quanto risulta inferiore ai prezzi di mercato in vigore.	Si confermano le basi d'asta indicate per tali lotti con l'eccezione dei lotti nn. 33 e 53, per i quali il nuovo importo complessivo posto a base di gara è rispettivamente di € 42.750,00 e di € 30.000,00.

		<i>Gli operatori economici interessati a partecipare ai lotti 33 e 53 possono scaricare nella sezione avvisi, presente nella stessa pagina dove sono pubblicati i documenti di gara, i 2 fogli elettronici "modulo offerta allegato 5" ed "elenco lotti, calcolo cauzione, CIG", aggiornati alle modifiche apportate per una corretta presentazione dell'offerta.</i>
PI030094-19	Buongiorno, in riferimento alla gara in oggetto, relativamente ai lotti nn. • 56 – Stent in platino e iridio premontato su doppio pallone.. • 62 - Stent in platino e iridio ricoperto in ePTFE premontato su doppio pallone. • 67 - Stent in nitinolo autoespandibile per il trattamento delle steno/occlusioni venose del tratto iliaco femorale cavale.... Si segnala che la base d'asta indicata risulta troppo bassa se rapportata ai prezzi medi di mercato per tali prodotti. Si richiede, pertanto, di voler riparametrare tale base d'asta allineandola ai valori di mercato. Quanto sopra ai fini di garantire la più ampia partecipazione alla fornitura ed un corretto confronto qualitativo tra i vari prodotti offerti. Inoltre, relativamente ai lotti nn. • 56 – Stent in platino e iridio premontato su doppio pallone.. • 62 - Stent in platino e iridio ricoperto in ePTFE premontato su doppio pallone. premesso che il Capitolato Speciale all'art. 6 – CAMPIONATURA, chiede n. 2 pz per ogni riferimento oggetto di gara considerato l'alto valore economico del dispositivo, tutto ciò premesso, chiede che venga concessa la possibilità di presentare campionatura NON sterile. Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.	Si confermano le basi d'asta indicate per tali lotti. E' ammessa la possibilità di presentare campionatura non sterile.

PI030066-19	Con riferimento al Lotto n. 41 si segnala che in questo lotto sono state richieste “Protesi vascolare in dracon knitted rivestita di collagene con rivestimento aggiuntivo in sale di argento e triclosan rette e biforcate, misure varie.” Le protesi rette e quelle biforcate sono due prodotti che hanno prezzi sensibilmente diversi, quindi è impossibile formulare un offerta per entrambi le tipologie con la base d’asta che prende come riferimento il prezzo delle protesi rette, tra i due il più basso. Per altri tipi di protesi (Vedi lotto 36 e 40) la distinzione è stata correttamente fatta ed esistono due lotti distinti per protesi retta (Lotto 36) e protesi biforcata (lotto 40). Chiediamo di poter offrire le due tipologie separatamente. Naturalmente le quantità e le basi d’Asta devono essere modificate per corrispondere alla diversa tipologia di protesi.	Si precisa che l’offerta va formulata solo per le protesi rette. Pertanto nel modulo offerta va inserito solo il dispositivo retto. Per quanto riguarda la protesi biforcata se ritenuto opportuno può essere proposta attraverso la presentazione del listino e la dichiarazione di sconto correlata, come previsto dal disciplinare di gara.
PI029856-19	Con riferimento alla pratica in oggetto siamo a chiederVi i seguenti chiarimenti: A) Lotto 24 - Si richiede in relazione al principio di equivalenza, di accettare dispositivi in lega Cromo-cobalto oltre a quelli in lega di Nitinolo, indicato in capitolato; B) Lotto 52 - Stent autoespandibile in Nitinolo, di richiede di specificare in relazione alla compatibilità con guide da 4 a 8 mm, se il parametro indicato si riferisce al diametro delle stesse. Distinti saluti.	A) L’equivalenza è già prevista dal capitolato (art. 3). Spetta all’operatore economico dimostrare che il dispositivo offerto ha caratteristiche sovrapponibili a quelle stabilite dal capitolato. B) Il parametro richiesto si riferisce al diametro degli stent.
PI029839-19	Posticipo Termine ultimo presentazione offerte Buongiorno, in considerazione all' approssimarsi delle festività natalizie, si richiede gentilmente la possibilità di posticipare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte di almeno 10 gg. Vi ringraziamo anticipatamente. Cordiali saluti e buone feste.	Con avviso di rettifica termini che sarà pubblicato ai sensi di legge la data di scadenza per la presentazione delle offerte sarà posticipata al 24.01.2020 ore 14:00 e quella di apertura delle offerte in pubblico al 28.01.2020 ore 10:00.
PI029690-19	Buongiorno in relazione ai campioni da inviare è sufficiente un solo campione per lotto?	Sono richiesti 2 pz. per ogni lotto, così come indicato nei documenti di gara.

PI029562-19	Con riferimento all'art. 6 - Campionatura del Capitolato Speciale d'Appalto si richiede conferma della possibilità di presentare campionatura non sterile più facilmente utilizzabile sia per la valutazione in corso di gara che per l'eventuale confronto con i prodotti man mano consegnati in caso di aggiudica.	Si conferma.
PI029361-19	LOTTO 60 - Con riferimento al lotto 60 si segnala che il prezzo unitario a base d'asta, per la tipologia di misure richieste, appare significativamente più basso rispetto ai prezzi di mercato. Si richiede, pertanto, di modificare la base d'asta indicata oppure di non rendere tale valore insuperabile pena esclusione. Cordiali saluti	Si conferma la base d'asta e quanto indicato nel disciplinare di gara circa la non ammissibilità di offerte pari o superiori alla base d'asta.
PI029313-19	Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria al punto 16.3.2 del disciplinare di gara vengono richieste "due referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385" mentre nell'ultimo paragrafo del punto 8.2 del disciplinare di gara viene richiesta "una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.p.r.n. 445/2000, dal legale rappresentante, con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore, indicante uno o più destinatari (Enti pubblici o società private), i rispettivi importi di fatturato complessivo, non comprensivo di IVA, riferito alle sole forniture del settore di attività oggetto della gara e non inferiore all'importo del/dei lotto/i per il/i quale/i di produce offerta". Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria chiediamo quindi se è necessario inserire due referenze bancarie oppure è sufficiente la dichiarazione come da punto 8.2 del disciplinare di gara unitamente alle copie dei bilanci dell'ultimo triennio (2016-2018).	I requisiti di capacità economica e finanziaria sono 2: - Il primo è costituito dalle 2 referenze bancarie (nel caso di possesso di una sola referenza occorre presentare i bilanci da cui è possibile evincere dai ricavi del conto economico un importo almeno 1,5 volte l'importo dei lotti di partecipazione; - Il secondo riguarda il fatturato specifico (derivante dalla vendita di dispositivi medici nel triennio considerato) che deve risultare di importo, IVA esclusa, almeno pari all'importo dei lotti di partecipazione. Le referenze bancarie vanno accluse alla documentazione di gara. Il fatturato specifico in questa fase va solo dichiarato, successivamente va comprovato secondo le indicazioni citate nel quesito.

PI029004-19	Buongiorno in riferimento alla gara “GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI MONALDI – COTUGNO – CTO DI NAPOLI” si richiedono i seguenti chiarimenti: ? In riferimento ai lotti nn. 26 – 27 -28 vi segnaliamo che il prezzo posto a base d’asta risulta decisamente inferiore al prezzo medio di mercato per prodotti qualitativi corrispondenti. Trattandosi di una procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, vi chiediamo di rivedere la base d’asta che non consente di offrire prodotti efficaci e di ultima generazione e che presentino le certificazioni previste dall’art. 95 comma 6 lettera a), b), c), d) e l’assistenza post-vendita, di cui alle lettere e), f), g). ? Riguardo al lotto n. 47 “Protesi vascolare biosintetica retta” chiediamo di specificare i quantitativi per ogni misura indicata, in quanto misure diverse presentano prezzi notevolmente diversi. I processi di produzione e i materiali impiegati incidono notevolmente sul costo delle protesi, pertanto una protesi più lunga ha dei costi di progettazione e un impiego di materia prima tali da comportare un incremento del prezzo per sostenere i maggiori costi di produzione. ? Riguardo al lotto n.69 “Strisce adesive calibrate radiopache sterili” chiediamo se si intendono strisce centimtrate o millimtrate.	In riferimento ai lotti 26, 27 e 28 si confermano le basi d’asta e quanto indicato nel disciplinare di gara circa la non ammissibilità di offerte pari o superiori alla base d’asta. In riferimento al lotto n. 47 si rinvia a quanto già indicato nel disciplinare di gara e qui di seguito riproposto: <i>“Nel caso in cui un dispositivo è richiesto in varie misure e/o forme, al fine del calcolo del prezzo complessivo da inserire nel “modulo offerta” è preferibile che sia proposto un prezzo unico valido per l’intera gamma di misure e/o forme; nel caso che il concorrente intenda proporre prezzi diversi per ciascuna misura e/o forma disponibili, si dovrà invece inserire il prezzo medio dell’insieme di tutti i prodotti. I singoli prezzi unitari andranno indicati in corrispondenza di ciascun prodotto nel “prospetto correlato all’offerta economica”.</i> <i>Nel caso di inserimento di un prezzo medio dovrà essere applicata la stessa percentuale di sconto sul listino per tutta la gamma di dispositivi.”.</i> In riferimento al loto 69 si precisa che le strisce devono essere centimtrate.
PI028773-19	BASE D'ASTA LOTTO 67 si richiede se possibile offrire oltre la base d'asta?	Si conferma la base d’asta e quanto indicato nel disciplinare di gara circa la non ammissibilità di offerte pari o superiori alla base d’asta.
PI028605-19	Spett.Le Ente, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 1.In riferimento al lotto 31, possiamo campionare n. 2 pezzi le cui misure saranno scelte a nostra discrezione?” 2.In riferimento al lotto 32, poiché abbiamo una sola misura, è sufficiente campionare un solo pezzo?” Distinti saluti	1. La campionatura deve essere costituita da n. 2 pz. totali con misure scelte a discrezione dell’operatore economico. 2. Occorrono sempre 2 pz.

PI028593-19	Buonasera, per quanto riguarda i prezzi a base d'asta - Lotti 9, 10, 11, 13 Per quanto riguarda i lotti 9, 10: i palloni non complianti, hanno un materiale con delle caratteristiche superiori non paragonabili ai palloni complianti. Perciò il loro prezzo è anche superiore. Lotti 11, 13: tutti e due lotti parlano dei palloni medicati ma con differenza di prezzo tra i due lotti che limitano la partecipazione di tutte le aziende. Cordiali saluti	Si confermano le basi d'asta indicate per tali lotti con l'eccezione del lotto 10, per il quale il nuovo importo complessivo posto a base di gara è di € 5.700,00. <i>Gli operatori economici interessati a partecipare al lotto 10 possono scaricare nella sezione avvisi, presente nella stessa pagina dove sono pubblicati i documenti di gara, i 2 fogli elettronici "modulo offerta allegato 5" ed "elenco lotti, calcolo cauzione, CIG", aggiornati alle modifiche apportate per una corretta presentazione dell'offerta.</i>
PI028364-19	Spett.le RUP, Si chiede gentilmente il caricamento dei CIG dei Lotti di Gara sul portale A.N.A.C. al fine di permettere alle Ditte il pagamento dei contributi di Gara e la generazione del documento PASSOE e consentire così la predisposizione della documentazione di gara. Si ringrazia, cordiali saluti	Lo stato della gara su SIMOG è in "confermato" dal 06.12.2019.
PI028238-19	Spett.le RUP, - Con riferimento alla Busta Tecnica - All. 2 del Capitolato "Scheda Questionario Prodotto", si richiede cosa debba essere inserito nelle voci: "Referenza Fabbrikante" e "Referenza Rivenditore". – Con riferimento alla documentazione della Busta Economica, si chiede cortese conferma che NON SIA OBBLIGATORIO allegare il listino e la dichiarazione dello sconto offerto e che sia possibile presentarli in un momento successivo su espressa richiesta dell'A.O. ? Cordiali saluti,	Per referenza si intende il codice del prodotto. Se l'operatore economico si vuole riservare la possibilità di fornire prodotti a listino secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto il listino e la dichiarazione di sconto va presentata in gara e non dopo.