



Azienda Ospedaliera dei Colli

"AZIENDA OSPEDALIERA  
SPECIALISTICA DEI COLLI"  
Monaldi - Cotugno - C.T.O.

**U.O.C. Gestione Acquisto beni e servizi**

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: [provveditorato@ospedalideicolli.it](mailto:provveditorato@ospedalideicolli.it)

A tutte le  
**Imprese interessate**

Napoli, 26.03.2020

**Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura di sistemi per chirurgia oculare.**

Facendo seguito alle richieste di imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto, si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori interessati alla fornitura, a fornire i correlati chiarimenti come da prospetto allegato e ad apportare delle modifiche al capitolato speciale d'appalto come di seguito indicate.

Si precisa che i chiarimenti in argomento si riferiscono ai quesiti registrati a sistema alla data del 26.03.2020.

Il prospetto **TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEL MATERIALE DI CONSUMO RICHIESTO del lotto 1 – sistema facoemulsificatore dedicato alla chirurgia della cataratta**, di cui all'allegato n. 2 del capitolato speciale d'appalto, è stato modificato nelle descrizioni e nei quantitativi dei dispositivi richiesti ai riff. n. 3, 4, 5 e 6.

Si riporta di seguito il prospetto con tali modifiche che sostituisce quello già pubblicato:

rif.	Descrizione	u.m.	fabb. c.vo
1	set completo di tubi per facoemulsificazione in confezione sterile monouso (custom pack completo)	kit	9.000
2	sacche di bss da 500 cc	cf	9.000
3	punte per manipolo di facoemulsificazione 30° angolate curve monouso sterili	pz	4.500
4	punte per manipolo di facoemulsificazione per micro-incisione tipo Balance monouso sterili	pz	4.500
5	sleeve dedicate per punte di facoemulsificazione 30° angolate da 3,0 mm monouso sterili	pz	4.500
6	sleeve dedicate per punte di facoemulsificazione tipo Balance da 2,4 mm monouso sterili	pz	4.500
7	mandrini per serrare le punte del manipolo di facoemulsificazione	pz	10
8	set per vitrectomia anteriore monouso sterile dedicato	pz	150
9	penne bipolari monouso sterili dedicato per esodiatermia della sclera	pz	250

10	cavo per pluriuso per esodiatermia per penne bipolari	pz	15
----	---	----	----

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
dott. Francesco Buzzo

*Francesco Buzzo*

Registro di Sistema Quesito	Quesito	Risposta
PI011189-20	Salve nel lotto cinque nell inserimento delle offerte economiche c'e un punto obbligatorio da allegare ( offerte correlate) nel disciplinare non e segnato cosa devo caricare per questo punto (Offerte correlate)	<p>Il quesito risulta poco chiaro.</p> <p>La parola “correlate” è presente nelle modalità di presentazione della documentazione tecnica (pag. 31 del disciplinare di gara) e non in quella economica.</p> <p>Uno dei campi dove inserire la documentazione tecnica è infatti denominato “proposte correlate”.</p> <p>Lo stesso disciplinare prevede quale documentazione tecnica vada inserita in questo campo.</p> <p>Nel caso del lotto 5 ad esempio deve essere inserito il documento contenete la descrizione della garanzia.</p>
PI009334-20	Spett.le Ente, si chiede di specificare se il muletto richiesto all'interno dei LOTTI 1, 2 e 3 è da fornire in caso di fermo macchina oppure in fornitura con lo strumento principale. Cordiali saluti	<p>Il muletto richiesto al lotto 1 deve essere stanziale.</p> <p>Quelli relativi ai lotto 2 e 3 devono essere previsti solo in caso di fermo macchina dello strumento principale.</p>
PI008344-20	<p>Spett.le Ente, con riferimento al lotto 1, si sottolinea la necessità di considerare la quantità di punte faco monouso (RIGA 3 2.000pz) pari al numero di kit monouso (RIGA 1 9.000pz).</p> <p>Inoltre si richiede di poter inserire le punte faco monouso e le sleeve per incisione da 2.4mm all'interno dei kit monouso nelle quantità di 9.000pz. In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.</p>	<p>In ordine alle quantità delle punte faco monouso vds. la modifica dell'allegato 2 del capitolato speciale come indicata nella nota a cui è accluso il presente prospetto.</p> <p>In merito alla richiesta di poter inserire le punte faco monouso e le sleeve per incisione all'interno dei kit monouso si conferma tale possibilità.</p> <p>Nel caso di kit o di assemblati, registrati come tali nel Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM), si richiede di evidenziare i singoli componenti e indicare il relativo codice.</p>
PI008343-20	<p>Spett.le Ente, Si sottolinea la necessità di considerare la quantità di punte faco monouso (RIGA 3 2.000pz) pari al numero di kit monouso (RIGA 1 9.000pz).</p> <p>Inoltre si richiede di poter inserire le punte faco monouso e le sleeve per incisione da 2.4mm all'interno dei kit monouso nelle quantità di 9.000pz. In attesa di un gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.</p>	Vds. risposta quesito PI008344-20

PI008087-20

Spett.le Ente, si richiede: 1) qual è il numero di manipoli previsti nelle configurazioni dei lotti 1-2-3; 2) nell'allegato 2-Materiale di consumo -Lotto 1, vengono descritte in modo simile sia la riga 4 sia la riga 6. Si chiede conferma che sia un refuso, e in caso negativo si chiede, gentilmente di esplicitare la differenza tra le due voci. In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il numero di manipoli è indicato nell'allegato 1 del capitolato speciale d'appalto dove sono elencate le caratteristiche minime dei sistemi.

Il numero dei manipoli da fornire è comunque il seguente:

-Lotto 1 10 manipoli;

-Lotto 2 2 manipoli;

-Lotto 3 2 manipoli.

Le descrizioni e i corrispondenti quantitativi del materiale di consumo del lotto 1, rif. 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 2 del capitolato speciale d'appalto, sono stati modificati come riportato nella nota a cui è accluso il presente prospetto.