



Azienda Ospedaliera dei Colli

**"AZIENDA OSPEDALIERA
SPECIALISTICA DEI COLLI"**
Monaldi - Cotugno - C.T.O.

U.O.C. Provveditorato - Economato

tel. 0817062563/fax 0817062321

mail: provveditorato@ospedalideicolli.it

A tutte le

Imprese interessate

Napoli, 08.10.2021

Oggetto: Procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento della fornitura di dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta, per apparato cardiocircolatorio, per dialisi e vari.

Facendo seguito alle richieste di imprese interessate alla partecipazione alla gara in oggetto, si provvede, sulla base anche di quanto comunicato dai Settori interessati alla fornitura, a fornire i correlati chiarimenti come da prospetto allegato.

Si precisa che i chiarimenti in argomento si riferiscono ai quesiti registrati a sistema alla data del 07.10.2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott. Francesco Buzzo

Registro di Sistema Quesito	Quesito	Risposta
PI069652-21	In riferimento alla richiesta di campionatura si chiede di specificare se con la frase "L'etichettatura o la stampigliatura sull'involucro di confezionamento deve essere quella dei prodotti di vendita e perciò conforme a tutti i necessari riferimenti obbligatori richiesti" si intende che i campioni debbano essere inviati in confezionamento primario o secondario. Si chiede inoltre di confermare che la richiesta di 2 campioni sia da intendere per lotto o per misura offerta.	I campioni devono essere inviati nel confezionamento primario. Per il confezionamento secondario, nei casi in cui si rende necessario verificare una particolare caratteristica richiesta, si farà riferimento alle indicazioni riportate nella scheda tecnica. Si conferma che la richiesta di 2 campioni è da intendersi per lotto e non per misura.
PI069459-21	PER QUANTO RIGUARDA IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, SI CHIEDE LA POSSIBILITA' DI POTER APPORRE LA MARCA DA BOLLO SULLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ACCOPAGNATA DA UNA NOSTRA DICHIARAZIONE IN CUI SI DICHIARA CHE E' CONFORME ALL'ORIGINALE IN NOSTRO POSSESSO.	Si, la possibilità indicata è ammessa.
PI069400-21	Buongiorno si chiede un gentile riscontro al seguente quesito inviato in data 23 settembre Con la presente si chiede di voler chiarire su quali parametri si basa il prezzo di € 320,00 posto come base d'asta del Lotto n. 96. A giudizio della scrivente, un prezzo così basso esclude potenziali offerenti limitandone la concorrenza. Si richiede dunque di voler rideterminare la base d'asta per permettere una più ampia partecipazione e per tutelare la qualità dei prodotti offerti. Ringraziando, si saluta cordialmente.	Il prezzo deriva da un'indagine di mercato dove si è tenuto conto della necessità di assicurare la concorrenza, dell'opportunità di acquisire dei prodotti di qualità e dell'esigenza di risparmio dell'Ente.
PI069384-21	Buongiorno è corretto intestare la cauzione provvisoria a : Spett.le A.O.R.N. "AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI" Monaldi-Cotugno-CTO Str. Vicinale Reggente, 66/82, 80131 Napoli NA Grazie	L'intestazione corretta è: Azienda Ospedaliera dei Colli Via L. Bianchi, snc 80131 Napoli
PI069332-21	Spett.Le con la presente si richiede: 1) conferma che a comprova del requisito economico -finanziario possano essere presentati,	1)Si conferma che la comprova del possesso del requisito economico-finanziario deve essere presentata, qualora richiesta, in fase di aggiudicazione. I

	<p>qualora richiesti in fase di aggiudicazione, anche certificazioni rilasciate dagli enti a fronte della dimostrazione del fatturato specifico. Come descritto a pag. 10 del disciplinare è possibile quindi presentare fatturato relativo a qualsiasi dispositivo medico commercializzato dalla scrivente, purché pari alla somma dei lotti per i quali si presenta offerta.</p> <p>2)le cartelle compresse con le quali deve essere caricata la documentazione tecnica devono essere firmate digitalmente, si richiede se i file all'interno debbano essere lasciati in pdf oppure firmati a loro volta.</p> <p>3) per quanto riguarda la campionatura s'intende 2 pz per ogni prodotto offerto nel lotto? Anche se trattasi dello stesso prodotto ma di misura diversa? Oppure è possibile campionare due misure a scelta per lotto, e due misure a scelta per su-lotto? Infine si chiede di specificare se il listino prezzi relativo a prodotti non offerti in gara e relativa dichiarazione dello sconto offerto sia requisito obbligatorio, in quanto a pag. 32 del disciplinare è riportato quanto segue" il concorrente deve allegare pena esclusione, listino e dichiarazioni d'offerta", a pag.33 invece è scritto che il listino non è obbligatorio, ed è da presentare solo su espressa richiesta dell'ente. Si prega di chiarire questo punto.</p> <p>Grazie Cordiali Saluti</p>	<p>documenti che costituiscono tale comprova sono indicati nel disciplinare di gara, così come lo stesso disciplinare prevede che oggetto della comprova è il fatturato nel settore effetto della gara e specificatamente quello riguardante la vendita di prodotti classificabili come dispositivi medici.</p> <p>2)La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella.zip equivalgono alla apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella.zip.</p> <p>3)La campionatura deve essere presentata in n. 2 pz del dispositivo richiesto indipendentemente dal numero di misure presenti.</p> <p>4) Il listino prezzi e la dichiarazione di sconto correlata sono facoltativi.</p>
PI068908-21	<p>Buongiorno, chiediamo conferma delle basi d'asta per il lotto n. 66, essendo non in linea con quelle di dispositivi analoghi pubblicate in alti procedimenti di gara a livello nazionale, limitando purtroppo, la partecipazione di altri operatori economici.</p> <p>Cordiali saluti,</p>	<p>Si conferma la base d'asta del lotto 66. Il prezzo deriva da un'indagine di mercato dove si è tenuto conto della necessità di assicurare la concorrenza, dell'opportunità di acquisire dei prodotti di qualità e dell'esigenza di risparmio dell'Ente.</p>
PI068878-21	<p>Buon pomeriggio, si chiede se gli allegati 5 e 5.1 possono essere inseriti in cartella compressa poiché gli stessi devono (come richiesto dal Disciplinare) essere in formato Excel e non possono essere trasformati in pdf e caricati nello stesso campo della Piattaforma. In attesa di un vs gentile e sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.</p>	<p>Si, gli allegati 5 e 5.1 devono essere inseriti in una cartella compressa</p>
PI068873-21	<p>Buon pomeriggio, si chiede conferma che gli allegati economici 5 e 5.1 non devono essere divisi per lotto. In caso affermativo si evidenzia però che così facendo a partire dal primo lotto offerto si renderebbe noto anche l'offerta economica degli altri lotti. E' possibile dividere quindi suddetti allegati per ogni lotto di gara?</p> <p>Cordiali saluti.</p>	<p>Si conferma che gli allegati economici non devono essere divisi per lotto. Il principio della segretezza dell'offerta è garantito dalle regole della piattaforma di gara. L'apertura delle offerte economiche avverrà contestualmente una volta terminata la valutazione tecnica e in seduta pubblica.</p>

PI068667-21	Buongiorno, per i quesiti inviati dopo il 19.09.2021 i chiarimenti saranno forniti in data utile? Poichè abbiamo inviato un quesito nr protocollo PI064423-21 in data 28.09.2021 ma non ci è stata data ancora risposta. in attesa cordiali saluti.	La data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata posticipata così come le date per nuovi quesiti e per i relativi riscontri.
PI068585-21	Spett.le A.O. DEI COLLI Nella GU è apparso un avviso di rettifica in riferimento alla scadenza della presentazione offerta dal 19/10/2021 al 3/11/2021 . Il numero dell'avviso di riferimento nella GU S: 2021/S 193-501933. Essendo che tale rettifica non è comparsa sul portale, si chiede di confermare o meno la stessa. Si chiede inoltre di confermare o meno la proroga della consegna della campionatura al 3/11 e della richiesta di chiarimenti 15 giorni prima dalla data di scadenza Cordiali Saluti	La rettifica è stata riportata nel portale dove agli atti di gara sono stati aggiunti: il bando, l'all. 5 (modulo offerta) e il foglio di calcolo cauzione/contributo ANAC rettificati. La proroga della consegna della campionatura è stata disposta in conseguenza del nuovo termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte.
PI068506-21	Spett.le Ente, relativamente al lotto 60 si chiede di poter fornire sacche realizzate con materiale fotoprotettivo che garantisce la stessa funzionalità del coprisacca e al tempo stesso facilita le operazioni del personale sanitario in termini di maneggevolezza e monitoraggio della soluzione durante l' infusione	Si, a condizione che sia comunque garantito l'effetto fotoprotettivo.
PI067713-21	Spettabile Ente, a causa di problemi legati all'emergenza covid-19, chiediamo cortesemente la proroga ai termini di presentazione della campionatura relativa al lotto 107-sub. 2, dando la possibilità di presentarla entro la seduta di valutazione tecnica. Cordiali saluti	La data di presentazione delle offerte è stata prorogata e, conseguentemente, quella per la presentazione della campionatura. Non sono possibili ulteriori differimenti, tra l'altro, senza l'indicazione di una data certa.
PI067176-21	Buongiorno, chiediamo conferma delle basi d'asta per i lotti 6, 7 ed 11, essendo non in linea con le basi d'asta di dispositivi analoghi pubblicate in alti procedimenti di gara a livello nazionale. In particolare, la base d'asta del lotto 7 risulta essere eccessivamente bassa pur dovendo offrire due dispositivi (uno dei quali oltretutto viene riproposto nel lotto 11 dove c'è una base d'asta superiore). Basi d'asta di questo importo limitano purtroppo la partecipazione di altri operatori economici. Cordiali saluti,	Si confermano i prezzi delle basi d'asta per i lotti indicati. I prezzi derivano da un'indagine di mercato dove si è tenuto conto della necessità di assicurare la concorrenza, dell'opportunità di acquisire dei prodotti di qualità e dell'esigenza di risparmio dell'Ente. In ordine alla riproposizione del prodotto si chiarisce che, per necessità operative ed al fine di evitare sprechi, si è ritenuto utile dotarsi sia del prodotto singolo che del prodotto abbinabile all'ago introduttore.

PI067027-21	Buongiorno, si chiede se l'imposta di bollo relativa alla domanda di partecipazione, può essere assolta inviando la scansione della marca da bollo debitamente annullata, unitamente ad un'autodichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta medesima. Grazie	Si, la possibilità indicata è ammessa.
PI066584-21	Buongiorno, relativamente ai requisiti di capacità economica-finanziaria, in fase di gara, è necessario presentare un documento/dichiarazione o solo in caso di comprova? Cordiali saluti	I requisiti di capacità economica-finanziaria vanno dichiarati in fase di presentazione delle offerte nell'apposita sezione del DGUE. La comprova, con i documenti previsti dal disciplinare di gara, avviene in un secondo momento su richiesta della Stazione Appaltante attraverso il sistema AVCpass.
PI064792-21	1)A pag. 32 del Disciplinare di gara viene richiesto: "Nel caso di partecipazione a più lotti è necessario caricare il medesimo modulo per tutti i lotti offerti". Si chiede cortesemente di chiarire cosa si intende, ovvero bisogna compilare una sola volta il modulo contenente i dati economici di tutti i lotti offerti e caricarlo più volte quanti ne sono i lotti, oppure bisogna compilare un modulo a sé per ogni singolo lotto offerto? 2)A pag. 32 del Disciplinare di gara viene richiesto: "In aggiunta a quanto precedentemente indicato il Concorrente deve collocare a sistema, pena l'esclusione, nel campo all'uopo predisposto nella scheda caricamento lotti "listino e dichiarazioni correlate all'offerta". Si conferma che il listino prezzi e la dichiarazione dello sconto offerto, NON SONO OBBLIGATORI? Pertanto non sono richiesti a pena di esclusione? 3) L'imposta di bollo pari ad euro 16,00 prevista a pag. 23 del disciplinare di gara, può essere assolta mediante marca da bollo?	1) Bisogna compilare una sola volta il modulo contenente i dati economici di tutti i lotti offerti e caricarlo più volte quanti ne sono i lotti. 2) Si conferma che la presentazione dei documenti è a pena di esclusione solo se sono obbligatori. 3)Si, tale possibilità è ammessa.
PI064423-21	LOTTO 71 : CVC PICC RIVESTITO CON CLOREXIDINA Si fa richiesta che per detto lotto il prezzo a base d'asta rispetto al quantitativo ed importo finale, risulta essere basso in confronto a quello già praticato alla Vs. struttura contratto n. 4600058606 ed anche ad altre strutture ospedaliere della regione Campania.L'importo a base d'asta dovrà essere aumentato almeno del 50%. E' ovvio che tale prezzo deriva dall'aggiunta degli stilette e in caso di aggiudica vi verrà fornito ad uso gratuito un sistema di navigazione dedicato necessario per l'impianto dei Picc + Stilette. Distinti saluti	Si conferma l'importo posto a base d'asta anche in considerazione che non è prevista alcuna aggiunta di stilette e sistema di navigazione dedicato.
PI063779-21	Con riferimento al Lotto 91, si richiede di confermare che la U.M. (unità di misura) sono i flaconi (fl) come per gli altri lotti 87-88-90 relativi a soluzioni e non i "ml" come descritto nel file EXCEL All.5 modulo offerta. In tal caso si chiede di specificare la quantità di flaconi prevista nella fornitura triennale e confermare la base d'asta. Grazie cordiali saluti	Si conferma l'unità di misura indicata nel modulo offerta; pertanto il prezzo offerto deve essere riferito a ml.

PI063778-21	Con riferimento al Lotto 91, si richiede di confermare se la tipologia di dispositivi medici impiantabili a cui si fa riferimento nella descrizione del lotto è la categoria dei dispositivi medici elettronici impiantabili, ovvero pacemaker, defibrillatori, loop recorder ed elettrocateri impiantabili.” Grazie cordiali saluti	Si conferma che la tipologia di dispositivi medici impiantabili a cui si fa riferimento nella descrizione del lotto 91 è la categoria dei “dispositivi medici elettronici impiantabili, ovvero pacemaker, defibrillatori, loop recorder ed elettrocateri impiantabili”.
PI063575-21	Spett.le Ente, in riferimento al lotto 56, La scrivente commercializza un dispositivo che si connette alla valvola needle free (luer-lock femmina). Avendo ricevuto comunicazione della suddivisione del lotto 56 in due lotti, si chiede cortesemente a quale delle due voci dell'ex lotto 56 possiamo partecipare. Cordiali saluti	Vds. la nuova documentazione di gara in cui i 2 prodotti costituiscono ora 2 lotti separati (56 e 109) con caratteristiche minime differenti.
PI063294-21	Con la presente si chiede di voler chiarire su quali parametri si basa il prezzo di € 320,00 posto come base d’asta del Lotto n. 96. A giudizio della scrivente, un prezzo così basso esclude potenziali offerenti limitando la concorrenza. Si richiede dunque di volere rideterminare la base d’asta per permettere una più ampia partecipazione e per tutelare la qualità dei prodotti offerti. Ringraziando, si porgono cordiali saluti.	Il prezzo deriva da un’indagine di mercato dove si è tenuto conto della necessità di assicurare la concorrenza, dell’opportunità di acquisire dei prodotti di qualità e dell’esigenza di risparmio dell’Ente.
PI063284-21	Buonasera, chiediamo conferma che i documenti da noi presentati in gara possano essere sottoscritti da qualsiasi procuratore che abbia il potere di impegnare la società allegando copia del documento che attesti i suoi poteri e copia del documento d'identità. Distinti Saluti - [REDACTED]	Si conferma che i documenti presentati in gara possano essere sottoscritti da qualsiasi procuratore che abbia il potere di impegnare la società allegando copia del documento che attesti i suoi poteri.
PI062677-21	Spett.Le Ente, in merito al lotto 84 In merito al lotto 84, si chiede conferma che sia accettato il principio di equivalenza al fine di favorire la più ampia partecipazione di operatori economici, nonostante una caratteristica indicata individui un prodotto specifico di un determinato operatore economico. Cordiali saluti	Come già indicato in un precedente chiarimento il principio di equivalenza sarà accettato. Pertanto saranno presi in considerazione dalla Commissione Giudicatrice, ai fini dell'ammissione alla successiva fase di valutazione, i soli prodotti che assicurano l'equivalenza funzionale del dispositivo le cui caratteristiche sono definite nel capitolato. Costituisce tuttavia preciso obbligo dell'operatore economico offerente dimostrare attraverso la presentazione di apposita documentazione tale equivalenza.
PI062169-21	Spett. le Ente, per la procedura in oggetto si chiede di POTER CAMPIONARE alcune delle misure proposte in un lotto, anzichè due pz. di ciascun prodotto offerto oppure di prorogare la scadenza dei termini della presentazione della stessa poiché a causa dell'emergenza nazionale	La richiesta di 2 pz non è da intendersi per misura ma di almeno 2 pz del dispositivo descritto in un lotto indipendentemente dalle misure previste.

dovuta al Coronavirus le Aziende stanno avendo una serie di difficoltà oggettive che non consentono il normale svolgimento del lavoro. Si lavora con un organico molto ridotto, in questo momento impegnato soprattutto a rispondere alle numerose procedure di acquisto in urgenza per il reperimento dei dispositivi medici e dei farmaci necessari per i pazienti contagiati. Inoltre ci sono reali difficoltà nei trasporti, per merci e persone che rendono difficoltoso l'approvvigionamento e la spedizione della campionatura richiesta. In attesa di un riscontro porgiamo cordiali saluti. [REDACTED]

I termini concessi per la presentazione delle offerte dalla data di pubblicazione del bando sono sovrabbondanti rispetto a quelli previsti dalla normativa. La scadenza subirà solo un lieve differimento per la modifica del lotto 56.