ASL NAPOLI 2 NORD - Prot. 0051329/u del 20/12/2021 14.28 Registrato da: SP U.O.C. Provveditorato Ed Economato
20/12/2021 14.28-20210051329

napoli2nord

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Al Rup
Dott.sa Concetta Gengaro
U.O.C. ABS

OGGETTO: RISPOSTE AI CHIARIMENTI TECNICI RELATIVI ALLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MININVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA PER L'ASL NAPOLI 2 NORD DI CUI ALLA DELIBERA DI INDIZIONE N. 1704 del 03.11.2021.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti di natura tecnica, premesso che in ossequio all'art. 2.2 del Disciplinare di Gara rubricato "***Chiarimenti***": "*.....non sono ammessi tra gli altri, chiarimenti di mera conferma di prescrizioni degli atti di gara e chiarimenti in ordine alle caratteristiche della Fornitura in quanto già ampiamente ed esaustivamente indicati nel Capitolato Tecnico all'art. 3 e all'art.4*", si chiarisce quanto segue:

1)In riferimento alla procedura in corso, con la presente si sottolinea quanto segue: LOTTO 13:la descrizione identifica una produzione ben precisa citando un marchio di commercio esclusivo EDGE. Si richiede, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs 50/2016 di poter offrire un prodotto equivalente per funzionalità e finalità d'uso. In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

Si deve intendere tipo "EDGE" e si può offrire un prodotto equivalente per funzionalità e finalità d'uso

2)Buongiorno, relativamente al lotto n.25, chiediamo se la caratteristica della sterilità è tassativa. Grazie:

La sterilità è tassativa

3)Con riferimento al lotto 25 si chiede conferma che le piastre richieste sono Bipartite. Cordiali saluti

La piastre sono da intendersi bipartite

4) Si vuole far notare che nel file "Fabbisogno", allegato al Capitolato Speciale d'appalto, in corrispondenza delle descrizioni dei Lotto 41- 42- 43 "Pinze monouso per chirurgia a radiofrequenza" viene riportata la seguente indicazione: "Branche lunghezza minima 24 mm e 40 mm" che, ad avviso della scrivente, non risulta chiaramente formulata, in quanto la lunghezza minima di 24 mm già contempla in sé tutte le possibili misure superiori: non si ravvisa pertanto la necessità di aggiungere anche l'ulteriore contempla in sè tutte le possibili misure superiori: non si ravvisa pertanto la necessità di aggiungere anche l'ulteriore lunghezza minima di 40 mm.
Si chiede di conseguenza, per una maggiore chiarezza, di modificare la suddetta indicazione facendo riferimento ad un'unica misura minima, ovvero quella di 24mm, cosi da contemplare anche tutte le eventuali altre misure a partire da 24 mm in sù;

La lunghezza Minimo 24 mm contempla in sé tutte le misure superiori

Il DEC-Direttore U.O.C. Farmacia P.O. di Pozzuoli
Dott.sa Ippolita Sorrentino

Ippolita Sorrentino