ASL NAPOLI 2 NORD - Prot. 0051330/u del 20/12/2021 14.32 Registrato da: SP U.O.C. Provveditorato Ed Economato
20/12/2021 14.32-20210051330

aslnapoli2nord

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Al Rup
Dott.sa Concetta Gengaro
U.O.C. ABS

OGGETTO: RISPOSTE AI CHIARIMENTI TECNICI RELATIVI ALLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MININVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA PER L'ASL NAPOLI 2 NORD DI CUI ALLA DELIBERA DI INDIZIONE N. 1704 del 03.11.2021.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti di natura tecnica, premesso che in ossequio all'art. 2.2 del Disciplinare di Gara rubricato "***Chiarimenti***": "*.....non sono ammessi tra gli altri, chiarimenti di mera conferma di prescrizioni degli atti di gara e chiarimenti in ordine alle caratteristiche della Fornitura in quanto già ampiamente ed esaustivamente indicati nel Capitolato Tecnico all'art. 3 e all'art.4*", si chiarisce quanto segue:

1) Con riferimento alla descrizione tecnica dei prodotti di cui all'allegato "Fabbisogno" si rileva come la mancata inclusione di un margine di tolleranza nelle misure specificate comporterebbe l'automatica esclusione di offerte per dispositivi potenzialmente idonei. Pertanto, al fine di garantire il più ampio confronto concorrenziale e di evitare irragionevoli limitazioni della concorrenza, nell'interesse di questa spett.le Amministrazione, si chiede gentilmente di voler

confermare che tutte le misure indicate, debbano leggersi con la dicitura "+/- 5cm" subito prima della misura;
Si conferma che le misure indicate sono da intendersi con la dicitura +/- 5 cm prima della misura

2) Con riferimento alla descrizione tecnica del lotto n. 38 di cui all'allegato "Fabbisogno" si rileva come siano specificate due misure per il diametro del dispositivo, rispettivamente pari a 22mm e 12mm. Siamo gentilmente a chiedere di voler specificare quale sia la misura del diametro richiesta per il dispositivo
Le misure sono da intendersi: circa 12 mm di diametro e lunghezza dello stelo circa 22 mm

3) Si rileva come il riferimento alla tecnologia PTC per il controllo della temperatura, presente nella descrizione dei lotti nn. 35, 36 e 39 di cui all'allegato "Fabbisogno" identifichi una produzione esclusiva, ovvero il prodotto "EnSeal G2", commercializzato dalla sola ditta Johnson & Johnson. Al fine, dunque, di evitare qualsiasi limitazione artificiale della concorrenza, vietata ai sensi dell'art. 30 comma 2 D.lgs. 50/2016, e di permettere la partecipazione al maggior numero di aziende, nell'interesse di questa Spett.le Amministrazione, si invita a voler rimuovere il riferimento alla tecnologia PTC dalla descrizione dei lotti nn. 35, 36 e 39;
Nella gestione del calore emessa dallo strumento al momento dell'attivazione vi è l'esigenza di avere una tecnologia che eviti danni tissutali pertanto si accetta anche una tecnologia simile e/o equivalente

4) Si rileva come la presenza dell' attivazione a pedale, piuttosto che manuale, non comporti alcun vantaggio oggettivo dal punto di vista del risultato clinico.

Infatti, risulta irragionevole considerare la presenza di un' attivazione a pedale quale requisito minimo, comportante l'esclusione dei dispositivi sprovvisti di tale caratteristica, ma altrettanto idonei a soddisfare le esigenze di questa spett.le Amministrazione. Pertanto, al fine di garantire il più ampio confronto concorrenziale, si chiede gentilmente di voler considerare tutte le istanze in cui viene richiesta la sopra citata caratteristica nella descrizione dei lotti di cui all'allegato "Fabbisogno" quale alternativa (specialmente nei lotti nn. 35, 36, 38, 39, 45, 46 e 49), dovendosi leggere come "attivazione-comando manuale e/o a pedale";

Nella descrizione dei lotti in oggetto è indicato " con attivazione a pedale e manuale".

Il DEC-Direttore U.O.C. Farmacia P.O. di Pozzuoli
Dott.sa Ippolita Sorrentino