



## A5 – Descrizione caratteristiche minime- oggetto dell'appalto

**Gara 1351 - Fornitura triennale di Dispositivi per la Chirurgia Bariatrica per le esigenze dell'A.O.U. Federico II di Napoli.**

LOTTO UNICO	DESCRIZIONE CARATTERISTICHE MINIME	QUANTITA' TRIENNALE	IMPORTO UNITARIO PRESUNTO	IMPORTO TOTALE PRESUNTO
<b>A</b>	Sistema di bendaggio gastrico impiantabile monouso sterile, per chirurgia bariatrica composto da: bendaggio gastrico regolabile con port di iniezione, preformato/precurvato, con camera pneumatica a 360° a bassa pressione	180	2.200,00 €	396.000,00 €
<b>B</b>	Sonda di calibrazione gastrica monouso in silicone morbido, con pallone a forma ellittica, diametro sonda French 39 (+/- 5 French). Lunghezza sonda cm 75 (+/- 10 cm).	180	145,00 €	26.100,00 €
			<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 422.100,00</b>

### Caratteristiche qualitative di valutazione

I punteggi saranno attribuiti con metodo discrezionale secondo i criteri indicati nella tabella che segue:

<b>Lotto unico</b>	<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Punti</b>
A	Facilità di posizionamento, qualità dei materiali, levigatezza ed atraumaticità	12
	Totalmente gonfiabile non trasbordante il limite perimetrale, ad esercizio radiale con ampio appoggio	20
	Capacità di mantenere la forma circolare dell'anello interno, superficie interna di elevata morbidezza	13
	Facilità di apertura e chiusura del sistema meccanico per riposizionamento intraoperatorio, sistema di sicurezza tra catetere e port con possibilità di sostituirlo	13
B	Flessibilità e facilità di posizionamento	3
	Qualità dei materiali, levigatezza ed atraumaticità	5
	Resistenza alla pressione e tenuta del pallone di fissaggio	4

**METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL' OFFERTA TECNICA**

<b>GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE</b>	<b>COEFFICIENTE (C<sub>G</sub>)</b>
Inadeguato	0,00
Parzialmente adeguato	0,25
Adeguito	0,50
Più che adeguato	0,75
Ottimo	1,00