

"A6- CRITERI DI VALUTAZIONE"							
N.	Criterio	Tipo prodotto	Modalità di attribuzione del punteggio	P. max	P. D max	P.Q max	P.T max
1	<b>Tasso di dispersione/evaporazione (NER)</b>	Contenitore criogenico fisso LOX (Obbligatorio)	<p>Il punteggio verrà attribuito in funzione del minor tasso di dispersione previsto dal contenitore offerto. Il coefficiente Va(i) viene attribuito con formula lineare (Q1): base d'asta 0,85kg/giorno. U.M. kg/giorno</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il tasso di dispersione/evaporazione (kg/giorno) dell'apparecchio offerto, avente capacità di 31litri</p> <p>Il tasso di dispersione dovrà essere lo stesso per tutti gli AIC previsti in offerta dall'OE per lo specifico modello/marca</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il valore puntuale. Nel caso in cui il valore numerico sia preceduto da simbologia (&lt; o &gt;) la commissione considererà valore numerico.</p> <p>L'operatore dovrà riportare il valore nell'allegato "A7-Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio"" con specifici riferimenti alle schede tecniche.</p>	<b>3,5</b>		3,5	
2	<b>Autonomia stroller cd. piccolo</b>	Contenitore Stroller cd. piccolo LOX (obbligatorio)	<p>Il punteggio verrà attribuito in funzione della maggior autonomia garantita dal contenitore stroller offerto.</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il valore puntuale a flusso 2 l/m.. Nel caso in cui il valore numerico sia preceduto da simbologia (&lt; o &gt;) la commissione considererà valore numerico. Il punteggio verrà attribuito nella seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autonomia pari a 3 ore = 0 pt.</li> <li>- autonomia &gt; 3 ore fino a 4 ore (comprese) =1,5 pt.</li> <li>- autonomia &gt; 4 ore (oltre le 4 ore) = 3 pt.</li> </ul> <p>Il concorrente dovrà indicare l'autonomia a flusso di 2 l/m dello Stroller offerto</p> <p>L'operatore dovrà riportare il valore nell'allegato "A7-Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio"" con specifici riferimenti alle schede tecniche.</p>	<b>3</b>			3
3	<b>Autonomia stroller cd.grande</b>	Contenitore Stroller cd. grande LOX (obbligatorio)	<p>Il punteggio verrà attribuito in funzione della maggior autonomia garantita dal contenitore stroller offerto.</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il valore puntuale a flusso 2 l/m.. Nel caso in cui il valore numerico sia preceduto da simbologia (&lt; o &gt;) la commissione considererà valore numerico. Il punteggio verrà attribuito nella seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autonomia pari a 5 ore = 0</li> <li>- autonomia &gt; 5 fino a 8 ore =1,5</li> <li>- autonomia &gt; 8 ore = 3</li> </ul> <p>Il concorrente dovrà indicare l'autonomia a flusso di 2 l/m dello Stroller offerto</p> <p>L'operatore dovrà riportare il valore nell'allegato "A7-Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio"" con specifici riferimenti alle schede tecniche.</p>	<b>3</b>			3

4	<b>Peso stroller cd. Piccolo</b>	Contenitore Stroller piccolo LOX (obbligatorio)	<p>Il punteggio verrà attribuito in funzione del peso dello Stroller pieno. Verrà premiato il miglioramento del peso a pieno. Il concorrente dovrà indicare il peso dell'apparecchio offerto.</p> <p>Nel caso in cui il valore numerico sia preceduto da simbologia (&lt; o &gt;) la commissione considererà valore numerico. Il punteggio verrà attribuito nella seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- peso pari a 3 kg = 0</li> <li>- peso &lt; 3 Kg fino a 2,7 kg = 1,5</li> <li>- peso &lt; 2,7 kg = 3</li> </ul> <p>L'operatore dovrà riportare il valore nell'allegato "A7-Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio" con specifici riferimenti alle schede tecniche.</p>	3			3
5	<b>Peso stroller cd. Grande</b>	Contenitore Stroller grande LOX (obbligatorio)	<p>Il punteggio verrà attribuito in funzione del peso dello Stroller pieno. Verrà premiato il miglioramento del peso a pieno. Il concorrente dovrà indicare il peso dell'apparecchio offerto.</p> <p>Nel caso in cui il valore numerico sia preceduto da simbologia (&lt; o &gt;) la commissione considererà valore numerico. Il punteggio verrà attribuito nella seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- peso pari a 5 kg = 0</li> <li>- peso &lt; 5 fino a 3,8 Kg = 1,5</li> <li>- peso &lt; a 3,8 kg = 3</li> </ul> <p>L'operatore dovrà riportare il valore nell'allegato "A7-Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio" con specifici riferimenti alle schede tecniche.</p>	3			3
6	<b>Rumorosità concentratore fisso</b>	Concentratore fisso COX (obbligatorio)	<p>Il punteggio verrà attribuito in funzione della rumorosità del concentratore fisso offerto</p> <p>Il coefficiente <math>Va(i)</math> viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 48 db</p> <p>Verrà premiato il miglioramento (DB in meno) della rumorosità - unità di misura "DB". Il concorrente dovrà indicare la rumorosità (DB) dell'apparecchio offerto.</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il valore puntuale. Nel caso in cui il valore numerico sia preceduto da simbologia (&lt; o &gt;) la commissione considererà valore numerico</p> <p>L'operatore dovrà riportare il valore nell'allegato "A7-Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio" con specifici riferimenti alle schede tecniche.</p>	3		3	
7	<b>Sensibilità manopola regolazione flusso concentratore fisso</b>	Concentratore fisso COX (obbligatorio)	<p>Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione della possibilità di regolazione del flusso ad intervalli di 0,5 l/m.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SI: 2 punti</li> <li>- NO: 0 punti</li> </ul> <p>L'operatore dovrà riportare il valore nell'allegato "A7-Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio" con specifici riferimenti alle schede tecniche.</p>	2			2

8	<b>Gamma di allarmi presenti sul concentratore fisso</b>	Concentratore fisso COX (obbligatorio)	<p>Il giudizio verrà attribuito in funzione della varietà e della tipologia degli allarmi previsti dall'apparecchio</p> <p>La Commissione premierà l'offerta che per varietà e tipologia di allarmi previsti dall'apparecchio garantisce l'utilizzo dello stesso nella massima sicurezza</p> <p>L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella "relazione tecnica" con specifici riferimenti alle schede tecniche</p>	2,5	2,5		
9	<b>Presenza di contatore ore terapia concentratore fisso</b>	Concentratore fisso COX (obbligatorio)	<p>Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione della presenza sull'apparecchio di un contatore di ore terapia</p> <p>- SI: 2,5 punti - NO: 0 punti</p> <p>L'operatore dovrà riportare il valore nell'allegato "A7-Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio" con specifici riferimenti alle schede tecniche.</p>	2,5			2,5
10	<b>Peso concentratore portatile</b>	Concentratore portatile COX (obbligatorio)	<p>Il punteggio verrà attribuito in funzione del peso del concentratore portatile con batteria standard.</p> <p>Il punteggio viene così attribuito:</p> <p>- peso pari a 3 kg= 0 - peso &lt; 3 kg fino a 2,7 kg = 1,5 - peso &lt; 2,7 kg = 3</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il valore puntuale. Nel caso in cui il valore numerico sia preceduto da simbologia (&lt; o &gt;) la commissione considererà valore numerico.</p> <p>L'operatore dovrà riportare il valore nell'allegato "A7-Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio" con specifici riferimenti alle schede tecniche.</p>	3			3
11	<b>Autonomia batteria concentratore portatile</b>	Concentratore portatile COX (obbligatorio)	<p>Il punteggio verrà attribuito sulla base dell'autonomia (a flusso pulsato a livello intermedio) che il concorrente garantirà all'apparecchio, anche tramite integrazione di altra batteria.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo</p> <p>- Autonomia uguale a 3 ore = 0 punti; - Autonomia &gt; di 3 ore fino a 4 ore = 1 punto; - Autonomia &gt; di 4 ore fino a 6 ore = 2 punti; - Autonomia &gt; di 6 ore=3 punti</p> <p>L'operatore dovrà riportare il valore nell'allegato "A7-Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio" con specifici riferimenti alle schede tecniche.</p>	3			3

12	<b>Rumorosità concentratore trasportabile</b>	Concentratore trasportabile COX (obbligatorio)	<p>Il punteggio verrà attribuito in funzione della rumorosità del concentratore trasportabile offerto</p> <p>Il coefficiente <math>Va(i)</math> viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 50 db;</p> <p>Verrà premiato il miglioramento (DB in meno) della rumorosità - unità di misura "DB". Il concorrente dovrà indicare la rumorosità (DB) dell'apparecchio offerto.</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il valore puntuale. Nel caso in cui il valore numerico sia preceduto da simbologia (&lt; o &gt;) la commissione considererà valore numerico.</p> <p>L'operatore dovrà riportare il valore nell'allegato "A7-Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio"" con specifici riferimenti alle schede tecniche.</p>	2		2	
13	<b>Autonomia batteria concentratore trasportabile</b>	Concentratore trasportabile COX (obbligatorio)	<p>Il punteggio verrà attribuito in funzione dell'autonomia del concentratore trasportabile offerto</p> <p>Il coefficiente <math>Va(i)</math> viene attribuito con formula lineare (Q2);;</p> <p>Verrà premiato la maggior autonomia (a flusso pulsato a livello intermedio) anche tramite integrazione di altra batteria.</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il valore puntuale. Nel caso in cui il valore numerico sia preceduto da simbologia (&lt; o &gt;) la commissione considererà valore numerico.</p> <p>L'operatore dovrà riportare il valore nell'allegato "A7-Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio"" con specifici riferimenti alle schede tecniche.</p>	2		2	
14	<b>Interfaccia - caratteristiche generali</b>	Ossigenoterapia LOX e COX (Obbligatorio)	<p>Il giudizio verrà attribuito in funzione della qualità generale delle interfacce relativamente ad esempio a struttura, sistemi di sicurezza, vestibilità.</p> <p>La Commissione premierà la proposta che saprà garantire il più alto livello di qualità del prodotto in termini di resistenza, vestibilità e facilità di utilizzo</p> <p>L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella "relazione tecnica" con specifici riferimenti alle schede tecniche</p>	4	4		
15	<b>Gamma interfacce</b>	Obbligatorio/facoltativi LOX e COX	<p>Il giudizio verrà attribuito in funzione delle caratteristiche generali delle tipologie di interfacce aggiuntive che l'operatore offre ad eventuale integrazione di quanto richiesto in gara al fine di soddisfare il più ampio ventaglio di esigenze dell'assistito.</p>	2	2		
16	<b>Esecuzione del servizio anche nel territorio dell'Unione Europea</b>	Servizio LOX/COX	<p>Il punteggio verrà attribuito in funzione dell'offerta del servizio, anche per brevi soggiorni all'estero, in tutti i paesi dell'Unione Europea. Il servizio dovrà rispettare gli standard qualitativi richiesti nel Capitolato. Tale tipologia di consegna dovrà essere effettuata senza oneri aggiuntivi per le ASL e deve essere pertanto compresa nel prezzo offerto in gara. Si stima una percentuale non superiore al 1% dei pazienti in cura. La mancata offerta del servizio di consegna in tutti paesi dell'Unione Europea comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0</p>	3			3

17	<b>Modalità di gestione delle consegne</b>	Servizio LOX/COX	<p>Il giudizio verrà attribuito in funzione delle modalità di gestione delle consegne sia in ambito regionale che extraregionale (nel territorio nazionale), al fine di garantire le tempistiche e i requisiti di servizio di cui al Capitolato Tecnico.</p> <p>La Commissione premierà l'offerta che saprà garantire la massima flessibilità (in termini di modalità di attivazione, eventuali modifiche del piano terapeutico, spostamenti extraregione, ecc) nella gestione delle consegne per ossigenoterapia LOX e COX</p>	3	3		
18	<b>Help desk - assistenza di primo livello</b>	Servizio LOX/COX	<p>Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni e degli strumenti atti a garantire l'assistenza di primo livello (richiesta risoluzione criticità dal livello basso ad alto).</p> <p>La Commissione premierà la proposta che, per strumenti e soluzioni previsti, saprà garantire contestualmente l'immediato accesso al servizio (anche garantendo risposta multilingua), nonché l'individuazione e la conseguente gestione in tempo reale dei diversi livelli di criticità (es. modalità di gestione interventi di primo livello via telefono, individuazione priorità di intervento, programmazione interventi di risoluzione guasti)</p>	3	3		
19	<b>Modalità di esecuzione delle attività di "manutenzione straordinaria/correttiva"</b>	Servizio COX	<p>Il giudizio verrà attribuito in base alle modalità proposte per l'esecuzione delle attività di "manutenzione straordinaria/correttiva" di cui al Capitolato Tecnico, finalizzate a garantire il minor disagio per l'utenza, assicurando, al contempo, la perfetta continuità del servizio</p> <p>La Commissione premierà la proposta che per soluzioni e strumenti previsti saprà garantire, la riduzione del disagio dell'utenza e assicurare la continuità della fornitura.</p>	2,5	2,5		
20	<b>Tempistiche di intervento per la "manutenzione straordinaria/correttiva"</b>	Servizio COX	<p>Il coefficiente Va(i) viene attribuito con formula lineare (Q1): Valore a base gara: 48 ore solari (2.880 minuti)</p> <p>Il concorrente dovrà indicare le tempistiche previste per l'intervento di manutenzione straordinaria/correttiva.</p> <p>Verrà premiato il miglioramento (minuti in meno) delle tempistiche di intervento - unità di misura "minuti".</p> <p>Il concorrente dovrà riportare il valore puntuale nell'allegato "A7-Questionario requisiti minimi e parametri a punteggio".Nel caso in cui il valore numerico sia preceduto da simbologia (&lt; o &gt;) la commissione considererà valore numerico.</p>	2		2	

21	<b>Istruzione e addestramento utenza al corretto utilizzo dei prodotti</b>	Servizio LOX/COX	<p>Il punteggio verrà attribuito in funzione degli strumenti, delle soluzioni, nonché delle modalità e tempistiche di svolgimento previsti (es. svolgimento corsi, supporto periodico, disponibilità video lezioni, corsi e istruzioni multilingua, ecc.) al fine di istruire il paziente/care giver al corretto utilizzo e conservazione dei dispositivi/materiali/accessori sia per ossigenoterapia LOX e COX, nel rispetto di criteri di prevenzione dai rischi specifici.</p> <p>La Commissione premierà le proposte che per innovatività degli strumenti formativi utilizzati e per tematiche trattate, garantiscano un percorso di istruzione e addestramento dell'utenza continuo e aggiornato nel tempo su tutte le tematiche relative all'utilizzo dei prodotti e al mantenimento degli standard di funzionamento e sicurezza</p>	<b>3,5</b>	3,5		
22	<b>Informatizzazione del servizio - accesso alle informazioni</b>	Servizio LOX/COX	<p>Il giudizio verrà attribuito in funzione delle soluzioni e degli strumenti atti a consentire l'accesso al più ampio ventaglio di informazioni – in particolar modo attinenti al controllo delle prescrizioni e dei consumi - relative al servizio da parte degli operatori dell'Azienda Sanitaria</p> <p>La Commissione premierà la proposta che saprà garantire massima flessibilità di accesso al più ampio ventaglio di informazioni ai fini della verifica del servizio da parte degli operatori dell'Azienda Sanitaria</p>	<b>3,5</b>	3,5		
23	<b>Possesso certificazione ISO 45001</b>	ND	<p>Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione richiesta.</p> <p>- SI: 1 punti - NO: 0 punti</p> <p>Nel caso di RTI/Consorzi dovrà essere indicata la quota di esecuzione del servizio da parte delle imprese certificate.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito in proporzione alle suddette quote di esecuzione.</p>	<b>1</b>			1
24	<b>Possesso certificazione SA 8000</b>	ND	<p>Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione richiesta.</p> <p>- SI: 1 punti - NO: 0 punti</p> <p>Nel caso di RTI/Consorzi dovrà essere indicata la quota di esecuzione del servizio da parte delle imprese certificate.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito in proporzione alle suddette quote di esecuzione.</p>	<b>1</b>			1

25	<b>Possesso di certificazione di gestione ambientale (Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente)</b>	ND	<p>Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione richiesta.</p> <p>- SI:1 punti - NO: 0 punti</p> <p>Nel caso di RTI/Conorzi dovrà essere indicata la quota di esecuzione del servizio da parte delle imprese certificate.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito in proporzione alle suddette quote di esecuzione.</p>	1			1
26	<b>Possesso di certificazione di Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione (ISO 37001)</b>	ND	<p>Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione richiesta.</p> <p>- SI:1 punti - NO: 0 punti</p> <p>Nel caso di RTI/Conorzi dovrà essere indicata la quota di esecuzione del servizio da parte delle imprese certificate.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito in proporzione alle suddette quote di esecuzione.</p>	1			1
27	<b>Gamma concentratori fissi (facoltativi)</b>	concentratori fissi (facoltativi)	<p>Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità della gamma offerta - in termini di varietà e qualità dei modelli proposti facoltativi - di soddisfare il più ampio ventaglio di esigenze terapeutiche dell'assistito. La Commissione premierà l'offerta che, per varietà e caratteristiche di modelli, consenta al medico specialista di soddisfare le più ampie esigenze degli utenti.L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella "relazione tecnica" facendo riferimento all'allegato A8. con specifici riferimenti alle schede tecniche.Non potranno essere presentati più di 4 modelli facoltativi</p>	2	2		
28	<b>Gamma concentratori portatili (facoltativi)</b>	concentratori portatili (facoltativi)	<p>Il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità della gamma offerta - in termini di varietà e qualità dei modelli proposti facoltativi - di soddisfare il più ampio ventaglio di esigenze terapeutiche dell'assistito. La Commissione premierà l'offerta che, per varietà e caratteristiche di modelli, consenta al medico specialista di soddisfare le più ampie esigenze degli utenti.L'operatore dovrà illustrare quanto sopra nella "relazione tecnica" facendo riferimento all'allegato A8. con specifici riferimenti alle schede tecniche.Non potranno essere presentati più di 3 modelli facoltativi</p>	2	2		
<b>Totale complessivo</b>				<b>70</b>	<b>28</b>	<b>12,5</b>	<b>29,5</b>









