



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI AGHI DA DESTINARE ALL'U.O. PNEUMOLOGIA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI AGHI DA DESTINARE ALL'U.O. PNEUMOLOGIA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

LOTTO 1

N° 300 Aghi da 22 G per endoscopia CND A010201;

N° 100 Aghi da 19 G per endoscopia CND A010201;

Con le seguenti caratteristiche:

Dimensione della guaina: da 4 a 5 Fr

Estensione dell'ago regolabile: da 0-5 a 0-8 cm

Diametro Canale accessorio minimo: circa 2 mm

Tipo stiletto: smussato.

Quale presunto fabbisogno annuo

L'ago per biopsia ad ultrasuoni viene utilizzato con un endoscopio ad ultrasuoni per biopsia con ago sottile di lesioni sottomucose, masse mediastiniche, linfonodi e masse intraperitoneali all'interno o adiacenti al tratto gastrointestinale.

Gli aghi devono essere compatibili con il video ecobroncoscopio modello EB 19-J 10 U della Ditta Pentax in dotazione presso il Reparto.

Si richiede idonea dichiarazione di compatibilità a cura della Ditta con l'ecobroncoscopio Pentax e campionatura del prodotto offerto.

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVO "AFFIDAMENTO DIRETTO" MEDIANTE PIATTAFORMA M.E.P.A./SIAPS, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) NONCHE' DELL'ART. 2, ALL. II.1 DEL D.LGS 36/2023, LA FORNITURA DI AGHI DA DESTINARE ALL'U.O. PNEUMOLOGIA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI AVELLINO

LOTTO 2

N° 500 Aghi monouso per citologia 21 G 15 mm

N° 100 Aghi monouso per citologia 21 G 13 mm

CND R0799

Quale presunto fabbisogno annuo

I Dispositivi Medici richiesti sono impiegati per effettuare aspirazione transbronchiale, e possono essere impiegati in ogni zona del polmone.

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati"

Contrada Amoretta n.1 - 83100 Avellino

www.aornmoscati.av.it