

Griglia di valutazione

	Critero	Metodo di valutazione		%	Punti max	Soluzione proposta	Riscontro in relazione tecnica
Display	Dimensioni del display	Lineare	Proporzionale con massimo punteggio alle dimensioni maggiori	3	4,29	3	
	Numero e tipo di curve e parametri visualizzati	Lineare	Proporzionale con massimo punteggio alle dimensioni maggiori	3	4,29	3	
	Schermo completamente touch screen con messa in atto delle funzioni direttamente dal touch screen senza aiuto di manopole e/o tasti, facilmente sanificabile per ridurre le infezioni crociate	SI/NO	SI	4	5,71	4	
	NO	0					
Modalità di ventilazione	Caratteristiche complessive, tipologie e modalità di ventilazione convenzionale	Discrezionale		4	5,71	4	
	Valutazione clinica delle tipologia di ventilazioni aggiuntive oltre quelle richieste di minima	Discrezionale		6	8,57	6	
	Frequenza respiratoria da 1 a 130 atti/min	Lineare	(ogni 5 atti respiratori > 130 sarà attribuito 0,5 punto fino a un max di 4)	4	5,71	4	
	Utilizzo di un unico circuito per tutte le ventilazioni invasive senza impiego di adattatori o "crociere" aggiuntive	SI/NO	SI	3	4,29	3	
		NO	0				
	NIV: possibilità di scelta di impostare ventilazioni non invasive su circuiti con o senza generazione di flusso.	SI/NO	SI	4	5,71	4	
		NO	0				
	Caratteristiche della ventilazione HFO, specificare intervallo di pressione e frequenza oscillatoria	Discrezionale		6	8,57	6	
Caratteristiche della ventilazione NIV, ed impostazione della ventilazione in nHFO	Discrezionale		6	8,57	6		
Predisposizione per la lettura della EtCO2	SI/NO	SI	3	4,29	3		
	NO	0					
Generali	Autonomia batteria in tutte le modalità ventilatorie	Lineare	Proporzionale con massimo punteggio alla capacità maggiore	3	4,29	3	
	Possibilità di memorizzazione trend superiore a 24 ore	Lineare	Proporzionale con massimo punteggio alla capacità maggiore	3	4,29	3	
	Ergonomia, semplicità delle operazioni di manutenzione, pulizia, sanificazione, disinfezione, spostamento, orientamento	Discrezionale			5,71	4	
	Adattabilità al contesto operativo	Discrezionale			7,14	5	
	Elementi migliorativi non richiesti in gara	Discrezionale			7,14	5	
	Manutenzione full-risk per tutto il periodo contrattuale	Discrezionale			5,71	4	
Totale				100	70		

Si tiene a precisare che l'attribuzione del criterio discrezionale si utilizzerà il principio meglio descritto nella tabella di seguito riportata

Giudizio	Ottimo	Discreto	Buono	Sufficiente	Insufficiente
Coefficiente assegnato (Cx)	1	0,75	0,5	0,25	0
Il punteggio (Pa), assegnato ad ogni criterio discrezionale, sarà dato dalla seguente formula:					
$Pa = Cx * Pmax$					
Dove Pmax è il punteggio massimo attribuito a ciascuna caratteristica il cui criterio di attribuzione è indicato come discrezionale.					