



REGIONE CAMPANIA
A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO
OSPEDALE "S. GIOVANNI BOSCO"
Via Filippo Maria Briganti, 255
80141 - Napoli
U.O.C. LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA
Direttore: Dr.ssa Maria Teresa Polistina
Tel. 0812545254 Telefax 0812545256

CAPITOLATO DI APPALTO

FORNITURA DI UN SISTEMA DI DIAGNOSTICA RAPIDA DI MENINGITI, SEPSI, INFEZIONI RESPIRATORIE E GASTROINTESTINALI E REATTIVI PER L'ESECUZIONE DI DETTE INDAGINI MICROBIOLOGICHE

Oggetto dell'appalto

La gara richiesta ha per oggetto la fornitura in locazione di n. 1 SISTEMA DI DIAGNOSTICA RAPIDA AUTOMATICO CON RELATIVI ACCESSORI, COLLEGAMENTI IN RETE AI SERVIZI PRESENTI E MATERIALI DI CONSUMO per rilevare target multipli di acidi nucleici (DNA ed RNA) in campioni clinici in caso di sospetta infezione ed in contesti di urgenza e per consentire al clinico una RAPIDA ED ADEGUATA SCELTA DELLA TERAPIA E DEGLI ANTIBIOTICI, OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI DI OSPEDALIZZAZIONE E GESTIONE APPROPRIATA DELL'ISOLAMENTO DEL PAZIENTE, per le esigenze del settore di Microbiologia afferente il Laboratorio di Patologia Clinica del nostro P.O..

Durata del contratto

Si richiede una durata triennale con decorrenza dalla prima consegna.

L'ASL si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere, con preavviso di 30 giorni, l'affidamento della fornitura, in presenza di disposizioni regionali che contemplino di dover aderire a contratti stipulati dalla So.Re.Sa S.p.A. o dalla Consip S.p.A. per la fornitura dei prodotti richiesti.

Costo presunto del lotto: euro 160.000,00+IVA

Descrizione della fornitura

Il complessivo presunto della fornitura relativa alla presente gara, con le quantità triennali, nonché le caratteristiche dei prodotti, sono di seguito elencati:

APPARECCHIATURA IN LOCAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE):

N. 1 SISTEMA AUTOMATICO PER RILEVARE IN MULTIPLEX IN SINGOLA CARTUCCIA, DIRETTAMENTE SU CAMPIONE BIOLOGICO PRIMARIO, PATOGENI VARI, VIRUS E PARASSITI, CON COLLEGAMENTO ALLA RETE AZIENDALE.

Caratteristiche minime indispensabili:

- Sistema con certificazione CE IVD per strumentazione e reagenti
- Analisi qualitativa contemporanea di RNA/DNA dei patogeni ricercati, suddivisi in pannelli differenti per patogeni responsabili di meningoencefaliti, sepsi, infezioni respiratorie e gastroentericali
- Tests eseguibili su liquor, emocolture, feci e tamponi naso-faringei
- Apparecchiatura in grado di svolgere correttamente l'intero processo diagnostico (dall'estrazione all'analisi dei risultati) senza l'intervento dell'operatore
- Gruppo di continuità
- Presenza nei kit di tutti i reagenti necessari all'esecuzione dei test.

TEST PER LA DIAGNOSI RAPIDA DELLE INFEZIONI

| RIF | DESCRIZIONE PRODOTTO | Quantità test anno | Quantità test triennio |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | pannello per patogeni responsabili di meningoencefaliti | 30 | 90 |
| 2 | pannello per patogeni responsabili di sepsi | 90 | 270 |
| 3 | pannello per patogeni alte vie respiratorie | 60 | 180 |
| 4 | pannello per patogeni basse vie respiratorie | 60 | 180 |
| 5 | pannello per patogeni gastro-intestinali | 30 | 90 |

Descrizione prodotti e caratteristiche minime indispensabili

- Rif 1: possibilità di identificazione rapida contemporanea di un unico pannello di batteri, virus e funghi responsabili delle più comuni meningoencefaliti da liquor
- Rif 2: possibilità di identificazione rapida contemporanea di batteri e lieviti maggiormente responsabili di sepsi da emocolture positive
- Rif 3: possibilità di identificazione rapida contemporanea di batteri e virus responsabili di infezioni respiratorie da tampone naso-faringeo
- Rif 4: possibilità di identificazione rapida contemporanea di batteri e virus responsabili di infezioni da campione delle basse vie respiratorie
- Rif 5: possibilità di identificazione rapida contemporanea di batteri e virus e protozoi responsabili di gastroenteriti

Caratteristiche a punteggio:

| RIF | DESCRIZIONE | Criterio di valutazione | Punti |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 1 | durata del test +/- a 60' | SI/No | 20 |
| 2 | risultati con analisi di melting | SI/No | 10 |
| 3 | controlli interni di estrazione e di amplificazione | SI/No | 15 |
| 4 | reagenti pronti all'uso e stabili a T° ambiente | SI/No | 15 |
| 5 | software in grado di refertare il dato finale del campione e sua idoneità | SI/No | 10 |
| TOTALE | | | 70 |


Condizioni e servizi richiesti

Quanto richiesto dovrà essere fornito franco laboratorio con spese di trasporto, installazione, collegamenti e messa in funzione a carico della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria dovrà tenere un corso di formazione all'utilizzo della strumentazione presso il nostro Laboratorio

La proposta economica dovrà specificare, differenziandoli, gli importi annuali e complessivi dell'intera fornitura del canone di noleggio, dei collegamenti, dell'assistenza tecnica full risk e dei necessari reattivi.

Napoli, 10/05/23


 Il Direttore
 AGGIUDICATARIA
 Dott. ssa Maria Teresa Pistina