


VERBALE TECNICO/ECONOMICO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 2, LETTERA B, CON AGGIUDICAZIONE ART. 95 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA TRIENNALE IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO DI TESTS MOLECOLARI PER LA TROMBOFILIA E TESTS MOLECOLARI PER LO STUDIO DEI GENI ONCOEMATOLOGICI, OCCORRENTE AL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. S. GIOVANNI BOSCO DELL'ASL NAPOLI 1 CENTRO

Addì 18 del mese di Marzo 2022, alle ore 10,00 nella sede dell'UOC Acquisizione Beni ed Economato dell'ASL Napoli 1 Centro (Part. IVA – Cod. Fiscale 06328131211) – Via Comunale del Principe, 13/a, la Commissione Tecnica composta dal Dr. Bruno Sarnelli in qualità di Presidente, Dr. Massimo Albanese e Dr. Maurizio Cilento in qualità di Componenti, nominati con Delibera del Direttore Generale n. 203 del 7/2/2022 e la Sig.ra Antonietta Meterangelis in qualità di segretario verbalizzante.

Si procede alla verifica telematica tramite Sistema SIAPS (So.Re.Sa.) della ricezione del plico contenente la documentazione tecnica dell'operatore economico che ha presentato offerta di gara, Ditta: Biomol Laboratories s.r.l., alla presenza del Rappresentante della Ditta:

Biomol Laboratories s.r.l.	Dr. Francesco Giuseppe Sammarco	
----------------------------	---------------------------------	--

La Commissione procede all'apertura della documentazione tecnica della Ditta Biomol Laboratories s.r.l., per la valutazione dell'offerta rispetto a quanto richiesto dal capitolato tecnico, dichiara quanto segue:

- dalla relazione tecnica presentata dalla Ditta Biomol Laboratories s.r.l., come unico documento non risulta specificato il possesso dei seguenti requisiti minimi dell'estrattore:
- possibilità di estrazione da differenti tipi di campioni biologici;
- kit di estrazione pronti all'uso validati;
- possibilità di upgrade per eventuali esigenze estrattive....;
- provette DNA/RNA free.

Inoltre, non risulta specificato il possesso del seguente requisito minimo del termociclatore:

- software dedicato per l'interpretazione dei dati;

Inoltre, non risulta specificato il possesso dei seguenti requisiti minimi dei reagenti:

- previsione di un'analisi oggettiva mediante software dedicato per l'interpretazione dei risultati;
- fornitura di VEQ di ente certificato;

Inoltre la Commissione evidenzia che nella documentazione pervenuta è del tutto assente la documentazione tecnica della strumentazione.

Infine la Commissione tecnica evidenzia sostanziali carenze nella documentazione dei reagenti, il che non ha consentito di accertare i requisiti degli stessi reagenti.

Pertanto, la Commissione sulla base della documentazione pervenuta non ha potuto accertare il possesso dei requisiti minimi previsti dal capitolato, dichiara non idonea l'offerta, e quindi non procede alla valutazione economica.

Viene redatto il presente verbale composto da n. 2 pagine, letto, confermato e sottoscritto alle ore 10,55.....

Presidente: Dr. Bruno Sarnelli Bruno Sarnelli

Componente: Dr. Massimo Albanese Massimo Albanese

Componente: Dr. Maurizio Cilento Maurizio Cilento

Segretario: Sig.ra Antonietta Meterangelis – Ass. Amm.vo Antonietta Meterangelis