

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
**N. 30 CARRELLI DI EMERGENZA DOTATI DI
MONITOR-DEFIBRILLATORI BIFASICI**

SCHEDA TECNICA

OGGETTO	FORNITURA DI N.30 CARRELLI DI EMERGENZA DOTATI DI N.30 MONITOR-DEFIBRILLATORI BIFASICI	
VALORE PRESUNTO	210.000,00 €	
QUANTITATIVI	Descrizione	Fabbisogno
	CARRELLI DI EMERGENZA CON MONITOR-DEFIBRILLATORI BIFASICI	30
CPV	33100000-1	
REQUISITI TECNICI MINIMI	<p>n.30 CARRELLI DI EMERGENZA</p> <p>Caratteristiche Minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carrello in materiale idoneo plastico riciclabile e resistente al lavaggio e alla disinfezione; - Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia; - Dotato alla base di paracolpi perimetrali in materiale antiurto; - Con maniglione integrato di spinta con impugnatura ergonomica; - Con piano dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati; - Completo di un ripiano scrittoio estraibile; - Nr. 2 cassette altezza 150mm circa; - Nr. 3 cassette altezza 100 mm circa; - Nr. 1 portarifiuti da 14 lt circa; - Nr. 1 asta flebo telescopica con 2 ganci plastica; - Nr. 1 ripiano porta monitor orientabile; - Nr. 1 tavola massaggio cardiaco; - Nr. 1 supporto per bombola ossigeno; - Nr. 1 vano porta cateteri; - Nr. 1 chiusura a sigillo; - Nr. 2 tasche basculanti sul lato sinistro portadocumenti; - Nr. 4 ruote girevoli diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno singolo e 1 antistatica; - Cassetti in materiale plastico idoneo; - Dimensioni mm 900x600x1000h (circa). <p>n.30 MONITOR-DEFIBRILLATORI BIFASICI</p> <p>Monitor-Defibrillatore Manuale-Semiautomatico con scarica bifasica dotato di schermo a colori. Pacemaker transtoracico non invasivo e possibilità di analizzare una ampia gamma di parametri fisiologici opzionali. Modalità AED e protocolli di defibrillazione per pazienti adulti e pediatrici.</p> <p>Caratteristiche Minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensione del Monitor non inferiore a 6,5" del tipo LCD con visualizzazione ECG multicanale - contemporanea (3 o 5 derivazioni) - Almeno 2 forme d'onda ECG visualizzate a monitor e stampabili - Manuale e semiautomatico sincronizzato (le due modalità dovranno essere selezionate mediante manopola/ tasto senza interposizione di adattatori e senza spegnere il defibrillatore) - Completo di piastre di defibrillazione adulto e pediatriche riusabili e di elettrodi (piacche) di defibrillazione monouso comprese di cavo - Leggero (non superiore a 7kg inclusi batteria, piastre e cavi), compatto e resistente agli urti - Energia impostabile 1-200 J minimo - Stampante termica con matrice >8 dot/mm - Ricarica del Defibrillatore dal pannello o dalle piastre - Indicazione dell'impedenza di contatto piastra-cute - Allarmi di bradicardia e tachicardia impostabili - Sincronizzazione per cardioversione - Cavo adattatore per elettrodi per defibrillazione a mani libere - Programmazione della modalità di stimolazione; - Protocolli distinti per Adulti e Pediatrici (sia monitoraggio che scarica) - Inserimento dati paziente direttamente su SW apparecchiatura 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Memorizzazione delle scariche effettuate - Alimentazione e funzionamento a rete e batterie ricaricabili - Tempo di ricarica della batteria <4 h - Grado protezione non inferiore IP44 - Preferibilmente con indicazione dell'impedenza di contatto piastra/cute - Preferibilmente con sistema di compensazione automatica dell'impedenza di contatto piastra/cute - Modulo di rilevazione SpO2 (fornire cavo e sensore adulti/pediatrici) - Modulo NiBP (fornire cavo e bracciale adulti/pediatrici) - Conforme alle attuali Linee Guida sulla rianimazione polmonare ERC – AHA - Indicatore di stato “pronto all’uso” attraverso indicatore luminoso e/o sonoro - Memorizzazione interna dati ed eventi - Memorizzazione di tutti i dati su memoria interna e/o su card estraibile (da fornire) - Preferibilmente con registrazione dei suoni ambientali - Dotato di maniglione per il trasporto e borsa dedicata - Dotato di tutti gli accessori e componenti necessari per l'utilizzo immediato - Software operativo in lingua italiana - Incluso Almeno n.2 kit piastre adulti e n.2 kit piastre pediatriche per ogni defibrillatore - Garanzia minimo 24 mesi Full Risk - Ricarica batterie tramite impianto elettrico 220V ca - Certificazione CE 2007/47
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Minor Prezzo