

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 54, CO. 4, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA CHIRURGIA MININVASIVA - ID GARA: 8195515**

**SEDUTA RISERVATA DEL 14/07/2023 - VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE  
VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE**

Il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di LUGLIO dell'anno 2023, ore 09:00, presso la Direzione dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66, Torre del Greco (NA) la Commissione Giudicatrice si riunisce in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche.

**PREMESSO**

- che con Deliberazione del Direttore Generale N. 1157 del 28/12/2022 è stata indetta, tramite il portale di e-procurement [www.soresa.it](http://www.soresa.it), la "PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 54, CO. 4, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA CHIRURGIA MININVASIVA";
- che con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Napoli 3 Sud n. 444 del 19/05/2022, sono stati nominati quali componenti della Commissione giudicatrice, di cui all'art. 77 del Codice, della procedura aperta per l'affidamento del servizio di cui trattasi, da aggiudicare con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
  - Presidente: dott. Francesco Bianco;
  - Componente: dott. Mauro Andreano;
  - Componente: dott. Pietro Gnarra.

**CONSIDERATO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 524 del 11/05/2023, per le motivazioni in essa precisate, il dott. Mauro Andreano è stato sostituito dalla dott.ssa Luciana Danza formando la seguente commissione giudicatrice:

- Presidente: dott. Francesco Bianco;
- Componente: dott.ssa Luciana Danza;
- Componente: dott. Pietro Gnarra.

**PRESO ATTO** che, con i verbali della commissione giudicatrice del 05/06/2023, 09/06/2023, 03/07/2023, 07/07/2023 e 10/07/2023, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 524 del 11/05/2023, ha effettuato le valutazioni delle offerte tecniche.




### TANTO PREMESSO


La Commissione Giudicatrice si riunisce per continuare le valutazioni effettuate in data 05/06/2023, 09/06/2023, 03/07/2023, 07/07/2023 e 10/07/2023  
Nell'allegato 1 (parte integrante di questo verbale) si riporta l'esito delle valutazioni, effettuate in data odierna, come descritto nel Disciplinare di Gara al par. 19 e relativo Allegato A8 - Criteri di Valutazione.  
Per i lotti 41 e 42 non è stato possibile effettuare alcun tipo di valutazione perché i criteri di valutazione assegnati non permettono di esprimere alcun tipo di giudizio essendo caratteristiche tecniche diverse.

Del che è verbale.  
Torre del Greco, 14/07/2023


Dott. Francesco Bianco  
Presidente



Dott.ssa Luciana Danza  
Componente



Dott. Pietro Gnarra  
Componente



PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 54, CO. 4, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA CHIRURGIA MININVASIVA - ID GARA: 8195515  
ALLEGATO 1 - VALUTAZIONE TECNICA

LOTTO 1 - MOVI

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Funzionalità ed Ergonomia	Tenuta all'interno della cavità uterina	12	D	più che adeguato	più che adeguato	più che adeguato	9,00
		Ergonomia del sistema	12	D	più che adeguato	più che adeguato	più che adeguato	9,00
		Ergonomia dell'impugnatura	10	D	più che adeguato	più che adeguato	più che adeguato	7,50
		Molteplicità di utilizzo	8	D	adeguato	adeguato	adeguato	4,00
2	Caratteristiche Tecniche	Tipologia dei materiali di costruzione	10	D	adeguato	adeguato	adeguato	5,00
3	Affidabilità e Sicurezza	Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	4	D	più che adeguato	più che adeguato	più che adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	4	D	più che adeguato	più che adeguato	più che adeguato	3,00
4	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
5	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00
		Ossido di Etilene	0					
6	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
7	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
Totale								45,50

LOTTO 1 - TECSUD

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Funzionalità ed Ergonomia	Tenuta all'interno della cavità uterina	12	D	più che adeguato	più che adeguato	più che adeguato	9,00
		Ergonomia del sistema	12	D	più che adeguato	più che adeguato	più che adeguato	9,00
		Ergonomia dell'impugnatura	10	D	più che adeguato	più che adeguato	più che adeguato	7,50
		Molteplicità di utilizzo	8	D	adeguato	adeguato	adeguato	4,00
2	Caratteristiche Tecniche	Tipologia dei materiali di costruzione	10	D	adeguato	adeguato	adeguato	5,00
3	Affidabilità e Sicurezza	Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	4	D	adeguato	adeguato	adeguato	2,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	4	D	adeguato	adeguato	adeguato	2,00
4	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
5	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00
		Ossido di Etilene	0					
6	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
7	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
Totale								43,50

LOTTO 2 - MEDTRONIC Italia spa

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7	7	7	7,00

2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00

#### LOTTO 3 - MEDTRONIC Italia spa

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PT's	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7	7	7	7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								44,50

#### LOTTO 4 - MEDTRONIC Italia spa

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PT's	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7	7	7	7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								44,50

#### LOTTO 5 - MEDTRONIC Italia spa



N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7	7	7	7,00
		Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
2	Caratteristiche Tecniche	Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
		Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Ossido di Etilene	0					
		≥5	1	T	1			1,00
5	Tempo di validità	<5	0					
		6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato
Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2			T	2			2,00
Totale								44,50

#### LOTTO 6 - INNOVAMEDICA

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7	7	7	7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	1			1,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	2,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								46,50

#### LOTTO 6 - BRUNO BARBATO MEDICALI S.R.L.

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7	7	7	7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	0			0,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00

		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T		2		2,00
Totale								43,50
LOTTO 6 - EFFEBI HOSPITAL sas								
N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	più che adeguato	più che adeguato	più che adeguato	11,25
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	2,33			2,33
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	0			0,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								42,58
LOTTO 7 - INNOVAMEDICA								
N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7,00			7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	0			0,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								43,50
LOTTO 7 - ARS CHIRURGICA SRL								
NON CONFORME NON RISPETTUA LE CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE DALLA LEX SPECIALIS								