

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 54, CO. 4, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA CHIRURGIA MININVASIVA - ID GARA: 8195515**

**SEDUTA RISERVATA DEL 10/07/2023 - VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE  
VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE**

Il giorno 10 (DIECI) del mese di LUGLIO dell'anno 2023, ore 15:00, presso la Direzione dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66, Torre del Greco (NA) la Commissione Giudicatrice si riunisce in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche.

**PREMESSO**

- che con Deliberazione del Direttore Generale N. 1157 del 28/12/2022 è stata indetta, tramite il portale di e-procurement [www.soresa.it](http://www.soresa.it), la "PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 54, CO. 4, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA CHIRURGIA MININVASIVA";
- che con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Napoli 3 Sud n. 444 del 19/05/2022, sono stati nominati quali componenti della Commissione giudicatrice, di cui all'art. 77 del Codice, della procedura aperta per l'affidamento del servizio di cui trattasi, da aggiudicare con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
  - Presidente: dott. Francesco Bianco;
  - Componente: dott. Mauro Andreano;
  - Componente: dott. Pietro Gnarra.

**CONSIDERATO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 524 del 11/05/2023, per le motivazioni in essa precisate, il dott. Mauro Andreano è stato sostituito dalla dott.ssa Luciana Danza formando la seguente commissione giudicatrice:

- Presidente: dott. Francesco Bianco;
- Componente: dott.ssa Luciana Danza;
- Componente: dott. Pietro Gnarra.

**PRESO ATTO** che, con i verbali della commissione giudicatrice del 05/06/2023, 09/06/2023, 03/07/2023 e 07/07/2023, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 524 del 11/05/2023, ha effettuato le valutazioni delle offerte tecniche.




### TANTO PREMESSO

La Commissione Giudicatrice si riunisce per continuare le valutazioni effettuate in data 05/06/2023, 09/06/2023, 03/07/2023 e 07/07/2023  
Nell'allegato 1 (parte integrante di questo verbale) si riporta l'esito delle valutazioni, effettuate in data odierna, come descritto nel Disciplinare di Gara al par. 19  
e relativo Allegato A8 - Criteri di Valutazione.


Del che è verbale.

Torre del Greco, 10/07/2023


Dott.ssa Luciana Danza  
Componente



Dott. Francesco Bianco  
Presidente



Dott. Pietro Gnarra  
Componente



PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 54, CO. 4, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA CHIRURGIA MININVASIVA - ID GARA: 8195515  
ALLEGATO 1 - VALUTAZIONE TECNICA

LOTTO 8 - MEDTRONIC

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	più che adeguato	più che adeguato	più che adeguato	11,25
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	più che adeguato	più che adeguato	più che adeguato	11,25
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7,00			7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
		Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	1			1,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								53,00

LOTTO 8 - SURGILINE

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	più che adeguato	più che adeguato	più che adeguato	11,25
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	più che adeguato	più che adeguato	più che adeguato	11,25
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7,00			7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								52,00

LOTTO 9 - MEDTRONIC

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	Ottimo	Ottimo	Ottimo	15,00
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	Ottimo	Ottimo	Ottimo	15,00
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q		7,00		7,00

2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	Ottimo	Ottimo	Ottimo	7,00
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	Ottimo	Ottimo	Ottimo	6,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	Ottimo	Ottimo	Ottimo	2,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	Ottimo	Ottimo	Ottimo	2,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	1			1,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	Ottimo	Ottimo	Ottimo	2,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								70,00

#### LOTTO 9 - MEDI LINE

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7,00			7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	più che adeguato	più che adeguato	più che adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	Ottimo	Ottimo	Ottimo	6,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	Ottimo	Ottimo	Ottimo	2,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	Ottimo	Ottimo	Ottimo	2,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	Ottimo	Ottimo	Ottimo	2,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								50,50

#### LOTTO 9 - B. BRAUN

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PI's	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed attrattività del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7,00			7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	più che adeguato	più che adeguato	più che adeguato	5,25
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	Ottimo	Ottimo	Ottimo	6,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	Ottimo	Ottimo	Ottimo	2,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	Ottimo	Ottimo	Ottimo	2,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	Ottimo	Ottimo	Ottimo	2,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								52,25

#### LOTTO 10 - INNOVAMEDICA



N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7,00			7,00
		Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
2	Caratteristiche Tecniche	Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
		Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Ossido di Etilene	0					T
		≥5	1	T	0			
5	Tempo di validità	<5	0					T
		Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	
6	Servizio Post-Vendita	Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
		Totale						

LOTTO 10 - EUROCLONE S.P.A.

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7,00			7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	0			0,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								43,50

LOTTO 10 - MEDTRONIC ITALIA SPA

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed attraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q		7,00		7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T		5		5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T		5		5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T		1		1,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T		1		1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00

5	CONMED ITALIA	Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2	2,00		
Totale						45,50		
LOTTO 10 - CONMED ITALIA								
N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	ottimo	ottimo	ottimo	15,00
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	ottimo	ottimo	ottimo	15,00
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7,00			7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00
	Ossido di Etilene	0						
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
	<5	0						
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale						59,50		
LOTTO 10 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA								
N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7,00			7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	1			1,00
	Ossido di Etilene	0						
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
	<5	0						
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale						45,50		
LOTTO 10 - B.BRAUN MILANO S.p.A.								
N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	ottimo	ottimo	ottimo	15,00
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	ottimo	ottimo	ottimo	15,00
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7,00			7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	0			0,00

7	Metodo di Sterilizzazione	Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T		0		0,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T		2		2,00
Totale								58,50

#### LOTTO 10 - MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L.

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q		7,00		7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T		5		5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T		5		5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T		0		0,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T		1		1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T		2		2,00
Totale								44,50

#### LOTTO 11 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q		7,00		7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T		5		5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T		5		5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T		1		1,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T		1		1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T		2		2,00
Totale								45,50

#### LOTTO 13 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q		7,00		7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T		5		5,00



		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	1			1,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								45,50

#### LOTTO 13 - MEDTRONIC ITALIA SPA

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7,00			7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	1			1,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								45,50

#### LOTTO 14 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q	7,00			7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T	5			5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T	5			5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	1			1,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								45,50

#### LOTTO 14 - MEDTRONIC ITALIA SPA

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50



		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q		7,00		7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T		5		5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T		5		5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T		1		1,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T		1		1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T		2		2,00
Totale								45,50

#### LOTTO 14 - CONMED ITALIA

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	ottimo	ottimo	ottimo	15,00
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	ottimo	ottimo	ottimo	15,00
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q		7,00		7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T		5		5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T		5		5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T		0		0,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T		1		1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T		2		2,00
Totale								59,50

#### LOTTO 15 - EUROCLONE S.P.A.

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q		7,00		7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T		5		5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T		5		5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T		0		0,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T		0		0,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T		2		2,00
Totale								43,50

#### LOTTO 15 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA

N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q		7,00		7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T		5		5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T		5		5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	1			1,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								45,50
LOTTO 15 - MEDTRONIC ITALIA SPA								
N. Criteri	CRITERI MOTIVAZIONALI (S)	Sub-Criteri di Valutazione	PTs	Criterio	Dott. Bianco	Dott.ssa Danza	Dott. Gnarra	Media
1	Maneggevolezza ed Ergonomia	Ergonomia dell'impugnatura	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maneggevolezza ed atraumaticità del dispositivo	15	D	adeguato	adeguato	adeguato	7,50
		Maggiore gamma di misure disponibili	7	Q		7,00		7,00
2	Caratteristiche Tecniche	Qualità dei materiali	7	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,50
		Biocompatibilità dei materiali	6	D	adeguato	adeguato	adeguato	3,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore	5	T		5		5,00
		Presenza di sistemi di sicurezza rivolti al paziente	5	T		5		5,00
3	Confezionamento ed Etichettatura	Tipologia di Confezionamento	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Caratteristiche dell'etichettatura	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
4	Metodo di Sterilizzazione	Raggi Gamma, Beta, Vapore ed altri	1	T	1			1,00
		Ossido di Etilene	0					
5	Tempo di validità	≥5	1	T	1			1,00
		<5	0					
6	Servizio Post-Vendita	Formazione Personale	2	D	adeguato	adeguato	adeguato	1,00
		Disponibilità ritiro prodotti in scadenza con validità ≥ 6 mesi	2	T	2			2,00
Totale								45,50