

ALLEGATO A

Specifiche tecniche minime o equivalenti

Rif.	Descrizione
1	Analizzatore immunometrico automatico, con interfaccia utente in Italiano e touch screen
2	Rilevazione in chemiluminescenza
3	Sistemi senza utilizzo di micropiastra
4	Modalità d'accesso random
5	Caricamento in continuo dei campioni
6	Utilizzo di provetta primaria
7	Identificazione del campione mediante bar-code
8	Provvisto di sensore di coagulo
9	Provvisto di sensori di livello per campioni
10	Capacità del magazzino di bordo per tutti gli analiti richiesti
11	Produttività teorica pari ad almeno 86 test/ora
12	Utilizzo di cospette e puntali monouso
13	Sensore di coagulo e livello

Gruppo di continuità p.c., software gestionale, stampanti e quant'altro necessario per il buon esito delle reazioni richieste. Ogni eventuale aggiornamento tecnologico deve essere previsto nella fornitura.

N.B. La carenza o la non conformità anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, è motivo di esclusione dalla Gara.