Asl Caserta

Via Unità Italiana,28 -81100 Caserta

ALLEGATO 2 AL CAPITOLATO

1) Scheda tecnica " Barella ad altezza variabile"

Caratteristiche tecniche dell'articolo
Barella a 2 sezioni ad altezza variabile, oleodinamica, azionata con sistema a pompa a pedale con trendelemburg con piano rete in bondino di acciaio facilmente rimovibile. Schienale in laminato radiotrasparente regolabile tramite molla a gas. Telaio realizzato con tubo in acciaio arrotondato e verniciato a polveri epossidiche, completa di asta flebo e asta solleva malati. Coppia sponde laterali realizzate in tubo d'acciaio cromato abbattibili e dotate di aggancio automatico in chiusura. Ruote paracolpi in gomma anti traccia ai 4 angoli di serie. Alla base quattro ruote in gomma sintetica grigia per facilitare lo spostamento. Completa di materasso rivestito in materiale ignifugo classe 1 M, a 2 sezioni, lavabile e disinfettabile. Completa di supporto bombola a e cesto porta indumenti. Barella regolabile in altezza e dotata delle seguenti caratteristiche: • Dimensioni piano cm:80x190 e materasso cm:85x195 h Scm • Escursione meccanica variabile tra 60-100 cm. L'escursione massima deve consentire l'elevazione ad un'altezza tale da raggiungere i tavoli radiologici o operatori nonché i letti di degenza. L'escursione minima deve essere tale da consentire la salita e la discesa di un paziente parzialmente collaborante senza doverlo sollevare. • Meccanismo a pedale o leva (attivabile con minimo sforzo) che non sia di ingombro nell'avvicinamento al letto • Maniglie di spinata che non creino ingombro laterale • Dimensione d'ingombro cm 200x65 • Le sponde di protezione devono essere mobili • Dimensione sponda cm 120x35 • 4 ruote ad elevato scorrimento, pirotanti, bloccabili simultaneamente, con possibilità per almeno 2 ruote di essere direzionali • Dimensioni delle ruote di diametro almeno 30 cm • Con asta porta flebo rimuovibile • Con possibilità di aggiungere altri accessori • Marchio CE E CERTIFICAZIONI DI RIFERIMENTO
n.b. le dimensioni possono essere considerate variabili nell'ordine del 10%

2) Scheda Tecnica " Sedia a rotelle"

Caratteristiche tecniche dell'articolo
Le caratteristiche della carrozzina a spinta, con telaio rigido, devono essere conformi ai requisiti EN ISO12.21 La tipologia di tali ausili è destinata a pazienti non deambulanti, o a persone con gravi problemi di mobilità per le quali la deambulazione sia clinicamente sconsigliata per determinate attività. In particolare, le caratteristiche delle carrozzine destinate ai reparti di degenza, trovano riscontro nei requisiti EN ISO 12.21.03.006 dove il tipo di ausilio trova indicazione qualora l'utente necessiti di una mobilità assistita da un accompagnatore, abbia scarsa mobilità residua del tronco e degli arti superiori e non vi siano esigenze che richiedano un telaio pieghevole. Carrozzina particolarmente adatta per lo spostamento per corsie e pronto soccorso. In tubo d'acciaio cromato. Sedile, schienale e braccioli imbottiti, rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile. Pedana ricoperta in gomma antiscivolo, regolabile in altezza e ribaltabile lateralmente. Maniglione di spinta per l'accompagnatore, spessore, compresa la maniglia di presa, non superiore a 13 cm. Seduta anatomica. Deve essere dotata delle seguenti caratteristiche: • Larghezza < = 70 cm • Dotata di buona manovrabilità • Con poggiapiedi rimovibili ed asportabili • Con braccioli estraibili • Non ingombrante (n.b.) e preferibilmente apribile con altezza da terra di circa 95 cm • Ruote di diametro di almeno 20 cm, in gomma piena. Due ruote fisse medie (diametro 20 cm) in posizione posteriore imperforabili e pneumatiche. Due ruote piroettanti medie (diametro cm 20) in posizione anteriore imperforabili o pneumatiche • Freni ben funzionanti e facilmente attivabili • MARCHIO CE N.B. INGOMBRANTE =alto, spesso, inclinato dietro

3) Portacampioni biologici: destinato a contenere campioni diagnostici, prodotti biologici e sostante infette a tenuta stagna.

Scheda tecnica del Recipiente a "Valigetta portacampioni"

Sistema per il trasporto di campioni biologici e sostanze infette.

- Struttura in materiale antiurto, leggero ed infrangibile
- Dopo la chiusura di tipo ermetico
- Maniglia a scomparsa che permetta la sovrapposizione di 2 unità
- Coperchio completamente asportabile per facilitare la pulizia.
- Completo di cestello rimovibile dotato di maniglia posizionata nella parte superiore della valigetta
- Il coperchio della valigetta può essere aperto mostrando al suo interno un pratico vano portaoggetti a 5 scomparti che è quindi accessibile anche a valigetta chiusa;
- Il coperchio è dotato di una speciale guarnizione che garantisce la tenuta ermetica ed impedisce la penetrazione d'acqua e umidità
- Personalizzabile con il nome della struttura
- Chiusura con lucchetto e/o chiusura legale con piombo
- Possibilità di trasposto refrigerato
- Dotato di simbolo Rischio Biologico conforme alle attuali normative
- Con serigrafia riportante le procedure previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in caso di emergenza a seguito di incidenti di trasporto
- Completo di porta provette in materiale antiurto e assorbente

Dimensioni:
Tipo Super – dim. Est. 394x216x305 h mm- dim. Int. 320x185x260 h mm;
Tipo Standard – dim Est. 394x216x229 h mm - dim Int. 320x185x185 h mm

Conforme alla circolare 16/94 del Ministero della salute sul trasporto di materiali biologici potenzialmente infetti e alla circolare n. 3 del 08/05/03