



**Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
Scuola Medica Salernitana
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi**

Oggetto: procedura aperta per la fornitura in noleggio quinquennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due annualità, di n. 9 colonne laparoscopiche da destinare alle varie sale operatorie di questa A.O.U.- N. Gara 8358600.

SI DA' AVVISO CHE

A seguito della pubblicazione sul sito SIAPS dei verbali della Commissione Giudicatrice, l'Operatore Economico M.END.EL, con nota del 10.10.2022 acquisita al sistema SIAPS con il n. PI085043-22, ha rappresentato che *"...nell'attribuzione dei punteggi per il lotto n. 4 non è stato tenuto conto del comunicato relativo a questo lotto che prevedeva l'eliminazione dei 12 punti per gli eventuali accessori e la redistribuzione di questi 12 punti sui restanti 6 parametri"....*

Preso atto che è stato pubblicato, relativamente al lotto n. 4, il seguente comunicato:

"Nel corso di una delle informali indagini di mercato, è emersa una modificazione della situazione del mercato delle ottiche neuroendoscopiche dalla quale risulta che gli accessori del tipo di quelli richiesti al Lotto 4 possono essere forniti, ad oggi, da un solo Produttore. Poiché tale circostanza risulta lesiva della concorrenza, dei principi del codice dei Contratti, nonché del principio di economia degli atti, si ritiene di dover eliminare dal lotto predetto i seguenti accessori:

- *n. 1 neuroendoscopio con canale operativo – ca. 4 mm – completo di strumentario chirurgico dedicato (n. 1 strumento per tipologia);*
- *n. 1 neuroendoscopio con canale operativo – ca. 6mm – completo di strumentario chirurgico dedicato (n. 1 strumento per tipologia);*
- *n. 1 sistema di fissaggio per neuroendoscopi al tavolo operatorio.*

Restano confermate le altre specifiche minime.

Per ciò che riguarda la Griglia di valutazione delle offerte relative al lotto n. 4, il requisito con id n. 6 Accessori per colonna Neurochirurgica – viene eliminato e il relativo punteggio (12 punti) viene distribuito equamente sui restanti 6 parametri (2 punti per parametro)."

Poiché, pertanto, l'errore procedurale rilevato dalla ditta M.END.EL con la citata nota è effettivamente sussistente, come risulta evidente dalla lettura del verbale del 04.10.2022 della Commissione Giudicatrice, occorre procedere alla correzione dell'errore stesso.

Il Presente è reso quale avviso di avvio del relativo procedimento con il quale si procederà alla correzione dell'errore in seduta pubblica, alla presenza della Commissione Giudicatrice, la cui data sarà oggetto di successiva comunicazione.

Salerno, 18 ottobre 2022

f.to IL RUP