

# PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DI PAZIENTI CANDIDATI ALLA TRASFUSIONE DESTINATO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA - II EDIZIONE

#### **B1 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME**

### **SISTEMA**

Il Sistema deve garantire la sicurezza e la tracciabilità di tutte le fasi del processo trasfusionale (dal donatore fino al follow-up del ricevente) come normato dall'art. 25 co. 2 del DM 2 Novembre 2015 fino alla verifica di avvenuta trasfusione al letto del paziente, per tutti i pazienti candidati a terapia trasfusionale in regime di ricovero ed ambulatoriale

Il Sistema deve consentire di identificare il paziente in modo univoco mediante i propri dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, sesso), con particolare attenzione alle omonimie

Il Sistema deve garantire il corretto abbinamento fra i campioni di sangue prelevati, la richiesta di trasfusione, l'emocomponente assegnato e il paziente

Il Sistema deve garantire la sicurezza dei dati in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di Protezione dei dati personali e al GDPR Regolamento 2016/679

Il Sistema deve avvisare in tempo reale della non conformità dell'evento trasfusionale (evento avverso)

Il Sistema deve memorizzare eventuali anomalie (es. reazioni trasfusionali) e/o non conformità

Il Sistema deve permette l'autenticazione degli operatori coinvolti nel processo trasfusionale a seconda dei profili di autorizzazione/responsabilità

Il Sistema deve garantire lo scarico dei dati dai terminali/lettori e consentire la chiusura evento trasfusionale

### TERMINALE/LETTORE

Portatile

Lettore Barcode o sistema equivalente

Dotato di display per la visualizzazione dei dati

A batteria ricaricabile dotato di caricabatterie

Allegato B1 Pag. 1 di 2



Memorizzazione dei dati (tramite memoria interna e/o removibile) e possibilità di scarico sull'unità centrale, ove prevista

Resistente ai liquidi almeno IPX1 (Protetto da caduta verticale di gocce d'acqua)

Funzionamento autonomo anche in assenza e/o malfunzionamento della infrastruttura di rete aziendale (funzionamento off-line)

## **BRACCIALETTO**

I dati minimi riportabili su ogni braccialetto devono essere conformi all'art. 25 co. 3 del DM 2 novembre 2015 (cognome, nome, data di nascita, sesso)

Dotato di bar-code o sistema equivalente: prestampati o generati al momento da stampanti dedicate.

Nel caso di braccialetti generati da stampanti dedicate, le stampanti dovranno essere offerte in gara in numero pari al numero di terminali/lettori di reparto

Scrittura indelebile dei dati

Ipoallergenico

Per ogni braccialetto, ove previsto dal sistema, deve essere fornito, in numero congruo, il materiale di consumo (etichette) necessario per l'etichettatura di campioni e delle richieste con bar-code leggibili dai sistemi informatici e dalle apparecchiature analitiche