

**CAPITOLATO TECNICO**  
**PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI**  
**REFRIGERANTI PER LA PREVENZIONE DELL'ALOPECIA INDOTTA DA**  
**CHEMIOTERAPIA PER LA S.C. DI ONCOLOGIA CLINICA SPERIMENTALE DI**  
**SENOLOGIA**

L'aggiudicazione avrà luogo in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale offerta sarà individuata in base ai criteri di valutazione economica e tecnico-qualitativa con assegnazione di max 100 punti così ripartiti:

- Qualità prodotto: punteggio massimo 70/100
- Prezzo: punteggio massimo 30/100

L'offerente che non avrà ottenuto un punteggio totale minimo di 45 punti non sarà ammesso alla fase successiva di apertura delle offerte economiche.

**Descrizione caratteristiche tecniche**

- apparecchio refrigerante a doppia postazione (dx e sn)
  - gestione automatizzata della temperatura, senza pertanto la necessità dell'intervento di personale infermieristico;
  - peso e misure contenuti (possibilmente < 50 kg; e < cm 70 H \* 50 L \* 50 P) per un'agevole posizionamento e spostamento dell'apparecchiatura ed un minore ingombro generale, vista la carenza di spazi disponibili;
  - ampia disponibilità di taglie per i caschi dalla xs alla xl;
  - aggancio e sgancio rapido dei caschi, che consentano un'agevole e rapida rimozione degli stessi nel caso in cui i pazienti abbiano la necessità di andare in bagno;
  - caschi con aggancio indifferente tra lato destro e lato sinistro in modo da favorire economie di scala nella fornitura dei presidi;
- Peso e dimensioni contenuti per consentire maggiore maneggevolezza ed ingombro minimo dell'apparecchio
  - Interscambiabilità dei caschi, i quali dovranno possibilmente riportare attacchi posti su entrambi i lati
  - Facilità di attacco\sgancio dei caschi, per consentire una maggiore libertà di movimento del paziente in caso di necessità
  - Ampia disponibilità di misure delle cuffie in dotazione
  - Regolazione automatica della temperatura, senza necessità di intervento da parte di un operatore
  - Certificazione FDA
  - Disponibilità di pubblicazioni scientifiche volte ad attestare l'efficacia del dispositivo.

### Griglia di Valutazione tecnica

<b>Criterio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>1.</b>	Peso e dimensione contenuti	20/70
<b>2.</b>	Facilità di attacco\sgancio caschi	5/70
<b>3.</b>	Interscambiabilità caschi	10/70
<b>4.</b>	Disponibilità di misure delle cuffie	20/70
<b>5.</b>	Regolazione automatica della temperatura	5/70
<b>6.</b>	Certificazione FDA	5/70
<b>7.</b>	Disponibilità di pubblicazioni scientifiche a supporto	5/70
<b>Punteggio minimo</b>		<b>45</b>

### Griglia di Valutazione economica

La valutazione della economicità delle offerte avverrà attribuendo un punteggio al ribasso offerto

	<b>Descrizione</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>1.</b>	Offerta al ribasso	30/30