Si fa quindi richiesta di un modello di lettino per visita e trattamenti ginecologici a regolazione elettrica con i seguenti requisiti:

- Rivestimento sedile imbottito e rimovibile
- Altezza poltrona, sedile e schienale regolabili elettricamente tramite pulsantiera e/o pedale
- Altezza minima raggiungibile non superiore ai 60 cm
- Carico di lavoro sicuro di almeno 150 kg
- Poggiagambe ginecologici imbottiti, poggiagambe estraibile per posizione orizzontale, maniglie laterali, cuscino imbottito per testa
- Vaschetta raccogli-liquidi estraibile