

Nelle more dell'espletamento della gara per l'acquisto di cemento per cementoplastiche, richiesto con nota n. prot. N. 2891/i del 26/01/21, si richiedono con urgenza n. 15 Set monouso per vertebroplastiche composti da:

1. Ago (lunghezza cm. 10,15; diametro 10,13,15 G) in acciaio inossidabile con mandrino con innesto a baionetta dotato di alette metalliche, punta a becco di flauto e/o diamante, marker sul mandrino per identificare l'orientamento della punta, connettore luer-lock maggiorato;
2. Siringa ad elevata resistenza, prolunga per iniezione, cannula di aspirazione e riduttore;
3. Cemento Polimetilmetacrilato osseo radiopaco a base acrilica con bassa viscosità iniziale e lungo tempo di lavorazione.