AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI di DIO e RUGGI d'ARAGONA
SCUOLA MEDICA SALERNITANA

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(art.66 del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii., in adempimento alla Linea guida ANAC n. 8 "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili")

1. **Oggetto dell'appalto.**
Consultazione preliminare di mercato finalizzata alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, ss. mm. ii.) per la fornitura di n.1 sistema per chirurgia robotica multidisciplinare e del relativo materiale di consumo/strumentario chirurgico per le esigenze delle SS.OO. dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona.

2. **Motivazione della pubblicazione del presente avviso**
L'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona (AOU Salerno), in applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, intende eseguire una consultazione preliminare di mercato al fine di verificare se, diversamente dalle informazioni in suo possesso, vi siano altri operatori economici competenti in grado di fornire n.1 sistema per chirurgia robotica multidisciplinare e relativo materiale di consumo/strumentario chirurgico – identificato nel mod. da Vinci® Xi™ marca Intuitive Surgical - o soluzioni tecniche alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore della tecnologia descritta al punto 7.

3. **Condizioni di fornitura e spesa presunta**
La fornitura deve includere il sistema per chirurgia robotica multidisciplinare, il relativo materiale di consumo/strumentario chirurgico e il servizio di garanzia e assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) per i primi 12 (dodici) mesi.
La spesa presunta per 36 (trentasei) mesi, comprensiva di contratto di manutenzione post-garanzia e materiale di consumo/strumentario chirurgico per il numero di interventi previsti nel primo triennio, è stimata nel prospetto che segue.

A	Sistema robotico chirurgico da Vinci® Xi™ - con doppia console chirurgica, simulatore, garanzia e assistenza tecnica full-risk per i primi 12 mesi	€ 3.100.000,00
	Contratto manutenzione annuale (dal secondo anno)	€ 200.000,00
	Materiali di consumo per anno	
	Materiali di consumo primo anno – ca. 100 procedure	€ 350.000,00
	Materiali di consumo secondo anno – ca. 200 procedure	€ 700.000,00
	Materiali di consumo dal terzo anno – ca. 300 procedure	€ 1.050.000,00
A1	Oneri della sicurezza su forniture primo anno	€ 31.000,00
	Oneri della sicurezza su manutenzione secondo anno	€ 2.000,00
	Oneri della sicurezza su manutenzione terzo anno	€ 2.000,00
Somma voce A primo anno (IVA esclusa)		**€ 3.481.000,00**
Somma voce A secondo anno (IVA esclusa)		**€ 902.000,00**
Somma voce A dal terzo anno (IVA esclusa)		**€ 1.252.000,00**

4. **Ragione sociale dell'operatore economico individuato**
Nel caso in cui venga confermata l'esclusività del produttore o del soggetto da esso delegato (Linea guida ANAC n. 8) il servizio sarà affidato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, ss. mm. ii., e previa negoziazione delle condizioni contrattuali, alla Ditta Ab Medica s.p.a, via J.F. Kennedy 10/12 20023 Cerro Maggiore (MI), distributore esclusivo della tecnologia da Vinci® Xi™ - Intuitive Surgical.
Il presente vale anche come avviso volontario per la trasparenza preventiva.

5. **Invio manifestazione di interesse**
Gli operatori economici interessanti potranno inviare la propria manifestazione di interesse su apposito modello allegato, corredata di tutta la documentazione ritenuta opportuna (relazioni, schede tecniche, certificazioni, precedenti forniture, ecc.) e della dichiarazione di poter fornire quanto in argomento, attraverso il portale SIAPS riportando in oggetto la dicitura **"Consultazione preliminare di mercato finalizzata alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, ss. mm. ii.) per la fornitura di n.1 sistema per chirurgia robotica multidisciplinare e del relativo materiale di consumo/strumentario chirurgico per le esigenze delle SS.OO. dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona"** entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/10/2021.
Le manifestazioni di interesse presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai fini della presente consultazione di mercato.
Si precisa, altresì, che la presente consultazione preliminare di mercato non costituisce obbligo per l'Azienda di procedere alle successive fasi di confronto concorrenziale e di affidamento e, pertanto, non vincola in alcun modo l'Azienda con gli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
Resta altresì fermo che, in caso di manifestazioni di interesse, l'acquisizione della fornitura oggetto della presente è subordinato ad apposita procedura che sarà espletata dall'AOU Salerno ai sensi del richiamato D.Lgs. 50/2016.

6. **Requisiti di partecipazione**
Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ss. mm. ii.
Requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ss. mm. ii. – iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto.
Capacità tecnica-professionale: ai sensi dell'art. 83 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, ss. mm. ii. – espletamento, nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso, di almeno tre contratti relativi a forniture analoghe a quelle di cui alla presente consultazione – gli operatori dovranno indicare gli importi, le date e i destinatari delle forniture che dovranno essere strutture sanitarie, sia pubbliche che private. Relativamente al requisito di capacità tecnico-professionale è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

7. **Requisiti tecnici e funzionali**

Specialità: Chirurgia Generale, Urologia, Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Toracica, Chirurgia Pediatrica, Cardiochirurgia.

Il sistema deve essere dotato dei dispositivi necessari per l'esecuzione completa degli interventi chirurgici (es. endoscopi, fonte luminosa, videoprocessore, telecamera, cavi di connessione, monitor, etc.), oltre che dei seguenti accessori indispensabili

- tavolo operatorio completamente integrato nel sistema;
- elettrobisturi integrato e possibilità di interfacciamento con generatori esterni;
- sistema di visione a fluorescenza integrato;
- monitor touchscreen;
- seconda console chirurgica per attività di formazione e chirurgia collaborativa.

In particolare, alcune specifiche tecniche sono richieste come nel seguito descritto per assicurare elevati standard chirurgici.

Allo scopo di assicurare la miglior posizione di lavoro e migliorare l'ergonomia dell'operatore, il sistema deve essere dotato di

- sistema integrato e ad immersione - visore 3D HD;
- sistema di regolazione della posizione delle componenti della console;
- sistema di interfono che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra tavolo operatorio e chirurgo in console.

Allo scopo di assicurare il migliore outcome clinico, il sistema deve essere dotato di

- strumentazione integrata manovrabile dal primo operatore: strumentazione monopolare e bipolare articolata, portaghi articolati, pinze da presa articolati, suturatrici lineari articolate, irrigo-aspiratore articolato, strumentazione ad energia avanzata per taglio e coagulo articolata;
- sistema di regolazione e memorizzazione dei settaggi dell'elettrobisturi integrato;
- sistema di filtraggio del tremore della mano;
- scaling dei movimenti dalla mano del chirurgo allo strumento chirurgico su tre livelli: veloce (1,5:1)/ normale (2:1) e fine (3:1);
- possibilità di posizionamento automatico del sistema un volta settato il target.

Allo scopo di assicurare la visione del campo intra-operatorio da parte del secondo chirurgo al tavolo operatorio, dell'infermiere strumentista e dell'equipe di sala, il sistema deve essere dotato di un sistema di visione su carrello provvisto di monitor touchscreen e integrazione di luce naturale e fluorescenza (con possibilità di commutare da luce naturale a fluorescenza in maniera rapida tramite la console chirurgica).

Allo scopo di garantire la standardizzazione degli interventi, il sistema deve consentire di memorizzare le impostazioni relative alla tipologia di intervento chirurgico.

Allo scopo di garantire la movimentazione del paziente durante l'intervento chirurgico senza sganciare le braccia del sistema e in totale sicurezza, il sistema deve consentire la movimentazione del tavolo tramite console.

8. Richieste di chiarimento

Il presente avviso è consultabile sulla piattaforma SIAPS al sito www.soresa.it.
Per qualsiasi informazione gli interessati dovranno inviare apposita richiesta attraverso la piattaforma SIAPS. Non verranno prese in considerazione le comunicazioni non pervenute attraverso la suddetta piattaforma.

Il Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dr. Vincenzo Andriuolo