

QUESITO 1: i lotti 4-5-6-9: possiamo offrire più codici alle stesse condizioni economiche, che rispondano alle caratteristiche del capitolato per garantire più soluzioni agli operatori dell'UMACA?

CHIARIMENTO 1: le ditte possono offrire più alternative, ma i prodotti offerti devono avere le stesse caratteristiche o essere equivalenti D.lgs 50/2016 ai prodotti richiesti nei lotti menzionati

QUESITO 2: lotto 8: possiamo offrire una tecnologia con un filtro migliorativo (0,2 micron antibatterico) rispetto al filtro da 1,2 micron?

CHIARIMENTO 2: si chiede di attenersi a quanto richiesto e cioè 1,2 micron, la misura di 0,2 micron può essere offerta in aggiunta alle stesse condizioni economiche

QUESITO 3: lotto 10: si chiede conferma che accetterete l'offerta di deflussori con valvole autosigillanti bidirezionali, che impediscono reflusso della soluzione, attraverso valvole integrate nelle prolunghine (ved. lotto 10.2);

CHIARIMENTO 3: le valvole in riferimento al quesito n.3 devono fare parte integrante del deflussore, fermo restando che rimane valido il principio dell'equivalenza funzionale

QUESITO 4: lotto 10: dato che le valvole dedicate alla connessione sono già provviste di sistema di chiusura autosigillante, confermate che la parola "cappuccio" su valvola di connessione di siringa luer lock è un refuso?

CHIARIMENTO 4: non è un refuso

QUESITO 5: IN MERITO AL LOTTO NUMERO 15 SI CHIEDE CHE LE FFP3 SIANO CONFORMI ALLA UNI EN 140/2009. ORBENE A CONOSCENZA DELLA SCRIVENTE TALE NORMATIVA NON RISULTA ESISTENTE. TRATTASI DI REFUSO?

FORSE QUESTA SPETTABILE STAZIONE APPALTANTE VOLEVA INDICARE LA UNI EN 149/2009?

CHIARIMENTO 5: normativa uni en 149/2009

QUESITO 6: in merito al lotto 6 si chiede di specificare se la lunghezza richiesta (minore/uguale 13mm) si da intendersi per l'intero dispositivo o solamente per la parte del perforatore.

CHIARIMENTO 6: la lunghezza richiesta è riferita al perforatore ma comunque il dispositivo intero deve essere di piccole dimensioni perchè da destinarsi a microflaconi

QUESITO 7: Con riferimento al Lotto 12, poiché sono richiesti differenti formati di buste, SI CHIEDE di specificare la quantità richiesta per ogni formato al fine di poter formulare correttamente l'offerta economica e permettere una corretta comparazione del importo della fornitura

CHIARIMENTO 7: si conferma la quantità riportata nel capitolato

QUESITO 8: con riferimento al lotto 12, relativamente al requisito della chiusura a tenuta ermetica previsto dalla ADR (istruzioni P650-P620), in considerazione anche dei liquidi tossici che questi contenitori devono trasportare, SI CHIEDE se tale requisito fondamentale debba essere dimostrato con la certificazione di Ente Terzo.

CHIARIMENTO 8: per il requisito può essere dichiarato dalla ditta sotto la propria responsabilità

QUESITO 9: con riferimento al lotto 12, in applicazione dei requisiti di "prevenzione delle ferite da taglio nel settore ospedaliero e sanitario" ed in conformità alla Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010, attuato con D.Lgs. n.19 del 19/02/2014, SI CHIEDE se le buste debbano rispettare tale requisito e pertanto prevedere l'apertura facilitata senza uso di taglienti.

CHIARIMENTO 9: devono prevedere un'apertura facilitata