

RISPOSTE AI QUESITI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI COMPLETI DI ACCESSORI E TECNOLOGIE COMPLEMENTARI PER RADIOTERAPIA ONCOLOGICA, N. 1 SISTEMA COMPLETO PER TOMOTERAPIA, N. 1 TAC DI CENTRAGGIO E TUTTE LE APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, ARREDI E SUPPELLETTILI DA DESTINARE ALLA U.O. DI RADIOTERAPIA DEL P.O. “A. TORTORA” DI PAGANI SA

N.	Quesito/Risposta
1	<p>Quesito: Con riferimento ai Vostri documenti <i>DISCIPLINARE DI GARA</i> e <i>BANDO DI GARA CAPITOLATO SPECIALE</i>, si evincono in particolare i seguenti LOTTI: LOTTO 2 CIG 9095477111 € 732.000,00 Fornitura e installazione di Sistema per Surface Guided Radiation Therapy (SGRT) LOTTO 3 CIG 90955827B5 € 598.000,00 Fornitura e installazione di Sistema computerizzato per piani di trattamento (TPS) Con riferimento invece ai Vostri documenti <i>TAV/01 SUB/10 SCHEDE PUNTEGGI TECNICI</i> e <i>TAV/01 SUB/8 SCHEDE APPARECCHIATURE</i>, si evince che il LOTTO 2 riguarda il sistema per piani di trattamento (TPS) ed il LOTTO 3 riguarda il sistema per Surface Guided Radiation Therapy (SGRT). Si chiede di confermare che la denominazione corretta dei LOTTI sia quella espressa da <i>DISCIPLINARE DI GARA</i> e <i>BANDO DI GARA</i> e <i>CAPITOLATO SPECIALE</i>, ossia: LOTTO 2 CIG 9095477111 € 732.000,00 Fornitura e installazione di Sistema per Surface Guided Radiation Therapy (SGRT) LOTTO 3 CIG 90955827B5 € 598.000,00 Fornitura e installazione di Sistema computerizzato per piani di trattamento (TPS)</p> <p>Risposta: si conferma l’indicazione dei lotti come riportato nel Capitolato.</p>
2	<p>Quesito: Con riferimento al Vostro documento <i>DISCIPLINARE DI GARA</i>, aggiornato il 28/03/2022, il capitolo 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA conferma che il plico contenente l’offerta dovrà pervenire esclusivamente all’indirizzo PEC: protocollogenerale@pec.aslsalerno.it. Si chiede di confermare che, in generale, tutta la documentazione richiesta debba essere firmata digitalmente, cifrata ed inviata in formato esclusivamente digitale (e non cartaceo) tramite PEC. Si chiede di confermare che, per attuare la richiesta e necessaria separazione della documentazione del plico elettronico attraverso le buste “A – Documentazione amministrativa”, “B – Offerta tecnica” e “C – Offerta economica”, sia possibile effettuare invii multipli di più PEC secondo necessità, per ripartire i files allegati su PEC multiple nel rispetto dei limiti massimi di quantità di MB per singola PEC. Utilizzando opportuni oggetti/intestazioni per ciascuna PEC, indicando ad esempio sia il tipo di busta, sia un numero progressivo rapportato al numero totale di PEC inviate per la stessa busta. In alternativa si chiede la possibilità di consegnare fisicamente la gara presso gli uffici del protocollo, con le buste ben distinte tra amministrativa, tecnica ed economica ma il cui contenuto</p>

	<p>sia costituito da DVD contenenti i file di proposta firmati digitalmente.</p> <p>Risposta: Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare utilizzando la piattaforma Soresa.</p>
3	<p>Quesito: Si chiede infine di confermare che le seguenti siano da considerarsi dei refusi, relativamente alle diciture comuni che richiamano “originali o copie conformi” oppure “originali o copie autenticate” oppure “originale in ogni pagina”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; [...]</i> - <i>originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; (pag. 6)</i> <p><i>In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: [...]</i></p> <p>3) <i>essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; (pag. 9)</i></p> <p><i>Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente (pag. 11)</i></p> <p><i>Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura. (pag. 12)</i></p> <p>4) <i>originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. (pag. 23)</i></p> <p><i>La relazione tecnica dovrà essere presentata in un originale firmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio, o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio. (pag. 27)</i></p> <p><i>Il progetto tecnico deve essere debitamente sottoscritto e deve essere corredato da originali o copie autenticate della documentazione tecnica illustrativa e descrittiva dei dispositivi proposti, e di ogni altra documentazione ritenuta utile per meglio evidenziare le caratteristiche dei dispositivi o del servizio offerto. La suddetta documentazione dovrà essere resa in originale o in copia conforme. (pag. 29)</i></p> <p><i>La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. (pag. 34)</i></p> <p>Risposta: Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare utilizzando la piattaforma Soresa. E' esclusa la copia semplice</p>
4	<p>Quesito: Con riferimento al Vostro documento DISCIPLINARE DI GARA, a pag. 27 viene riportato quanto segue:</p> <p>CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA [...]</p> <p>3) Modalità di erogazione del servizio di Assistenza Tecnica “full risk”, sia durante il periodo di garanzia obbligatoria di 36 mesi (per apparecchiature) e di 10 anni (impianti ed opere) che nei tre anni successivi alla scadenza del periodo di garanzia (apparecchiature)</p> <p>Con riferimento al Vostro documento BANDO DI GARA, la sezione II.2.1) riporta quanto segue:</p> <p>LOTTO 1: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva [...]</p> <p>GARANZIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE Full Risk per almeno tre anni delle apparecchiature ed attrezzature</p> <p>GARANZIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE per le strutture edilizie e gli impianti realizzati in esecuzione dell'appalto per almeno due anni</p> <p>Si chiede di confermare che il periodo obbligatorio di garanzia con servizio di manutenzione per</p>

	<p>le strutture edilizie e gli impianti realizzati in esecuzione dell'appalto sia pari ad almeno due (2) anni e non dieci (10) anni.</p> <p style="text-align: center;">E</p> <p>Quesito: Con riferimento al Vostro documento DISCIPLINARE DI GARA, a pag. 30 viene riportato quanto segue:</p> <p>17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA [...]</p> <p>5) costo complessivo del contratto di Assistenza Tecnica “full risk” per l'apparecchiatura fornita e per un periodo di 3 Anni che l'ASL Salerno si riserva di stipulare dopo la scadenza del periodo di garanzia come previsto nel Capitolato (Anni 3);</p> <p>Con riferimento al Vostro documento CAPITOLATO SPECIALE, a pag. 15 viene riportato quanto segue:</p> <p>Alla scadenza del periodo di garanzia e manutenzione full-risk incluso nella fornitura, l'operatore economico si impegna a garantire per ulteriori 5 anni il prosieguo del servizio di assistenza alle stesse condizioni tecniche ed economiche, di cui è risultato aggiudicatario.</p> <p>Con riferimento al Vostro documento Allegato “C” OFFERTA ECONOMICA, a pag. 2 viene riportato quanto segue: [...] l'importo della manutenzione full risk delle apparecchiature per la durata di almeno tre anni e degli eventuali successivi cinque [...]</p> <p>Si chiede di confermare che il periodo ulteriore di garanzia e manutenzione full-risk successivo ai primi tre (3) anni sia pari a cinque (5) anni e non tre (3) anni.</p> <p>Risposta: La manutenzione è quella prevista nel bando, a sua volta conforme a quanto previsto nel capitolato speciale e l'aumento della garanzia e manutenzione sarà oggetto di valutazione in sede di gara.</p>
5	<p>Quesito: Con riferimento al Vostro documento CAPITOLATO SPECIALE, a pag. 19 viene riportata la seguente formula matematica per calcolare il punteggio economico:</p> <p><i>I punteggi del prezzo saranno assegnati in base alla seguente formula matematica:</i></p> $PE_x = 30 \times (P_x/P_m)$ <p><i>Dove</i></p> <p>PE_x = punteggio da assegnare al concorrente X per ogni Lotto P_x = prezzo totale dell'offerta esaminata dato dalla somma di $PL + PP + PF + PM$ P_m = prezzo totale del miglior offerente</p> <p>Si chiede di confermare che trattasi di un refuso e che la formula matematica corretta sia la seguente:</p> $PE_x = 30 \times (P_m/P_x)$ <p>Risposta : A pag. 51 del nuovo disciplinare è indicata la formula corretta pari $PE_x = 30 \times (P_m/P_x)$</p>
6	<p>Quesito: Si chiede di confermare che il concorrente in possesso di attestazione SOA per la sola Costruzione, oltre a quanto indicato dal disciplinare di gara, può in fase di offerta INDICARE il progettista/i individuati tra le figure indicate dall'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 02/12/2016.</p> <p>Risposta: Vedi nuovo disciplinare. I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione devono, a pena di esclusione, avvalersi di progettista/i individuati tra le figure indicate all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 02/12/2016, (ferma restando la facoltà) fermo restando l'obbligo di partecipare in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con detto/i soggetto/i. (IL PROFESSIONISTA DEVE ASSUMERE OBBLIGO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE UNITAMENTE ALL'IMPRESA ED ESSERE</p>

	<p>SOLIDALMENTE RESPONSABILE NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMA) La struttura tecnica delle Imprese in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui al D.M. n. 263 del 02/12/2016.</p>
7	<p>Quesito: Il documento « Capitolato di Gara » riporta a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagina 17 la seguente richiesta : o <i>11.1 PROGETTO (Lotti 1 e 5) In sede di gara, dovrà essere presentato un progetto preliminare che sarà oggetto di valutazione e attribuzione dei punteggi come indicato nel relativo disciplinare di gara.</i> - pagina 23 la seguente indicazione : o <i>attribuzione di 60 gg. per la stesura del Progetto DEFINITIVO mentre il documento « Disciplinare di Gara » riporta alla Capitolo 16 relativo al contenuto della BUSTA B – Offerta Tecnica la seguente richiesta : B) Progetto definitivo redatto sulla base del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, con i relativi elaborati progettuali</i> <p>Si chiede cortesemente di chiarire questa incongruenza dichiarando il livello di progettazione che il concorrente debba effettivamente produrre in fase di gara.</p> <p>Risposta: Si veda la Nuova Scheda dei Punteggi e il nuovo Disciplinare</p>
8	<p>Quesito: Con riferimento al Vostro documento DISCIPLINARE DI GARA, a pag. 2 viene riportato quanto segue:</p> <p>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.</p> <p>2.1 DOCUMENTI DI GARA</p> <p><i>La documentazione di gara comprende:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Progetto di fattibilità tecnico economica</i> 2) <i>Relazione Tecnica Generale;</i> 3) <i>Planimetria generale inquadramento territoriale in formato DWG;</i> 4) <i>Planimetrie di Progetti per Piani, Sezioni e Prospetti in formato DWG;</i> 5) <i>Planimetrie di studio di fattibilità ed elaborati progettuali in formato DWG.</i> 6) <i>Capitolato speciale descrittivo e prestazionale</i> 7) <i>Bando di gara;</i> 8) <i>Disciplinare di gara e Modulo Dichiarazioni (allegato al Disciplinare);</i> 9) <i>Domanda di partecipazione</i> 10) <i>Capitolato Tecnico delle apparecchiature;</i> 11) <i>PSC;</i> 12) <i>DGUE</i> 13) <i>Modulo Offerta</i> 14) <i>Patto di integrità (Allegato "A" al P.T.P.C. 2019-2021 dell'ASL SALERNO)</i> <p><i>La documentazione di gara è disponibile integralmente sul sito internet:</i> http://www.aslsalerno.it alla Voce Bandi di gara</p> <p>Non avendo riscontrato finora sul sito Internet qui sopra indicato la disponibilità delle planimetrie in formato DWG (sono presenti solo files PDF), si chiede di fornire al più presto anche in formato DWG/file CAD tutte le planimetrie elencate e i file progettuali per mettere nelle condizioni il concorrente di iniziare la progettazione di gara (sia questa di un livello preliminare che definitivo).</p> <p>Risposta: la documentazione di gara sarà in parte in formato PDF e in parte in Word. Non verranno allegati file in formato DWG.</p>
9	<p>Quesito Si richiede di confermare che nel lotto 1 NON sia compresa la progettazione di gara, definitiva e quindi esecutiva all'appaltatore del Bunker TOMO</p> <p style="text-align: center;">E</p> <p>Quesito Si richiede di confermare che nel lotto 1 NON siano incluse le opere propedeutiche alla realizzazione del Bunker TOMO</p>

	<p>Risposta: Nel lotto 1 è prevista la progettazione definitiva ed esecutiva nonché la realizzazione strutturale di tutti i Bunker, compreso quello del lotto 5. Gli adeguamenti di qualsiasi genere, in termini di lavori e impianti necessari all'installazione della tomo, unitamente alla fornitura del sistema stesso, sono a carico dell'affidatario del lotto n.5.</p> <p>Il lotto 1 comprende anche la progettazione e l'esecuzione dei lavori edilizi, impiantistici, strutturali e di qualsiasi altro genere e tipo per il completamento del piano seminterrato e del piano rialzato di un padiglione del medesimo presidio (SUB/5 - TAVOLA/01 E SUB/5 – TAV./02).</p>
10	<p>Quesito: Si chiede cortesemente di confermare che la Relazione dell'Esperto Qualificato sia effettivamente oggetto di gara e che comunque sarà circoscritta ai soli 2 bunker relativi agli Acceleratori Lineari. Qualora sia necessario il suddetto documento anche per il bunker TOMO, si necessita di tutte le informazioni occorrenti per il corretto dimensionamento delle barriere peoteximetriche.</p> <p>Risposta: la relazione è da considerarsi solo indicativa in quanto contiene elementi generali di radioprotezione per il reparto di radioterapia, è evidente che l'operatore produrrà specifica relazione di radioprotezione del proprio esperto qualificato interno. A maggior ragione il Bunker Tomo il cui adeguamento all'apparecchiatura, è onere del solo operatore affidatario del lotto 5 (e del proprio esperto qualificato interno)</p>
11	<p>Quesito: Si chiede di confermare che è già presente una centrale gas medicali e quali gas sono attualmente disponibili</p> <p>Risposta: E' a carico del Lotto1- si veda il Capitolato Speciale al paragrafo 4.1.2.7 – PAG. 10 – IMPIANTI GAS MEDICALI – in ogni caso rilevabile in sede di sopralluogo</p>
12	<p>Quesito In relazione alle prestazioni oggetto del Lotto n. 1, si chiede di specificare la suddivisione delle stesse tra categoria principale e secondaria anche ai fini di una eventuale partecipazione alla procedura in forma plurisoggettiva.</p> <p>Risposta: Al Paragrafo 8.3 del Disciplinare sono riportati i “Requisiti di capacità tecnica e professionale” distinti per singoli lotti</p>
13	<p>Quesito Con riferimento all' art. 7 del disciplinare di gara, in relazione alla comprova dei requisiti di ordine speciale (CAPACITA' ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICO/PROFESSIONALE), da fornire secondo le modalità indicate nella lex specialis, si chiede conferma che tale comprova sia dovuta nella fase successiva alla presentazione delle offerte e che in questa fase siano pertanto sufficienti le dichiarazioni rese all'interno del DGUE.</p> <p>Risposta : La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice. Vedi paragrafo 8.2” Requisiti di capacità economica e finanziaria” del Disciplinare</p>
14	<p>Quesito All'art. 9 del disciplinare di gara (SUBAPPALTO) si legge: “<i>Si precisa che la quota di subappalto non può superare, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice dei contratti, come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31/5/2021 la quota del 50% dell'importo complessivo di contratto</i>”. Si rileva che la citata disposizione è stata superata dalla Legge n. 108/2021, la quale ha eliminato ogni limite alla quota subappaltabile. Si chiede pertanto conferma che la previsione del limite al 50% non trova applicazione.</p> <p>Risposta : Ai sensi dell'art.105, comma 2 del D.Lgs 50/2016 “...Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre,... indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto</p>

	<i>di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto". Si veda il paragrafo 10 "SUBAPPALTO" del nuovo disciplinare</i>
15	<p>Quesito All'art. 13 del disciplinare di gara (pag. 12) viene indicato che <i>"Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana"</i>. Si chiede conferma che da tale prescrizione rimangano escluse le certificazioni rilasciate in lingua originale (es. certificazioni di prodotto e CE, etc.).</p> <p>Risposta: tale prescrizione rimangano escluse le certificazioni rilasciate in lingua originale (es. certificazioni di prodotto e CE, etc.)</p>
16	<p>Quesito In merito alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'istanza di partecipazione, si chiede conferma di poter procedere, altresì, con versamento mediante modello F24, allegandone relativa ricevuta di pagamento.</p> <p>Risposta: Vedi paragrafo 16.3.2 Documentazione a corredo del Nuovo Disciplinare</p>
17	<p>Quesito Ai fini di agevolare la compilazione della documentazione di gara richiesta, si chiede, ove possibile, di mettere a disposizione i modelli in formato editabile (.word).</p> <p>Risposta : I modelli in word sono resi disponibili sulla piattaforma Soresa</p>
18	<p>Quesito Si rileva che nella documentazione di gara è presente l'allegato "Dichiarazioni integrative al DGUE", tuttavia non menzionato all'interno del disciplinare di gara. Si chiede pertanto se ai fini della partecipazione alla procedura, tale dichiarazione sia richiesta.</p> <p>Risposta : Il modello in word è reso disponibile sulla piattaforma Soresa e la dichiarazione è richiesta</p>
19	<p>Quesito Si rileva che nella documentazione di gara è presente l'allegato "Dichiarazioni integrative al DGUE", tuttavia non menzionato all'interno del disciplinare di gara. Si chiede pertanto se ai fini della partecipazione alla procedura, tale dichiarazione sia richiesta.</p> <p>Risposta: Il modello in word è reso disponibile sulla piattaforma Soresa e la dichiarazione è richiesta</p>
20	<p>Quesito All'art. 15.3.1 (pag.24) del disciplinare di gara si fa riferimento al protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" che risulta essere il protocollo di pertinenza della Regione Sicilia. Si chiede conferma che lo stesso debba essere inserito all'interno della busta amministrativa e sottoscritto per accettazione</p> <p>Risposta : Il modello in word è reso disponibile sulla piattaforma Soresa</p>
21	<p>Quesito: Nella documentazione di gara è presente il documento "DUVRI" del quale, tuttavia, all'interno della disciplinare di gara non ne viene richiesta l'accettazione. Si chiede se necessario dichiararne l'accettazione o se sia sufficiente in questa sede la sola presa d'atto.</p> <p>Risposta: L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali chiarimenti. Vedi paragrafo 5 del</p>

	nuovo Disciplinare
22	<p>Quesito Rif. Disciplinare, artt. 13 e 19 Si chiede di confermare che tutta la documentazione debba essere unicamente inviata tramite Posta elettronica certificata.</p> <p>Risposta : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare utilizzando la piattaforma Soresa.</p>
23	<p>Quesito Si chiede di confermare che la seguente indicazione “la relazione tecnica dovrà essere presentata in un originale firmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell’operatore economico” sia un refuso e che sia sufficiente la firma digitale trattandosi di gara telematica.</p> <p>Risposta : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare utilizzando la piattaforma Soresa.</p>
24	<p>Quesito Si chiede di confermare che a comprova delle forniture di apparecchiature eseguite nell’ultimo triennio possano essere presentate le fatture di vendita, tenuto anche conto del fatto che, in base al principio della decertificazione la maggior parte delle pubbliche amministrazioni non rilasciano certificati attestanti la buona esecuzione delle forniture e, anche nel caso in cui lo facciano, il documento reca la dicitura che non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione. Limitare al solo certificato la comprova del requisito di capacità tecnica professionale creerebbe notevoli ostacoli nella scelta delle forniture con conseguente eccessiva onerosità dell’attività di comprova.</p> <p>Risposta : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare</p>
25	<p>Quesito Si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliera e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all’art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l’1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale.</p> <p>Risposta : Le penali sono disciplinate all’art. 14 del Capitolato Speciale. Per tutto quello non disciplinato vale l’art.113 bis co.2 del D.Lgs n.50/2016</p>
26	<p>Quesito Si chiede di confermare che il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni data fattura</p> <p>Risposta : E’ nella prassi dell’ASL di Salerno, salvo imprevisti</p>
27	<p>Quesito Tutta la documentazione viene richiesta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione in lingua italiana. Si chiede di confermare che alcuni documenti che per loro natura sono spesso redatti in lingua diversa dall’italiano (marchi CE, certificazioni di qualità, DICOM Conformance Statement, IHE, checklist, pubblicazioni scientifiche ecc.) possano essere prodotti nella lingua originale.</p> <p>Risposta : Si conferma “che alcuni documenti che per loro natura sono spesso redatti in lingua diversa dall’italiano (marchi CE, certificazioni di qualità, DICOM Conformance Statement, IHE, checklist, pubblicazioni scientifiche ecc.) possano essere prodotti nella lingua originale”.</p>
28	<p>Quesito Si chiede di confermare che il bollo possa essere assolto mediante una Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Procura, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione.</p>

	<u>Risposta</u> : vedi paragrafo 16.3.2 “Documentazione a corredo” del nuovo Disciplinare
29	<p>Quesito Con riferimento al documento “schede_apparecchiature_tavola_1_sub_8.pdf”, sez. LOTTO4 – Caratteristiche tecniche minime o equivalenti, pag. 18/20, in cui, come richiesta di minima, si indica “Ampiezza escursione longitudinale non inferiore a 180 cm”, considerato che tale caratteristica non ha rilevante valenza clinica per applicazioni radioterapiche, per poter garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara, si chiede di confermare che trattasi di refuso e che sia da intendersi valida un’ampiezza di escursione longitudinale del tavolo porta paziente uguale a 170 cm, anzichè 180 cm.</p> <p>Con riferimento al documento “schede_apparecchiature_tavola_1_sub_8.pdf”, sez. LOTTO4 – Caratteristiche tecniche minime o equivalenti, pag. 19/20, come richiesta di minima si indica “Numero di strati contigui acquisiti in una singola rotazione di 360° almeno 32”. Si chiede di confermare che i 32 strati possano essere ottenibili anche con tecniche di rilevazione differenti, per ogni rotazione di 360°, garantendo anche un aumento del campionamento dello spazio immagine e migliorando la rilevazione di piccoli dettagli nelle immagini.</p> <p><u>Risposta</u> : Le caratteristiche nelle schede della apparecchiature sono da considerarsi caratteristiche di minima, pena esclusione, resta inteso tuttavia che ai sensi dell’art.68 del D.Lgs 50/2016 saranno considerate conformi anche soluzioni funzionalmente equivalenti a insindacabile giudizio della Commissione di Gara.</p>
30	<p>Quesito Modalità di presentazione dell’offerta con PEC</p> <p>A) Considerata la mole di documentazione da presentare, si richiede di indicare la capienza massima della vostra casella PEC.</p> <p>B) Dovendo inviare nr. 3 plichi distinti, uno per la Documentazione Amministrativa, uno per la Documentazione Tecnica, uno per l’Offerta Economica, e volendo partecipare a più lotti di gara, si chiede conferma di poter procedere con la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Invio di una PEC distinta con i documenti amministrativi relativi a tutti i lotti di partecipazione; - OFFERTA TECNICA - Invio di una PEC distinta per l’Offerta Tecnica di un singolo lotto di partecipazione. <p>In caso di partecipazione a più lotti, invio di tante PEC contenenti l’Offerta Tecnica per quanti sono i lotti di partecipazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - OFFERTA ECONOMICA - Invio di una PEC distinta contenente l’Offerta Economica relativa a un singolo lotto di partecipazione. <p>In caso di partecipazione a più lotti, invio di tante PEC contenenti l’Offerta Economica per quanti sono i lotti di partecipazione.</p> <p>Modalità di sottoscrizione dei documenti di gara</p> <p>C) Si richiede di confermare che TUTTI i documenti da presentare in gara debbano essere in formato .pdf, firmati digitalmente e cifrati, come da Vs. indicazioni a pag. 33 del Disciplinare.</p> <p>D) Si chiede di poter inviare anche cartelle zippate (formato .zip) e in questo caso, se debbano essere firmate digitalmente e cifrate anche le cartelle zippate (formato .zip).</p> <p><u>Risposta</u> : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare utilizzando la piattaforma Soresa.</p>
31	<p>Quesito Imposta di bollo F) Sul Disciplinare di gara viene richiesta l’imposta di bollo per la Domanda di Partecipazione (art. 15.1, pag.22) e per la Dichiarazione di Offerta Economica (art. 17, pag. 29).</p> <p>Si chiede di specificare se sia sufficiente il versamento di nr. 1 imposta di bollo da € 16,00 o se sia necessario il versamento di nr. 2 imposte di bollo da € 16,00 cad.</p> <p>G) A pag. 13 del Disciplinare viene richiesto il modello F23 attestante il pagamento dell’imposta di bollo. Si prega fornire tutti i riferimenti utili alla compilazione/predisposizione del modello</p>

	<p>F23 (codice ufficio, codice tributo, destinatario, ecc).</p> <p><u>Risposta</u> : vedi paragrafo 16.3.2 “Documentazione a corredo” del nuovo Disciplinare</p>
32	<p>Quesito Requisiti di capacità tecnica e professionale A comprova di forniture prestate a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Committenti privati, in luogo dei certificati di avvenuta fornitura rilasciati dagli Enti stessi, si chiede di poter produrre copie conformi agli originali delle fatture di vendita.</p> <p><u>Risposta</u> : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare al paragrafo 8.3</p>
33	<p>Quesito In riferimento all'art. 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ ove è richiesto al punto b) possesso dell'attestazione SOA per l'esecuzione di lavori, si chiede conferma che la richiesta sia riferita esclusivamente ai lotti per i quali sono previsti lavori e progettazione, ossia esclusivamente per i lotti 1 e 5. Viceversa in caso di partecipazione al lotto 4 "fornitura e installazione di tac di centraggio" i concorrenti dovranno essere in possesso esclusivamente della : a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura con esclusione del punto b) possesso dell'attestazione SOA per l'esecuzione di lavori.</p> <p><u>Risposta</u> : vedi paragrafo 8.1 “REQUISITI DI IDONEITÀ” del nuovo Disciplinare</p>
34	<p>Quesito Lotto 1: Esaminando la documentazione di gara si riscontra una discrepanza tra i contenuti dei documenti “capitolato speciale radioterapia pagani”, “disciplinare europeo radioterapia pagani” e “schede punteggi tecnici”, a tal proposito si chiede: di confermare che il progetto da inserire nella busta tecnica sia il progetto preliminare con la relativa documentazione descritta a pag. 17 del “capitolato speciale radioterapia pagani” e come si desume in diversi punti del “disciplinare europeo radioterapia pagani” (in particolare al paragrafo 17 pag. 30 per quanto concerne la tempistica che il concorrente dovrà offrire per i diversi gradi di progettazione, ovvero agli svariati richiami a quanto in merito alla progettazione prevista in capitolato), nonché dall’elaborato “schede punteggi tecnici” ove vengono assegnati punteggi (max 3 punti) al “Progetto preliminare” sulla base di criteri caratteristici di tale livello di progettazione. D'altronde per la redazione del progetto definitivo del lotto 1 è necessario assegnare il lotto 4 ed avere le indispensabili informazioni relative alla apparecchiatura da montare oggetto di gara (come specificatamente indicato nel Capitolato, che rinvia perciò alla progettazione definitiva da redigersi a cura dell’aggiudicatario nei tempi dallo stesso offerti). Invero la progettazione definitiva (come noto molto più dispendiosa di quella esecutiva) di un lavoro di tale importo prevede un investimento in sede di gara non compatibile con la finalità della stessa e del diritto/dovere di concorrenza, dell’ordine di grandezza dell’importo, posto a base di gara, in più non in linea nemmeno con il punteggio massimo assegnato rispetto all’eventuale sforzo profferito. Alla luce di tanto si richiede, pertanto, la emissione di un nuovo documento “disciplinare europeo radioterapia pagani” che sia conforme agli altri già presenti in gara in merito alle documentazioni amministrative, tecniche ed economiche da presentare in sede di gara;</p> <p><u>Risposta</u> : Vedi la nuova Scheda dei Punteggi</p>
35	<p>Quesito Lotto 1: Si chiede la disponibilità degli elaborati grafici in formato digitale editabile (DWG)., nonché della progettazione strutturale.</p> <p><u>Risposta</u> : I file messi a disposizione saranno solo in formato PDF, la progettazione strutturale non esiste essendo oggetto di prestazione</p>
36	<p>Quesito Lotto 1: In merito alla griglia di Valutazione si chiede di meglio specificare come sarà attribuito il punteggio relativo all’ eventuale estensione del contratto di manutenzione in</p>

	aggiunta ai tre anni minimi previsti dal capitolato speciale. <u>Risposta</u> : Vedi la nuova Scheda dei Punteggi
37	Quesito Lotto 1: con riferimento all' ammontare dell'appalto, si chiede di confermare che gli importi indicati nel quadro economico del disciplinare di gara, relativi alla progettazione, realizzazione dei lavori e forniture, siano individualmente superabili fermo restando la base di gara. <u>Risposta</u> : Si (pag.7 del Capitolato)
38	Quesito Considerato che il disciplinare di gara prevede la fornitura, progettazione e esecuzione di opere edili ed impiantistiche, si chiede di confermare che la fornitura sia da intendersi come prestazione principale e che le restanti debbano essere considerate prestazioni secondarie, pertanto sia ammessa la partecipazione in RTI di tipo verticale. <u>Risposta</u> : SI', è classificato come appalto di fornitura
39	Quesito Lotto 1: Si chiede di esplicitare i termini di pagamento e di confermare la cadenza dell'emissione di SAL nella fase di esecuzione dei lavori. <u>Risposta</u> : I termini di pagamento sono di prassi dell'ASL Salerno 60 gg. dall'emissione della fattura. Gli importi dei SAL saranno definiti in contratto.
40	Quesito Nella descrizione del contenuto della busta B – Offerta tecnica si legge che la relazione tecnica relativa all' apparecchiatura dovrà essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante...(): si chiede conferma che trattasi di refuso e che sarà sufficiente sottoscrivere digitalmente i documenti come già previsto dal disciplinare di gara pag 33. <u>Risposta</u> : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare utilizzando la piattaforma Soresa.
41	Quesito Lotto 1: Nella descrizione del contenuto della busta B – Offerta tecnica si legge che la relazione tecnica relativa all' apparecchiatura dovrà essere costituita da un massimo di 20 pagine, stante la complessità dei prodotti in oggetto si chiede la possibilità di produrre un documento con un numero di pagine non inferiore a 100. <u>Risposta</u> : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare utilizzando la piattaforma Soresa.
42	Quesito Lotto 1: Per quanto concerne il rilevatore per campi piccoli richiesto nella Scheda Apparecchiature, parte I.IV.III Sistema completo di dosimetria e QA, si chiede di confermare che la caratteristica "cristallo singolo di diamante sintetico", individuando un unico fornitore, sia da intendersi quale caratteristica migliorativa e non di minima. <u>Risposta</u> : Le caratteristiche nelle schede delle apparecchiature sono da considerarsi caratteristiche di minima, pena esclusione. Resta inteso tuttavia che ai sensi dell'art.68 del D.Lgs 50/2016 saranno considerate conformi anche soluzioni funzionalmente equivalenti a insindacabile giudizio della commissione di gara.
43	Quesito Lotto 1: In merito alla Suite completa per la gestione delle procedure in radioterapia richiesto nella Scheda Apparecchiature, parte I.IV.IV COMUNICAZIONE E SORVEGLIANZA PAZIENTE DURANTE IL TRATTAMENTO, si chiede di confermare che tale fornitura dovrà essere prevista per le sole sale di trattamento dei due Linac oggetto del Lotto 1. <u>Risposta</u> : Tenuto conto che l'impianto per tomoterapia è caratterizzato da fotoni con

	<p>energia massima minore di 10 mev, pertanto senza produzione di neutroni, esso non necessita di schermature con cls baritico e materiali idrogenati. inoltre la porta della tomoterapia potrà avere uno spessore di pb inferiore a 1 cm senza cadmio e paraffina (questi ultimi materiali prescritti invece per le porte dei bunker degli acceleratori lineari)</p>
44	<p>Quesito : Come descritto agli Art. 13 (ritenendo un refuso e superata la consegna cartacea) e ribadito all'Art. 19 del Disciplinare di gara, l'intero plico documentale afferente alle buste amministrativa, tecnica ed economica, dovrà "pervenire entro le ore 12.00 del giorno 11/05/2022, esclusivamente all'indirizzo pec: protocollo generale@pec.aslsalerno.it".</p> <p>Su tale modalità d'invio delle offerte, ci preme rilevare l'incompatibilità tra la presente procedura e la tipologia di supporto informatico scelto per la ricezione dei relativi plichi di gara. Come noto, il Codice Appalti (comma 5 dell'art. 52) sancisce l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di garantire due principi sostanziali, ovvero: "che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute" e nondimeno, di analizzare "il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione". Consolidata giurisprudenza sul tema, è posizionata nel definire l'illegittimità di tale strumento, la posta elettronica certificata appunto, in quanto non possiede i dovuti sistemi di cifratura atti a garantire la segretezza della documentazione inviata e dei dati in essa inseriti.</p> <p>Un posizionamento altresì rinforzato anche da quanto previsto agli Artt. 40 e 58 del Codice; il primo, al comma 2, vincola le Stazioni appaltanti ad utilizzare mezzi di divulgazione e scambio di tipo elettronico prevedendo che: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici". Il secondo, l'art. 58, "nel rispetto dell'art 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure", contempla l'utilizzo delle apposite piattaforme telematiche come strumento idoneo per l'espletamento di una gara in quanto dispongono di sistemi brevettati e certificati presso organismi competenti, a garanzia dei suddetti principi.</p> <p>In astratto, l'invio dell'intera documentazione di gara tramite PEC permetterebbe a chiunque ne avesse l'accesso ed in qualsiasi momento di visionarne il contenuto poiché, tale tecnologia, è priva dei summenzionati sistemi di crittografia volti a garantirne l'inviolabilità e la segretezza.</p> <p>Alla luce di quanto rilevato, risulta imperativa una modificazione sulla tipologia di strumento scelto per l'espletamento della gara, prediligendo l'impiego di una apposita piattaforma telematica, affinché siano preservati l'integrità, la riservatezza e l'efficacia dei plichi documentali trasmessi dagli operatori economici partecipanti.</p> <p>Risposta : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare utilizzando la piattaforma Soresa.</p>
45	<p>Quesito: In relazione alla documentazione da imbastire per le buste amministrative e tecniche, e da quanto al punto precedente, Vi chiediamo se sia previsto un limite dimensionale sia dei singoli file sia di ciascuna busta nel suo complesso (espresso in Mb).</p> <p>Risposta : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare utilizzando la piattaforma Soresa.</p>
46	<p>Quesito Art.7 del Disciplinare di gara – Volendo partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, con una capogruppo partecipante per la quota della fornitura e manutenzione ed una mandante per la quota dei lavori, chiediamo conferma che i requisiti speciali siano posseduti e dimostrati con riferimento alle effettive attività che ognuna espletterà, e quindi la capogruppo per i requisiti richiesti ai punti 7.1.a, 7.2.b e 7.3.c, mentre la mandante per i requisiti previsti ai punti 7.1.a, 7.1.b e 7.2.b..</p> <p>Risposta : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare .</p>

47	<p>Quesito Art.12 del Disciplinare di gara – Si richiede se sia corretta l’indicazione di un unico contributo in favore di Anac per un importo di 200,00 Euro; trattandosi di gara suddivisa in 5 lotti, ciascuno dei quali con un valore superiore ai 150.000,00 Euro, tale valore risulterebbe afferire al solo Lotto 1.</p> <p>Risposta : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare . Paragrafo 12. pagamento del contributo a favore dell’anac.</p>
48	<p>Quesito Con riferimento alla progettazione, il Disciplinare al punto 7, in caso di concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione devono, a pena di esclusione, avvalersi di progettista/i individuati tra le figure indicate all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 02/12/2016, ferma restando la facoltà di partecipare in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con detto/i soggetto/i. Di contro il Capitolato alla pagina 5, prevede nel caso in cui l’operatore economico non sia qualificato anche per la progettazione, quest’ultimo deve costituire apposita Associazione d’impresa con uno dei soggetti di cui all’art.46 del D.L.vo n.50/2016 in possesso dei requisiti di cui al DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 2 dicembre 2016, n. 263 . Ritenendo l’obbligo di costituire l’ATI con i progettisti un refuso, si chiede di confermare che sia sufficiente in sede di gara indicare nominativamente i progettisti, fermo restando i necessari requisiti.</p> <p>Risposta : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare</p>
49	<p>Quesito Art.15 del Disciplinare di gara – In relazione alle condizioni previste dall’art.80, si chiede di chiarire se ciascun soggetto sottoposto alle verifiche di cui al suddetto articolo, debba rilasciare apposita dichiarazione relativa ai commi 1 e 2 ovvero la stessa possa essere rilasciata dal Legale Rappresentante per tutti i soggetti, come da modello inserito tra i documenti di gara.</p> <p>Risposta : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare .</p>
50	<p>Quesito Art.15 del Disciplinare di gara – Si chiede di confermare che, in caso di RTI ancora da costituirsi, debba essere predisposta un’unica domanda di partecipazione a nome del raggruppamento partecipante sottoscritta da tutti i soggetti che lo costituiranno.</p> <p>Risposta : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare .</p>
51	<p>Quesito Art.15 del Disciplinare di gara – Siamo a chiedervi gentilmente conferma che è possibile assolvere all’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione (e sul modello di offerta economica - Art. 17 del Disciplinare) tramite apposizione del contrassegno telematico (marca da bollo cartacea) oppure se sia strettamente necessario il versamento con modello F23.</p> <p>Risposta: Vedi paragrafo 16.3.2 Documentazione a corredo del Nuovo Disciplinare</p>
52	<p>Quesito Lotto 1: in riferimento alla scheda apparecchiature sub 8, paragrafo I.IV.II sistemi di immobilizzazione e posizionamento, “sistemi modulari per trattamenti SBRS/SBRT per distretti extracraniali”, si chiede di confermare che: al fine di garantire la compatibilità anche con il sistema di TomoTerapia (Lotto 5) e la continuità terapeutica (in caso per esempio di fermo macchina e quindi di necessità di trasferimento paziente da LINAC a TomoTerapia e/o viceversa) e quindi migliorare l’ottimizzazione delle risorse disponibili al reparto , i sistemi richiesti possano essere in base al principio di equivalenza, dotati di basi/overlay dedicati in grado di garantire massima riproducibilità di posizionamento, trascurabile attenuazione del fascio radiante, confort per il paziente e grande maneggevolezza per l’operatore.</p> <p>Risposta: La compatibilita’ con il sistema di tomoterapia non e’ esplicitamente richiesta dal capitolato perche’ e’ evidente che deve essere compatibile e il livello di compatibilita’ tra i sistemi offerti sara’ valutato (quale migliorativo) a insindacabile giudizio della</p>

	commissione.
53	<p>Quesito Lotto 1: In merito alle caratteristiche di minima per la fornitura di ‘ Suite completa per la gestione delle procedure in radioterapia’ richiesto nella Scheda Apparecchiature, parte I.IV.IV, Come è ben noto, tale sistema, può essere fornito da un solo operatore economico presente sul mercato. Tale circostanza determina una ingiustificata chiusura della concorrenza a favore di un unico operatore del mercato, pertanto si chiede di confermare la possibilità di aprire la concorrenza a più operatori del mercato in base al principio di equivalenza fornendo un sistema che garantisca sicurezza e confort al paziente garantendo l’efficienza delle procedure di Radioterapia. Si chiede inoltre di confermare che verranno valutati positivamente eventuali certificazioni e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale in merito alla bontà e utilità del prodotto offerto non limitando le sole caratteristiche preferenziali alla sola presenza del sistema in altri centri. Per quanto sopra riportato si chiede inoltre di confermare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’opzione di interfacciamento SW all’ impianto di illuminazione a LED, ai sistemi di trackingottici e/o SGRT del SISTEMA DI AMBIENTAZIONE, sia da intendersi come caratteristica preferenziale e non di minima. • la ‘suite completa per la gestione delle procedure in radioterapia’, essendo un accessorio del Lotto 1, debba essere fornita N. 2 acceleratori <p>Risposta La compatibilità non e’ richiesta nel capitolato, questa ASL ha deciso di dotare il reparto di radioterapia di una precisa apparecchiatura e di tale intento e’ stato edotto tutto il mercato rappresentando finanche che da ricerche effettuate e’ emerso un unico operatore economico in grado di fornirla. La risposta pertanto sta nella domanda, che oltretutto ci conforta nella scelta, con tutta evidenza non esiste altro operatore, (sicuramente chi ci scrive non potendo fornire il sistema scelto per espressa ammissione). Cio’ non fa che confermare la correttezza della nostra impostazione (se ne avessimo voluto altro (equivalente, che spara i missili sulla luna ecc.) l’avremmo chiesto.</p>
54	<p>Quesito Corre l’obbligo di segnalare che vengono attribuiti ben 14 punti al ‘Sistema di collimazione MLC integrato nella testata’, avvantaggiando peraltro un singolo operatore economico, mentre altri elementi che contribuiscono significativamente alla qualità dell’offerta risultano a nostro parere sottovalutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attribuzione di soli 3 punti complessivi per tutte quelle che sono le caratteristiche tecniche dell’unità radiante (caratteristiche meccaniche, geometriche, facilità d’uso, etc) e qualità dei fasci fotonici emessi (numero energie, valori di dose rate, caratteristiche fasci, tecniche di erogazione e tecniche di trattamento) - Nessun punto sull’ergonomia e la facilità d’uso del sistema e sulle caratteristiche della consolle di comando - Nessun punto sui sistemi di sicurezza intrinseci agli acceleratori lineari e fondamentali per la sicurezza del paziente - Nessun punto sul piano di formazione del personale - Attribuzione di soli 3 punti destinati al progetto preliminare (valore economico Euro 3.400.000,00) <p>A fronte di quanto sopra esposto si chiede di rivedere l’assegnazione dei criteri di valutazione.</p> <p>Risposta: Si veda la Nuova Scheda dei Punteggi e il nuovo Disciplinare</p>
55	<p>Quesito Si chiede la disponibilità della Relazione geologica preliminare attuale in quanto elencata al paragrafo 2. del disciplinare di gara ma non presente nella documentazione allegata al bando di gara</p> <p>Risposta: Tutta la documentazione sarà allegata sulla piattaforma Soresa</p>
56	<p>Quesito Lotto 1: con riferimento al documento Scheda apparecchiatura, paragrafo I.IV.III Sistema completo di dosimetria e QA, N.1 Fantoccio ad acqua computerizzato con riserva ad</p>

	<p>acqua integrata in un unico sistema mobile. si chiede di confermare che la caratteristica “riserva ad acqua integrata”, individuando un unico fornitore, sia da intendersi quale caratteristica preferenziale e che pertanto sia possibile offrire una soluzione con riserva d'acqua separata. Tale soluzione consentirebbe comunque di non scaricare il peso del fantoccio sulla pedana del lettino e permetterebbe una maggiore manovrabilità nelle fasi di trasporto e di allineamento del fantoccio sotto fascio radiante.</p> <p>Risposta: La compatibilità non è richiesta nel capitolato, le offerte, migliorative eventualmente, saranno opportunamente valutate dalla commissione a suo insindacabile giudizio</p>
57	<p>Quesito Con riferimento alla previsione di cui all'art. 8 GARANZIA E MANUTENZIONE FULL-RISK del capitolato di gara a tenore della quale " Sono da intendersi inclusi i danni accidentali o causati da uso improprio fino ad un massimo del 5% dell'importo totale di fornitura per ogni Lotto", che quindi parrebbe includere i guasti da eventi accidentali e imprevedibili, si segnala quanto segue: tale copertura trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, né riveste la posizione di dover esercitare la diligente custodia e/o vigilanza né può disporre le misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso.</p> <p>La previsione in parola, pertanto, tramuterebbe il rapporto di fornitura in un contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione, in quanto nessun addebito può essere mosso al fornitore per i danni non imputabili, non esercitando il fornitore alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni e dovendo la responsabilità e l'onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene ricadere su chi ha il dominio dei beni.</p> <p>In ragione di quanto sopra, si avanza istanza a codesta amministrazione affinché voglia escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali e imprevedibili provvedendo, se del caso, alla rettifica dei documenti di gara.</p> <p>Risposta: quanto sopra riguarda il servizio di manutenzione ed in particolare l'operatore economico dovrà garantire una manutenzione “...correttiva su chiamata in numero illimitato: nel proprio programma di manutenzione la Ditta deve chiaramente esplicitare le modalità con le quali attivare la richiesta di intervento tecnico; tale servizio dovrà coprire la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti di ricambio e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento delle apparecchiature fornite, comprese le spese di manodopera, trasferta ed eventuale spedizione, senza nulla escluso. Vanno garantiti dei tempi di intervento dalla chiamata non superiori alle 24 ore solari e dei tempi di risoluzione non superiori alle 72 ore solari dalla chiamata. Inoltre va garantita una copertura dell'orario di servizio tale da rendere il personale tecnico disponibile all'intervento anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico del reparto al fine di interferire al minimo con le operazioni cliniche. Sono da intendersi inclusi i danni accidentali o causati da uso improprio fino ad un massimo del 5% dell'importo totale di fornitura per ogni Lotto; oltre tale importo e per i guasti originati da eventi imprevedibili (incendi, alluvioni e catastrofi in generale) o dolosi, gli oneri di ripristino sono a carico della Stazione Appaltante...”</p>
58	<p>Quesito Lotto 1: con riferimento all' attestato di Sopralluogo si chiede la possibilità di sottoscrivere il documento in forma digitale certificata.</p> <p>Risposta: Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare . Paragrafo 13 SOPRALLUOGO</p>
59	<p>Quesito Lotto 2 - Scheda punteggi tecnici (documento: schede_punteggi_tecnici_tavola_1_sub_10).</p> <p>In riferimento all'attribuzione del punteggio per “Funzionalità delle tre (3) workstation perimaging avanzato” si chiede di confermare che i 18 punti previsti saranno equamente ripartiti</p>

	<p>tra le funzionalità richieste e descritte nel documento “schede_apparecchiature_tavola_1_sub8” tra le caratteristiche tecniche preferenziali per le 3 stazioni di imaging avanzato, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contouring automatico 3D basato su atlanti di soggetti multipli e personalizzabili (...) etc. • Strumenti per validazione (phantom-based e clinica) e quantificazione dei risultati (...) etc. • Calcolo della BED corrispondente alla distribuzione di dose fisica calcolata dal TPS (...) etc. • Possibilità di importare, compilare ed eseguire, in modo del tutto integrato al sistema mediante appositi strumenti nativi (...) etc. <p>Risposta: Si veda la Nuova Scheda dei Punteggi e il nuovo Disciplinare</p>
60	<p>Quesito Si richiede di confermare che, con riferimento al LOTTO 5 - CIG 9095688F2C, trattasi di una “procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara” ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b punto 2) del DL n. 50/2016. Dalla documentazione di gara emergono, infatti, i seguenti riferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Avviso volontario per la trasparenza ex ante</i> rif. 2022/S 026-066277, alla sezione II. punto 2.14 e alla sezione IV. punto 1.1. e <i>Avviso di indizione di gara procedura aperta, per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa della fornitura e posa in opera di n. 1 sistema completo per tomoterapia (LOTTO 5 - CIG 9095688F2C)</i>; – <i>A pagina 4 del Capitolato speciale si legge quanto segue: “Riguardo al Lotto 5, è stato rilevato che il Sistema di Tomoterapia al momento è offerto dalla ACCURAY che ne detiene il brevetto come da documentazione allegata sub 9; tuttavia, prima dell’avvio di qualunque procedura di negoziazione ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà espletata, ai sensi dell’art. 66 del medesimo decreto, una ulteriore indagine di mercato, e ne viene pertanto inserita la documentazione nel presente Capitolato, per completezza di descrizione, per l’adeguata pubblicità sulle proprie intenzioni di acquisto, per garantire la trasparenza del proprio operato e la più ampia diffusione dell’iniziativa, e per dare conto dell’intervento nella sua interesse”.</i> <p>Risposta: si conferma nel caso effettivamente non esistano ulteriori operatori economici sul mercato</p>
61	<p>Quesito Capitolato speciale pag. 12/23 - <i>Le caratteristiche tecniche del sistema Tomoterapia richiesto sono descritte nell’Allegato sub “9” al presente capitolato e devono intendersi vincolanti.</i></p> <p>Si utilizza una descrizione particolareggiata della macchina, che si ritiene di natura confidenziale e che si chiede di ritirare dal sito sulla quale è stata pubblicata. Tale descrizione non individua una configurazione ben precisa della macchina e si presta svariatisime ipotesi. Non è possibile quantificare l’importo relativo e senza una definizione di capitolato delle richieste non si è in grado di presentare un’offerta. <i>Vi faremo pervenire in via riservata dopo questi chiarimenti</i>, se necessario, come esempio, <i>un’offerta di tipo cognitivo e propedeutico ad una procedura negoziata sulla quale poter discutere la configurazione e i prezzi</i>, tenendo sempre presente che questi ultimi devono potersi allineare con i prezzi praticati ad altre Aziende Ospedaliere che hanno acquisito la macchina con quelle determinate caratteristiche che saranno da voi esattamente richieste e con il finanziamento a vs. disposizione.</p> <p>Risposta: Possono essere richieste alla Stazione Appaltante le ulteriori informazioni necessarie per l’individuazione di una configurazione ottimale.</p>
62	<p>Quesito: <i>Gazzetta Europea: al punto II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico</i></p> <p>Disciplinare pag. 11 - <i>Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i</i></p>

	<p>giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00. alle ore 12.00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Via Nizza, n. 146 Salerno. Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 11/05/2022, esclusivamente all'indirizzo pec: protocollo generale@pec.aslsalerno.it</p> <p>Il personale addetto registrerà data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.</p> <p>Disciplinare pag. 32 – Istruzioni per la cifratura dei file, che invece sembrerebbe confermare la tipologia digitale (elettronica)</p> <p>Disciplinare pag. 34 - Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo generale@pec.aslsalerno.it entro le ore 12.00 del giorno 11/05/2022.</p> <p>Disciplinare pag. 34 - Vanno riportati sul plico elettronico; Il plico elettronico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate.</p> <p>Si prega di chiarire se l'offerta sarà redatta in forma cartacea o digitale. Le cifrature non si possono applicare con la consegna di un plico cartaceo.</p> <p>Risposta : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare utilizzando la piattaforma Soresa.</p>
63	<p>Quesito Si richiede di chiarire quale sarà l'intervento relativo ai lavori del lotto 5. A questo proposito si riscontrano numerose differenti informazioni negli atti di gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Avviso volontario per la trasparenza ex ante rif. 2022/S 026-066277 o al punto II.1.1) nella denominazione dell'appalto si indica: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 SISTEMA COMPLETO PER TOMOTERAPIA, ARREDI E SUPPELLETTILI, o al punto II.1.3 Tipo di appalto: Forniture, o al punto II.1.4 e al punto II.2.4. Breve descrizione: si citano: Lavori di adeguamento degli spazi – Avviso di indizione di gara: nell'oggetto si cita: 1 Sistema completo per Tomoterapia e tutte le apparecchiature, attrezzature, arredi e suppellettili. – Bando di Gara: o nell'intestazione: n.1 sistema completo per Tomoterapia e tutte le apparecchiature, attrezzature, arredi e suppellettili indispensabili per il proficuo espletamento delle attività previste. o alla sezione II: n. 1 sistema completo per tomoterapia e tutte le apparecchiature, attrezzature, arredi e suppellettili indispensabili per il proficuo espletamento delle attività previste, progettazione dell'adeguamento funzionale con ampliamento mediante nuovo corpo di fabbrica da destinare alla U.O. di Radioterapia del P.O. "A. Tortora" di Pagani o Al punto II.2.1) Denominazione: LOTTO 5: Fornitura e installazione di Sistema completo per Tomoterapia + Progettazione ed esecuzione dei lavori del bunker e dei relativi impianti. – Capitolato speciale o Pag. 2 – Per la tomoterapia necessita la sola realizzazione di un terzo bunker in aggiunta ai due previsti o Ai sensi dell'art. 28 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. la fornitura e l'installazione delle apparecchiature caratterizzano l'oggetto principale del contratto (come da QE) e dunque l'aggiudicazione è sottoposta alle procedure di tale tipologia di appalto; il servizio di ingegneria e i lavori sono da considerarsi prestazioni puramente accessorie. o Pag. 3 - Fornitura e installazione di Sistema completo per Tomoterapia + Progettazione ed esecuzione dei lavori del bunker e dei relativi impianti. o Pag. 4 – Importo dell'appalto - Lotto 5 - Lavori: 300.000 €; servizi di ingegneria: 15.000 € (non subappaltabile) – cifre che non sono assolutamente congrue con la realizzazione e la progettazione di un nuovo bunker. o Pag. 6 - Il progetto deve estendersi anche a tutti i locali e le aree esterne indicate nei grafici allegati, fatta eccezione per il bunker e l'area d'intervento destinati alla installazione del sistema di Tomoterapia (Lotto n. 5) che sarà oggetto di separata progettazione ed esecuzione dei lavori, da parte del fornitore stesso del Sistema. o Pag. 12 - Il Sistema per Tomoterapia si presenta in questo appalto come un sistema autonomo, pertanto va considerato a parte, tanto

	<p>per la sua progettazione quanto per la esecuzione dei relativi lavori, edili ed impiantistici. Solo i servizi generali saranno comuni alle altre attività (accoglienza, smistamento, percorsi, mobilità dei pazienti, assistenza infermieristica e medica). Nei grafici allegati viene individuata un'apposita area destinata a tale sistema. o Pag. 14 – Tempi per l'esecuzione dei lavori: 180 gg. naturali consecutivi: sembrano indicare quelli per la realizzazione di un bunker, anche se abbastanza ristretti in quanto per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo bunker necessita di almeno 8 mesi (specialmente nell'attuale periodo di carenza di materie prime).</p> <p>– Disciplinare o Pag. 3 – Lotto 1 - Esecuzione lavori strutturali-edili-impiantistici e di qualunque altro genere derivanti dalla progettazione, fatta eccezione dell'area destinata specificatamente alla TOMOTERAPIA o Pag. 3 – Lotto 5 - Fornitura e installazione di Sistema completo per Tomoterapia + Progettazione ed esecuzione dei lavori del bunker e dei relativi impianti, oggetto di apposito Avviso volontario di consultazione preliminare di mercato per la trasparenza preventiva.</p> <p>Si chiede gentilmente di chiarire se i lavori si riferiscono alla costruzione di un nuovo bunker, oppure all'adattamento di un bunker che sarà già costruito. In quest'ultimo caso, si chiede di definire la relativa area d'intervento (deve essere evidenziata in qualche modo sulla planimetria di TAV/01), i punti previsti per l'allacciamento con le utenze ed eventuali ulteriori dettagli utili per consentire di effettuare una stima preliminare di fattibilità tecnico economica.</p> <p>Risposta : Nel lotto 1 e' prevista la progettazione definitiva ed esecutiva nonche' la realizzazione strutturale di tutti i bunker, compreso quello del lotto 5. gli adeguamenti di qualsiasi genere del bunker dedicato, in termini di lavori e impianti necessari all'installazione della tomo, unitamente alla fornitura del sistema stesso, sono a carico dell'affidatario del lotto 5 . Il lotto 1 comprende anche la progettazione e l'esecuzione dei lavori edilizi, impiantistici, strutturali e di qualsiasi altro genere e tipo per il completamento del piano seminterrato e del piano rialzato di un padiglione del medesimo presidio (sub/5 - tavola/01 e sub/5 – tav./02).</p>
64	<p>Quesito Capitolato speciale pag. 13-14/23 Con riferimento alla tabella “Cronoprogramma” si richiede di specificare i termini di decorrenza – espressi dalla formula “giorni naturali e consecutivi” – di ogni fase ivi descritta.</p> <p>Risposta : Dalla consegna lavori o dall'ordine di fornitura, o dal collaudo decorrono i rispettivi termini per come disposti</p>
65	<p>Quesito Capitolato speciale pag. 13/23 – Durate delle fasi del progetto – per il lotto 5 di nostro interesse vengono indicate le durate. L'acquisizione di tutti/e i/le necessari/e permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc, coordinate dal DEC sono responsabilità dell'Azienda Ospedaliera Disciplinare pag. 30 – Lotto 5</p> <p>– TEMPO MASSIMO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA: esso sarà indicato dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecniche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta, ma non potrà comunque essere superiore a giorni 30 (trenta) dalla data della stipula del contratto di appalto e comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 (venti);</p> <p>– TEMPO MASSIMO PER L'ACQUISIZIONE DI PARERI, AUTORIZZAZIONI, NULLAOSTA ECC. giorni 45 (quarantacinque) dalla presentazione della progettazione definitiva approvata dall'ASL Salerno</p> <p>– TEMPO MASSIMO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA: esso sarà indicato dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecniche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta, ma non potrà comunque essere superiore a giorni 30 (trenta) dalla data di acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta ecc. fissata in 45 gg. e comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 (venti);</p> <p>– TEMPO MASSIMO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori successiva all'approvazione del progetto esecutivo;</p>

	<p>– <i>TEMPO MASSIMO PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA</i>: esso sarà indicato dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecniche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta, ma non potrà comunque essere superiore a giorni 60 (sessanta) dalla data di ultimazione dei lavori e consegna delle aree.</p> <p>Vi chiediamo per favore di chiarire il seguente punto: un esecutore privato, come è Tecnologie Avanzate, non si può fare carico di adempimenti amministrativi del tutto riconducibili alla potestà della Stazione Appaltante, quali l'acquisizione delle autorizzazioni presso i competenti uffici. L'aggiudicatario invece curerà la predisposizione di tutti i documenti necessari. Di conseguenza non si può confermare in sede di gara la tempistica dei 45 gg. richiesta per operazioni che non sono di responsabilità dell'aggiudicatario. Si chiede per favore di confermare l'esattezza di tale osservazione.</p> <p>Risposta: Sarà cura dell'operatore economico predisporre e consegnare tutti i documenti necessari all'ottenimento delle varie autorizzazione. Si precisa che i tempi indicati nel capitolato sono da intendersi vincolanti per la predisposizione dei documenti propedeutici per l'ottenimento dei pareri o autorizzazioni.</p>
66	<p>Quesito Capitolato speciale pag. 14/23 – Collaudo - <i>La seconda fase, che riguarda la fornitura delle apparecchiature, avverrà per singolo lotto, in contraddittorio con ogni singolo fornitore aggiudicatario entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione scritta di ultimazione della fornitura da parte dell'aggiudicatario.</i></p> <p><i>Le operazioni di collaudo saranno effettuate dalla Commissione di Collaudo, dai rappresentanti della ditta fornitrice per ciascun lotto, e dal personale medico di destinazione.</i></p> <p><i>Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.</i></p> <p>Il collaudo della Tomoterapia elicoidale avviene al termine dell'installazione mediante un ATP (Acceptance Test Procedure) in contraddittorio con la Fisica Medica dell'ospedale effettuato mediante un protocollo fornito dalla Società Accuray. Dalla data di esito positivo di tale collaudo (ATP) partirà la garanzia del sistema e la relativa manutenzione full risk.</p> <p>Risulta alquanto difficile, se non impossibile, derogare a questa regola imposta da Accuray che segue una procedura standard per tutti i centri nel mondo. Non potremmo partecipare alla gara in caso di procedura differente e si prega di confermare che le procedure di collaudo avverranno secondo il protocollo dettato da Accuray.</p> <p>Il collaudo delle opere, inoltre, avviene normalmente dopo l'ultimazione delle stesse e in tale data avviene il passaggio di proprietà delle stesse all'Azienda Ospedaliera e decorre la garanzia di 1 anno, mentre la manutenzione viene effettuata ad onere e carico dell'Azienda stessa.</p> <p>Risposta: <i>Si conferma il rispetto delle procedure accuray</i></p>
67	<p>Quesito Disciplinare: pag. 32 – lettera g): <i>il servizio di custodia dei prodotti forniti fino alla firma del certificato di collaudo.</i></p> <p>Per quanto già fatto presente al chiarimento n. 7, subito dopo l'installazione della macchina, si procederà all'ATP (Acceptance Test Procedure), e alla data della firma dell'ATP, con esito positivo, le apparecchiature passeranno di proprietà dell'Azienda Ospedaliera, che sarà responsabile del servizio di custodia. Per le ragioni già prima evidenziate non possiamo derogare da tale procedura. Si prega per favore di precisare che Tecnologie Avanzate sarà responsabile del servizio di custodia solo durante il periodo concernente i lavori e l'installazione della macchina.</p> <p>Risposta : <i>Si conferma</i></p>
68	<p>Quesito Capitolato speciale pag. 14/23 - <i>manuali d'uso in lingua italiana (in duplice copia) e manuale tecnico delle apparecchiature, degli hardware e dei software.</i></p> <p>I manuali d'uso in lingua italiana vengono forniti elettronicamente (non in forma cartacea) sulla</p>

	<p>console di comando della macchina in modo che sia predisposto il loro continuo aggiornamento on line. Il manuale d'uso della macchina è in lingua italiana mentre il manuale tecnico delle apparecchiature viene parimenti fornito elettronicamente ed è in lingua inglese. Non esistono altre tipologie di manuali. Si prega di precisare che tali manuali on line saranno sufficienti per le procedure di collaudo.</p> <p>Risposta : Sono sufficienti</p>
69	<p>Quesito Capitolato speciale pag. 8/23 – Progetto di radioprotezione: <i>L'operatore economico dovrà presentare, tra gli elaborati progettuali, il progetto radioprotezionistico, redatto e sottoscritto da Esperto Qualificato III grado ai sensi del D.Lgs. n.230/95, che sarà sottoposto alla validazione dell'Esperto Qualificato di Radioprotezione Aziendale, il quale ha già definito i principi e gli elementi di cui all'Allegato sub "11" "Elementi di Radioprotezione".</i></p> <p>Capitolato speciale pag. 9 /23 – 2° capoverso - <i>L'INVOLUCRO dei Bunker sarà progettato e realizzato con materiali idrogenati (CLS baritico, paraffina ec.) tali da rispettare le prescrizioni contenute nella Relazione di Radioprotezione.</i></p> <p>Capitolato speciale pag. 9 /23 - <i>Oltre la rispondenza a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico generale dei Lavori dell'Azienda, nel segmento di interesse della categoria di lavori o impianti, l'operatore economico dovrà rispettare puntualmente le indicazioni meglio dettagliate nell'Allegato sub "11" "Elementi di Radioprotezione" e quanto riportato nelle apposite relazioni specialistiche.</i></p> <p>SUB/11 – TAV/01 – Elementi di radioprotezione pag. 14 – <i>Il Dott. Giuseppe Giannattasio approverà il progetto ...solo se verranno osservate le indicazioni di cui alla presente relazione...(ad es. porte Pb: 60 mm – Cd: 1 mm, Paraffina 175 mm)</i></p> <p>Si chiede di chiarire questo punto con l'EQ che ha redatto le prescrizioni: la Tomoterapia, essendo una macchina autoschermata e avendo una sola energia fotoni, con uno spettro convenzionale di 6 MV, con solo radiazioni diffuse, senza produzione di neutroni, non necessita di schermature con cls baritico e materiali idrogenati e così pure la porta potrà avere uno spessore di Pb inferiore a 1 cm <i>senza</i> cadmio e paraffina, in modo da consentire una sua più rapida movimentazione per il minor peso. Non si possono effettuare i lavori prescritti, che non sono necessari, se non con notevole aggravio dei costi, per i quali, nelle attuali condizioni, non vi è copertura.</p> <p>Risposta Controlli di qualità di cui al d.lgs. 101/2020, come previsto dal citato decreto, sono di competenza del responsabile dell'impianto radiologico e dello specialista in fisica medica dell'azienda. pertanto si precisa che la ditta deve poter garantire il mero supporto tecnico, se necessario, alle attività suddette.</p>
70	<p>Quesito Chiarimento n. 11 – SUB/5 – TAV/01 – Pianta piano seminterrato – stato di progetto</p> <p>Il progetto presentato non comprende i locali ancillari che sono necessari per installare diversi componenti del sistema quali un locale tecnico di circa 18 mq (per il compressore, il serbatoio di aria compressa e l'essiccatore e il convertitore di frequenza da 50 Hz a 60 Hz), un locale Data server di 2 m x 2,2 m (per l'iDMS , integrated data Management System) né sono facilmente reperibile all'interno del reparto. In allegato A (a questi chiarimenti), vi trasmettiamo una relazione dei requisiti architettonici e impiantistici per l'installazione della macchina per un'eventuale modifica del progetto che interessa anche gli altri lotti.</p> <p>Risposta Nell'ambito dell'area assegnata e' possibile presentare una offerta progettuale che contempli i locali su descritti anche mediante modifica della superficie di ingombro della zona destinata al bunker, ovviamente nei limiti della proprietà' e degli spazi liberi.</p>
71	<p>Quesito Disciplinare: – Pag. 28 - Gruppo di Continuità, esso deve essere interamente dedicato alle apparecchiature ed in grado di sostenerne e garantirne sempre e comunque il normale funzionamento, al fine di</p>

	<p><i>consentire in ogni caso il completamento dell'esame in corso.</i></p> <p><i>– Pag 32 – gruppo di continuità dedicato alle apparecchiature</i></p> <p>Il sistema di tomoterapia non necessita di ulteriore gruppo di continuità in quanto i componenti informatici che fanno parte della macchina sono già provvisti di loro gruppo di continuità ed è previsto sulla macchina un software, che in caso di interruzione di alimentazione elettrica provvede automaticamente alla ripresa del piano di trattamento esattamente nel punto nel quale si era interrotto. Questo naturalmente a meno di una storica constatazione di molteplici e continue interruzioni improvvise di alimentazione elettrica.</p> <p><u>Risposta</u> Si è pienamente d'accordo.</p>
72	<p>Quesito Facendo riferimento a:</p> <p>Capitolato speciale pag. 3/23: <i>GARANZIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE Full Risk per almeno tre anni delle apparecchiature ed attrezzature e per almeno due anni per le strutture edilizie e gli impianti realizzati in esecuzione dell'appalto.</i></p> <p>Capitolato speciale pag. 15/23: <i>Le apparecchiature dovranno essere coperte da garanzia almeno triennale, con decorrenza dalla data di effettuazione del collaudo provvisorio, comprensiva di un servizio di manutenzione di tipo full risk.</i></p> <p>Capitolato speciale pag. 15/23: <i>Alla scadenza del periodo di garanzia e manutenzione full-risk incluso nella fornitura, l'operatore economico si impegna a garantire per ulteriori 5 anni il prosieguo del servizio di assistenza alle stesse condizioni tecniche ed economiche, di cui è risultato aggiudicatario.</i></p> <p>Capitolato speciale pag. 18/23 : <i>il ribasso percentuale (sui lavori se previsto nel Lotto per il quale si concorre), nel quale si intende ricompreso anche l'importo della manutenzione delle strutture edili e degli impianti per almeno due anni.</i></p> <p>Capitolato speciale pag 18/23: <i>l'importo del servizio di manutenzione full risk delle apparecchiature per la durata di almeno tre anni (di seguito PM) e degli eventuali successivi cinque.</i></p> <p>Disciplinare pag. 3: <i>GARANZIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE Full Risk per almeno tre anni delle apparecchiature ed attrezzature.</i></p> <p>Disciplinare pag. 27: <i>Modalità di erogazione del servizio di Assistenza Tecnica "full risk", sia durante il periodo di garanzia obbligatoria di 36 mesi (per apparecchiature) e di 10 anni (impianti ed opere) che nei tre anni successivi alla scadenza del periodo di garanzia (apparecchiature).</i></p> <p>Disciplinare pag. 30: <i>costo complessivo del contratto di Assistenza Tecnica "full risk" per l'apparecchiatura fornita e per un periodo di 3 Anni che l'ASL Salerno si riserva di stipulare dopo la scadenza del periodo di garanzia come previsto nel Capitolato (Anni 3).</i></p> <p>Si richiede gentilmente di chiarire quanto sopra relativo alla garanzia e alla manutenzione, sia per le apparecchiature, sia per le opere, che è definito in maniera contraddittorio nei diversi punti del capitolato e del disciplinare.</p> <p>Si fa presente che usualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per le apparecchiature la garanzia e il servizio di manutenzione full risk compreso nelle nostre offerte è di 1 anno dalla data dell'ATP (Acceptance Test Procedure) della macchina con esito positivo. L'ATP viene effettuato subito dopo l'installazione della macchina. Trascorso 1 anno dall'ATP, per le apparecchiature viene stipulato un contratto di manutenzione annuale o pluriennale. – per le strutture edilizie e per gli impianti, dopo il collaudo, effettuato subito dopo l'ultimazione delle opere, si ha il passaggio di proprietà degli impianti all'Azienda ospedaliera e da tale data (di firma del collaudo positivo) è parte 1 anno di garanzia (compresa nel prezzo delle opere). La manutenzione degli impianti viene presa in carico ed effettuata dall'Azienda Ospedaliera stessa a partire dalla data del collaudo. – Per ogni ulteriore estensione di garanzia e manutenzione si dovrà stipulare un contratto di manutenzione

	<p><u>Risposta:</u> Si veda la Nuova Scheda dei Punteggi e il nuovo Disciplinare</p>
73	<p>Quesito Capitolato speciale pag. 15/23 – <i>manutenzione correttiva</i> <i>Vanno garantiti dei tempi di intervento dalla chiamata non superiori alle 24 ore solari e dei tempi di risoluzione non superiori alle 72 ore solari dalla chiamata. Inoltre, va garantita una copertura dell’orario di servizio tale da rendere il personale tecnico disponibile all’intervento anche al di fuori dell’orario di apertura al pubblico del reparto al fine di interferire al minimo con le operazioni cliniche. Sono da intendersi inclusi i danni accidentali o causati da uso improprio fino ad un massimo del 5% dell’importo totale di fornitura per ogni Lotto; oltre tale importo e per i guasti originati da eventi imprevedibili (incendi, alluvioni e catastrofi in generale) o dolosi, gli oneri di ripristino sono a carico della Stazione Appaltante.</i></p> <p>La manutenzione del sistema di Tomoterapia viene effettuata da Accuray che prevede una procedura standard invariabile in tutti i centri del mondo in cui è stata installata la Tomoterapia elicoidale e dalla quale non possiamo derogare. Analogamente per la garanzia. Esse prevedono le seguenti formule:</p> <p>“.....” “.....”</p> <p>La manutenzione correttiva in seguito a guasto accidentale (con un numero illimitato di interventi e comprendente tutte le parti di ricambio) viene effettuata, con richiesta dell’utente al Call center di Accuray (via telefono, oppure e-mail), dalle ore 8,00 alle ore 17,00, dal lunedì al venerdì (con esclusione delle feste Nazionali e di quelle locali dove l’apparecchiatura è installata).</p> <p>Attraverso l’utilizzo del sistema proprietario iLink, viene garantito un monitoraggio proattivo e un immediato intervento attraverso analisi in tempo reale dei dati funzionali e dei file di Log del sistema.</p> <p>Durante il periodo coperto da contratto di manutenzione, Accuray mette a disposizione un Servizio di Contact Points gratuito per i propri clienti per poter richiedere Assistenza Tecnica 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana via telefono o e-mail.</p> <p>A seconda della tipologia del problema Accuray potrà intervenire, inizialmente entro 1 ora, in remoto sull’apparecchiatura o attraverso un supporto telefonico che potrà guidare l’operatore alla risoluzione del problema. Nel caso in cui fosse necessario l’intervento del tecnico sul posto i tempi di intervento saranno in funzione del livello e della gravità del problema come di seguito elencato:</p> <p>Livello A, in caso di sistema fermo e impossibilità di trattare i pazienti: intervento entro le 24 ore solari.</p> <p>Livello B, in caso di sistema funzionante, i pazienti possono essere trattati ma con qualche limitazione al sistema: intervento entro le 72 ore solari.</p> <p>Livello C, in caso di sistema funzionante, con i pazienti che possono essere trattati ma con qualche limitazione marginale, quando si richiedono verifiche e ulteriori approfondimenti: l’intervento verrà eseguito alla prima manutenzione preventiva.</p> <p>In particolare, il contratto non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le riparazioni effettuate sui guasti causati da: dolo da parte dell’utente, erroneo utilizzo o errore dell’operatore, - la riparazione dell’elettrometro, delle camere di ionizzazione e dei relativi cavi del sistema; è compresa la calibrazione di due camere di ionizzazione per ogni anno di durata del contratto, - tutti i pezzi di ricambio e gli interventi che sono causati da condizioni ambientali non conformi a quanto specificato nella Site Planning Guide, - la fornitura di acqua distillata per il raffreddamento del sistema, - la rimozione dei virus informatici: il sistema fornito è un sistema chiuso e quindi non è suscettibile ad attacchi di virus esterni. Qualora i virus fossero introdotti mediante supporti informatici o software non autorizzati e nel caso di dolo o erroneo utilizzo, la società Tecnologie Avanzate potrà richiedere, previa approvazione dei preventivi di spesa, il pagamento dei costi relativi al ripristino della funzionalità in termini di parti di ricambio e ore di lavoro. Tali periodi di non funzionalità non verranno conteggiati come fermo macchina e in questi casi Tecnologie Avanzate potrà rivalersi dei maggiori danni arrecati,

- i costi per le sostituzioni necessarie dovute a cattivo uso, ad uso improprio, abuso, mancanza di manutenzione programmata o per danni causati da situazioni ambientali diversi da quanto indicato nella Site Planning Guide di Accuray, quali temperatura, umidità e fornitura di aria compressa.

In generale, sarà cura dell'Ente, a partire dalla data di collaudo delle opere, garantire, a totale suo onere, qualora non venga stipulato un contratto con Tecnologie Avanzate, le condizioni ambientali specificate nella Site Planning Guide di Accuray che sarà parte integrante del contratto. Queste condizioni ambientali saranno trasmesse all'Ente in fase di realizzazione della struttura.

Durante i termini del presente contratto l'Ente si attiverà al fine di:

- Accertarsi che il sito del sistema sia mantenuto in condizioni pulite e igienico-sanitarie appropriate e che il sistema sia pulito e sterilizzato dopo il contatto con sangue e altro materiale potenzialmente infetto;

- Fornire i necessari servizi di pulizia e manutenzione per conservare il sistema libero dalla sporcizia, eliminando il materiale contaminato o i rifiuti di qualsiasi natura;

- Mantenere il luogo in cui è installato il sistema (compresi il controllo della temperatura, della ventilazione, dell'umidità, dell'alimentazione elettrica, della qualità dell'acqua distillata, della portata e della qualità dell'aria compressa e del sistema di radioprotezione e antincendio) nelle condizioni idonee all'operatività dello stesso come previsto nella documentazione di Accuray;

- Far funzionare il sistema in accordo alla Guida dell'Operatore o ad eventuali istruzioni scritte rilasciate da Accuray, attenersi scrupolosamente alle procedure di riscaldamento dell'apparecchiatura, prima di iniziare l'utilizzo clinico;

- L'avviamento e i normali controlli di assicurazione di qualità del sistema (QA), sono di esclusiva responsabilità del cliente che deve effettuarli con regolarità e continuità prima di iniziare i trattamenti, mantenendone i relativi Logs aggiornati e disponibili. È altresì responsabilità del cliente/operatore effettuare autonomamente le specifiche regolazioni;

- Rendere il sistema disponibile senza restrizioni per il personale del servizio di assistenza nei tempi ragionevolmente e reciprocamente accettabili e concordati;

- Predisporre e rendere disponibile una stanza o comunque uno spazio chiuso dove possano essere

collocati gli strumenti o le varie parti che possono essere utilizzate dai tecnici Accuray per i vari interventi;

- Predisporre un adeguato sistema di sicurezza affinché il personale possa espletare in sicurezza le proprie mansioni sia durante il normale orario di lavoro che, per casi eccezionali, al di fuori dell'orario di lavoro stesso;

- In caso di inadempienza da parte del cliente alle obbligazioni del presente paragrafo, Tecnologie Avanzate si riserva il diritto di risolvere il presente contratto o sospendere temporaneamente l'esecuzione del servizio previa comunicazione scritta.

La garanzia, oltre a coprire i difetti e i vizi di fabbricazione, comprende la riparazione di tutti i guasti non imputabili a mancata osservanza delle prescrizioni del manuale d'uso, incuria e simili, secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- il sistema deve essere installato da persone autorizzate da Accuray oppure deve essere installato in accordo con tutte le istruzioni di installazione della Accuray da personale istruito e certificato da Accuray,

- deve essere fatto funzionare soltanto da persone appositamente addestrate all'uso del sistema,

- deve essere fatto funzionare secondo le istruzioni dei manuali operativi forniti a corredo del sistema,

- l'assistenza tecnica deve essere effettuata secondo le prescrizioni dei manuali fornite a corredo del sistema.

La garanzia non include eventuali difetti o carenti prestazioni dovute a:

- **incidente**,

- dolo,

- cattivo o erroneo uso del sistema,

- inadeguata manutenzione (con conseguenti oscillazioni o mancanza di energia elettrica, range

	<p>di temperatura e umidità differente da quelli prescritti, portata e qualità di aria compressa differente dalle specifiche),</p> <ul style="list-style-type: none"> – vandalismo o qualsiasi altro danno o alterazione del sistema da parte di persone diverse dai rappresentanti Accuray o persone certificate da Accuray all’uso ed alla manutenzione del sistema, – uso combinato con prodotti incompatibili, – incendio, inondazioni ed altre cause naturali, – ogni altro atto, omissione, causa o evento al di là del controllo di Tecnologie Avanzate e Accuray. <p>Durante il periodo di garanzia del sistema, sarà cura dell’Ente, a partire dalla data di collaudo, garantire le condizioni ambientali specificate nella Site Planning Guide, che sarà parte integrante della presente offerta.</p> <p>In caso di guasti alle apparecchiature, dovuti ai motivi prima specificati o a condizioni ambientali non idonee, che si verificano per mancanza di manutenzione degli impianti e delle opere o per qualsiasi altra causa che dipenda dall’Ente, la società Tecnologie Avanzate potrà richiedere, previa approvazione dei preventivi di spesa, il pagamento dei costi relativi alla riparazione in termini di parti di ricambio e ore di lavoro del FSE e le ore di riparazione non verranno conteggiate come fermo macchina.</p> <p>.....</p> <p>Non siamo in grado di fornire prestazioni diverse da quelle sopra descritte e non potremmo partecipare alla gara se venissero imposte condizioni differenti da quelle indicate. Si prega di confermare che le condizioni descritte siano accettate.</p> <p><u>Risposta:</u> Sarà cura della Commissione di gara valutare attraverso il criterio 3.2- Modalità di erogazione del servizio di Assistenza Tecnica “full risk”, tale modalità di assistenza</p>
74	<p>Quesito Capitolato speciale pag. 20/23 – <i>penalità</i></p> <p>Come abbiamo già accennato ai punti precedenti, la manutenzione viene eseguita direttamente da Accuray, che ha una procedura standard che viene applicata in maniera inderogabile in tutti i centri del mondo e di conseguenza non potremmo partecipare alla gara se non si seguisse tale procedura anche per correttezza rispetto agli altri centri che hanno eseguito l’acquisto di un sistema di tomoterapia elicoidale in Italia prima di Salerno. La procedura standard viene descritta qui di seguito.</p> <p>Si accetta la penalità relativa al tempo di intervento, in caso di superamento del limite massimo di ore nei tempi di intervento, che si intendono essere quelli già dettagliati al chiarimento n.14.</p> <p>Per quanto riguarda il fermo macchina relativo tempo di ripristino dopo guasto dell’apparecchiatura si accetta la penalità sull’uptime complessivo annuo, secondo tale formulazione qui di seguito trascritta:</p> <p>.....</p> <p>Sarà garantito un uptime del 95% calcolato secondo la seguente formula: $UPTIME = \text{tempo disponibile per uso clinico} - (\text{meno}) \text{tempo indisponibile per uso clinico} / (\text{diviso}) \text{tempo disponibile per uso clinico}$</p> <p>Varranno le seguenti definizioni</p> <ul style="list-style-type: none"> – tempo disponibile per uso clinico: tempo in cui il sistema è in grado di erogare i trattamenti ai pazienti basato su 9 ore giornaliere, dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì (con esclusione delle feste Nazionali e di quelle locali dove l’apparecchiatura è installata). – tempo indisponibile per uso clinico: tempo in cui il sistema non è in grado di erogare i trattamenti ai pazienti <p>e inizia nel momento in cui il cliente notifica l’indisponibilità del sistema ad Accuray.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sono esclusi i tempi necessari per la manutenzione preventiva, programmata e di routine, per Upgrade o migliorie e fermi non associati alla normale attività del sistema. Ogni fermo causato da dolo, cattivo o errato utilizzo, condizioni ambientali fuori dalle specifiche, guasto del sistema

	<p>dell'aria condizionata e dell'acqua di raffreddamento, guasti sull'alimentazione elettrica, calamità naturali e inaccessibilità all'apparecchiatura attraverso il sistema Tomolink per cause non dipendenti da Accuray, sono esclusi dalla definizione di tempo indisponibile per uso clinico.</p> <p>Report: Il Cliente è responsabile dell'annotazione e del report di Downtime ad Accuray. I report di Downtime del mese precedente devono essere consegnati ad Accuray non oltre il 15 di ogni mese.</p> <p>Se Accuray ottiene una media di Uptime inferiore al novantacinque percento (95%) per ciascun anno di contratto durante la validità del contratto, la validità del contratto verrà prolungata di una (1) settimana per ogni punto percentuale al riguardo inferiore al novantacinque percento (95%).</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Si chiede il chiarimento delle modalità penalità e la conferma della validità di quanto scritto sopra. AL MOMENTO VALGONO LE PREVISIONI DEL BANDO. ALL'ESITO DELLA PROCEDURA, QUALORA SIA STATA VERIFICATA LA PRESENZA SUL MERCATO DI UN SOLO OPERATORE SI ATTIVERA' UNA TRATTATIVA PRIVATA SULLA BASE DEL CAPITOLATO DI GARA</p>
75	<p>Quesito Capitolato speciale pag. 15/23 – controlli di qualità Occorre tenere presente che: I controlli di qualità sono competenza della Fisica Medica dell'Ospedale e il tecnico Accuray non è autorizzato ad effettuare alcuna operazione in merito. Sono due lavori completamente differenti che necessitano differenti preparazioni e specializzazioni e che coinvolgono ben precise responsabilità. Non si possono assolutamente mescolare insieme e non devono esserci ambiguità, relative a collaborazioni. Si chiede pertanto di confermare la nostra interpretazione qui sotto riportata.</p> <p>Chiediamo di conseguenza un chiarimento delle prescrizioni del Capitolato e la presa d'atto, per ragioni di sicurezza della seguente raccomandazione: “I controlli di qualità (QA), come definiti dall'AAPM TG148, sia per la macchina sia per la dosimetria del paziente, verranno effettuati e saranno sotto la <i>responsabilità unica</i> del fisico specializzato in fisica medica dell'Azienda. L'hardware e il software fornito apposta a corredo della macchina facilita queste operazioni.</p> <p>Per ragioni di sicurezza, il tecnico di manutenzione non è autorizzato da Accuray a collaborare a tali controlli ed effettuerà ed avrà la responsabilità <i>solo</i> sulle operazioni di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria per prevenire o riparare i guasti al funzionamento della macchina.”</p> <p>16. AL MOMENTO VALGONO LE PREVISIONI DEL BANDO. ALL'ESITO DELLA PROCEDURA, QUALORA SIA STATA VERIFICATA LA PRESENZA SUL MERCATO DI UN SOLO OPERATORE SI ATTIVERA' UNA TRATTATIVA PRIVATA SULLA BASE DEL CAPITOLATO DI GARA</p>
76	<p>Quesito in forza delle disposizioni di cui agli artt. 40 e 52 del Dlgs. 50/16 che impongono un obbligo generalizzato di utilizzo delle comunicazioni elettroniche nelle procedure di evidenza pubblica (a partire da ottobre 2018) , con la finalità di semplificare le modalità di presentazione dei documenti, si rivolge a Codesto Spett.le Ente richiesta, affinché Vogliate ammettere la possibilità di spedizione della documentazione richiesta firmata digitalmente, in luogo della firma autografa, mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, specificamente a mezzo portale digitale o pec, come previsto dalle suddette norme.</p> <p>Risposta : Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare utilizzando la piattaforma Soresa.</p>
77	<p>Quesito Siamo inoltre a chiedere in merito al Lotto 4 se siano previsti lavori di adeguamento locali e in caso affermativo di specificarne la prestazione principale e la prestazione secondaria indicandone le rispettive basi</p> <p>Risposta : Il lotto n.4 è solo fornitura. Le modalità sono indicate nel nuovo disciplinare utilizzando la piattaforma Soresa.</p>

78	<p>Quesito Siamo inoltre a chiedere i seguenti chiarimenti tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con riferimento al documento TAV/01 SUB/8 - si chiede di precisare se, con riferimento al Sistema di Gating Respiratorio, oltre al sw per acquisizione e ricostruzione prospettica e retrospettiva 4D sia richiesto il relativo hw per il rilevamento del movimento respiratorio. <p>Si chiede altresì di precisare se eventuale hw per il sistema di Gating Respiratorio debba essere compatibile per l'esecuzione di trattamenti sincronizzati sull'acceleratore Lineare.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con riferimento al documento TAV/01 SUB/8 - si chiede di confermare che sia possibile partecipare offrendo un sistema con tubo radiogeno con capacità termica di accumulo pari a 7.000.000 HU. - Con riferimento al documento TAV/01 SUB/8 - si chiede di confermare che sia possibile partecipare offrendo un sistema con gantry inclinabile da -30° a +25° <p>VALGONO LE PREVISIONI DEL CAPITOLATO</p>
79	<p>Quesito: Con riferimento al documento TAV/01 SUB/8 - si chiede di precisare se, con riferimento al Sistema di Gating Respiratorio, oltre al sw per acquisizione e ricostruzione prospettica e retrospettiva 4D sia richiesto il relativo hw per il rilevamento del movimento respiratorio. Si chiede altresì di precisare se l'eventuale hw per il sistema di Gating Respiratorio debba essere compatibile per l'esecuzione di trattamenti sincronizzati sull'acceleratore Lineare.</p> <p>Risposta : Si precisa che in riferimento al sistema di gating respiratorio, oltre al sw va offerto anche l'hardware per il rilevamento del movimento respiratorio e tale hardware deve essere compatibile per l'esecuzione dei trattamenti sincronizzati sull'acceleratore lineare.</p>
80	<p>Quesito: Con riferimento al documento TAV/01 ; SUB/8 - si chiede di confermare che sia possibile partecipare offrendo un sistema con tubo radiogeno con capacità termica di accumulo pari a 7.000.000 HU.</p> <p>Risposta : I requisiti riportati nelle schede tecniche sono da intendersi requisiti minimi; tuttavia saranno ammesse offerte equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 purché l'equivalenza sia dimostrata e accettata a insindacabile giudizio della Commissione di gara.</p>
81	<p>Quesito: Con riferimento al documento TAV/01 SUB/8 - si chiede di confermare che sia possibile partecipare offrendo un sistema con gantry inclinabile da -30° a +25°</p> <p>Risposta I requisiti riportati nelle schede tecniche sono da intendersi requisiti minimi; tuttavia saranno ammesse offerte equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 purché l'equivalenza sia dimostrata e accettata a insindacabile giudizio della Commissione di gara.</p>
82	<p>Quesito: Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionale, si chiede di confermare che per la comprova del requisito di cui al 7.3 (<<<c>>> Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe - Il concorrente deve indicare l'elenco delle forniture di apparecchiature radiologiche eseguite nell'ultimo triennio presso Enti sanitari pubblici e privata, con analitica indicazione di singola tipologia e importo>>>) sia sufficiente la presentazione delle fatture e dei collaudi con indicazione del bene fornito e della relativa corretta esecuzione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale. Tanto si richiede in forza del principio della decertificazione. (La maggior parte delle pubbliche amministrazioni non rilascia certificati attestanti la buona esecuzione delle forniture e, anche nel caso in cui lo faccia, il documento reca la dicitura che non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione. Limitare al solo certificato la comprova del requisito di capacità tecnica professionale creerebbe notevoli ostacoli nella scelta delle forniture con conseguente eccessiva onerosità dell'attività di comprova.)</p> <p>Risposta : Vedi par.8.3 del nuovo disciplinare Requisiti di capacità tecnica e professionale</p>

	(PER TUTTI I LOTTI) Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture analoghe
83	<p>Quesito: Con riferimento al punto 15 del disciplinare di gara è precisamente; DGUE del subappaltatore Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si chiede di confermare che non debba essere presentata in sede di offerta la documentazione dei subappaltatori, ma in caso di ricorso al subappalto si debba solo indicare l'attività subappaltata senza fornire l'indicazione della quota subappaltata. Tanto si richiede in forza dell'art. 52 lett. a del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 e della legge 17 gennaio 2022 n. 238 che ha abrogato il comma 6 dell'art. 105 D.lgs. 50/16 recante l'obbligatoria indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta. 2. <i>LA QUOTA DI SUBAPPALTO E' FISSATA NEL 50% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI. OBBLIGATORIO INDICARE QUALI LAVORAZIONI SI INTENDONO SUBAPPALTARE. L'INDICAZIONE DELLA TERNA DEI SUBAPPALTATORI NON E' RICHIESTA</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/16 commi 1,2 e 5 lett. 1) si chiede di confermare che tale dichiarazione possa essere resa cumulativamente da parte soggetto abilitato ad impegnare la società con la PA in particolar da un Procuratore e per quanto a propria conoscenza anche in nome e per conto dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 2. LA NORMA INDICA QUALI SONO I SOGGETTI PER I QUALI E' AMMESSA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 3. Si chiede di fornire in formato editabile tutte le dichiarazioni da rendere. <p>Risposta n.6: Vedi par.8.3 e par. 10 del nuovo disciplinare, inoltre i modelli in word sono resi disponibili sulla piattaforma Soresa</p>