AOU OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.4 MICROSCOPI OPERATORI

LOTTO 3 - N.2 Microscopi Operatori

per Otorinolaringoiatria e per Ortopedia

SCHEMA DI CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE,

OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME DELLE TECNOLOGIE RICHIESTE

Per accettazione

_____

(timbro e firma del legale rappresentante della ditta concorrente)

Oggetto della fornitura: N.2 Microscopi Operatori – n.1 per Otorinolaringoiatria e n.1 per Ortopedia

Base d'asta del lotto: 180.000 €

Attrezzature facenti parte del lotto: N.2 Microscopi Operatori – n.1 per Otorinolaringoiatria e n.1 per Ortopedia

Prescrizioni comuni a tutte le attrezzature:

- Le attrezzature offerte devono essere **nuove di fabbrica**, di **ultima generazione** presente sul mercato, intendendosi per tale l'ultima versione (release) immessa in commercio. Le **parti di ricambio dovranno essere disponibili per almeno n.10 anni**.
- Le attrezzature vengono offerte con un **servizio di garanzia, manutenzione e assistenza full-risk (nulla escluso), di durata almeno pari a 24 mesi** dalla data di collaudo positivo, strutturato secondo i seguenti requisiti minimi:
    - orario 8:00 – 17:00 - tutti i giorni dal lunedì al venerdì,
    - manutenzione preventiva - 1/anno (manodopera e spedizioni inclusi),
    - manutenzioni correttive – illimitate (manodopera e spedizioni inclusi),
    - tempo di intervento – 1 giorno lavorativo da chiamata;
    - tempo risoluzione guasto - 3 giorni lavorativi dalla chiamata - in caso di non riparabilità la Ditta dovrà fornire apparecchiatura muletto,
    - verifiche di sicurezza - 1/anno,
    - verifiche funzionali - 1/anno,
    - parti di ricambio originali e nuove, materiali soggetti ad usura originali e nuovi - inclusi (nulla escluso),
    - manutenzioni eseguite da tecnici specializzati e nel rispetto delle indicazioni del Produttore.
- Devono essere provviste di:
    - **Certificato di conformità** UNI EN ISO 9000 o UNI CEI EN ISO 13485 della Ditta produttrice;
    - **Certificato di conformità** UNI EN ISO 9000, o equivalente, della Ditta offerente e di quella manutentrice ovvero dichiarazione della presenza degli elementi più significativi e tra loro correlati di un sistema per la qualità nelle rispettive organizzazioni;
    - **Certificato di conformità** UNI CEI EN ISO 14971:2009 "Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici", se applicabile;
    - **Conformità alle norme IEC-CEN-CEI,** o ad altre vigenti norme giuridiche e/o tecniche (es. UNI-EN-ISO), dimostrabile;
    - **Marcatura CE** e **Dichiarazione di conformità**.
- Sono incluse nella fornitura le attività di trasporto, consegna, installazione, collaudo e formazione degli operatori (almeno n.2 ore di formazione).
- Sono a carico della ditta fornitrice gli oneri e gli obblighi relativi a spese per la messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature per l'esecuzione delle procedure di collaudo, definite unilateralmente da parte dell'Amministrazione contraente, incluse le verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari e le verifiche funzionali (di cui alla normativa CEI applicabile), se applicabili.

Sono dettagliate nel seguito le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime di ciascuna delle tecnologie richieste.

Per accettazione

_____

(timbro e firma del legale rappresentante della ditta concorrente)

Stativo:

1.	Stativo da pavimento dotato di freni elettromagnetici;
2.	Base stabile simmetrica dotata di ruote girevoli su 360°;
3.	Bilanciamento automatico;
4.	Braccio con estensione ed escursioni tali da consentire varie possibilità di posizionamento intorno al tavolo operatorio;

Interfaccia verso l'operatore:

1.	Manopole elettriche su corpo ottico;
2.	Interfaccia di comando/controllo touchscreen integrata nello stativo;
3.	Pedaliera wireless con almeno 12 tasti funzione programmabili;

Corpo ottico:

1.	Ottiche apocromatiche;
2.	Range focale almeno da 250 mm a 550 mm;
3.	Zoom motorizzato (range minimo 1:6);
4.	Base stereo dell'ottica <= 25 mm;
5.	Messa a fuoco motorizzata, a velocità regolabile dall'utilizzatore;
6.	Mantenimento messa a fuoco anche durante lo spostamento del corpo ottico;
7.	Movimento XY del corpo ottico motorizzato;
8.	Tubo binoculare principale ad inclinazione variabile, ergonomico, con regolazione della distanza interpupillare integrata;
9.	Tubo binoculare ulteriore: a. N.1 per assistente laterale per microscopio per Otorinolaringoiatria, b. N.1 per assistente contrapposto per microscopio per Ortopedia;
10.	Oculari a grande campo 10x, adatti anche a portatori d'occhiali e con compensazione diottrica almeno pari a -5/+5 D;

Illuminazione:

1.	Illuminazione con lampada LED o Xenon (potenza almeno 300W);
2.	Intensità di luce variabile automaticamente;
3.	Diametro di illuminazione variabile automaticamente in funzione dell'ingrandimento utilizzato e regolabile manualmente;
4.	Funzione di sicurezza di limitazione della luminosità in funzione della distanza di lavoro;

Sistema di visualizzazione e registrazione:

1.	Monitor touchscreen almeno HD, almeno 22'', con funzione di schermo di visualizzazione, integrato sullo stativo, orientabile;
2.	Telecamera Full HD incorporata all'interno del corpo ottico;
3.	Sistema di registrazione immagini e video almeno HD, integrato nello stativo e dotato di storage interno;
4.	Possibilità di esportare immagini e video salvati (tramite USB e/o LAN e/o LAN con DICOM);

Moduli aggiuntivi – solo per Otorinolaringoiatria:

1.	Moduli fluorescenza: 560 e 800 (descrivere componenti e funzionamento);

Generali:

1.	Sistema complessivamente resistente agli urti e alla penetrazione di liquidi;

Per accettazione

_____

(timbro e firma del legale rappresentante della ditta concorrente)

2.	Ergonomico e con facilità di manutenzione, pulizia e sanificazione;
3.	Il sistema deve essere fornito completo di tutti gli accessori – cavi elettrici, di connessione, di rete, elettrodi di monitoraggio, eventuali chiavi di sicurezza e di utilizzo, software e licenze software, schede di memoria e software necessari per la memorizzazione e il trasferimento dei dati su computer, sistema di ricarica delle batterie ricaricabili, etc. - necessari per effettuare i collegamenti a regola d'arte e per garantire il corretto e sicuro funzionamento.

PROVE SULLE APPARECCHIATURE/DEMO:

In sede di valutazione delle offerte tecniche, se ritenuto necessario dal Seggio/Commissione (e a suo insindacabile giudizio), a ciascuna Ditta offerente potrà essere richiesta una presentazione dimostrativa/demo con prova funzionale delle tecnologie proposte.

Tale demo se richiesta sarà obbligatoria.

Le modalità e la durata delle presentazioni dimostrative verranno comunicate dal RUP/Commissione giudicatrice. La ditta dovrà impegnarsi a fornire tutto il supporto logistico e tecnico necessario.

Per l'esecuzione delle demo, che saranno eseguite presso i luoghi comunicati dal RUP/Commissione giudicatrice, le Ditte offerenti dovranno fornire n. 1 sistema completo (stesso modello e stessa configurazione offerta).

La ditta offerente si impegna, inoltre a:

- sostenere tutte le spese di consegna e ritiro presso la sede indicata;
- non richiedere alcun indennizzo per danni di qualunque natura subiti dalle tecnologie nel loro normale utilizzo in sede di demo.

La mancata partecipazione alle presentazioni dimostrative nei modi e nei tempi richiesti comporterà l'esclusione dalla procedura, salvo che la Ditta dimostri che l'impossibilità sia motivata da cause di forza maggiore.

Per accettazione

_____

(timbro e firma del legale rappresentante della ditta concorrente)