Piattaforma Soresa

A.O.U. "LUIGI VANVITELLI"

Riepilogo delle attività di valutazione tecnica

| Oggetto | FORNITURA DI MATRICI DERMICHE DI COLLAGENE DI BOVINO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI CHIRURGIA PLASTICA DELL'A.O.U. DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI" |
|---|--|
| CIG | Lotto 1 - CIG 8684031116 |
| Atto indizione | Delibera n.172 |
| Data Atto indizione | 10/03/2021 |
| Criterio di Aggiudicazione | Prezzo più basso |
| Criterio Formulazione Offerta Economica | Prezzo |
| Termine Presentazione Offerta | 12/05/2021 15:00 |
| Commissione Giudicatrice | Prof. GIUSEPPE FERRARO - Presidente Prof. ADELMO GUBITOSI - Componente Dott. MARIO FAENZA - Componente |

Esame valutazione tecnica

| Inizio | 21/07/2021 18:23:06 |
|--------|---------------------|
| Fine | 29/07/2021 11:38:10 |

Si procede alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

La Commissione Giudicatrice effettua l'apertura delle buste e la valutazione delle offerte tecniche ammesse, analiticamente descritta e motivata nell'allegata scheda che è parte integrante e sostanziale del presente verbale, come di seguito riportato a livello di punteggio tecnico complessivo.

Esito Valutazione Tecnica

| Riga | Fornitore | Esito |
|------|---------------------------|--|
| 1 | E.MEDICAL S.R.L. | Conforme La composizione la matrice acellulare dermica Surgimend PRS di derma acellularizzato di origine neonatale bovina è ricca in collagene di tipo 3.Per quanto concerne i formati del bando il prodotto Surgimend rispecchia in pieno quelle che sono le esigenze della struttura. Si conclude pertanto confermando la piena conformità del prodotto Surgimend PRS. |
| 2 | VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A. | Escluso Le matrici Bioripar Exashape sono costituite da pericardio bovino a base di collagene di tipo 1.Per quanto concerne i formati del bando il prodotto Bioripar Exshape che offre formati diversi da quelli richiesti.Si conclude pertanto che non c'è conformità del prodotto, in quanto la diversa natura del prodotto si traduce in meccanismi d'azione differenti che impattano sulla scelta clinica e sul risultato terapeutico finale. |

<u>Note</u>

Letto, approvato, sottoscritto.

- Prof. GIUSEPPE FERRARO Presidente
- Prof. ADELMO GUBITOSI Componente
- Dott. MARIO FAENZA Componente