

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI  
SISTEMI ANALITICI PER EMOGASANALISI  
OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL NAPOLI 3 SUD – ID GARA: 7920239  
VERBALE SEDUTA RISERVATA N. 2

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TREDICI del mese di MAGGIO, alle ore 10:00  
PREMESSO CHE

- Con deliberazione del Direttore Generale n. 790 del 23.10.2020 dell'ASL Napoli 3 Sud è stata indetta una "PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER EMOGASANALISI OCCORRENTI AI PP.OO. DELLA ASL NAPOLI 3 SUD";
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 09/12/2020, alle ore 12:00;
- la prima seduta pubblica di verifica delle offerte pervenute è stata fissata per il giorno 10/12/2020 ore 10:00.
- allo spirare del termine perentorio di cui sopra sono state presentate, tramite la piattaforma SLAPS, le seguenti offerte:

Regione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Data ricezione	Lotti
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	10181220152	PI055705-20	04/12/2020 11:36:25	2
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	04785851009	PI055942-20	06/12/2020 11:30:26	3,1,2
GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI GEPA SRL	03233560964	PI056320-20	07/12/2020 18:39:48	3
NOVA BIOMEDICAL ITALIA	09390710961	PI056322-20	07/12/2020 23:04:57	1,2
A. DE MORI	00152680203	PI056325-20	08/12/2020 15:59:02	1,2

- con determinazione del Direttore dell'UOC ABS n. 1 del 06/01/2021 è stata disposta l'ammissione al prosieguo della gara di tutte le offerte presentate.
  - con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Napoli 3 Sud n. 208 del 11/03/2021 sono stati nominati quali componenti della Commissione giudicatrice, di cui all'art. 77 del Codice, della procedura aperta per l'affidamento del servizio di cui trattasi, da aggiudicare con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
    - o **Presidente: Dott.ssa Maria Rita Auricchio – direttore UOC Nefrologia e Dialisi Area Stabiese ASL NA 3 Sud;**
    - o **Componente: Dott.ssa Tiziana Manna, dirigente Farmacista - ASL NA 3 Sud;**
    - o **Componente: Ing. Antonio Granata, Responsabile UOC Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie - A.S.L. Napoli 3 SUD.**
- PRESO ATTO** del verbale n. 1 del 08/04/2021.

**TANTO PREMESSO**

Alle ore 11:00 circa la Commissione giudicatrice, composta come in premessa, si riunisce in seduta riservata presso la Direzione dell'ASL Napoli 3 Sud, via Marconi 66, Torre del Greco. Oggetto dell'odierna seduta è la valutazione delle offerte tecniche pervenute. Si riporta di seguito l'esito delle valutazioni.

**LOTTO 1 - DITTA SIEMENS SPA**

La Commissione NON ammette alla fase successiva di gara per carenza dei requisiti minimi previsti dal Capitolato Tecnico di Gara: alla voce A18 "contenitore di scarico ermeticamente sigillato contenente tutti i liquidi reflui sigillato integrato nella cartuccia reagenti", il Concorrente offre un "contenitore di scarico ermeticamente sigillato" ma NON integrato nella cartuccia reagenti.

**LOTTO 1 - DITTA A. DE MORI SPA**

La Commissione ammette alla fase successiva di gara secondo i seguenti giudizi sintetici:

CRITERI	SUB-CRITERI	AURICCHIO	MANNA	GRANATA
		Giudizio		
A	A.1	2	2	2
	A.2	3	3	3
	A.3	Mediocre=0,8 Funzione presente, ma solo con consumabile (siringhe) "proprietario" del fornitore	Mediocre=0,8 Funzione presente, ma solo con consumabile (siringhe) "proprietario" del fornitore	Mediocre=0,8 Funzione presente, ma solo con consumabile (siringhe) "proprietario" del fornitore
	A.4	Insufficiente=0,0 Non sono presenti in offerta base i parametri per la funzione renale	Insufficiente=0,0 Non sono presenti in offerta base i parametri per la funzione renale	Insufficiente=0,0 Non sono presenti in offerta base i parametri per la funzione renale
	A.5	0 Funzione "operatore dipendente"	0 Funzione "operatore dipendente"	0 Funzione "operatore dipendente"
	A.6	Mediocre=2,0 Migliore solo parzialmente rispondenti alle necessità di questa ASL	Mediocre=2,0 Migliore solo parzialmente rispondenti alle necessità di questa ASL	Mediocre=2,0 Migliore solo parzialmente rispondenti alle necessità di questa ASL
	A.7	2	2	2
	A.8	2	2	2
B	B.1	0 Assenza di funzione di interruzione della calibrazione per "casi urgenti"	0 Assenza di funzione di interruzione della calibrazione per "casi urgenti"	0 Assenza di funzione di interruzione della calibrazione per "casi urgenti"
	B.2	Ottimo=5	Ottimo=5	Ottimo=5
	B.3	Ottimo=4	Ottimo=4	Ottimo=4
	B.4	Ottimo=4	Ottimo=4	Ottimo=4
	B.5	4	4	4
C	C.1	2	2	2
	C.2	3	3	3
D	D.1	3	3	3

**AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD**

U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
 Via Marconi, 66 (ex Presidio Botazzi) - 80059 Torre del Greco (NA)  
 P. I. / C. F. n° 06322711216 - Tel 081/8490614 - 8490624 - 8490642  
 Pec [sabs@pccaslnapolisud.it](mailto:sabs@pccaslnapolisud.it) - E-mail [sabs@aslnapolisud.it](mailto:sabs@aslnapolisud.it) - Sito [www.aslnapolisud.it](http://www.aslnapolisud.it)

	D.2	4	4	4
E	E.1	Ottimo=3	Ottimo=3	Ottimo=3
	E.2	2	2	2
	E.3	Ottimo=2	Ottimo=2	Ottimo=2
TOTALE		47,8	47,8	47,8
TOT.MEDIA		47,8	47,8	47,8

**LOTTO 1 - DITTA NOVA BIOMEDICAL SRL**

La Commissione ammette alla fase successiva di gara secondo i seguenti giudizi sintetici:

CRITERI	SUB-CRITERI	AURICCHIO	MANNA	GRANATA
A		<b>Giudizio</b>		
	A.1	2	2	2
	A.2	3	3	3
	A.3	Ottimo=2,0	Ottimo=2,0	Ottimo=2,0
	A.4	Ottimo=9,0	Ottimo=9,0	Ottimo=9,0
	A.5	3	3	3
	A.6	Ottimo=5,0	Ottimo=5,0	Ottimo=5,0
	A.7	2	2	2
B	A.8	2	2	2
	B.1	3	3	3
	B.2	Ottimo=5	Ottimo=5	Ottimo=5
	B.3	Ottimo=4	Ottimo=4	Ottimo=4
C	B.4	Ottimo=4	Ottimo=4	Ottimo=4
	B.5	4	4	4
D	C.1	0	0	0
	C.2	3	3	3
E	D.1	3	3	3
	D.2	4	4	4

E.1	Ottimo=3	Ottimo=3	Ottimo=3
E.2	2	2	2
E.3	Ottimo=2	Ottimo=2	Ottimo=2
TOTALE	65,0	65,0	65,0
TOT.MEDIA		65,0	

**LOTTO 2 - DITTA SIEMENS SPA**

La Commissione NON ammette alla fase successiva di gara per carenza dei requisiti minimi previsti dal Capitolato Tecnico di Gara: alla voce A18 "contenitore di scarico ermeticamente sigillato contenente tutti i liquidi reflui sigillato integrato nella cartuccia reagenti", il Concorrente offre un "contenitore di scarico ermeticamente sigillato" ma NON integrato nella cartuccia reagenti.

**LOTTO 2 - DITTA A. DE MORI SPA**

La Commissione ammette alla fase successiva di gara secondo i seguenti giudizi sintetici:

CRITERI	SUB-CRITERI	AURICCHIO	MANNA	GRANATA
A		Giudizio		
	A.1	2	2	2
	A.2	3	3	3
	A.3	Medioocre=0,8 Funzione presente, ma solo con consumabile (siringhe) "proprietario" del fornitore	Medioocre=0,8 Funzione presente, ma solo con consumabile (siringhe) "proprietario" del fornitore	Medioocre=0,8 Funzione presente, ma solo con consumabile (siringhe) "proprietario" del fornitore
	A.4	Insufficiente=0,0 Non sono presenti in offerta base i parametri per la funzione renale	Insufficiente=0,0 Non sono presenti in offerta base i parametri per la funzione renale	Insufficiente=0,0 Non sono presenti in offerta base i parametri per la funzione renale
	A.5	0 Funzione "operatore dipendente"	0 Funzione "operatore dipendente"	0 Funzione "operatore dipendente"
	A.6	Medioocre=2,0 Migliore solo parzialmente rispondenti alle necessità di questa ASL	Medioocre=2,0 Migliore solo parzialmente rispondenti alle necessità di questa ASL	Medioocre=2,0 Migliore solo parzialmente rispondenti alle necessità di questa ASL
	A.7	2	2	2
A.8	2	2	2	
B		0		
	B.1	0 Assenza di funzione di interruzione della calibrazione per "casi urgenti"	0 Assenza di funzione di interruzione della calibrazione per "casi urgenti"	0 Assenza di funzione di interruzione della calibrazione per "casi urgenti"
	B.2	Ottimo=5	Ottimo=5	Ottimo=5
	B.3	Ottimo=4	Ottimo=4	Ottimo=4
B.4	Ottimo=4	Ottimo=4	Ottimo=4	

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via Marconi, 66 (ex Presidio Botazzoli) - 80059 Torre del Greco (NA)  
P. I. / C. F. n° 06322711216 - Tel 081/8490614 - 8490624 - 8490642  
Pec [sabs@pcc.aslnapoli3sud.it](mailto:sabs@pcc.aslnapoli3sud.it) - E-mail [sabs@aslnapoli3sud.it](mailto:sabs@aslnapoli3sud.it) Sito [www.aslnapoli3sud.it](http://www.aslnapoli3sud.it)

	B.5	4	4	4
C	C.1	2	2	2
	C.2	3	3	3
D	D.1	3	3	3
	D.2	4	4	4
E	E.1	Ottimo=3	Ottimo=3	Ottimo=3
	E.2	2	2	2
	E.3	Ottimo=2	Ottimo=2	Ottimo=2
TOTALE		47,8	47,8	47,8
TOT.MEDIA			47,8	

**LOTTO 2 - DITTA NOVA BIOMEDICAL SRL**

La Commissione ammette alla fase successiva di gara secondo i seguenti giudizi sintetici:

CRITERI	SUB-CRITERI	AURICCHIO	MANNA	GRANATA
		Giudizio		
A	A.1	2	2	2
	A.2	3	3	3
	A.3	Ottimo=2,0	Ottimo=2,0	Ottimo=2,0
	A.4	Ottimo=9,0	Ottimo=9,0	Ottimo=9,0
A	A.5	3	3	3
	A.6	Ottimo=5,0	Ottimo=5,0	Ottimo=5,0
	A.7	2	2	2
	A.8	2	2	2
B	B.1	3	3	3
	B.2	Ottimo=5	Ottimo=5	Ottimo=5
	B.3	Ottimo=4	Ottimo=4	Ottimo=4
	B.4	Ottimo=4	Ottimo=4	Ottimo=4
	B.5	4	4	4
C				

	C.1	0	0	0
	C.2	3	3	3
D	D.1	3	3	3
	D.2	4	4	4
E	E.1	Ottimo=3	Ottimo=3	Ottimo=3
	E.2	2	2	2
	E.3	Ottimo=2	Ottimo=2	Ottimo=2
TOTALE		65,0	65,0	65,0
TOT.MEDIA			65,0	65,0

**LOTTO 2 - DITTA ROCHE SPA**

La Commissione ammette alla fase successiva di gara secondo i seguenti giudizi sintetici:

CRITERI	SUB-CRITERI	AURICCHIO	MANNA	GRANATA
		Giudizio		
A	A.1	2	2	2
	A.2	0	0	0
	A.3	Insufficiente=0,0 Mancanza miscelazione automatica	Insufficiente=0,0 Mancanza miscelazione automatica	Insufficiente=0,0 Mancanza miscelazione automatica
	A.4	Non sono presenti in offerta base i parametri per la funzione renale	Non sono presenti in offerta base i parametri per la funzione renale	Non sono presenti in offerta base i parametri per la funzione renale
	A.5	3	3	3
	A.6	Migliore solo parzialmente rispondenti alle necessità di questa ASL	Migliore solo parzialmente rispondenti alle necessità di questa ASL	Migliore solo parzialmente rispondenti alle necessità di questa ASL
	A.7	2	2	2
	A.8	0	0	0
B	B.1	3	3	3
	B.2	Ottimo=5	Ottimo=5	Ottimo=5
	B.3	Ottimo=4	Ottimo=4	Ottimo=4
	B.4	Ottimo=4	Ottimo=4	Ottimo=4
	B.5	4	4	4
C	C.1	0	0	0

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via Marconi, 66 (ex Presidio Bottazzi) - 80059 Torre del Greco (NA)

P. I. / C. F. n° 06322711216 - Tel 081/8490614 - 8490624 - 8490642

Pec [sabs@pec.aslnapoli3sud.it](mailto:sabs@pec.aslnapoli3sud.it) - E-mail [sabs@aslnapoli3sud.it](mailto:sabs@aslnapoli3sud.it) Sito [www.aslnapoli3sud.it](http://www.aslnapoli3sud.it)

	C.2	3	3	3
D	D.1	3	3	3
	D.2	4	4	4
E	E.1	Ottimo=3	Ottimo=3	Ottimo=3
	E.2	2	2	2
	E.3	Ottimo=2	Ottimo=2	Ottimo=2
TOTALE		46,0	46,0	46,0
TOT.MEDIA			46,0	

**LOTTO 3 - DITTA SIEMENS SPA**

La Commissione NON ammette alla fase successiva di gara per carenza dei requisiti minimi previsti dal Capitolato Tecnico di Gara: alla voce C9 "monitor touch screen e stampante incorporata", il Concorrente offre un "monitor touch screen" ma NON la stampante incorporata nell'apparecchiatura (offerta stampante esterna collegabile via BT).

**LOTTO 3 - DITTA GEPA SRL**

La Commissione ammette alla fase successiva di gara secondo i seguenti giudizi sintetici:

CRITERI	SUB-CRITERI	AURICCHIO	MANNA	GRANATA
A		Giudizio		
	A.1	5	5	5
	A.2	Distinto=4,8	Distinto=4,8	Distinto=4,8
	A.3	Distinto=4,8	Distinto=4,8	Distinto=4,8
	A.4	Distinto=4,0	Distinto=4,0	Distinto=4,0
	A.5	9	9	9
	A.6	4	4	4
	A.7	Ottimo=6	Ottimo=6	Ottimo=6
	A.8	3	3	3
B	A.9	4	4	4
B	B.1	2	2	2
	B.2	2	2	2
C	C.1	4	4	4
	C.2	3	3	3
D	D.1	4	4	4

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI


Via Marconi, 66 (ex Presidio Bottazzi) - 80059 Torre del Greco (NA)

P. I. / C. F. n° 06322711216 - Tel 081/8490614 - 8490624 - 8490642


Pec [sabs@pccaslnapoli3sud.it](mailto:sabs@pccaslnapoli3sud.it) - E-mail [sabs@aslnapoli3sud.it](mailto:sabs@aslnapoli3sud.it) Sito [www.aslnapoli3sud.it](http://www.aslnapoli3sud.it)

F	Ottimo=3		Ottimo=3		Ottimo=3	
	E.1	3	E.2	3	E.3	3
	E.2	Ottimo=2		Ottimo=2		Ottimo=2
	E.3	67,6		67,6		67,6
<b>TOTALE</b>						
<b>TOT.MEDIA</b>						

Alle ore 16:00 circa, la seduta riservata è chiusa.  
 Del che è verbale.  
 Torre del Greco, 13/05/2021

Il Componente  
**Ing. Annalisa Strarata**  


Il Presidente  
**Dott.ssa Annicchio Maria Rita**  


Il Componente  
**Dott.ssa Manna Fizianna**  


**AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD**

U. O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via Marconi, 66 (ex Presidio Bortazzi) - 80059 Torre del Greco (NA)  
 P. I. / C. F. n° 06322711216 - Tel 081/8490614 - 8490624 - 8490642  
 Pec [sabs@pec.aslnapolisud.it](mailto:sabs@pec.aslnapolisud.it) - E-mail [sabs@aslnapolisud.it](mailto:sabs@aslnapolisud.it) Sito [www.aslnapolisud.it](http://www.aslnapolisud.it)