

Procedura Aperta per la fornitura di protesi intraoculari per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Marcianise e per la U.O.S.D. del P.O. di Aversa. ANAC Numero gara 8568848.

Verbale n. 4 della Commissione giudicatrice

Il giorno 30 del mese di MARZO dell'anno 2023, alle ore 09.50 presso la sede dell'ASL CASERTA, UOC Provveditorato ed Economato, la Commissione giudicatrice, nominata con Deliberazioni n. 785 del 16.12.2022 e n. 319 del 27.02.2023, si è riunita, in seduta riservata, per procedere allo sblocco delle offerte tecniche ed alla verifica della presenza e della corretta sottoscrizione della documentazione Tecnica prodotta dagli Operatori Economici ammessi.

Sono presenti:

- dott. Flagiello Antimo, Dirigente Medico P.O. Maddaloni, con funzioni di Presidente;
- dott. D'Amico Giovanni, Dirigente Medico P.O. Aversa, con funzione di componente;
- dott.ssa Zibella Giovanna, Dirigente Farmacista P.O. Maddaloni, con funzione di componente;
- dott. Giuseppe Gargiulo, Assistente informatico UOC Provveditorato ed Economato, in qualità di segretario verbalizzante.

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario verbalizzante, dichiara validamente aperta la seduta.

La Commissione procede all'esame delle offerte tecniche relative al **Lotto 4**, della procedura di gara *de qua* secondo il criterio cronologico di arrivo dei plichi telematici.

La Commissione, quindi, prende atto che per il Lotto 4 di gara è pervenuta una sola offerta:

1. CARL ZEISS SPA

La Commissione, quindi, procede all'esame dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico CARL ZEISS SPA, in particolare alla verifica dei requisiti minimi come prescritti dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato tecnico e procede alla relativa valutazione così come dettagliatamente riportata nella tabella allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. L'Operatore Economico ha offerto un prodotto che non rispetta i requisiti minimi qualitativi, pertanto, così come indicato all'interno del paragrafo 18.1 del Disciplinare di Gara, **è escluso dalle successive fasi di gara**, pertanto, la Commissione ne darà comunicazione al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.


La Commissione procede all'esame delle offerte tecniche relative al **Lotto 5**, della procedura di gara *de qua* secondo il criterio cronologico di arrivo dei plichi telematici.

La Commissione, quindi, prende atto che per il Lotto 5 di gara sono pervenute le seguenti offerte, in ordine di arrivo:

1. Optikon 2000 Spa
2. ALFA INTES

La Commissione, quindi, procede all'esame dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico Optikon 2000 Spa, in particolare alla verifica dei requisiti minimi come prescritti dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato

1/2



tecnico e procede alla relativa valutazione così come dettagliatamente riportata nella tabella allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. L'O.E. è ammesso alle successive fasi di gara.

La Commissione, quindi, procede all'esame dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico ALFA INTES, in particolare alla verifica dei requisiti minimi come prescritti dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato tecnico e procede alla relativa valutazione così come dettagliatamente riportata nella tabella allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. L'O.E. è ammesso alle successive fasi di gara.

Terminate le attività di esame, valutazione ed attribuzione del punteggio per offerte tecniche relative ai Lotto 4 e Lotto 5 della gara *de qua*, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:40

I lavori proseguiranno in seduta riservata.
Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione


Dott. Flagiello Antimo (Presidente)



Dott. D'Amico Giovanni (Componente)



Dott.ssa Zibella Giovanna (Componente)



Il Segretario
Dott. Giuseppe Gargiulo



Procedura Aperta per la fornitura di protesi intraoculari per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Marcianise e per la U.O.S.D. del P.O. di Aversa
ANAC Numero gara 8568848

LOTTO 4 - CIG 9234956EC3

Lente intraoculare acrilica, idrofoba, con superficie eparinata, filtro blu, diametro 13mm, piatto ottico 6mm, monopezzo, precaricata, anse edge

		CARL ZEISS SPA					Punteggio Tecnico	
Criterio	Descrizione	PT ^{max}	Tipologia Criterio	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	MEDIA COEFFICIENTI	
A	Qualità del materiale	25	D				0	0
B	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e tecniche d'uso.	15	D				0	0
C	Praticità d'uso e tecnologia di confezionamento	5	D				0	0
D	Tempi di consegna in caso di urgenza	20	D				0	0
E	Training e assistenza	5	D				0	0
PUNTEGGIO TOTALE							ESCLUSO	

NOTE:

CARL ZEISS SPA - ESCLUSO

Il prodotto offerto non rispetta le specifiche tecniche richieste per il lotto 4, nello specifico il prodotto offerto "CT LUCIA 621P" non ha nelle specifiche il "filtro blu, pertanto la società è ESCLUSA dal proseguimento della gara.

COEFFICIENTI

Inadeguato
0,00
Parzialmente adeguato
0,25
Adeguato
0,50
Più che adeguato
0,75
Ottimo
1,00

Procedura Aperta per la fornitura di protesi intraoculari per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Marcianise e per la U.O.S.D. del P.O. di Aversa
ANAC Numero gara 8568848

LOTTO 5 - CIG 9234975E71

Lenti intraoculari acriliche, toriche e customizzate con filtro UV, piatto ottico 6mm, square edge

Optikon 2000 Spa						ALFA INTES							
Criterio	Descrizione	P1 ^{max}	Tipologia Criterio	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	MEDIA COEFFICIENTI	Punteggio Tecnico	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	MEDIA COEFFICIENTI	Punteggio Tecnico
A	Qualità del materiale	25	D	0,5	0,5	0,5	0,5	12,5	0,5	0,5	0,5	0,5	12,5
B	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e tecniche d'uso.	15	D	0,5	0,5	0,5	0,5	7,5	1	1	1	1	15
C	Praticità d'uso e tecnologia di confezionamento	5	D	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5	1	1	1	1	5
D	Tempi di consegna in caso di urgenza	20	D	0,75	0,75	0,75	0,75	15	0,5	0,5	0,5	0,5	10
E	Training e assistenza	5	D	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75
				PUNTEGGIO TOTALE			PUNTEGGIO TOTALE			PUNTEGGIO TOTALE			46,25
				41,25			41,25			46,25			

COEFFICIENTI
Inadeguato
0,00
Parzialmente adeguato
0,25
Adeguato
0,50
Molto adeguato
0,75
Ottimo
1,00