

Procedura Aperta per la fornitura di protesi intraoculari per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Marcanise e per la U.O.S.D. del P.O. di Aversa. ANAC Numero gara 8568848.

Verbale n. 5 della Commissione giudicatrice

Il giorno 04 del mese di APRILE dell'anno 2023, alle ore 09.20 presso la sede dell'ASL CASERTA, UOC Provveditorato ed Economato, la Commissione giudicatrice, nominata con Deliberazioni n. 785 del 16.12.2022 e n. 319 del 27.02.2023, si è riunita, in seduta riservata, per procedere allo sblocco delle offerte tecniche ed alla verifica della presenza e della corretta sottoscrizione della documentazione Tecnica prodotta dagli Operatori Economici ammessi.

Sono presenti:

- dott. Flagiello Antimo, Dirigente Medico P.O. Maddaloni, con funzioni di Presidente;
- dott. D'Amico Giovanni, Dirigente Medico P.O. Aversa, con funzione di componente;
- dott.ssa Zibella Giovanna, Dirigente Farmacista P.O. Maddaloni, con funzione di componente;
- dott. Giuseppe Gargiulo, Assistente informatico UOC Provveditorato ed Economato, in qualità di segretario verbalizzante.

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario verbalizzante, dichiara validamente aperta la seduta.

La Commissione procede all'esame delle offerte tecniche relative al **Lotto 7**, della procedura di gara *de qua* secondo il criterio cronologico di arrivo dei plichi telematici.

La Commissione, quindi, prende atto che per il Lotto 7 di gara è pervenuta una sola offerta:

1. MEDINOVA SRL

La Commissione, quindi, procede all'esame dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico MEDINOVA SRL, in particolare alla verifica dei requisiti minimi come prescritti dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato tecnico e procede alla relativa valutazione così come dettagliatamente riportata nella tabella allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. L'O.E. è ammesso alle successive fasi di gara.

La Commissione procede all'esame delle offerte tecniche relative al **Lotto 8**, della procedura di gara *de qua* secondo il criterio cronologico di arrivo dei plichi telematici.

La Commissione, quindi, prende atto che per il Lotto 8 di gara sono pervenute le seguenti offerte, in ordine di arrivo:

1. BIDCARE

La Commissione, quindi, procede all'esame dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico BIDCARE, in particolare alla verifica dei requisiti minimi come prescritti dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato tecnico e procede alla relativa valutazione così come dettagliatamente riportata nella tabella allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. L'O.E. è ammesso alle successive fasi di gara.



La Commissione procede all'esame delle offerte tecniche relative al **Lotto 9**, della procedura di gara *de qua* secondo il criterio cronologico di arrivo dei plichi telematici.

La Commissione, quindi, prende atto che per il Lotto 9 di gara sono pervenute le seguenti offerte, in ordine di arrivo:

1. ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L.
2. TEC MED S.R.L.
3. ALFA INTES

La Commissione, quindi, procede all'esame dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L., in particolare alla verifica dei requisiti minimi come prescritti dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato tecnico e procede alla relativa valutazione così come dettagliatamente riportata nella tabella allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. L'Operatore Economico ha offerto un prodotto che non rispetta i requisiti minimi qualitativi, pertanto, così come indicato all'interno del paragrafo 18.1 del Disciplinare di Gara, è escluso dalle successive fasi di gara, pertanto, la Commissione ne darà comunicazione al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La Commissione, quindi, procede all'esame dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico TEC MED S.R.L., in particolare alla verifica dei requisiti minimi come prescritti dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato tecnico e procede alla relativa valutazione così come dettagliatamente riportata nella tabella allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. L'Operatore Economico ha offerto un prodotto che non rispetta i requisiti minimi qualitativi, pertanto, così come indicato all'interno del paragrafo 18.1 del Disciplinare di Gara, è escluso dalle successive fasi di gara, pertanto, la Commissione ne darà comunicazione al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La Commissione, quindi, procede all'esame dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico ALFA INTES, in particolare alla verifica dei requisiti minimi come prescritti dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato tecnico e procede alla relativa valutazione così come dettagliatamente riportata nella tabella allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. L'O.E. è ammesso alle successive fasi di gara.

La Commissione procede all'esame delle offerte tecniche relative al **Lotto 10**, della procedura di gara *de qua* secondo il criterio cronologico di arrivo dei plichi telematici.

La Commissione, quindi, prende atto che per il Lotto 10 di gara sono pervenute le seguenti offerte, in ordine di arrivo:

1. BIDCARE

La Commissione, quindi, procede all'esame dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico BIDCARE, in particolare alla verifica dei requisiti minimi come prescritti dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato tecnico e procede alla relativa valutazione così come dettagliatamente riportata nella tabella allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. L'O.E. è ammesso alle successive fasi di gara.

La Commissione procede all'esame delle offerte tecniche relative al **Lotto 11**, della procedura di gara *de qua* secondo il criterio cronologico di arrivo dei plichi telematici.

La Commissione, quindi, prende atto che per il Lotto 11 di gara è pervenuta una sola offerta:

1. MEDINOVA SRL

La Commissione, quindi, procede all'esame dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico MEDINOVA SRL, in particolare alla verifica dei requisiti minimi come prescritti dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato tecnico

Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta
SERVIZIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO

e procede alla relativa valutazione così come dettagliatamente riportata nella tabella allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. L'O.E. è ammesso alle successive fasi di gara.

La Commissione con l'odierna seduta, da atto di aver terminato la valutazione delle offerte tecniche relative a tutti i lotti di gara della procedura aperta per la "Procedura Aperta per la fornitura di protesi intraoculari per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Marcianise e per la U.O.S.D. del P.O. di Aversa".

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:45

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione

Dott. Flagiello Antimo (Presidente)




Dott. D'Amico Giovanni (Componente)



Dott.ssa Zibella Giovanna (Componente)



Il Segretario
Dott. Giuseppe Gargiulo



**Procedura Aperta per la fornitura di protesi intraoculari per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di
 Marcianise e per la U.O.S.D. del P.O. di Aversa
 ANAC Numero gara 8568848**

LOTTO 7 - CIG 9234990AD3

Lenti intraoculari pieghevoli, acriliche, idrofobe, precaricate per iniezioni di 1,8mm con sistema multimodale (sia a vite che a stantuffo), anse a C angolate di 5°, filtro UV, con trattamento superficie IOL con ossigeno attivo

MEDINOVA SRL

Criteria	Descrizione	PT ^{max}	Tipologia Criterio	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	MEDIA COEFFICIENTI	Punteggio Tecnico
A	Qualità del materiale	25	D	0,5	0,5	0,5	0,5	12,5
B	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e tecniche d'uso.	15	D	0,75	0,75	0,75	0,75	11,25
C	Praticità d'uso e tecnologia di confezionamento	5	D	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75
D	Tempi di consegna in caso di urgenza	20	D	1	1	1	1	20
E	Training e assistenza	5	D	1	1	1	1	5
PUNTEGGIO TOTALE								52,5

COEFFICIENTI
Inadeguato
0,00
Parzialmente adeguato
0,25
Adeguato
0,50
Più che adeguato
0,75
Ottimo
1,00

**Procedura Aperta per la fornitura di protesi intraoculari per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Marcianise e per la U.O.S.D. del P.O. di Aversa
ANAC Numero gara 8568848**

LOTTO 8 - CIG 923502253D

Lente intraoculare acrilica in copolimero rayacyl indice di rifrazione 1,46, asfericità posteriore, diametro totale 12,5mm, diametro disco ottico 6mm, biconvesse poteri positivi, biconcave poteri negativi, bordo squadrato amon-apple a 360°, poteri diottrici da -10 a +34, anse ad anello chiuso con tecnologia antirifrazione planari a 0°. Lenti totalmente premontate e precaricate in iniettori sterili chiusi lock e roll a siringa monouso immersi in acqua

BIDCARE

Criterio	Descrizione	PT ^{max}	Tipologia Criterio	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	MEDIA COEFFICIENTI	Punteggio Tecnico
A	Qualità del materiale	25	D	0,5	0,5	0,5	0,5	12,5
B	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e tecniche d'uso.	15	D	0,5	0,5	0,5	0,5	7,5
C	Praticità d'uso e tecnologia di confezionamento	5	D	0,5	0,25	0,5	0,42	2,1
D	Tempi di consegna in caso di urgenza	20	D	1	1	1	1	20
E	Training e assistenza	5	D	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75
PUNTEGGIO TOTALE								45,85

COEFFICIENTI
Inadeguato
0,00
Parzialmente adeguato
0,25
Adeguato
0,50
Più che adeguato
0,75
Ottimo
1,00

Procedura Aperta per la fornitura di protesi intraoculari per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Marcianise e per la U.O.S.D. del P.O. di Aversa
ANAC Numero gara 8568848

LOTTO 10 - CIG 9235034F21

Lente intraoculare acrilica, asfericità posteriore, diametro 12,5mm, piatto ottico 6mm, biconvesse e biconcave, bordo squadrato amonapple a 360°, ansa planare 0°, poteri positivi e negative, premontate e precaricate

		BIDCARE						
Criterio	Descrizione	PT ^{max}	Tipologia Criterio	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	MEDIA COEFFICIENTI	Punteggio Tecnico
A	Qualità del materiale	25	D	0,5	0,5	0,5	0,5	12,5
B	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e tecniche d'uso.	15	D	0,5	0,5	0,5	0,5	7,5
C	Praticità d'uso e tecnologia di confezionamento	5	D	0,5	0,25	0,5	0,42	2,1
D	Tempi di consegna in caso di urgenza	20	D	1	1	1	1	20
E	Training e assistenza	5	D	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75
PUNTEGGIO TOTALE								45,85

COEFFICIENTI
Inadeguato
0,00
Parzialmente adeguato
0,25
Adeguato
0,50
Più che adeguato
0,75
Ottimo
1,00

**Procedura Aperta per la fornitura di protesi intraoculari per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Marcianise e per la U.O.S.D. del P.O. di Aversa
ANAC Numero gara 8568848**


LOTTO 11 - CIG 923503719F

Lente intraoculare acrilica, idrofoba, con filtro UV, diametro 13mm, piatto ottico 6mm, biconvesse, square edge, ansa C-loop angolata 5°, asferica, precaricata con iniettore indipendente sia a stantuffo che a vite

MEDINOVA SRL

Criterio	Descrizione	PT ^{max}	Tipologia Criterio	Comissario 1	Comissario 2	Comissario 3	MEDIA COEFFICIENTI	Punteggio Tecnico
A	Qualità del materiale	25	D	0,5	0,5	0,5	0,5	12,5
B	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e tecniche d'uso.	15	D	0,75	0,75	0,75	0,75	11,25
C	Praticità d'uso e tecnologia di confezionamento	5	D	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75
D	Tempi di consegna in caso di urgenza	20	D	1	1	1	1	20
E	Training e assistenza	5	D	1	1	1	1	5
PUNTEGGIO TOTALE								52,5

COEFFICIENTI	
Inadeguato	0,00
Parzialmente adeguato	0,25
Adeguato	0,50
Più che adeguato	0,75
Ottimo	1,00






Ministero della Salute

Stampa | Scarica il dataset

Elenco dei dispositivi medici

Criteri di ricerca:

- Denominazione fabbricante:
- Codice fiscale fabbricante:
- Partita IVA / VAT number fabbricante:
- Codice nazione fabbricante:
- Denominazione mandatario:
- Codice fiscale mandatario:
- Partita IVA / VAT number mandatario:
- Codice nazione mandatario:
- Tipologia dispositivo: Dispositivo
- Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM: 1733725
- Codice attribuito dal fabbricante:
- Nome commerciale e modello:
- Classificazione CND:
- Descrizione CND:
- Normativa:
- Classe CE (valida solo per dispositivi medici di classe, impiantabili attivi e IVD):

Elenco dispositivi individuati

Dati aggiornati al:01/04/2023

DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO							FABBRICANTE/ASSEMBLATORE							
TIPOLOGIA	DI	ISCRITTO AL	CODICE ATTRIBUITO DAL	NOME	CND	NORMATIVA	CLASSE	DATA PRIMA	DATA FINE	RUOLO	DENOMINAZIONE	CODICE	PARTITA	NAZIONE
DISPOSITIVO	REGISTRAZIONE	REPERTORIO	FABBRICANTE/ASSEMBLATORE	COMMERCIALE			CE	PUBBLICAZIONE	IMMISSIONE	AZIENDA		FISCALE	IVA/VAT	
	BD/RDM			E MODELLO					IN	COMMERCIO			NUMBER	
Dispositivo	1733725	S	AR40E	LENTE INTRAOCULARE SENSOR-AR40E	P030102090101 - LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI	D.L.vo 46/97 attuazione	IIB - Classe	09/08/2018		FABBRICANTE	JOHNSON & JOHNSON SURGICAL VISION, INC.			US
				ACRILICO IDROFOBO	SFERICHE IN	Dir. CE 93/42	IIB			MANDATARIO	AMO IRELAND		9970584V	IE

<< < Pagina:1 > >> Num. Pagine:1 Num. Dispositivi:1

Indietro



Ministero della Salute

[Stampa](#) | [Scarica il dataset](#)

Elenco dei dispositivi medici

Criteri di ricerca:

Denominazione fabbricante:

Codice fiscale fabbricante:

Partita IVA / VAT number fabbricante:

Codice nazione fabbricante:

Denominazione mandatario:

Codice fiscale mandatario:

Partita IVA / VAT number mandatario:

Codice nazione mandatario:

Tipologia dispositivo: **Dispositivo**

Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM: **1733769**

Codice attribuito dal fabbricante:

Nome commerciale e modello:

Classificazione CND:

Descrizione CND:

Normativa:

Classe CE (valida solo per dispositivi medici di classe, impiantabili attivi e IVD):

Elenco dispositivi individuati

Dati aggiornati al: 01/04/2023

DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO						FABBRICANTE/ASSEMBLATORE									
TIPOLOGIA	DI	ISCRITTO AL	CODICE ATTRIBUITO DAL	NOME											
DISPOSITIVO	REGISTRAZIONE	REPERTORIO	FABBRICANTE/ASSEMBLATORE	COMMERCIALE	CND	NORMATIVA	CLASSE	DATA PRIMA	DATA FINE	IMMISSIONE	RUOLO	DENOMINAZIONE	CODICE	PARTITA	NAZIONE
	BD/RDM			E MODELLO			CE	PUBBLICAZIONE	IN	COMMERCIO	AZIENDA		FISCALE	IVA/VAT	NUMBER
Dispositivo	1733769	S	AR40M	LENTE INTRAOCULARE SENSOR-AR40M	P030102090101 - LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO	D.L.vo 46/97 attuazione Dir. CE 93/42	IIB - Classe IIB	09/08/2018			FABBRICANTE	JOHNSON & JOHNSON SURGICAL VISION, INC.			US
											MANDATARIO	AMO IRELAND	9970584V		IE

<< < Pagina: 1 > >> Num. Pagine: 1 Num. Dispositivi: 1

[Indietro](#)