

Procedura Aperta per la fornitura di protesi intraoculari per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Mariglianese e per la U.O.S.D. del P.O. di Aversa. ANAC Numero gara 8568848.

Verbale n. 8 della Commissione giudicatrice

Il giorno 27 del mese di GIUGNO dell'anno 2023, alle ore 09:20 presso la sede dell'ASL CASERTA, UOC Provveditorato ed Economato, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice nominata con Deliberazioni n. 785 del 16.12.2022 e n. 319 del 27.02.2023.

Sono presenti:

- dott. Flagiello Antimo, Dirigente Medico P.O. Maddaloni, con funzioni di Presidente;
- dott. D'Amico Giovanni, Dirigente Medico P.O. Aversa, con funzione di componente;
- dott.ssa Zibella Giovanna, Dirigente Farmacista P.O. Maddaloni, con funzione di componente;
- dott. Giuseppe Gargiulo, Assistente informatico UOC Provveditorato ed Economato, in qualità di segretario verbalizzante.

Premesso che:

- che la Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del 20.04.2023, giusta p.v. n.7, procedeva alla valutazione dei chiarimenti richiesti relativamente all'offerta tecnica presentata per il LOTTO 9 dalla società ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L ;
- che dalla valutazione dei chiarimenti forniti dalla società con PEC del 20/04/2023 ore 10.53 la Commissione Giudicatrice riteneva opportuno chiedere ulteriori chiarimenti come riportato nel p.v. n. 7 della Commissione Giudicatrice;

Tanto premesso:

Alla luce dei nuovi chiarimenti forniti dalla società con PEC del 21/04/2023 ore 17.10 (all.1) la Commissione Giudicatrice rettifica la valutazione di esclusione della società ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L relativamente al LOTTO 9 per mancanza di requisiti minimi qualitativi, giusta p.v. n.5, e procede alla rivalutazione delle schede tecniche presentate dalla società ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L relativamente al LOTTO 9.

La Commissione, quindi, procede all'esame dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L e alla relativa valutazione così come dettagliatamente riportata nella tabella allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. L'O.E. è ammesso alle successive fasi di gara.


Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:00.




Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione


Dott. Flagiello Antimo (Presidente)





Dott. D'Amico Giovanni (Componente)



Dott.ssa Zibella Giovanna (Componente)



Il Segretario
Dott. Giuseppe Gargiulo



Procedura Aperta per la fornitura di protesi intraoculari per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Marzanise e per la U.O.S.D. del P.O. di Aversa
ANAC Numero gara 8568848

LOTTO 9 - CIG 9235030BD5

Lente intraoculari sferiche a tre pezzi pieghevoli in acrilico idrofilo trasparenti con anse in PVDF, da camera posteriore, diametro parte ottica 6mm, diametro totale 13mm, precaratate

Criterio	Descrizione	PT max	Tipologia Criterio	ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L.			TEC MED S.R.L.			ALFA INTES				
				Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3		
A	Qualità del materiale	25	D	0,25	0,25	0,25	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	12,5
B	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e tecniche d'uso.	15	D	0,5	0,5	0,5	0	0	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	11,25
C	Praticità d'uso e tecnologia di confezionamento	5	D	0,25	0,25	0,25	0	0	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75
D	Tempi di consegna in caso di urgenza	20	D	1	1	1	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	10
E	Training e assistenza	5	D	0,5	0,5	0,5	0	0	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75
				PUNTEGGIO TOTALE			PUNTEGGIO TOTALE			PUNTEGGIO TOTALE			41,25	
				37,5			ESCLUSA			PUNTEGGIO TOTALE			41,25	

NOTE:
- TEC MED: ESCLUSA
Il prodotto offerto non rispetta i parametri richiesti da capitolato. Nello specifico il Diametro del prodotto offerto è di 12,5 mm a dispetto dei 13 mm richiesti da capitolato.

COEFFICIENTI
Insufficiente
Non
Poco
0,25
Adeguato
0,50
Poco che adeguato
0,75
Ottimo
1,00

RE: Re:Procedura Aperta per la fornitura di protesi intraoculari per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Marcanise e per la U.O.S.D. del P.O. di Aversa. Numero Gara ANAC 8568848.

Da ELLEGIMEDICAL@LEGALMAIL.IT <ellegimedical@legalmail.it>

A servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it <servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it>

Cc ceo@ellegimedical.it <ceo@ellegimedical.it>

Data venerdì 21 aprile 2023 - 17:10

In data 2023-04-21T16:05:49+0200, servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it <servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it> ha scritto:

Buonasera,

in riferimento al LOTTO 9 si precisa quanto segue:

Il codice offerto in gara è: " **AR40e** " con range diottrico da + 6,0 D a +30,0 D e diametro di 13mm.

La scheda tecnica del produttore riporta per completezza di informazioni anche i codici relativi al range diottrico -10,0 D a +5,5 D

Cordiali saluti,

LUIGI BUONO

Amministratore Unico

+39 348 343 58 41
ceo@ellegimedical.it

ELLEGI MEDICAL OPTICS srl

via Pisciarelli, 79
Pozzuoli (NA) 80078
t. +39 081 549 96 45
f. +39 081 549 80 44
www.ellegimedical.it
info@ellegimedical.it

Spett.le ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L.,

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e alla luce delle spiegazioni fornite con PEC del 20/04/2023 ore 10.53, la Commissione ha ritenuto, giusta p.v n.7, opportuno richiedere alla società quanto segue:

"con riferimento al LOTTO 9, considerato che alla gara è richiesta l'offerta di un solo prodotto, in quale punto dell'offerta tecnica si evinca con chiarezza incontrovertibile il codice del prodotto offerto".

Si chiede di fornire un riscontro entro e non oltre 3 gg lavorativi, da trasmettere esclusivamente al seguente indirizzo PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it.



13
l

D'ordine del Presidente della Commissione
Il Segretario
Dr. Giuseppe Gargiulo

Da
"ELLEGIMEDICAL@LEGALMAIL.IT" ellegimedical@legalmail.it

A
"servizio_provveditorato" servizio_provveditorato@pec.aslcaserta.it,"protocollo"
protocollo@pec.aslcaserta.it

Cc
"ceo" ceo@ellegimedical.it,"preventivi_gare" preventivi_gare@ellegimedical.it

Data
Thu, 20 Apr 2023 10:53:23 +0200 (CEST)

Oggetto
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI INTRAOCULARI PER LA U.O.C. DI
OCULISTICA DEL P.O. DI MARCIANISE E PER LA U.O.S.D. DEL P.O. DI AVERSA -

Buongiorno,

in riferimento alla procedura di gara in oggetto, in data odierna, 20/04 c.m., è avvenuta la lettura del punteggio tecnico, pertanto in riferimento al lotto 9 si precisa quanto segue:

- o Il codice da noi offerto della lente intraoculare modello AR40 presenta un diametro di 13 mm per tutto il range diottrico da +6 a +30
- o Il diametro 13.5 mm è limitato al solo range diottrico da -10 a +5.5 come bene evidenziato nelle schede tecniche da noi presentate

Cordiali saluti,

