



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 - CENTRO
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via Comunale del Principe 13/a 80145 Napoli
Tel. 081/2544430
Pec: acquisizionebenieservizi@pec.aslna1centro.it

P. I.V.A. **06328131211**

VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA APERTURA DOCUMENTAZIONE
TECNICA
del 13/04/2022

Procedura aperta in somministrazione, da espletarsi ai sensi dell'art.60 e con aggiudicazione ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.LGS. 50/16 per l'affidamento annuale di Protesi Vascolari occorrenti alle UU.OO.CC. di Chirurgia Vascolare dei PP.OO. dell' Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro.

Addì 13 del mese di aprile 2022, alle ore 09:00 nella sede dell'UOC Acquisizione Beni ed Economato dell'ASL Napoli 1 Centro (Part. IVA – Cod. Fiscale 06328131211) – Via Comunale del Principe, 13/a, la Commissione Tecnica, giusta Delibera del Direttore Generale n°1311 del 09.12.2020, si riunisce per il prosieguo dei lavori di valutazione tecnica delle offerte presentate dalle ditte, e così composta:

Presidente: Dott. Salvatore Plati, U.O.C. Chirurgia Vascolare P.O. Ospedale del Mare

Componente: Dott. Michelangelo Boschetti, UOC Chirurgia Vascolare P.O. dei Pellegrini

Componente: Dott. Gianmarco De Maddi UOC Farmacia P.O. S. G. Bosco

Segretario: Dott.ssa Raffaella Solombrino – Ass. amm.vo in servizio c/o U.O.C. Acquisizione Servizi

Si dà atto che è presente il Rup della gara, la Dott.ssa Lodato Liliana, Direttore Amministrativo UOC FRU

Sono presenti, giusta delega agli atti, i rappresentanti delle Ditte:

Ditta	Rappresentante Ditta
LE MAITRE VASCULAR SRL	Salvatore Bellofiore (resp. comm. area)
TEKNEMARIS SRL	Ferruccio Riccio (socio)
W.L. GORE	Antonella De Simone (Agente di zona)

Premesso:

che a seguito dei verbali del seggio di gara del 22.10.2020 27.10.2020 e 01.12.2020 sono state ammesse alla fase successiva della gara tutte le ditte che hanno presentato offerta, per i lotti per i quali hanno partecipato e che di seguito si riportano:

Ragione Sociale	Lotti Offerti
Serom Medical Technology Srl	17,2
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	13,14
SIAD Healthcare S.p.A.	15
LEMAITRE VASCULAR SRL	11,12,13,14,15,16,18,19,5
AB MEDICA	19
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	12
ASSUT EUROPE SPA	13

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'G. Plati' and other initials.]

TEKNEMARIS SRL	3,4,8,9
W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	7
B.BRAUN MILANO S.p.A.	17,2

che i lotti nn. 1, 6 e 10 sono andati deserti;


che in data 28.01.2021, la Commissione tecnica ha aperto in seduta riservata le buste tecniche delle ditte che hanno presentato offerta ed ha continuato in seduta riservata alla valutazione dei criteri di qualità ed alla conseguente attribuzione dei giudizi/punteggi ex art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

che in data 18.03.2021 il verbale tecnico è stato pubblicato nella sezione esiti e pubblicazione della piattaforma Siaps/Soresa;

Considerato

che in data odierna, avendo appreso per le vie brevi che il suddetto verbale non è stato visualizzato dalle Ditte presenti, la Commissione decide di dare lettura pubblica del verbale tecnico redatto nella seduta tecnica riservata del 28.01.2021 e dei relativi punteggi che risultano i seguenti:

lotti	Ditta	Elementi di valutazione	Punteggi attribuiti	Totale punteggio
1	LOTTO DESERTO			
2	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY	Gamma di misure	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Compattezza della protesi al taglio e sua maneggevolezza	20	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Qualità delle emostasi	10	
		Letteratura scientifica	10	
	70 pt			
	B.BRAUN	Non conforme per la mancanza di chiara indicazione nella scheda tecnica al "legame con antibiotico", così come richiesto nel capitolato tecnico		
3	TEKNEMARIS	Gamma di misure	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Compattezza della protesi al taglio e sua maneggevolezza	20	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Qualità delle emostasi	10	
		Letteratura scientifica	10	
	70 pt			
4	TEKNEMARIS	Gamma di misure	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Compattezza della protesi al taglio e sua maneggevolezza	20	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	





		Qualità delle emostasi	10	
		Letteratura scientifica	10	
				70 pt
5	LE MAITRE VASCULAR	Gamma di misure e forme	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Compattezza della protesi al taglio e sua maneggevolezza	20	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Qualità delle emostasi	10	
		Letteratura scientifica	10	
				70 pt
6	LOTTO DESERTO			
7	W.L. GORE	Gamma di misure e forme	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Compattezza della protesi al taglio e sua maneggevolezza	10	
		Caratteristica degli anelli e facilità di rimozione	10	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Qualità delle emostasi	10	
		Letteratura scientifica	10	
				70 pt
8	TEKNEMARIS	Gamma di misure e forme	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Compattezza della protesi al taglio e sua maneggevolezza	20	
		Qualità delle emostasi	10	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Letteratura scientifica	10	
				70 pt
9	TEKNEMARIS	Gamma di misure e forme	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Compattezza della protesi al taglio e sua maneggevolezza	20	
		Qualità delle emostasi	10	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Letteratura scientifica	10	
				70 pt
10	LOTTO DESERTO			
11	LE MAITRE VASCULAR	Gamma di misure e forme	10	
		Qualità delle emostasi	10	
		Caratteristiche di resistenza alla puntura ripetuta di aghi per emodialisi	30	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Letteratura scientifica	10	
				70 pt
12	LE MAITRE VASCULAR	Resistenza del palloncino e sua adattabilità	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	





		Gamma di misure	10	
		Resistenza alla plicatura	20	
		Caratteristiche della rastrematura e prossimale dello shunt	10	
		Caratteristiche del canale di lavaggio	10	
				70 pt
	INTEGRA	Non conforme al capitolato tecnico		
13	EDWARDS LIFE SCIENCES	Resistenza del palloncino e sua adattabilità	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Gamma di misure	20	
		Resistenza alla plicatura	10	
		Caratteristiche della rastrematura del catetere distale	10	
		Radiopacità	10	
				70 pt
	LE MAITRE VASCULAR	Non conforme per prodotto non corrispondente al capitolato tecnico per mancanza di siringa		
	ASSUT EUROPE	Non conforme per prodotto non corrispondente al capitolato tecnico per mancanza di siringa		
14	EDWARDS LIFE SCIENCES	Non conforme per prodotto non corrispondente al capitolato tecnico in quanto mancano i due rubinetti		
	LE MAITRE VASCULAR	Resistenza del palloncino e sua adattabilità	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Gamma di misure	10	
		Resistenza alla plicatura	10	
		Caratteristiche del canale di lavaggio	10	
		Caratteristiche della rastrematura del catetere distale	10	
	Radiopacità	10		
			70 pt	
15	SIAD HEALTHCARE	Resistenza del palloncino e sua adattabilità	10	
		Pronta disponibilità del materiale	10	
		Gamma di misure	10	
		Resistenza alla plicatura	20	
		Caratteristiche della rastrematura del catetere distale	10	
		Radiopacità	10	
				70 pt
	LE MAITRE VASCULAR	Non conforme per prodotto non corrispondente al capitolato tecnico per mancanza di siringa		
16	LE MAITRE VASCULAR	Pronta disponibilità del materiale	10	
		Adattabilità del modellamento	10	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Qualità delle emostasi	10	
		Letteratura scientifica	10	
		Resistenza alle infezioni	10	
		Resistenza alla sutura	10	
			70 pt	
	BBRAUN	Pronta disponibilità del materiale	10	




17		Adattabilità del modellamento	10	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Qualità delle emostasi	5	
		Letteratura scientifica	10	
	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY	Pronta disponibilità del materiale	10	
		Adattabilità del modellamento	20	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	20	
		Qualità delle emostasi	10	
		Letteratura scientifica	10	
18	LE MAITRE VASCULAR	Pronta disponibilità del materiale	10	
		Adattabilità del modellamento	10	
		Facilità di passaggio dell'ago da sutura	10	
		Qualità delle emostasi	10	
		Resistenza alle infezioni	10	
		Caratteristiche biochimiche antitrombotiche	10	
		Radiopacità	10	
19	LE MAITRE VASCULAR	Pronta disponibilità del materiale	10	
		Maneggevolezza	15	
		Letteratura scientifica	10	
		Resistenza alle plicature	15	
		Caratteristiche della rastrematura del carattere distale	10	
		Radiopacità	10	
				70 pt
	AB MEDICA	Non conforme in quanto il diametro minimo non corrisponde a quanto richiesto nel capitolato tecnico		

La Commissione Tecnica alla luce della lettura del verbale del 28.01.2021 specifica che per il lotto 12 la Ditta Integra risulta essere non conforme al capitolato tecnico per la mancanza di "palloni per stabilizzazione".

Il Presidente chiede ai presenti se intendono verbalizzare eventuali dichiarazioni. Constatato che non vi sono dichiarazioni da verbalizzare, si procede alla chiusura della seduta.

Del che si è redatto il presente verbale, composto da n. 6 pagine, letto, confermato e sottoscritto alle ore 11.00



Handwritten signatures and initials, including a signature with the number 5 below it.

Presidente: Dott. Salvatore Platì, U.O.C. Chirurgia Vascolare P.O. Ospedale del Mare

Componente: Dott. Michelangelo Boschetti, UOC Chirurgia Vascolare P.O. dei Pellegrini

Componente: Dott. Gianmarco De Maddi UOC Farmacia P.O. S. G. Bosco

Il Rup Dott. ssa Liliana Lodato

Segretario: Dott.ssa Raffaella Solombrino – Ass. amm.vo in servizio c/o U.O.C. Acquisizione Servizi

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature: L. Lodato]

Ditta	Rappresentante Ditta	firma
LE MAITRE VASCULAR SRL		<i>[Handwritten signature]</i>
TEKNEMARIS SRL		Si allontana alle ore 10:15
W.L. GORE		Si allontana alle ore 10:30