



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

Verbale gara

GARA 1166 – FORNITURA BIENNALE ARTICOLATA IN 23 LOTTI - DI CUI N. 12 IN SERVICE GRATUITO - DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALLA TERAPIA DEL DOLORE ED ALLA CHIRURGIA VERTEBRALE DELL’A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI.

Il giorno 08/01/2024 alle ore 13.00 nei locali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli si è riunita la sottoindicata Commissione di gara, nominata con Disposizione del Direttore Generale n. 53 del 27.09.2023, per effettuare **le valutazioni dei requisiti minimi e, successivamente, le valutazioni tecnico-qualitative dei prodotti offerti dalle Società partecipanti** alla gara in argomento, così composta:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| ▪ Prof. Giuseppe Servillo | PRESIDENTE |
| ▪ Prof.ssa Maria Caterina Pace. | COMPONENTE |
| ▪ Prof. Enrico Pola | SEGRETARIO |

Preliminarmente il Presidente dà lettura del Capitolato Speciale d’Appalto, soffermandosi in particolare **sulle modalità di attribuzione del punteggio previsto per la qualità, fissato in max 70 punti**, valutabili come indicato nell’art. 18 “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” del suindicato capitolato.

L’attribuzione del punteggio avverrà in base alla valutazione discrezionale del singolo Commissario che assegna ad ogni criterio, per ogni offerta, un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali sulla base della seguente scala di valutazione:

Eccellente 1
Buono 0,8
Discreto 0,6
Sufficiente 0,4
Insufficiente 0

Per l’assegnazione del punteggio si trasforma la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie precedentemente calcolate, secondo le linee guida n.2 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.1005 del 21.09.2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 con Delibera del Consiglio n.424 del 02.05.2018.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione dapprima dei requisiti minimi e, laddove questi sussistano, alla valutazione dei criteri qualitativi di cui al disciplinare di gara.

LOTTO 1

La Commissione prende atto che per il lotto 1 è pervenuta una sola offerta formulata dalla ditta Boston Scientific S.p.A, pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che la ditta Boston Scientific S.p.A rispetta i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

presenza di fonti multiple indipendenti a 32 contatti							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 10
Boston Scientific S.p.A	1		1		1	1	10
Motivazioni	il prodotto presentato rispetta le specifiche del requisito richiesto						

corrente costante							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20
Boston Scientific S.p.A	1		1		1	1	20
Motivazioni	il prodotto presentato è dotato di tale caratteristica						


possibilità di realizzare differenti tipologie di stimolazione							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20
Boston Scientific S.p.A	1		1		1	1	20
Motivazioni	il prodotto presentato realizza differenti tipologie di stimolazione						

possibilità di realizzare stimolazione BURST							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20
Boston Scientific S.P.A	1		1		1	1	20
Motivazioni	il dispositivo presentato permette di realizzare stimolazione BURST						

Lotto 2

La Commissione prende atto che per il lotto 2 è pervenuta una sola offerta formulata dalla ditta Medinat s.r.l., pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che la ditta Medinat s.r.l. rispetta i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

generatore che può accogliere fino a 4 elettrocatereteri contemporaneamente							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30

5268 

Medinat s.r.l.	1	1	1	1	30
Motivazioni	il prodotto presentato rispetta le specifiche del requisito richiesto				

programmazione indipendente per ogni singolo canale						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20	
Medinat S.R.L.	1	1	1	1	20	
Motivazioni	il prodotto presentato può essere programmato indipendentemente per ogni singolo canale					

sistema di posizionamento foraminale dedicato						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20	
Medinat S.R.L.	1	1	1	1	20	
Motivazioni	il prodotto presentato possiede un sistema di posizionamento foraminale dedicato					

Lotto 3

La Commissione prende atto che per il lotto 3 è pervenuta una sola offerta formulata dalla ditta Medinat s.r.l., pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che la ditta Medinat s.r.l. rispetta i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

sistema di programmazione e controllo paziente su sistema informatizzato						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20	
Medinat S.R.L.	1	1	1	1	20	
Motivazioni	il prodotto offerto presenta un sistema informatizzato					

possibilità di utilizzo della tecnologia Burst supportata da letteratura						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30	
Medinat S.R.L.	1	1	1	1	30	
Motivazioni	il prodotto offerto presenta una tecnologia Burst supportata dalla letteratura					

elettrocateretere stimolante in punta

Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20
Medinat S.R.L.	1	1	1	1	20
Motivazioni	il prodotto offerto è dotato di elettrocatetere stimolante in punta				

Lotto 4

La Commissione prende atto che per il lotto 4 è pervenuta una sola offerta formulata dalla ditta NG Med s.r.l., pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che la ditta NG Med s.r.l. rispetta i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

Dimensioni ridotte del dispositivo per agevolarne il posizionamento					
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 25
NG Med s.r.l.	1	1	1	1	25
Motivazioni	il prodotto presentato è di dimensioni contenute				

possibilità di programmare in tensione o in corrente costante con modalità ciclica continua o a bolo					
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 25
NG Med s.r.l.	1	1	1	1	25
Motivazioni	il prodotto presentato presenta le specifiche richieste				

possibilità di utilizzare catetere percutaneo quadripolare o chirurgico bipolare					
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20
NG Med s.r.l.	1	1	1	1	20
Motivazioni	il prodotto permette l'utilizzo di un catetere percutaneo quadripolare o chirurgico bipolare				

Lotto 5

La Commissione prende atto che per il lotto 5 non è pervenuta alcuna offerta.

Lotto 6

La Commissione prende atto che per il lotto 6 è pervenuta una sola offerta formulata dalla ditta Medinat s.r.l., pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che la ditta Medinat s.r.l. rispetta i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

caratteristiche tecnico-funzionali della punta dell'elettrodo						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20	
Medinat s.r.l.	1	1	1	1	20	
Motivazioni	il prodotto offerto presenta caratteristiche tecnico-funzionali della punta dell'elettrodo di buona qualità					

presenza di via infusione						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20	
Medinat s.r.l.	1	1	1	1	20	
Motivazioni	il prodotto offerto presenta una via infusione					

modalità e caratteristiche del sistema di gestione del flusso (fisiologica)						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 10	
Medinat s.r.l.	1	1	1	1	10	
Motivazioni	il prodotto offerto presenta diverse modalità e caratteristiche di gestione del flusso					

disponibilità delle diverse misure degli aghi di introduzione						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20	
Medinat s.r.l.	1	1	1	1	20	
Motivazioni	il prodotto offerto è dotato di aghi di introduzione di diverse misure					

Lotto 7

La Commissione prende atto che per il lotto 7 sono pervenute le offerte formulate dalle ditte NG Med s.r.l., Medifor s.r.l. e Dexter, pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che le ditte NG Med s.r.l., Medifor s.r.l. e Dexter rispettano i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

caratteristiche tecnico-funzionali della punta dell'elettrodo						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30	
NG Med s.r.l.	0,4	0,4	0,4	0,4	12	

Medifor s.r.l.	0,4	0,4	0,4	0,4	12
Dexter	0,8	0,8	0,8	0,8	24
Motivazioni	La ditta dexter offre prodotti con caratteristiche tecnico-funzionali maggiormente rispondenti alla specifiche richieste dal capitolato di gara				

atraumaticità della punta dell'ago di introduzione							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20
NG Med s.r.l.	0,4		0,4		0,4	0,4	8
Medifor s.r.l.	0,4		0,4		0,4	0,4	8
Dexter	0,8		0,8		0,8	0,8	16
Motivazioni	il prodotto offerto dalla ditta dexter presenta più specifiche						

modalità di orientamento della punta max							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 10
NG Med s.r.l.	0,4		0,4		0,4	0,4	4
Medifor s.r.l.	0,4		0,4		0,4	0,4	4
Dexter	1		1		1	1	10
Motivazioni	il prodotto offerto dalla ditta dexter è maggiormente aderente alle richieste del capitolato						

maneggevolezza dell'elettro catetere							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 10
NG Med s.r.l.	0,6		0,6		0,4	0,53	5,3
Medifor s.r.l.	0,4		0,4		0,4	0,4	4
Dexter	1		1		1	1	10
Motivazioni	il prodotto offerto dalla ditta dexter risulta essere più maneggevole						

Lotto 8

La Commissione prende atto che per il lotto 8 è pervenuta una sola offerta formulata dalla ditta Medifor s.r.l., pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che la ditta Medifor s.r.l. rispetta i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

gel anti-aderenziale a base di acido ialuronico certificato per il canale epidurale							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30

Medifor s.r.l.	1	1	1	1	30
Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica				

impugnatura con sistema di direzionabilità della punta						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max	20
Medifor s.r.l.	1	1	1	1	20	
Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica					

pulsante di blocco della punta						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max	20
Medifor s.r.l.	1	1	1	1	20	
Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica					

Lotto 9

- AGO E CATETERE PER BLOCCO CONTINUO DEI PLESSI E DEI NERVI PERIFERICI ECOGENICO

La Commissione prende atto che per il lotto 9 sono pervenute le offerte formulate dalle ditte Vygon Italia SRL, Movi S.p.A. E B.Braun Milano S.p.A., pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che le ditte Vygon Italia SRL, Movi SPA E B.Braun, rispettano i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

ecogenicità dell'ago e del catetere						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max	30
Vygon Italia s.r.l.	1	1	1	1	30	
Movi S.p.A.	0,4	0,4	0,4	0,4	12	
B.Braun Milano S.p.A.	0,4	0,4	0,4	0,4	12	
Motivazioni	La ditta Vygon Italia s.r.l. offre prodotti con caratteristiche maggiormente rispondenti alla specifiche richieste					

elettrostimolabilità dell'ago e del catetere						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max	20
Vygon Italia s.r.l.	1	1	1	1	20	

Movi SPA	0,6	0,6	0,6	0,6	12
B.Braun Milano	0,6	0,6	0,6	0,6	12
Motivazioni	La ditta Vygon Italia s.r.l. offre prodotti con caratteristiche maggiormente rispondenti alla specifiche richieste				

atraumaticità dell'ago						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20	
Vygon Italia s.r.l.	1	1	1	1	20	
Movi SPA	0,6	0,6	0,6	0,6	12	
B.Braun Milano	0,6	0,6	0,6	0,6	12	
Motivazioni	La ditta Vygon Italia s.r.l. offre prodotti con caratteristiche maggiormente rispondenti alla specifiche richieste					

- SET PER BLOCCHI NERVOSI PLESSICI E PERIFERICI ECOGENICO

La Commissione prende atto che per il lotto 9 sono pervenute le offerte formulate dalle ditte Vygon Italia SRL, Movi SPA E B.Braun Milano, pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che le ditte Vygon italia SRL, Movi SPA E B.Braun, rispettano i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

ecogenicità dell'ago e del catetere						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30	
Vygon Italia s.r.l.	1	1	1	1	30	
Movi SPA	0,4	0,4	0,4	0,4	12	
B.Braun Milano	0,4	0,4	0,4	0,4	12	
Motivazioni	La ditta Vygon Italia s.r.l. offre prodotti con caratteristiche maggiormente rispondenti alla specifiche richieste					

elettrostimolabilità dell'ago e del catetere						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20	
Vygon Italia s.r.l.	1	1	1	1	20	
Movi SPA	0,6	0,6	0,6	0,6	12	
B.Braun Milano	0,6	0,6	0,6	0,6	12	
Motivazioni	La ditta Vygon Italia s.r.l. offre prodotti con caratteristiche maggiormente rispondenti alla specifiche richieste					

atraumaticità dell'ago							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20
Vygon Italia s.r.l.	1		1		1	1	20
Movi SPA	0,6		0,6		0,6	0,6	12
B.Braun Milano	0,6		0,6		0,6	0,6	12
Motivazioni	La ditta Vygon Italia s.r.l. offre prodotti con caratteristiche maggiormente rispondenti alla specifiche richieste						

Lotto 10

La Commissione prende atto che per il lotto 10 è pervenuta una sola offerta formulata dalla ditta Medifor s.r.l., pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che la ditta Medifor s.r.l. rispetta i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

antiaderenziale a base di acido ialuronico							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30
Medifor s.r.l.	1		1		1	1	30
Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica						

certificato per il canale epidurale							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 40
Medifor s.r.l.	1		1		1	1	40
Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica						

Lotto 11

La Commissione prende atto che per il lotto 11 sono pervenute le offerte formulate dalle ditte Medifor s.r.l. e Dexter, pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che le ditte Medifor s.r.l. e Dexter, rispettano i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

utilizzo della tecnologia STP							
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 35	
Medifor s.r.l.	0,8	0,8		0,8	0,8	28	
Dexter	0,6	0,8		0,8	0,73	25,6	
Motivazioni	La ditta Medifor s.r.l. offre prodotti maggiormente rispondenti alle specifiche richieste						

atraumaticità della punta dell'ago di introduzione						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30	
Medifor s.r.l.	0	0	0	0	0	
Dexter	1	1	1	1	30	
Motivazioni	il prodotto offerto dalla ditta dexter presenta caratteristiche di atraumaticità					

piastra di dispersione						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 5	
Medifor s.r.l.	0,4	0,4	0,4	0,4	2	
Dexter	1	1	1	1	5	
Motivazioni	il prodotto offerto dalla ditta dexter presenta tale criterio					

Lotto 12

La Commissione prende atto che per il lotto 12 sono pervenute le offerte formulate dalle ditte Medifor s.r.l. e Dexter, pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che le ditte Medifor s.r.l. e Dexter, rispettano i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

utilizzo della tecnologia STP						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30	
Medifor s.r.l.	0,8	0,8	0,8	0,8	24	
Dexter	0,6	0,6	0,6	0,6	18	
Motivazioni	La ditta Medifor s.r.l. offre prodotti maggiormente rispondenti alla specifica richiesta					

via di infusione farmaci integrata alla cannula						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20	
Medifor s.r.l.	1	1	1	1	20	
Dexter	0,4	0,4	0,4	0,4	8	
Motivazioni	il prodotto offerto dalla ditta Medifor s.r.l. presenta tale criterio					

atraumaticità della punta dell'ago di introduzione						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20	
Medifor s.r.l.	1	1	1	1	20	
Dexter	0	0	0	0	0	

Motivazioni	il prodotto offerto dalla ditta Medifor s.r.l. presenta caratteristiche di atraumaticità	
--------------------	---	--

Lotto 13

La Commissione prende atto che per il lotto 13 è pervenuta una sola offerta formulata dalla ditta Medifor s.r.l., pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che la ditta Medifor s.r.l. rispetta i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

tre elettrodi posti in serie						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 35	
Medifor s.r.l.	1	1	1	1	35	
Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica					

protocollo di tre RF monopolari e due bipolari						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 25	
Medifor s.r.l.	1	1	1	1	25	
Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica					

caratteristiche lavori scientifici pubblicati						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 5	
Medifor s.r.l.	1	1	1	1	5	
Motivazioni	I lavori scientifici adottati sono adeguati					

Lotto 14

La Commissione prende atto che per il lotto 14 è pervenuta una sola offerta formulata dalla ditta Medifor s.r.l., pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che la ditta Medifor s.r.l. rispetta i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

utilizzo della tecnologia Pulse Dose						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 35	
Medifor s.r.l.	1	1	1	1	35	

Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica	
--------------------	--	--

elettrodo 200 mm con esposizione lesiva 20 mm						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30
Medifor s.r.l.	1	1		1	1	30
Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica					

Caratteristiche Cliniche/Lavori Scientifici Pubblicati						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 5
Medifor s.r.l.	1	1		1	1	5
Motivazioni	I lavori scientifici allegati supportano l'efficacia clinica					

Lotto 15

La Commissione prende atto che per il lotto 15 sono pervenute le offerte formulate dalle ditte Medifor s.r.l. e NG Med s.r.l., pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che le ditte Medifor s.r.l. e NG Med s.r.l. rispettano i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

catetere ibrido RF/coblazione						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30
Medifor s.r.l.	1	1		1	1	30
NG Med s.r.l.	0,8	0,8		0,8	0,8	24
Motivazioni	Il prodotto offerto dalla ditta Medifor s.r.l. presenta delle caratteristiche maggiormente rispondenti alle richieste					

manipoli con due cursori per avanzamento e angolazione catetere						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 10
Medifor s.r.l.	1	1		1	1	10
NG Med s.r.l.	0,4	0,4		0,4	0,4	4
Motivazioni	Il prodotto della Medifor s.r.l. presenta delle caratteristiche dei manipoli maggiormente rispondenti alle richieste					

set campo operatorio

Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 5
Medifor s.r.l.	1	1	1	1	5
NG Med s.r.l.	0,4	0,4	0,4	0,4	2
Motivazioni	Il set campo operatorio incluso nel kit procedurale della Medifor s.r.l. risulta essere maggiormente rispondenti alle richieste				

lavori scientifici pubblicati					
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20
Medifor s.r.l.	1	1	1	1	20
NG Med s.r.l.	0,2	0,2	0,2	0,2	4
Motivazioni	I lavori scientifici adottati dalla ditta Medifor s.r.l. supportano l'efficacia dello specifico prodotto offerto.				

Lotto 16

La Commissione prende atto che per il lotto 16 è pervenuta una sola offerta formulata dalla ditta Medifor s.r.l., pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che la ditta Medifor s.r.l. rispetta i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

possibilità di utilizzo ago introduttore 18, 20 G					
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30
Medifor s.r.l.	1	1	1	1	30
Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica				

fibra ottica vari spessori (da 200 a 800 micrometri)					
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30
Medifor s.r.l.	1	1	1	1	30
Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica				

potenza massima generatore 40 W					
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 5
Medifor s.r.l.	1	1	1	1	5

Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica
--------------------	--

Lotto 17

La Commissione prende atto che per il lotto 17 sono pervenute le offerte formulate dalle ditte Medifor s.r.l., Medtronic Italia S.p.A. e Merit Medical Italy s.r.l., pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che le ditte Medifor s.r.l., Medtronic e Merit Medical Italy s.r.l., rispettano i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

Follow up del sistema basato su pubblicazioni scientifiche e anno di immissione sul mercato							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 5
Medifor s.r.l.	1		1		1	1	5
Medtronic Italia S.p.A.	0,8		0,8		0,8	0,8	4
Merit Medical Italy s.r.l.	0,8		0,8		0,8	0,8	4
Motivazioni	La qualità delle evidenze scientifiche addotte per il prodotto presentato dalla ditta Medifor s.r.l. è maggiormente rispondenti alle richieste						

Versatilità, facilità di utilizzo, precisione dello strumentario ancillare							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30
Medifor s.r.l.	1		1		1	1	30
Medtronic Italia S.p.A.	0,4		0,4		0,4	0,4	12
Merit Medical Italy s.r.l.	0,6		0,6		0,6	0,6	18
Motivazioni	Il prodotto della Medifor s.r.l. presenta una maggiore maneggevolezza.						

Caratteristiche tecniche, materiali, misure disponibili e conformità al disciplinare di gara							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 35
Medifor s.r.l.	1		1		1	1	35
Medtronic Italia S.p.A.	0,6		0,6		0,6	0,6	21
Merit Medical Italy s.r.l.	0,4		0,4		0,4	0,4	14

Motivazioni	Il prodotto offerto dalla ditta Medifor s.r.l. presenta delle caratteristiche tecniche maggiormente conformi al disciplinare di gara	
--------------------	--	--

Lotto 18

La Commissione prende atto che per il lotto 18 non è pervenuta alcuna offerta.

Lotto 19

La Commissione prende atto che per il lotto 19 non è pervenuta alcuna offerta.

Lotto 20

La Commissione prende atto che per il lotto 20 sono pervenute le offerte formulate dalle ditte JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A, Medtronic Italia S.p.A., STRYKER ITALIA S.R.L. S.U. pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che le ditte JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A, Medtronic Italia S.p.A., STRYKER ITALIA S.R.L. S.U., rispettano i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

Follow up del sistema basato su pubblicazioni scientifiche e anno di immissione sul mercato							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 5
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A	1		1		1	1	5
Medtronic Italia S.p.A.	1		1		1	1	5
STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	1		1		1	1	5
Motivazioni	Le pubblicazioni scientifiche prodotte dalle ditte presentanti le offerte per il lotto in oggetto sono tutte di buona qualità						

Versatilità, facilità di utilizzo, precisione dello strumentario ancillare							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A	1		1		1	1	30
Medtronic Italia S.p.A.	0,6		0,6		0,6	0,6	18
STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	0,6		0,6		0,6	0,6	18
Motivazioni	Il prodotto offerto dalla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A mostra una maggiore maneggevolezza						

Caratteristiche tecniche, materiali, misure disponibili e conformità al disciplinare di gara							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 35
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	1		1		1	1	35
Medtronic Italia S.p.A.	0,4		0,4		0,4	0,4	14
STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	0,4		0,4		0,4	0,4	14
Motivazioni	Il prodotto presentato dalla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A presenta delle caratteristiche maggiormente rispondenti alle richieste.						

Lotto 21

La Commissione prende atto che per il lotto 20 sono pervenute le offerte formulate dalle ditte JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A, STRYKER ITALIA S.R.L. S.U. pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che le ditte JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A, STRYKER ITALIA S.R.L. S.U., rispettano i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara.

Follow up del sistema basato su pubblicazioni scientifiche e anno di immissione sul mercato							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 5
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A	1		1		1	1	5
STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	1		1		1	1	5
Motivazioni	Le pubblicazioni scientifiche prodotte dalle ditte presentanti le offerte per il lotto in oggetto sono tutte di buona qualità						

Versatilità, facilità di utilizzo, precisione dello strumentario ancillare							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30

[Handwritten signatures and marks]

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A	1	1	1	1	30
STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	0,6	0,6	0,6	0,6	18
Motivazioni	Il prodotto offerto dalla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A mostra una maggiore maneggevolezza				

Caratteristiche tecniche, materiali, misure disponibili e conformità al disciplinare di gara							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 35
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A	1		1		1	1	35
STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	0,4		0,4		0,4	0,4	14
Motivazioni	Il prodotto offerto dalla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A presenta delle caratteristiche maggiormente rispondenti alle richieste.						

Lotto 22

La Commissione prende atto che per il lotto 22 è pervenuta una sola offerta formulata dalla ditta Medinat s.r.l., pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che la ditta Medinat s.r.l. rispetta i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara

Possibilità di riutilizzo dei dispositivi							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20
Medinat S.R.L.	1		1		1	1	20
Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica						

facilità di applicazione							
Società	Prof. Servillo	G.	Prof.ssa Pace	M.C.	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20
Medinat S.R.L.	1		1		1	1	20

Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica	
--------------------	--	--

Materiale ipoallergenico						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30	
Medinat S.R.L.	1	1	1	1	30	
Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica					

Lotto 23

La Commissione prende atto che per il lotto 23 è pervenuta una sola offerta formulata dalla ditta Medinat s.r.l., pertanto procede alla valutazione dei requisiti minimi. La Commissione prende atto che la ditta Medinat s.r.l. rispetta i requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara, pertanto procede alla valutazione dei requisiti tecnico-qualitativi di cui al capitolato di gara

possibilità di stimolare a 800Hz						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 30	
Medinat s.r.l.	1	1	1	1	30	
Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica					

possibilità di avere aghi di diverse lunghezze						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20	
Medinat S.R.L.	1	1	1	1	20	
Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica					

possibilità di utilizzare due aghi contemporaneamente						
Società	Prof. G. Servillo	Prof.ssa M.C. Pace	Prof. E. Pola	MEDIA	Punti max 20	
Medinat S.R.L.	1	1	1	1	20	
Motivazioni	il prodotto offerto presenta tale caratteristica					

Alla luce della media dei coefficienti attribuiti dai commissari, viene calcolato il valore del punteggio. Il punteggio totale così ottenuto è:

- per il lotto 1: ditta Boston Scientific S.p.A. 70 punti
- per il lotto 2: ditta Medinat s.r.l. 70 punti

- per il lotto 3: ditta Medinat s.r.l. 70 punti
- per il lotto 4: ditta NG Med s.r.l. 70 punti
- per il lotto 6: ditta Medinat s.r.l. 70 punti
- per il lotto 7: ditta Dexter 60 punti, Medifor s.r.l. 28 punti, NG med s.r.l. 29,3 punti
- per il lotto 8: ditta Medifor s.r.l. 70 punti
- per il lotto 9: ditta Vygon Italia s.r.l. 70 punti, ditta Movi SPA 36 punti, ditta B.Braun Milano 36 punti.
- per il lotto 10: ditta Medifor s.r.l. 70 punti
- per il lotto 11: ditta Medifor s.r.l. 30 punti, ditta Dexter 60,6 punti
- per il lotto 12: ditta Medifor s.r.l. 64 punti, ditta Dexter 26 punti
- per il lotto 13: ditta Medifor s.r.l. 65 punti
- per il lotto 14: ditta Medifor s.r.l. 70 punti
- per il lotto 15: ditta Medifor s.r.l. 65 punti, ditta NG Med s.r.l. 34 punti
- per il lotto 16: ditta Medifor s.r.l. 65 punti
- per il lotto 17: ditta Medifor s.r.l. 70 punti, ditta Medtronic Italia S.p.A. 37 punti, ditta Merit Medical Italy s.r.l 36 punti.
- per il lotto 20: ditta JOHNSON MEDICAL S.p.A. 70 punti, ditta Medtronic Italia S.p.A. 37 punti, ditta STRYKER ITALIA S.R.L. S.U. 37 punti.
- per il lotto 21: ditta JOHNSON MEDICAL S.p.A. 70 punti, ditta STRYKER ITALIA S.R.L. S.U. 37 punti
- per il lotto 22: ditta Medinat s.r.l. 70 punti
- per il lotto 23: ditta Medinat s.r.l. 70 punti

La seduta si conclude alle ore 17:00 del 08.01.2024

Il Presidente informa i commissari che provvederà a comunicare, al più presto, la data per l'apertura dell'offerta economica.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

- Prof. Giuseppe Servillo
- Prof.ssa Maria Caterina Pace.
- Prof. Enrico Pola

PRESIDENTE



COMPONENTE



SEGRETARIO

