

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 54, CO. 4, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENDOPROTESI AORTICHE - ID GARA: 8231486
ALLEGATO 1 - VALUTAZIONE TECNICA

| LOTTO 1 - BIVASCULAR | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 10,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | parzialmente adeguato | parzialmente adeguato | parzialmente adeguato | 1,25 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 10,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 7,50 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| Totale | | | | | | | 43,75 |

| LOTTO 1 - COOK | | | | | | | |
|----------------|---|-----|----------|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 10,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 6 | Servizio Post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| Totale | | | | | | | 70,00 |

| LOTTO 1 - IMED | | | | | | | |
|----------------|---|-----|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Vercellone | Dott.ssa Sucre | Dott. Prestieri | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 10,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | parzialmente adeguato | parzialmente adeguato | parzialmente adeguato | 1,25 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 10,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 7,50 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 1 - JOTEC | | | | | | | Totale 43,75 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 1 - MEDTRONIC | | | | | | | Totale 60,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 1 - SEROM | | | | | | | Totale 55,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 1 - GORE | | | | | | | Totale 60,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|----------|----------|----------|--------------|
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| | | Totale | | | | | 65,00 |

LOTTO 2 - BIVASCULAR

| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varrichio | Dott. Pignatelli | Media |
|------------|---|---------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 10,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | parzialmente adeguato | parzialmente adeguato | parzialmente adeguato | 1,25 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 10,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 7,50 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| | | Totale | | | | | 43,75 |

LOTTO 2 - CARDINAL

| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varrichio | Dott. Pignatelli | Media |
|------------|---|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 10,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| | | Totale | | | | | 50,00 |

LOTTO 2 - COOK

| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varrichio | Dott. Pignatelli | Media |
|------------|---|---------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 10,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| | | Totale | | | | | 70,00 |

asinapol3sud

| LOTTO 2 - IMED | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|-----|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 10,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | parzialmente adeguato | parzialmente adeguato | parzialmente adeguato | 1,25 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 10,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 7,50 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - JOTEC | | | | | | | | | 43,75 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - MEDTRONIC | | | | | | | | | 60,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 2 - SEROM | | | | | | | | | 65,00 |
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | 5 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|----|---|----------|----------|----------|--------------|
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| Totale | | | | | | | 65,00 |

LOTTO 3 - IMED

| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
|---------------|---|-----|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| Totale | | | | | | | 60,00 |

LOTTO 3 - SEROM

| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
|---------------|---|-----|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| Totale | | | | | | | 60,00 |

LOTTO 3 - GORE

| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
|---------------|---|-----|----------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 10 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 10,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| Totale | | | | | | | 70,00 |

LOTTO 4 - BIOVASCULAR

| Sub-Criteri di Valutazione | | | | | | |
|----------------------------|-----|----------|------------------|------------------|------------------|-------|
| N. Criteri | PTs | Criterio | Dott. Mimicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 2 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | 20 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 10,00 |
| 5 | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 4 - CARDINAL | | | | | | |
| Totale | | | | | | |
| 50,00 | | | | | | |
| Sub-Criteri di Valutazione | | | | | | |
| N. Criteri | PTs | Criterio | Dott. Mimicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 2 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | 20 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 10,00 |
| 5 | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 4 - COOK | | | | | | |
| Totale | | | | | | |
| 50,00 | | | | | | |
| Sub-Criteri di Valutazione | | | | | | |
| N. Criteri | PTs | Criterio | Dott. Mimicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | 10 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 10,00 |
| 6 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 4 - JOTEC | | | | | | |
| Totale | | | | | | |
| 70,00 | | | | | | |
| Sub-Criteri di Valutazione | | | | | | |
| N. Criteri | PTs | Criterio | Dott. Mimicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | 10 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 10,00 |
| 6 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 4 - JOTEC | | | | | | |
| Totale | | | | | | |
| 70,00 | | | | | | |
| Sub-Criteri di Valutazione | | | | | | |
| N. Criteri | PTs | Criterio | Dott. Mimicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignatelli | Media |
| 1 | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | 10 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 10,00 |
| 6 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---|---|--------|--------|--------------|
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | 5,00 |
| Totale | | | | | | 60,00 |

LOTTO 4 - MEDTRONIC

| Sub-Criteri di Valutazione | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
|----------------------------|---|-----|----------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| N. Criteri | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| Totale | | | | | | | 65,00 |

LOTTO 4 - PROMEDICAL

| Sub-Criteri di Valutazione | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
|----------------------------|---|-----|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| N. Criteri | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| Totale | | | | | | | 60,00 |

LOTTO 4 - SEKROM

| Sub-Criteri di Valutazione | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
|----------------------------|---|-----|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| N. Criteri | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| Totale | | | | | | | 60,00 |

LOTTO 4 - GORE

| Sub-Criteri di Valutazione | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Media |
|----------------------------|--|-----|----------|-----------------|------------------|------------------|-------|
| N. Criteri | | | | | | | |

| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
|----------------|---|----|---|------------------|------------------|------------------|--------|
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 5 - COOK | | | | | | | Totale |
| | | | | | | | 60,00 |

| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignatelli | Media |
|-----------------|---|-----|----------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 10,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 5 - JOTEC | | | | | | | Totale |
| | | | | | | | 70,00 |

| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignatelli | Media |
|-----------------|---|-----|----------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| LOTTO 5 - SEROM | | | | | | | Totale |
| | | | | | | | 60,00 |

| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignatelli | Media |
|------------|---|-----|----------|------------------|------------------|------------------|-------|
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |

| LOTTO 5 - GORE | | | | | | | | |
|----------------|---|-----|----------|------------------|------------------|------------------|-------|--|
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Mimicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignarelli | Media | |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 | |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 | |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 15,00 | |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 5,00 | |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 | |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 | |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 | |
| Totale | | | | | | | 60,00 | |

| LOTTO 6 - PROMEDICAL | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------|--|--|-----|----------|-----------------|------------------|------------------|-------|
| N. Criteri | | Sub-Criteri di Valutazione | | | PTs | Criterio | Dott. Mimicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignarelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 10,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | | | 10 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| Totale | | | | | | | | | | 70,00 |

| LOTTO 7 - MEDTRONIC | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----|----------|-----------------|------------------|------------------|-------|
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignatelli | Med |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | | 10 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 10,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | 70,00 |

| LOTTO 8 - BIOVASCULAR | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------|-----------------|------------------|------------------|-------|
| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Minicucci | Dott. Varricchio | Dott. Pignarelli | Media |
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntuale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|----|---|------------------|------------------|--------------|
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | 5,00 |
| Totale | | | | | | 60,00 |

[illegible][illegible][illegible]

| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Mimicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignarelli | Media |
|---------------|---|-----|----------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 10,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| Totale | | | | | | | 70,00 |

LOTTO 9 - JOTEC

| N. Criteri | Sub-Criteri di Valutazione | PTs | Criterio | Dott. Mimicucci | Dott. Varicchio | Dott. Pignarelli | Media |
|---------------|---|-----|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Funzionalità del prodotto in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso | 20 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 20,00 |
| 2 | Basso profilo di transizione tra puntale ed endoprotesi | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 3 | Gamma di diametri e lunghezze | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 4 | Valutazione delle caratteristiche tecnico qualitative | 20 | D | più che adeguato | più che adeguato | più che adeguato | 15,00 |
| 5 | Letteratura scientifica | 10 | D | adeguato | adeguato | adeguato | 5,00 |
| 6 | Servizio post-vendita | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| 7 | Assistenza Tecnica | 5 | D | ottimo | ottimo | ottimo | 5,00 |
| Totale | | | | | | | 60,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature

ASL NAPOLI 3 SUD