



AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA A RADIOFREQUENZA BI-POLARE PER CHIRURGIA RETTOSCOPICA CON SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

PREMESSA

Quest'azienda intende avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs 50/16 e s.m.i., finalizzata, sulla base delle linee guida fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, a verificare l'esistenza dei presupposti che consentono il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per la fornitura di di n. 1 sistema a radiofrequenza bi-polare per chirurgia rettoscopica con somministrazione di materiale di consumo per le esigenze della U.O.C. di ostetricia e ginecologia dell'AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO di Caserta

PREMESSA

Si precisa che il presente avviso costituisce una mera consultazione di mercato finalizzata alla ricerca di operatori in grado di eseguire il servizio di cui all'oggetto e, pertanto l'AORN di riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la presente indagine di mercato.

In tal caso i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna pretesa.

Il Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31, co.14, del Codice, è la Dott.ssa Tiziana Simone, Responsabile UOS "Gare e Contratti".

Tutti gli Operatori di mercato che ritengono di poter provvedere alla fornitura de qua, dovranno inserire la propria manifestazione di interesse, corredata della relazione tecnica relativa alle caratteristiche tecniche minime come specificate nell'allegata tabella A entro e non oltre il 31.03.2023 ore 12:00, sulla piattaforma SIAPS del "Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità" raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa. S.p.A. (Società Regionale per la Sanità) www.soresa.it nella sezione: "Accesso all'Area riservata/Login".

Il presente avviso di consultazione preliminare di mercato è disponibile sul sito internet: www.soresa.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara/Gare e nella Sezione "Bandi di gara e contratti" di questa AORN, raggiungibile all'indirizzo www.ospedale.caserta.it.

1. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Per la presentazione della manifestazione di interesse alla presente procedura sono indispensabili:

- un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un *browser* per la navigazione sul *web*;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del sistema;
- la registrazione al Sistema, con le modalità riportate nella guida "Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE" è reperibile all'indirizzo: www.soresa.it sezione "Per le imprese/Registrazione".

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale Rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente avviso, negli eventuali allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali chiarimenti. La manifestazione di interesse dovrà essere contenuta nella cartella "manifestazione di interesse_nome ditta firmata digitalmente". Tale cartella dovrà essere collocata a sistema nel campo "manifestazione d'interesse" e all'uopo predisposto nella scheda "busta amministrativa" si possono inserire ulteriori allegati cliccando, volta per volta, sulla voce "Aggiungi allegato", compilando il campo "Descrizione" e inserendo l'allegato nella colonna "Allegato";

A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida: "indagine di mercato – Manuale per la partecipazione", nella sezione "Compilazione della Busta amministrativa e Invio". La manifestazione d'interesse deve essere presentata esclusivamente attraverso il sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale ai sensi del D. Lgs n.82/2005(Codice dell'Amministrazione Digitale) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 27.03.1970. Non saranno prese in esame le istanze redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Avviso. A scadenza del suddetto termine, non sarà possibile presentare alcuna

manifestazione d’interesse, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. E’ ammessa istanza successiva, purchè entro il termine di scadenza, a sostituzione di quella già inviata, cliccando la voce “partecipa”, seguendo la procedura indicata nella suddetta guida al paragrafo “Modifica di una Manifestazione di interesse inviata”. Tale operazione dovrà essere effettuata dal medesimo utente (account) che ha predisposto/inviato l’istanza originaria. La presentazione della manifestazione di interesse mediante il Sistema è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della manifestazione medesima, dovuta a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di SO.RE.SA. qualora per il ritardo o disguidi tecnici di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l’istanza non pervenga entro il termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera SO.RE.SA da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

2. Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’AORN e gli operatori Economici interessati alla presente procedura si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi per il tramite del Sistema. L’ Operatore Economico in ogni caso si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione del Sistema.

La lettera di invito alla procedura negoziata verrà inoltrata per il tramite del sistema.

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’AORN nei confronti degli operatori interessati, fermo restando che l’acquisizione del sistema medicale oggetto della presente consultazione è subordinata all’apposita procedura che sarà espletata dall’AORN ai sensi del richiamato D. Lgs 50/16 e s.m.i.

3. Il Fabbisogno

Le caratteristiche del Sistema Chirurgico radiofrequenza per rettoscopia sono indicate nell’ allegata tabella A.

Il Fabbisogno come di seguito riportato è destinato a soddisfare le esigenze della UOC di U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’AORN “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” di Caserta per un periodo di 12 mesi

La suddetta UU.OO.CC. a fronte del suddetto periodo hanno avanzato richiesta per:

- Elettrodo per vaporizzazione rapida dei tessuti 2,5 mm circa.- Quantità annuale 150 pz
- Elettrodo per vaporizzazione precisa dei tessuti 4,0 mm circa- quantità annuale 150 pz.
- Elettrodo Twizzle o similare – quantità annuale 300 pz;
- N.8 Cavi di collegamento elettrodo-sistema ;
- Ottiche 30° - quantità annuale n.3;
- N. 3 cavi di connessione fonte luminosa

4. Durata

La durata è 12 mesi

5. Costi attesi € 214.800,00

6. Condizioni particolari fornitura

Per il materiale di cui al punto 3 dovrà essere indicato un importo complessivo in offerta, con i corrispondenti prezzi unitari sempre da indicare in offerta.

Durante tutto il periodo della fornitura dovrà essere assicurato, senza ulteriori costi, il servizio di formazione e addestramento per il personale sanitario, non solo nella fase iniziale ma anche in corso di esecuzione della fornitura nel caso di immissioni di nuovo personale.

La fornitura dovrà ricomprendere l'eventuale servizio di supporto al tavolo operatorio o per il controllo funzionale chirurgico (programmazione del sistema, istruzioni d'uso per il paziente, ecc.) e il servizio di assistenza tecnica post-vendita con specifiche indicazioni da riportare nell'offerta della garanzia e delle modalità di assistenza.

7. Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

8. Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art.45 d.lgs n. 50/16 s.m.i., che al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
- b. Assenza di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.lgs. 50/16 e s.m.i;



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

- c. Comprovata esperienza specifica, nel corso degli ultimi tre anni, di fornitura di materiale di consumo nel settore oggetto dell'appalto;
- 9. Istanza di partecipazione da presentarsi secondo le modalità previste al paragrafo 1 prevede:**
- a) Autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, del possesso dei requisiti minimi richiesti dal presente avviso;
 - b) Il presente Avviso firmato digitalmente dal legale rappresentante, per accettazione di tutte le clausole contrattuali ivi previste;
 - c) DGUE compilato e sottoscritto

10. Selezione delle manifestazioni di interesse

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione d'interesse, si procederà all'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute, e in particolare, alla verifica della completezza, in capo agli operatori economici interessati alla partecipazione, delle dichiarazioni inerenti i requisiti minimi richiesti nel presente avviso.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione, si procederà a richiedere, ai sensi dell'art.83 c.9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un tempo non superiore a 5 giorni.

L'A.O.R.N., ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle istanze e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Si procederà a seguito di verifica delle istanze pervenute a richiesta di offerte economiche.

m

IL RESPONSABILE UOS GARE E CONTRATTI

Dr.ssa Tiziana Simone

Tiziana Simone

TABELLA A
FORNITURA IN USO GRATUITO DI N. 1 SISTEMI A RADIOFREQUENZA BI-POLARE PER
CHIRURGIA RESETTOSCOPICA CON SOMMINISTRAZIONE DEL MATERIALE DI
CONSUMO

Descrizione: N° 1 Sistema chirurgico radiofrequenza per resettoscopia	Caratteristiche tecniche minime obbligatorie	Caratteristiche tecniche proposte
Piattaforma chirurgica bipolare a radiofrequenza	SI	
Caratteristiche della forma d'onda:	di tipo sinusoidale; intervallo banda di frequenza da 300 KHz a 450KHz circa;	
Le forme d'onda sono di tipo composto	con duty cycle del 50% per CUT e 50% per DES	
Indicato per i seguenti trattamenti:	Miomi, Polipi, Adesioni intrauterine, setti uterini;	
Compatibile con i seguenti dispositivi monouso:		
Elettrodo per vaporizzazione rapida dei tessuti 2.5 mm circa	Quantità biennale 150 pz.	
Elettrodo per vaporizzazione precisa dei tessuti 4.0 mm circa	Quantità biennale 150 pz.	
Elettrodo Twizzle o similare	Quantità biennale 300 pz.	
Resettoscopi pluriuso sterilizzabili	N. 3	
Riconoscimento automatico della tipologia di elettrodo connesso al sistema	SI	
N. 8 Cavi di collegamento elettrodo-sistema	Ad alto isolamento e lunghezza non inferiore a 3 metri	
Ottiche 30°	N. 3	
Cavi di connessione per fonte luminosa	N. 3	
Dotato di pedale con doppio comando	<ul style="list-style-type: none"> • Taglio/vaporizzazione; • Coagulo; 	
Volume d'allarme sonoro regolabile	Tra un minimo di 40 dB e un massimo di 60 dB	
Dotato di sistema di controllo automatico della corrente in uscita	SI	
Sistemi compatibili con le colonne laparoscopiche in dotazione all'AORN (Storz e Olympus)	SI	

