



**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**  
Scuola Medica Salernitana

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 110 DEL 10.02.2022

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DURATA BIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE ANNUALITA', DI PROTESI PER ATTIVITA' DELLE UU.OO.CC. DI CARDIOCHIRURGIA D'URGENZA E CARDIOCHIRURGIA. N. GARA 8056889. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

L'anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di Febbraio, in Salerno, nella sede dell'AOU "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona"

**IL DIRETTORE GENERALE**

- Dott. Vincenzo D'Amato, giusta D.P.G.R.C. n. 77 del 10.06.2020;
- Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- Su conforme proposta della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

**HA ADOTTATO**

Il seguente provvedimento:

Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

**Premesso:**

- che, con deliberazione n. 69 del 03.02.2021, è stata indetta una procedura aperta per la fornitura di durata biennale, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità, di protesi per attività delle UU.OO.CC. di Cardiochirurgia d'Urgenza e Cardiochirurgia, suddivisa in n. 81 lotti, per un importo complessivo a base di gara di €. 5.906.118,00= Iva esclusa, interamente gestita tramite piattaforma telematica di negoziazione "Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità" (SIAPS) in dotazione a So.Re.Sa. Spa;
- che, con il medesimo provvedimento, è stato disposto, quale criterio di aggiudicazione, il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono stati approvati gli atti di gara e ne è stata disposta la pubblicazione ai sensi di legge;
- che entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del 19.04.2021, hanno presentato offerta gli Operatori economici di seguito indicati unitamente ai lotti di partecipazione ed agli estremi di ricezione al Registro di sistema della piattaforma SIAPS:

OPERATORE ECONOMICO	LOTTI DI PARTECIPAZIONE	REGISTRO DI SISTEMA
FEBAR S.R.L.	27,55,56,58,62,79	PI025664-21
MEDTRONIC Italia spa	47,59,60,71,36,38,75,39,41,42,43	PI025704-21
Serom Medical Technology Srl	15,16,64,65,8,10,11,13,14	PI025853-21
Medi Corp S.r.l.	45,60,61,66,2,9,12,17	PI025923-21
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	36,43,52,60,17,25,32,61,73,81	PI025968-21
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	34,35,37,46,48,49,53	PI025969-21
LEMAITRE VASCULAR SRL	2,9,17,26	PI026010-21
TEKNEMARIS SRL	67,3,4,6,7,2	PI026091-21
GADA ITALIA SPA	68,77,20,28,29,30	PI026102-21
FS MEDICAL	80	PI026153-21
W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	18,19,20	PI026226-21
SORIN GROUP ITALIA s.r.l.	43,44,51,54,60,33,41,61,75,76	PI026266-21
B.BRAUN MILANO S.p.A.	2,9,10	PI026300-21

- che nessuna offerta è stata presentata per i lotti n.1,5,21,22,23,24,31,50,57,63,69,70,72,74 e 78, che vengono, pertanto, dichiarati deserti;

**Rilevato:**

- che, in data 20.04.2021, il Seggio di gara, riunito in seduta pubblica, giusta documento di "Riepilogo di verifica amministrativa" di pari data, ha proceduto all'ammissione alle fasi successive della gara dei precitati Operatori economici;
- che, conseguentemente, per lo svolgimento delle ulteriori fasi procedurali, con disposizione del Direttore Generale prot. n. 12619 del 07.05.2021, è stata nominata la Commissione Giudicatrice come di seguito costituita: Dr. Giancarlo Accarino, in qualità di Presidente, Dr. Mario Miele, Dr. Generoso Mastrogiovanni, Dr. Antonio Longobardi, in qualità di componenti, Dr. Gerardo Del Negro, in qualità di componente e segretario verbalizzante;
- che, in prosieguo ed in coerenza con gli atti di ammissione intervenuti, il Presidente della Commissione giudicatrice ha "sbloccato", sulla piattaforma telematica SIAPS, le offerte tecniche di tutti i già citati Operatori economici ammessi, onde poter consentire la valutazione tecnico-qualitativa alla Commissione giudicatrice medesima;
- che detta Commissione ha svolto le operazioni di valutazione comparativa delle offerte tecniche medesime, giusta verbali di seduta riservata dei giorni 04.10.2021 (verbale 1),

07.10.2021 (verbale 2), 15.10.2021 (verbale 3), 23.10.2021 (verbale 4), tutti pubblicati il 25.11.2021 sulla piattaforma SIAPS e che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- che il Seggio di gara ha ripreso i lavori in seduta pubblica del 13.12.2021, giusta verbale accluso anch'esso al presente provvedimento, durante la quale, accertato che i punteggi tecnici erano stati regolarmente caricati a sistema, ha provveduto allo sblocco delle offerte economiche degli operatori concorrenti;
- che, ad esito della suddetta operazione, il Sistema ha restituito la graduatoria definitiva delle offerte per singolo lotto, le cui risultanze vengono in dettaglio riportate nel citato verbale;

**Rilevato, ancora:**

- che, relativamente ai lotti n. 2, 43, 60 e 61, la piattaforma SIAPS ha individuato come sospette di anomalia le offerte delle ditte Teknemark S.r.l., Sorin Group Italia S.r.l. e Abbott Medical Italia S.r.l.;
- che, pertanto, il RUP ha richiesto, nelle forme e nei termini di legge, le giustificazioni che sono state regolarmente rese, come risulta dalla documentazione agli atti;
- che le motivazioni addotte rendono ampia prova della congruità delle offerte presentate per cui può ritenersi per tutto insussistente la qualificazione di "offerta anomala";
- che, da suddetto verbale, risulta che i lotti n. 27 e n. 81, non sono aggiudicabili perché le offerte economiche, rispettivamente della ditta Febar S.R.L. e della ditta Abbott Medical Italia S.r.l., risultano non valide perché superiori ai rispettivi importi posti a base d'asta;

**Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte di:**

- approvare i verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice e del Seggio di gara tutti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, relativi alla "Procedura aperta per la fornitura di durata biennale, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità, di protesi per attività delle UU.OO.CC. di Cardiocirurgia d'Urgenza e Cardiocirurgia" suddivisa in n. 81 lotti, per un importo complessivo a base di gara di €. 5.906.118,00= Iva esclusa, gestita interamente mediante piattaforma telematica di negoziazione SIAPS in dotazione a So.Re.Sa. S.p.a.;
- approvare la graduatoria così come evincibile dal verbale del 13.12.2021;
- dichiarare insussistente la qualificazione di "offerta anomala" per le ditte Teknemark S.r.l., Sorin Group Italia S.r.l., e Abbott Medical Italia S.r.l. – lotti n. 2, 43, 60 e 61;
- dichiarare i lotti n. 27 e n. 81 non aggiudicabili perché le offerte economiche, rispettivamente della ditta Febar S.R.L. e della ditta Abbott Medical Italia S.r.l., risultano non valide ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 in quanto superiori ai rispettivi importi posti a base d'asta;
- dichiarare deserti i lotti n. 1,5,21,22,23,24,31,50,57,63,69,70,72,74 e 78;
- indire per i predetti lotti 27,81,1,5,21,22,23,24,31,50,57,63,69,70,72,74 e 78, apposita procedura di gara, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., da espletarsi tramite piattaforma SIAPS di SO.RE.SA. e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica da parte delle UU.OO.CC. Farmacia, Cardiocirurgia d'Urgenza e Cardiocirurgia dei relativi parametri tecnico-qualitativi e/o economici;
- prendere atto che, in fase di aggiudicazione, con nota del 20.10.2021 agli atti di ufficio, la ditta Corcym S.r.l., con sede in via Benigno Crespi n. 17 – Milano, ha comunicato che l'operatore economico Sorin Group Italia S.r.l., offerente per i lotti n. 33-41-43-44-51-54-60-61-75-76, ha conferito alla suddetta ditta il ramo d'azienda relativo a protesi valvolari, anelli per annuloplastica e condotti valvolati, giusta atto notarile stipulato in data 01.06.2021, Rep. 32957, Racc. 14479, a rogito del notaio Dott. Edmondo Todeschini, iscritto al Collegio Notarile di Milano;

- che, per quanto sopra, la ditta Corcym S.r.l. è subentrata nella titolarità dei contratti da stipulare con la ditta Sorin Group Italia S.r.l.;

**Ritenuto, altresì**, di aggiudicare la fornitura in argomento agli operatori economici di seguito indicati unitamente ai lotti di pertinenza ed ai prezzi praticati:

- Febar S.r.l., lotti 55, 56, 58, 62 e 79, per un importo complessivo triennale di €. 281.250,00= iva esclusa;
- Medtronic Italia S.p.a., lotti 36,38,39,41,42,47,59,71 e 75, per un importo complessivo triennale di €. 221.211,00= iva esclusa;
- Serom Medical Technology Srl, lotti 8,10,11,13,14,15,16,64 e 65, per un importo complessivo triennale di €. 1.014.564,00= iva esclusa;
- Medi Corp S.r.l., lotti 12,17,45 e 66, per un importo complessivo triennale di €. 824.788,20= iva esclusa;
- Abbott Medical Italia S.r.l., lotti 25,32,43,52,60 e 73, per un importo complessivo triennale di €. 335.970,00= iva esclusa;
- Edwards Lifesciences Italia S.p.a., lotti 34, 35, 37, 46, 48, 49 e 53, per un import complessivo triennale di €. 1.200.030,00= iva esclusa;
- Lemaitre Vascular Srl, lotto 26, per un importo complessivo triennale di €. 7.650,00= iva esclusa;
- Teknemaris S.r.l., lotti 2, 3, 4, 6, 7 e 67, per un importo complessivo triennale di €. 161.270,10= iva esclusa;
- Gada Italia S.p.a., lotti 28, 29, 30, 68 e 77, per un importo complessivo triennale di €. 68.184,00= iva esclusa;
- Fs Medical, lotto 80, per un importo complessivo triennale di €. 38.970,00= iva esclusa;
- W.L. Gore & Associati S.r.l., lotti 18, 19 e 20, per un importo complessivo triennale di €. 16.132,35= iva esclusa;
- Corcym S.r.l. (ex Sorin Group Italia S.r.l.), lotti 33, 44, 51, 54, 61 e 76, per un importo complessivo triennale di €. 773.100,00= iva esclusa;
- B. Braun Milano S.p.a., lotto 9, per un importo complessivo triennale di €. 30.600,00= iva esclusa;

**Dato atto** che la spesa complessiva per l'approvvigionamento in parola è pari ad €.4.973.719,65= oltre iva, ed è autorizzata con budget n. 23 "Area dispositivi e materiale protesico" e farà carico sul conto 501010801 "Dispositivi medici impiantabili attivi" dei rispettivi bilanci di competenza;

**Precisato:**

- che l'aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in esito alla verifica del possesso dei requisiti autocertificati e/o auto dichiarati in sede di ammissione alla procedura tramite il sistema AVCPASS e la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia);
- che, per la stipula dei relativi contratti si applicano le disposizioni in materia di "stand still" ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Dato atto, altresì**, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016:

- che tutti gli atti relativi alla procedura di gara in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";
- che nella stessa sezione saranno pubblicati i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione;
- che i medesimi atti sono altresì pubblicati sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;



**Preso atto:**

- che, con il provvedimento di indizione era stato determinato, ex deliberazione 359/2019 e ss.mm.ii., l'ammontare del fondo incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del valore di stima;
- che le risultanze di gara hanno evidenziato condizioni di mercato notevolmente inferiori alla stima iniziale;
- che è pertanto opportuno ricalcolare il predetto fondo sulla base dell'importo di aggiudicazione, rideterminandolo come segue:

Oggetto della procedura: fornitura di durata biennale, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità, di protesi per attività delle UU.OO.CC. di Cardiocirurgia d'Urgenza e Cardiocirurgia	
Totale valore della fornitura	€. 4.973.719,65
1) Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 0,00
2) Incentivo per funzioni tecniche, ai sensi del Regolamento aziendale di cui:	€. 25.993,70
2.a) incentivo da ripartire tra i soggetti aventi diritto	€. 20.794,96
2.b) accantonamento ex art. 113, comma 4, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€. 5.198,74

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico,**

**PROPONE DI**

1. Prendere atto di quanto in premessa riportato che qui si intende integralmente trascritto;
2. Approvare i verbali di gara redatti dalla Commissione Giudicatrice e dal Seggio di Gara, tutti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, relativi all'affidamento della fornitura di durata biennale, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità, di protesi per attività delle UU.OO.CC. di Cardiocirurgia d'Urgenza e Cardiocirurgia, articolata in n. 81 lotti, gestita interamente mediante piattaforma telematica di negoziazione SIAPS in dotazione a So.Re.Sa. S.p.a.;
3. Approvare la graduatoria come evincibile dal verbale del 13.12.2021 relativamente alla fornitura in argomento agli operatori economici indicati nel detto verbale unitamente ai lotti di pertinenza ed ai prezzi praticati, per un importo complessivo pari ad €. 4.973.719,65= oltre iva;
4. Dichiarare insussistente la qualificazione di "offerta anomala" per le ditte Teknemark S.r.l., Sorin Group Italia S.r.l., e Abbott Medical Italia S.r.l. – lotti n. 2, 43, 60 e 61;
5. Prendere atto che nessun operatore economico ha presentato offerta per i lotti n.1,5,21,22,23,24,31,50,57,63,69,70,72,74 e 78, e conseguentemente dichiararli deserti;
6. Dichiarare i lotti n. 27 e n. 81 non aggiudicabili perché le offerte economiche, rispettivamente della ditta Febar S.R.L. e della ditta Abbott Medical Italia S.r.l., risultano non valide ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 in quanto superiori ai rispettivi importi posti a base d'asta;
7. indire per i predetti lotti 27,81,1,5,21,22,23,24,31,50,57,63,69,70,72,74 e 78, apposita procedura di gara, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., da espletarsi tramite piattaforma SIAPS di SO.RE.SA. e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica da parte delle UU.OO.CC. Farmacia,

Cardiochirurgia d'Urgenza e Cardiochirurgia dei relativi parametri tecnico-qualitativi e/o economici;

8. Prendere atto che, per quanto sopra, la ditta Corcym S.r.l. è subentrata nella titolarità dei contratti da stipulare con la ditta Sorin Group Italia S.r.l.;
9. Precisare che l'aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in esito alla verifica del possesso dei requisiti autocertificati e/o auto dichiarati in sede di ammissione alla procedura tramite il sistema AVCPASS e la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia);
10. Precisare, altresì, che per la stipula dei relativi contratti si applicano le disposizioni in materia di "stand still" ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
11. Dare atto che la spesa complessiva per l'approvvigionamento in parola è pari ad €.4.973.719,65= oltre iva , ed è autorizzata con budget n. 23 "Area dispositivi e materiale protesico" e farà carico sul conto 501010801 "Dispositivi medici impiantabili attivi " dei rispettivi bilanci di competenza;
12. Rideterminare il fondo ex art. 113 come da prospetto esposto in premessa;
13. Comunicare il presente provvedimento agli operatori economici interessati a norma delle disposizioni vigenti;
14. Pubblicare gli atti richiesti ai fini degli adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

#### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott. ssa Graziella Ragone

IL DIRETTORE PROPONENTE

dott. Vincenzo Andriolo

#### Spesa affidamento

In data 09/02/2022, il Dirigente della U.O.C. Economico-Finanziaria attesta la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato e che la spesa complessiva di euro 1.724.223,00= IVA inclusa, per l'anno 2022 è autorizzata con il budget n. 23 "Area dispositivi e materiale protesico" che presenta la sufficiente disponibilità.

FIRMA

Il Direttore U.O.C.  
Gestione Economico Finanziaria  
Dr. Michele Chicchio

#### Spesa incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)

In data 09/02/2022, il Dirigente della U.O.C. Economico-Finanziaria attesta la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato e che la spesa complessiva di €. 25.993,70= per l'anno 2022 – quale incentivo per le funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 - è autorizzata con il budget n. 84 che presenta la sufficiente disponibilità.

FIRMA

Il Direttore U.O.C.  
Gestione Economico Finanziaria  
Dr. Michele Chicchio

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che sottoscrivono per la conferma:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Ferdinando Memoli

IL DIRETTORE SANITARIO

dott.ssa Anna Borrelli

**Per tutto quanto in premessa riportato che qui di seguito si intende integralmente trascritto**

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Ex D.P.G.R.C. N. 77 DEL 10.06.2020)**

**DELIBERA**

1. Approvare i verbali di gara redatti dalla Commissione Giudicatrice e dal Seggio di Gara, tutti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, relativi all'affidamento della fornitura di durata biennale, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità, di protesi per attività delle UU.OO.CC. di Cardiochirurgia d'Urgenza e Cardiochirurgia, articolata in n. 81 lotti, gestita interamente mediante piattaforma telematica di negoziazione SIAPS in dotazione a So.Re.Sa. S.p.a.;
2. Approvare la graduatoria come evincibile dal verbale del 13.12.2021 relativamente alla fornitura in argomento agli operatori economici indicati nel detto verbale unitamente ai lotti di pertinenza ed ai prezzi praticati, per un importo complessivo pari ad €. 4.973.719,65= oltre iva;
3. Dichiarare insussistente la qualificazione di "offerta anomala" per le ditte Teknemark S.r.l., Sorin Group Italia S.r.l., e Abbott Medical Italia S.r.l. – lotti n. 2, 43, 60 e 61;
4. Prendere atto che nessun operatore economico ha presentato offerta per i lotti n.1,5,21,22,23,24,31,50,57,63,69,70,72,74 e 78, e conseguentemente dichiararli deserti;
5. Dichiarare i lotti n. 27 e n. 81 non aggiudicabili perché le offerte economiche, rispettivamente della ditta Febar S.R.L. e della ditta Abbott Medical Italia S.r.l., risultano non valide ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 in quanto superiori ai rispettivi importi posti a base d'asta;
6. indire per i predetti lotti 27,81,1,5,21,22,23,24,31,50,57,63,69,70,72,74 e 78, apposita procedura di gara, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., da espletarsi tramite piattaforma SIAPS di SO.RE.SA. e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica da parte delle UU.OO.CC. Farmacia, Cardiochirurgia d'Urgenza e Cardiochirurgia dei relativi parametri tecnico-qualitativi e/o economici;
7. Prendere atto che, per quanto sopra, la ditta Corcym S.r.l. è subentrata nella titolarità dei contratti da stipulare con la ditta Sorin Group Italia S.r.l.;
8. Precisare che l'aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in esito alla verifica del possesso dei requisiti autocertificati e/o auto dichiarati in sede di ammissione alla procedura tramite il sistema AVCPASS e la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia);
9. Precisare, altresì, che per la stipula dei relativi contratti si applicano le disposizioni in materia di "stand still" ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
10. Dare atto che la spesa complessiva per l'approvvigionamento in parola è pari ad €.4.973.719,65= oltre iva, ed è autorizzata con budget n. 23 "Area dispositivi e materiale protesico" e farà carico sul conto 501010801 "Dispositivi medici impiantabili attivi " dei rispettivi bilanci di competenza;
11. Rideterminare il fondo ex art. 113 come da prospetto esposto in premessa;
12. Comunicare il presente provvedimento agli operatori economici interessati a norma delle disposizioni vigenti;
13. Pubblicare gli atti richiesti ai fini degli adempimenti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
14. Incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento le UU.OO.CC. Acquisizione Beni e Servizi ed Economico – Finanziaria, Servizio di Farmacia quest'ultima con funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto.

15. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**dott. Vincenzo D'Amato**

*V. D'Amato*





**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**  
*Scuola Medica Salernitana*

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DURATA BIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE ANNUALITA', DI PROTESI PER ATTIVITA' DELLE UU.OO.CC. DI CARDIOCHIRURGIA D'URGENZA E CARDIOCHIRURGIA.N. GARA 8056889**

**VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 1**

L'anno duemilaventuno, il giorno 04 del mese di Ottobre , presso questa Azienda Ospedaliero - Universitaria si è riunita, in seduta riservata, la Commissione nominata con disposizione del D.G. prot. n. 12619 del 07/05/2021

Sono presenti:

- Dr. Giancarlo Accarino in qualità di Presidente;
- Dr. Mario Miele in qualità di Componente;
- Dr. Generoso Mastrogiovanni in qualità di Componente;
- Dr. Antonio Longobardi in qualità di Componente;
- Dr. Gerardo Del Negro in qualità di Componente e segretario verbalizzante

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Quindi premette:

- che, con deliberazione n. 69 del 03.02.2021, è stata indetta una procedura aperta per la fornitura di durata triennale, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità, di protesi per attività delle UU.OO.CC. di Cardiochirurgia d'Urgenza e Cardiochirurgia, suddivisa in n. 81 lotti, per un importo complessivo a base di gara di €. 5.906.118,00= Iva esclusa, interamente gestita tramite piattaforma telematica di negoziazione "Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità" (SIAPS) in dotazione a So.Re.Sa. Spa;
- che entro il termine perentorio fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione, ovvero le ore 12,00 del 19.04.2021, hanno presentato offerta gli operatori economici, come di seguito riportati, unitamente ai lotti di partecipazione:

Ragione Sociale	Lotti Offerti
FEAR S.R.L.	27,55,56,58,62,79
MEDTRONIC Italia spa	47,59,60,71,36,38,75,39,41,42,43
Serom Medical Technology Srl	15,16,64,65,8,10,11,13,14
Medi Corp S.r.l.	45,60,61,66,2,9,12,17
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	36,43,52,60,17,25,32,61,73,81
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	34,35,37,46,48,49,53
LEMAITRE VASCULAR SRL	2,9,17,26
TEKNEMARIS SRL	67,3,4,6,7,2

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

GADA ITALIA SPA	68,77,20,28,29,30
FS MEDICAL	80
W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	18,19,20
SORIN GROUP ITALIA s.r.l.	43,44,51,54,60,33,41,61,75,76
B.BRAUN MILANO S.p.A.	2,9,10

- che nessuna offerta è stata presentata per i lotti n.1,5,21,22,23,24,31,50,57,63,69,70,72,74 e 78;

#### CIO' PREMESSO

Il Presidente acquisisce agli atti il predetto documento di "Riepilogo delle attività di verifica amministrativa", ne dà lettura in modo che tutti i presenti ne possano prendere atto anche ai fini del rilascio delle dichiarazioni di inesistenza di cause di compatibilità.

Quindi richiama gli atti presupposti della procedura in questione ed, in particolare, ne ricorda l'oggetto e le modalità di affidamento; quindi chiarisce i punti più rilevanti del Disciplinare di gara, e da' lettura dell'art. 6 di esso, rubricato "Procedura di aggiudicazione", facendo presente che la Commissione, in una o più sedute riservate, deve procedere alla valutazione tecnico – comparativa delle offerte presentate ed alla conseguente attribuzione dei punteggi di cui all'art. 6.1 "Modalità di attribuzione dei punteggi" del predetto medesimo disciplinare.

A questo punto il Presidente conferma, per il solo fatto della firma apposta in calce al presente verbale, l'accettazione dell'incarico di cui alla disposizione del D.G. prot. n. 13398/2021 e rende la dichiarazione - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di inesistenza a suo carico di cause di incompatibilità ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che consegna al segretario perché, allegata al presente verbale, venga tenuta agli atti del procedimento.

Successivamente il Presidente acquisisce anche gli atti di accettazione di incarico e le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che i componenti della Commissione hanno sottoscritto singolarmente, circa l'inesistenza a loro carico delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

Completate le attività preliminari, il Presidente prende atto di aver ricevuto dal RUP la documentazione contenuta all'interno della busta tecnica di ciascuno degli operatori offerenti, e ne trasferisce copia su supporti informatici, uno per ciascuno dei membri della Commissione, che ne accusano ricevuta per il solo fatto della firma del presente verbale.

Nella occasione concorda con gli altri componenti della Commissione, che le valutazioni tecniche delle offerte inizieranno dai lotti che hanno un unico offerente per poi proseguire con i lotti per i quali partecipano più Operatori economici.

Il medesimo Presidente, dichiara, infine, che per i lotti per i quali è presente un'unica offerta, la Commissione procederà alla mera valutazione di conformità alle specifiche tecniche capitolari non potendosi effettuare alcuna valutazione comparativa.

A questo punto, la Commissione si aggiorna a data da destinarsi, per proseguire l'esame istruttorio degli atti. La seduta termina alle ore 10:30, del che è verbale che viene, come di seguito, letto, confermato e sottoscritto.


Dr. Giancarlo Accarino (Presidente)

Dr. Mario Miele (componente)

Dr. Generoso Mastrogiovanni (componente)

Dr. Antonio Longobardi (componente)

Dr. Gerardo Del Negro (componente e Segretario verbalizzante)



**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**  
*Scuola Medica Salernitana*

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DURATA BIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE ANNUALITA', DI PROTESI PER ATTIVITA' DELLE UU.OO.CC. DI CARDIOCHIRURGIA D'URGENZA E CARDIOCHIRURGIA.N. GARA 8056889**

**VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 2**

L'anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di Ottobre , alle ore 09:00 presso questa Azienda Ospedaliero - Universitaria sono presenti:

- Dr. Giancarlo Accarino in qualità di Presidente;
- Dr. Mario Miele in qualità di Componente;
- Dr. Generoso Mastrogiovanni in qualità di Componente;
- Dr. Antonio Longobardi in qualità di Componente;
- Dr. Gerardo Del Negro in qualità di Componente e segretario verbalizzante

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Quindi premette:

- che, nella precedente seduta riservata del 04/10/2021, giusta verbale di pari data, la Commissione ha preso cognizione delle offerte presentate e stabilito che le valutazioni tecniche delle offerte iniziassero dai lotti che hanno un unico offerente per poi proseguire con i lotti per i quali partecipano più Operatori economici;
- che, per i lotti per i quali è presente un'unica offerta, si procederà alla mera valutazione di conformità alle specifiche tecniche capitolari non potendosi effettuare alcuna valutazione comparativa.

Ciò detto il Presidente dà inizio alle operazioni di valutazione che la Commissione svolge collegialmente, e le cui risultanze vengono di seguito riportate:

<b>Lotto 1</b> Protesi vascolare in dacron woven, velour solo esterno, rivestita in collagene con trattamento antimicrobico a base di acetato di argento, lunghezza cm. 30, diametro 28, 30, 32 mm	<b>Nessun operatore economico partecipante</b>
---	--

<b>Lotto 3</b> Protesi vascolare in dacron woven, velour solo esterno, rivestita di collagene, con ampolla preformata di 3 cm non pieghettata, in un unico pezzo, di dimensione costante dopo l'impianto, diametri vari.	<b>Operatore partecipante : Teknemaris Srl</b>
---	--

L'Operatore economico Teknemaris Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 4</b> Protesi vascolare in dacron woven, velour solo esterno, rivestita di collagene, con branca per perfusione anterograda, lunghezza cm 35x cm 40, diametri vari.	<b>Operatore partecipante : Teknemaris Srl</b>
---	--

L'Operatore economico Teknemaris Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 5</b> Protesi vascolare in dacron woven, velour solo esterno, rivestita di collagene, lunghezza cm 50 con quattro branche ciascuna lunga cm 3, diametri vari.	<b>Nessun operatore economico partecipante</b>
---	--

<b>Lotto 6</b> Protesi vascolare in dacron woven, doppio velour, impregnata di collagene, lunghezza cm. 50, con quattro branche angolate di diametro 12,10,8 mm, diametri vari	<b>Operatore partecipante : Teknemaris Srl</b>
---	--

L'Operatore economico Teknemaris Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 7</b> Protesi vascolare retta piccolo calibro, a due strati: strato interno in politetrafluoroetilene estruso espanso esterno in tessuto poliestere, fusi in policarbonato-uretan eparinizzata, diametro 8mm., lunghezza 80cm rinforzata	<b>Operatore partecipante : Teknemaris Srl</b>
--	--

L'Operatore economico Teknemaris Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 8</b> Protesi tubolari di dacron woven impregnate di gelatina trattabili con rifampicina di lunghezza e calibro variabili con estremità sagomata secondo la fisiologia dei seni di Valsalva per chirurgia aortica, disponibili con collare e senza collare misure varie	<b>Operatore partecipante : Serom Medical</b>
---	---

L'Operatore economico Serom Medical Technolgy Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 11</b> Protesi tubolari di dacron woven impregnate di gelatina e trattabili con rifampicina di lunghezza e calibro variabili dotate di branca laterale pe perfusione anterograda per chirurgia aortica, misure varie	<b>Operatore partecipante : Serom Medical</b>
--	---

L'Operatore economico Serom Medical Technolgy Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 12</b> Protesi tubolari di dacron woven impregnate di gelatina e trattabili con rifampicina di lunghezza e calibro variabili per chirurgia aortica	<b>Operatore partecipante : Medi Corp S.r.l.</b>
--	--

L'Operatore economico **Medi Corp S.r.l.** risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 13</b> Protesi tubolari precurvate di dacron woven impregnate di gelatina e trattabili con rifampicina di lunghezza e calibro variabili per chirurgia aortica	<b>Operatore partecipante : Serom Medical</b>
---	---

L'Operatore economico Serom Medical Technolgy Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<b>Lotto 14</b> Protesi tubolari precurve di dacron woven impregnate di gelatina e trattabili con rifampicina di lunghezza e calibro variabili dotate di branca laterale per perfusione anterograda per chirurgia aortica, misure varie	<b>Operatore partecipante : Serom Medical</b>
--	---

L'Operatore economico Serom Medical Technolgy Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 15</b> Protesi in poliestere (woven) retta, porosità zero, con collare impregnate con gelatina e trattabili con rifampicina. Varie misure.	<b>Operatore partecipante : Serom Medical</b>
--	---

L'Operatore economico Serom Medical Technolgy Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 16</b> Protesi in poliestere (woven) porosità zero impregnata di gelatina e trattabile con rifampicina con tre branche. Varie misure.	<b>Operatore partecipante : Serom Medical</b>
---	---

L'Operatore economico Serom Medical Technolgy Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 18</b> Protesi retta in PTFE espanso, rivestita da una pellicola esterna dello stesso materiale che aumenta la resistenza della sutura. Spessore 0,39 mm, lunghezza 10 cm, vari diametri	<b>Operatore partecipante : W.L. GORE &amp; ASSOCIATI SRL</b>
--	---

L'Operatore economico W.L. GORE & ASSOCIATI SRL risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 19</b> Protesi retta in gore-tex (PTFE espanso) a parete sottile 0,39 mm, STRETCH (estensibilità longitudinale superiore al 30%), varie misure.	<b>Operatore partecipante : W.L. GORE &amp; ASSOCIATI SRL</b>
---	---

L'Operatore economico W.L. GORE & ASSOCIATI SRL risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 21</b> Patches in PTFE 15x15 cm. Con spessore 0,6 mm	<b>Nessun operatore economico partecipante</b>
--	--

<b>Lotto 22</b> Patches in teflon felts cm 15x15, spessore 1,65 mm, porosità 1700 cc	<b>Nessun operatore economico partecipante</b>
---	--

<b>Lotto 23</b> Patches Savage di Dacron filamentoso sterile con segni di riferimento spessore 0,6 mm - porosità media 1600 cc., filamentoso da entrambi i lati e con un lato leggermente più pesante dell'altro.	<b>Nessun operatore economico partecipante</b>
--	--

<b>Lotto 24</b> Patch in PTFE con elastomero. Misure varie.	<b>Nessun operatore economico partecipante</b>
--	--

<b>Lotto 25</b> Patch in pericardio. Possibilità di utilizzo immediato senza necessità di risciacquo. Misure 2x5 cm	<b>Operatore partecipante : ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</b>
--	--

L'Operatore economico ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature: *ARM*  
 - A signature: *he*  
 - A signature: *me*

<p><b>Lotto 26</b> Patch in pericardio bovino fissato in gluteraldeide monomerica sottoposto a trattamento in grado di eliminare tutti i residui cellulari e di eliminare tutti i residui di aldeide liberi. Conservato in soluzione non tossica di glicol propilene pronto per l'utilizzo immediato.</p>	<p><b>Operatore partecipante : LEMAITRE VASCULAR SRL</b></p>
---	--

L'Operatore economico LEMAITRE VASCULAR SRL risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 27</b> Patch di pericardio porcino dotato di trattamento detossificante NO REACT che minimizzi la reazione infiammatoria. Conservato in una soluzione sterile atossica di alcool benzilico, pronto all'uso, non deve richiedere risciacquo. 8x14.</p>	<p><b>Operatore partecipante : FEBAR S.R.L.</b></p>
---	---

L'Operatore economico FEBAR S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 28</b> Patch cardiovascolare in Gore-tex (PTFE espanso) per ricostruzione di difetti cardiaci, grossi vasi e arterie periferiche con spessore 0,4 mm circa, con caratteristiche di microporosità e resistenza multidirezionale, varie misure.</p>	<p><b>Operatore partecipante : GADA ITALIA SPA</b></p>
---	--

L'Operatore economico GADA ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 29</b> Patch cardiovascolare in Gore-tex (PTFE espanso) per ricostruzioni cardiache, con fluoropolimero elastico, spessore 0,5 mm, risterilizzabile, elevata resistenza meccanica, microporosità e resistenza multidirezionale, varie misure.</p>	<p><b>Operatore partecipante : GADA ITALIA SPA</b></p>
---	--

L'Operatore economico GADA ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 30</b> Membrana per la sostituzione del pericardio in Gore-tex (PTFE espanso), per la prevenzione di aderenze, porosità non superiore ad 1 micron, spessore 0,1 mm, varie misure. Confezione singola, sterile, monouso.</p>	<p><b>Operatore partecipante : GADA ITALIA SPA</b></p>
---	--

L'Operatore economico GADA ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 31</b> Pericardio bovino reticolato con gluteraldeide composto da fibre multidirezionali di collagene.</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
--	---

<p><b>Lotto 32</b> Anello rigido a forma di "sella" per anuloplastica mitrale. Rigidità tridimensionale. Costituito in materiale di poliesteri con anima interna rigida in titanio. Indicatori delle commissure per la misura ed il posizionamento. Conformazione a "sella" che mima la naturale</p>	<p><b>Operatore partecipante : ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</b></p>
--	---

L'Operatore economico ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 33</b> Anello semirigido completo con anima metallica in Nitinol opportunamente sagomata, chiusa ad anello e avvolta in silicone radiopaco. Tessuto in poliestere rivestito in carbonio turbostratico. Sistema di riferimento sull'anello per il corretto dimensionamento delle corde tendinee.</p>	<p><b>Operatore partecipante : SORIN GROUP ITALIA s.r.l.</b></p>
---	--

L'Operatore economico SORIN GROUP ITALIA s.r.l. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 34</b> Anello mitralico con anima in metallo chiuso e con flessibilità della curvatura posteriore. Doppia sella. La forma dell'anello varia a seconda della misura. L'anello di sutura deve avere una porzione morbida, priva delle bande metalliche interne, per consentire l'agio nella sutura. Misure da 24 a 40 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</b></p>
---	--

L'Operatore economico EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 35</b> Anello mitralico con anima in metallo e rigido. Forma tridimensionale e asimmetrica con riduzione della curvatura in P2-P3 e del diametro anteroposteriore, per la correzione dell'insufficienza mitralica. Misure da 24 a 34 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</b></p>
--	--

L'Operatore economico EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 37</b> Anello tricupidale con anima in lega di titanio. Forma tridimensionale anatomica ad onda e flessibilità progressiva. L'anello di sutura deve presentare una porzione morbida, per consentire agio nella sutura. Misure da 26 a 36 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</b></p>
--	--

L'Operatore economico EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 38</b> Anello semirigido per plastica mitralica con anima metallica fra i trigoni in tessuto poliestere ed anima in lega metallica radiopaca (MP35) con occhielli in corrispondenza dei trigoni, Diametro 26-38 mm</p>	<p><b>Operatore partecipante : MEDTRONIC Italia spa</b></p>
--	---

L'Operatore economico MEDTRONIC Italia spa risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 39</b> Anello per plastica anulare mitralica semirigido nella parte posteriore e flessibile nella parte anteriore, pre-montato su holder in tessuto di poliestere ed anima di lega metallica radiopaca (MP35), con occhielli in corrispondenza dei trigoni. Diametro 26-38 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : MEDTRONIC Italia spa</b></p>
--	---

L'Operatore economico MEDTRONIC Italia spa risulta conforme alle richieste capitolari.

*Asse*

*B*

*m*

*he*

<p><b>Lotto 40</b> Anello tridimensionale asimmetrico a sella rigido per il rimodellamento della valvola mitrale, con nucleo in titanio sovrastampato con silicone e ricoperto di tessuto in poliestere con marker in corrispondenza dei trigoni e della parte centrale posteriore. Diametro 24-40 mm.</p>	<p>Nessun operatore economico partecipante</p>
--	--

<p><b>Lotto 42</b> Emianello semirigido per anuloplastica mitralica in poliestere con anima metallica radiopaca e con occhielli in corrispondenza dei trigoni. Misure dalla 26 alla 38</p>	<p>Operatore partecipante : MEDTRONIC Italia spa</p>
--	--

L'Operatore economico MEDTRONIC Italia spa risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 44</b> Protesi valvolare cardiaca aortica e mitralica a due emidischi curvi in carbonio pirolitico per impianto in posizione intranulare. Gabbietta in lega di titanio rivestita in carbonio turbostratico e anello di sutura morbido costituito da materiale polimerico rivestito di carbonio turbostratico. Struttura valvolare completamente ruotabile. Misure varie a partire dalla 16mm</p>	<p>Operatore partecipante : SORIN GROUP ITALIA s.r.l.</p>
--	---

L'Operatore economico SORIN GROUP ITALIA s.r.l. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 45</b> Valvola cardiaca al carbonio Pirolitico privo di silicio, corpo valvolato allungato con rapporto tra l'altezza dell'housing ed il diametro compreso tra 0,6 e 0,7 mm. Apertura dei Leaflet (lambi) a 90°, escursione dei lembi di solo 50°, svasatura all'imbocco valvolare con riparo dei Leaflet (lambi) da eventuali interferenze. Misura unica per l'intera gamma delle valvole mitraliche. Misura Aortica: 19 a 29 mm. In posizione aortica è licenziata per basso tenore di INR in associazione ad ASA.</p>	<p>Operatore partecipante : Medi Corp S.r.l.</p>
--	--

L'Operatore economico Medi Corp S.r.l. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 46</b> Bioprotesi aortica con impianto sovranulare, assemblate con tre lembi di pericardio bovino, con innovata tecnologia con preservazione del pericardio tramite neutralizzazione completa delle aldeide libere, conservazione senza liquido (a secco), predisposizione dello stent all'impianto TAVI con tecnica Valve-in-valve</p>	<p>Operatore partecipante : EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</p>
---	---

L'Operatore economico EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



<p><b>Lotto 47</b>          Protesi biologica aortica sterile in tessuto pericardio bovino tagliato a laser per impianti sovra ed intra anulari, sottoposta a trattamenti specifici per rimuovere le aldeidi presenti nel tessuto pericardico, e così ridurre il rischio di calcificazione e degenerazione dei lembi della protesi. lo stent a basso profilo in PEEK rivestito in materiale biocompatibili, riduce il rischio di ostruzione coronarica e permette il suo utilizzo in anulus aortici di piccole dimensioni. i lembi della protesi sono montati all'interno dello stent polimerico, che grazie alla sua flessibilità consente una naturale coaptazione dei lembi con conseguenza assenza di rigurgito centrale residuo.</p>	<p><b>Operatore partecipante : MEDTRONIC Italia spa</b></p>
---	---

L'Operatore economico MEDTRONIC Italia spa risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 48</b>          Protesi valvolari biologiche aortiche stented in pericardio bovino aventi le seguenti caratteristiche: impianto sopraannulare; stent in lega metallica elastica; anello anatomico; bassa protusione aortica; altezza minima dello stent in prossimità degli ostii coronarici; trattate con agenti mitiganti la calcificazione; elevato follow-up; superiore 15 anni misure 19-29 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</b></p>
--	--

L'Operatore economico EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.


<p><b>Lotto 49</b>          Protesi valvolari biologiche mitraliche stented in pericardio bovino aventi le seguenti caratteristiche: stent in lega metallica elastica; bassa protrusione ventricolare; trattata con agenti mitiganti la calcificazione; elevato follow-up; superiore 15 anni misure: 25-33 mm</p>	<p><b>Operatore partecipante : EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</b></p>
---	--

L'Operatore economico EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 50</b>          Valvola biologica aortica in pericardio bovino con stent in resina acetica rivestito in dacron e costituita da un solo foglio di pericardio avvolto all'esterno dello stent. Possibilità di impianto sia intra che sovrannulare. Follow-up pubblicato superiore a 20 anni. trattamento mitigante della calcificazione del pericardio. Anello radiopaco e riferimenti radiopachi alle commessure.</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
--	---

<p><b>Lotto 51</b>          Valvola biologica con trattamento demineralizzante senza alcun supporto e priva di materiale sintetico. Impianto sub coronarico e totalmente sovrannulare. Impiantabile con una linea di sutura. che non necessiti di lavaggi, conservata in soluzione priva di aldeidi.</p>	<p><b>Operatore partecipante : SORIN GROUP ITALIA s.r.l.</b></p>
--	--

L'Operatore economico SORIN GROUP ITALIA s.r.l. risulta conforme alle richieste capitolari.



<p><b>Lotto 52</b> Valvola cardiaca in pericardio bovino, con stent in titanio rivestito in tessuto biologico tale da assicurare un contatto solo tra elementi biologici e sottoposta a trattamento anticalcificante. Massima Area Utile (EOA) della protesi e configurazione della cuffia adatta all'impianto sopranulare.</p>	<p><b>Operatore partecipante : ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</b></p>
---	---

L'Operatore economico ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 53</b> Sistema valvolare a rilascio rapido, con valvola in pericardio, sopranulare a basso profilo con stent in lega metallica e costituita da tre foglietti pericardici. Telaio intra-sottoanulare in acciaio rivestito in dacron e velour espandibile con palloncino. Misure da 19 a 27 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</b></p>
---	--

L'Operatore economico EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 54</b> Valvola aortica biologica in pericardio bovino con ancoraggio senza suture in sede di impianto, con trattamento di neutralizzazione dei gruppi aldeidi per un impianto senza lavaggio. Stent auto espandibile e auto fissante in lega di Ni-Ti, rivestito di carbonio tirbostratico.</p>	<p><b>Operatore partecipante : SORIN GROUP ITALIA s.r.l.</b></p>
---	--

L'Operatore economico SORIN GROUP ITALIA s.r.l. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 55</b> Bioprotesi aortica porcina semi-stented completamente biologica priva di materiale polimerico con trattamento detossificante NO REACT. Provvista di tre flange da suturare nella parete aortica per migliorare l'emodinamica. Conservata in una soluzione sterile atossica di alcool benzilico al 2%, pronto all'uso non deve richiedere risciacquo. Misure: da 21 mm a 27 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : FEBAR S.R.L.</b></p>
---	---

L'Operatore economico FEBAR S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 56</b> Bioprotesi mitralica porcina completamente biologica priva di materiale polimerico con trattamento detossificante NO REACT. Conservata in una soluzione sterile atossica di alcool benzilico al 2%, pronto all'uso non deve richiedere risciacquo. Misure: 27mm-33mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : FEBAR S.R.L.</b></p>
--	---

L'Operatore economico FEBAR S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 57</b> Valvola aortica porcina trans apicale suturata su uno stent in nitinol auto espandibile, dotata di feelers con marker radiopachi che agevolano il posizionamento e l'ancoraggio della protesi stessa. La protesi deve essere riposizionabile e retraibile nella fase di predislocamento definitivo, con marchio CE per insufficienza aortica e per stenosi. Misure: da 21 a 27 mm.</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
---	---

*f. s. v. m. p. s. e.*

<p><b>Lotto 58</b>          Protesi monocuspide di pericardio porcino completamente biologica priva di materiale polimerico con trattamento detossificante NO REACT. Conservata in una soluzione sterile atossica di alcool benzilico al 2%, pronto all'uso non deve richiedere risciacquo. Misure: 28mm a 38mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : FEBAR S.R.L.</b></p>
--	---

L'Operatore economico FEBAR S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 59</b>          Protesi valvolare aortica biologica porcina senza stent, fissaggio a "pressione fisiologica" con "pressione differenziale zero" sui lembi e fissaggio a pressione (40 mmHg) dell'aradice. Costruzione: radice aortica porcina non composita. Diametro 19 - 29 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : MEDTRONIC Italia spa</b></p>
---	---

L'Operatore economico MEDTRONIC Italia spa risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 62</b>          Condotto valvolato completamente biologico, privo di materiale polimerico, in pericardio bovino, provvisto di valvola porcina stentless con trattamento detossificante NO REACT. Conservato in una soluzione sterile atossica di alcool benzilico al 2%, pronto all'uso non deve richiedere risciacquo. Misure da 21 a 29 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : FEBAR S.R.L.</b></p>
---	---

L'Operatore economico FEBAR S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 63</b>          Condotto valvolato con protesi biologica tipo stented, varie misure.</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
--	---

<p><b>Lotto 64</b>          Endoprotesi ibrida multiforcata composta da una protesi in poliestere woven, con collare per facilitare l'impianto tra protesichirurgica e stent, presuturata ad una protesistentata lunghezza 100/150mm, entrambe precoagulate con gelatina. La protesi in poliestere woven deve avere 4 branche comprendente anche una branca laterale per consentire la cannulazione arteriosa anterograda. Lunghezze e calibri variabili. Anche custom-made.</p>	<p><b>Operatore partecipante : Serom Medical</b></p>
--	--

L'Operatore economico Serom Medical Technolgy Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 65</b>          Endoprotesi ibrida composta da una protesi poliestere woven con collare per facilitare l'impianto tra protesi chirurgica e stent, presuturata ad una protesi stentata, lunghezza 100 o 150mm, entrambe precoagulate con gelatina. La protesi in poliestere woven deve avere una branca laterale per consentire la cannulazione arteriosa anterograda, lunghezza e calibro variabili. Anche custom-made.</p>	<p><b>Operatore partecipante : Serom Medical</b></p>
---	--

L'Operatore economico Serom Medical Technolgy Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

*[Handwritten signatures and initials]*

<p><b>Lotto 66</b>          Sistema di endoprotesi ibrida, composta da componente chirurgica e endoprotesica. Componente chirurgica con quattro diverse configurazioni: retta, con tre branche, mono-brancha triforcata, tutte con branca di perfusione, la quarta costituita da uno stent in filamento di nitinolo intrecciato, non rivestito, fissato prossimalmente ad un collare di feltro di PTFE. Varie misure. Componente endoprotesica con lunghezza da 120mm a 180mm e diametro da 20mm a 40mm. Sistema di rilascio pull-back rapido e intuitivo utilizzabile con e senza filo guida. Anche custom-made.</p>	<p><b>Operatore partecipante : Medi Corp S.r.l.</b></p>
---	---

L'Operatore economico Medi Corp S.r.l. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 67</b>          Sistema monouso di riparazione dell'allungamento e della rottura delle corde tendinee, mediante un approccio tra-apicale costituito da uno strumento palmare a introduzione, di una sutura in PTFE, un ago e un LV (visualizzatore di verifica dei lembi)</p>	<p><b>Operatore partecipante : Teknemarkis Srl</b></p>
---	--

L'Operatore economico Teknemarkis Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 68</b>          Impianto in EPTFE Cv-4 Cv-5 non assorbibile per ricostruzione/sostituzione corde tendinee anche con misura predeterminata mediante pledget premontati . Lunghezza sutura da 35 a 42 cm</p>	<p><b>Operatore partecipante : GADA ITALIA SPA</b></p>
--	--

L'Operatore economico GADA ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 69</b>          Endoprotesi ibrida composta da uno stent in nitinol autoespandibile ricoperto in cPTFE, a parete sottile, con legame di eparina lungo 5 o 10 cm, diametri 6, 7, 8, 9 mm, connessa ad una protesi vascolare in cPTFE 6 mm, 50 cm anch'essa con legami di eparina.</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
--	---

<p><b>Lotto 70</b>          Stent aortico struttura in Nitinol e con un disegno a celle chiuse romboidali, con il diametro delle due estremità leggermente maggiore rispetto al corpo centrale. Il corpo centrale deve essere a celle aperte, quello prossimale e distale a celle chiuse. Il diametro tra 18 e 36 mm. La lunghezza deve essere pari a 70 mm, 100 mm o 130 mm. Il componente deve essere fornito precaricato su meccanismo di rilascio puntuale.</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
---	---

<p><b>Lotto 71</b> Anello mitralico incompleto, flessibile, a forma di "sella" progressiva anteriore e posteriore che mima la naturale forma mitralica nativa. Garantisce il fisiologico movimento dell'annulus mitralico grazie alla sua flessibilità che aumenta progressivamente col'aumento della misura utilizzata. Cuffia con markers commissurali e postero-mediali che facilita la zona di sutura grazie ad un supporto di silizone. Size da 24 a 40 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : MEDTRONIC Italia spa</b></p>
--	---

L'Operatore economico MEDTRONIC Italia spa risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 72</b> Nuovo sistema monouso di impianto di corde tendinee in PTFE pre-caricate ideate su principi noti di plastica valvolare per insufficienza mitralica da rottura, allungamento e/o retrazione delle corde, mediante un approccio a cuore battente, trans-apicale costituito da un device con introduttore emostatico e sistema di rilascio a basso profilo (9 Fr).</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
--	---

<p><b>Lotto 73</b> Bioprotesi mitralica porcina con assenza del muscolo settale, "triple composite" con stent in materiale polimerico rivestito in dacron e fissate a pressione minima, sottoposta a trattamento anti-calcificazione. Basso profilo con ridotta possibilità ingombro nel tratto di efflusso ventricolare sinistro. presenza di inserti in pericardio a protezione dei lembi durante la fase di apertura. Ottima durabilità a lungo termine. Facilità di impianto durante chirurgia mini-invasiva. misure 25-33 mm</p>	<p><b>Operatore partecipante : ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</b></p>
---	---

L'Operatore economico ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 74</b> Bioprotesi mitralica porcina montata su uno stent flessibile polimerico con marker radiopachi, dotata di un innovativo sistema di impianto "Cinch" che facilita l'impianto in posizione mitralica proteggendo la valvola durante il passaggio dei punti e la loro legatura. Ottima durabilità a lungo termine. Misure 25-33 mm.</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
--	---

<p><b>Lotto 76</b> Anello semi-rigido incompleto in poliestere intrecciato con anima in silicone, per stabilizzazione anulare durante chirurgia riparativa della valvola mitralica o tricuspide. Misure 23-39 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : SORIN GROUP ITALIA s.r.l.</b></p>
---	--

L'Operatore economico SORIN GROUP ITALIA s.r.l. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 77</b> Set per realizzare la neocuspidalizzazione della valvola aortica, che può essere effettuata in tutte le patologie della valvola aortica incluse le endocardite infettive. Set completo di disponibile</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
--	---

*ADM*

*Le*

*m*

*de*  
*mp*

<b>Lotto 78</b> Micropompa assiale percutanea che fornisce assistenza meccanica al ventricolo dx e supporta il circolo polmonare del paziente generando un flusso di 4,0+L/min.	<b>Nessun operatore economico partecipante</b>
--	--

<b>Lotto 79</b> Protesi per aorta ascendente completamente biologica di pericardio bovino priva di materiale polimerico ,trattamento detossificante che impedisce il rilascio di molecole tossiche di gluteraldeide.Non richiede risciacquo prima dell'impianto.Misure varie	<b>Operatore partecipante : FEBAR S.R.L.</b>
---	--

L'Operatore economico FEBAR S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 80</b> Graft vascolare extra-limunale costituito da unostent a struttura mesh con supporto a doppia elicoide. Il graft vascolare in cromo cobalto ultra flessibile serve da scaffolding rivestimento esterno della vena safena durante CABG. Disponibile in diversi diametri e lunghezze. Da utilizzare con apposita cannula e il misuratore.	<b>Operatore partecipante : FS MEDICAL</b>
---	--

L'Operatore economico FS MEDICAL risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 81</b> sistema valvolare mitralico di sostituzione transapicale della valvola mitralica con cuscinetto apicale e sistema di introduzione che faciliti il posizionamento della valvola.La valvola deve essere interamente riposizionabile e recuperabile in modalità intraoperatoria.	<b>Operatore partecipante : ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</b>
--	--

L'Operatore economico ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.risulta conforme alle richieste capitolari.

Il Presidente, in accordo con gli altri componenti della commissione, fissa per il giorno 15 Ottobre alle ore 09:00 circa, il prosieguo delle operazioni di gara. La seduta termina alle ore 10:30.

Del che è verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.


Dr. Giancarlo Accarino (Presidente)

Dr. Mario Miele (componente)

Dr. Generoso Mastrogianni (componente)

Dr. Antonio Longobardi (componente)

Dr. Gerardo Del Negro (componente e Segretario verbalizzante)



**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**  
*Scuola Medica Salernitana*

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DURATA BIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE ANNUALITA', DI PROTESI PER ATTIVITA' DELLE UU.OO.CC. DI CARDIOCHIRURGIA D'URGENZA E CARDIOCHIRURGIA.**  
**N. GARA 8056889**

**VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 3**

L'anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di Ottobre , alle ore 09:00 presso questa Azienda Ospedaliero - Universitaria sono presenti:

- Dr. Giancarlo Accarino in qualità di Presidente;
- Dr. Mario Miele in qualità di Componente;
- Dr. Generoso Mastrogiovanni in qualità di Componente;
- Dr. Antonio Longobardi in qualità di Componente;
- Dr. Gerardo Del Negro in qualità di Componente e segretario verbalizzante

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Quindi premette che, nella precedente seduta riservata del 07/10/202, giusta verbale di pari data, la Commissione ha terminato la valutazione dei lotti per i quali era presente un unico operatore economico concorrente.

Ciò detto il Presidente concorda con la Commissione di iniziare la valutazione comparativa dei lotti per i quali sono presenti n. 2 offerte a partire dal lotto "10", esprimendo i seguenti punteggi tecnico-qualitativi per i seguenti criteri esposti nel disciplinare di gara:

- 1) maneggevolezza, ergonomia e facilità di uso: max 30 punti;
- 2) funzionalità: max 20 punti;
- 3) Caratteristiche migliorative: max 20 punti;

Le risultanze vengono di seguito riportate:

<b>LOTTO 10:</b> Protesi tubolari di dacron woven impregnate di gelatina e trattabili con rifampicina di lunghezza calibro variabili per chirurgia aortica mis. Varie	
B.BRAUN MILANO S.p.A.	Serom Medical Technology Srl
1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 15	1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 30
2)funzionalità – punti 15	2)funzionalità – punti 20
3) caratteristiche migliorative – punti 15	3) caratteristiche migliorative – punti 20
<b>TOTALE: 45 PUNTI</b>	<b>TOTALE: 70 PUNTI</b>

<b>LOTTO 20:</b> Protesi reti in Gore-tex (PTFE Espanso) eparinata stretch, a parete sottile 0,39 mm	
W.L. GORE & ASSOCIATI SRL 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 25 2) funzionalità – punti 17 3) caratteristiche migliorative – punti 15	GADA ITALIA SPA 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 22 2) funzionalità – punti 15 3) caratteristiche migliorative – punti 12
<b>TOTALE: 57 PUNTI</b>	<b>TOTALE: 49 PUNTI</b>

<b>LOTTO 36:</b> Anello flessibile regolabile. Disegno completamente flessibile, regolazione simmetrica asimmetrica della circonferenza dell'anello. Possibilità di utilizzo in procedure di chirurgia mininvasiva robotica. Misure da 25 mm a 35 mm	
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2) funzionalità – punti 10 3) caratteristiche migliorative – punti 10	MEDTRONIC Italia spa 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 25 2) funzionalità – punti 15 3) caratteristiche migliorative – punti 15
<b>TOTALE: 40 PUNTI</b>	<b>TOTALE: 55 PUNTI</b>

<b>LOTTO 41:</b> Anello aperto tridimensionale rigido per il rimodellamento della valvola tricuspide, con nucleo titanio sovrastampato con silicone e ricoperto di tessuto in poliestere. Diametro 26-36 mm	
MEDTRONIC Italia spa 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 30 2) funzionalità – punti 20 3) caratteristiche migliorative – punti 20	SORIN GROUP ITALIA s.r.l. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2) funzionalità – punti 15 3) caratteristiche migliorative – punti 10
<b>TOTALE: 70 PUNTI</b>	<b>TOTALE: 45 PUNTI</b>

<b>LOTTO 75:</b> Anello incompleto mitralico flessibile, a forma di "C", per stabilizzazione anulare durante chirurgia della valvola mitralica che permette di preservare la naturale flessibilità dell'annulus mitralico. Misure 26-38 mm.	
MEDTRONIC Italia spa 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 30 2) funzionalità – punti 20 3) caratteristiche migliorative – punti 20	SORIN GROUP ITALIA s.r.l. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2) funzionalità – punti 15 3) caratteristiche migliorative – punti 10
<b>TOTALE: 70 PUNTI</b>	<b>TOTALE: 45 PUNTI</b>

Il Presidente, in accordo con gli altri componenti della commissione, fissa per il giorno 23 Ottobre alle ore 09:00 circa, il prosieguo delle operazioni di gara. La seduta termina alle ore 10:30.  
Del che è verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Giancarlo Acciarino (Presidente)

Dr. Mario Miele (componente)

Dr. Generoso Mastrogiovanni (componente)

Dr. Antonio Longobardi (componente)

Dr. Gerardo Del Negro (componente e Segretario verbalizzante)

*Gerardo Del Negro*

*[Handwritten signatures and initials]*





**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**  
Scuola Medica Salernitana

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DURATA BIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE ANNUALITA', DI PROTESI PER ATTIVITA' DELLE UU.OO.CC. DI CARDIOCHIRURGIA D'URGENZA E CARDIOCHIRURGIA.  
N. GARA 8056889**

**VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 4**

L'anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di Ottobre , alle ore 09:00 presso questa Azienda Ospedaliero - Universitaria sono presenti:

- Dr. Giancarlo Accarino in qualità di Presidente;
- Dr. Mario Miele in qualità di Componente;
- Dr. Generoso Mastrogiovanni in qualità di Componente;
- Dr. Antonio Longobardi in qualità di Componente;
- Dr. Gerardo Del Negro in qualità di Componente e segretario verbalizzante

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Quindi premette che, nella precedente seduta riservata del 15/10/2021, giusta verbale di pari data, la Commissione ha terminato la valutazione dei lotti per i quali erano presenti n. 2 operatori economici concorrenti.

Ciò detto il Presidente concorda con la Commissione di iniziare la valutazione comparativa dei lotti per i quali sono presenti n. 3 e 4 offerte a partire dal lotto "2", esprimendo i seguenti punteggi tecnico-qualitativi per i seguenti criteri esposti nel disciplinare di gara:

- 1) maneggevolezza, ergonomia e facilità di uso: max 30 punti;
- 2) funzionalità: max 20 punti;
- 3) Caratteristiche migliorative: max 20 punti;

Per quanto concordato, il Presidente dà inizio alle operazioni di valutazione che la Commissione svolge collegialmente, e le cui risultanze vengono di seguito riportate:

<b>LOTTO 2: Protesi vascolare in dacron woven, velour solo esterno, rivestita in collagene bovino purificato tipo I, spessore parete 0,38, lunghezza cm. 15 diametri vari (20, 22, 24, 26, 28, 30, 32)</b>			
B.BRAUN MILANO S.p.A.	LEMAITREVASCULAR SRL	Medi Corp S.r.l.	TEKNEMARIS SRL
1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 15	1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 15	1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 15	1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 25
2)funzionalità – punti 15	2)funzionalità – punti 15	2)funzionalità – punti 15	2)funzionalità – punti 20
3)caratteristiche migliorative – punti 12	3)caratteristiche migliorative – punti 12	3)caratteristiche migliorative – punti 12	3)caratteristiche migliorative – punti 20
<b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>TOTALE 65 PUNTI</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<b>LOTTO 9: Protesi in PTFE a pareti sottili da 15 a 80 cm. Misure varie.</b>		
B.BRAUN MILANO S.p.A. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 25 2)funzionalità – punti 20 3) caratteristiche migliorative punti 20	LEMAITRE VASCULAR SRL 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 15 2)funzionalità – punti 15 3) caratteristiche migliorative punti 12	Medi Corp S.r.l. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 15 2)funzionalità – punti 15 3) caratteristiche migliorative punti 12
<b>TOTALE 65 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>

<b>LOTTO 17: Patch di pericardio bovino decellularizzato, stabilizzato con processo di foto-ossidazione, privo di sostanze aldeidiche</b>		
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 2)funzionalità – punti 3) caratteristiche migliorative punti	LEMAITRE VASCULAR SRL 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 2)funzionalità – punti ; 3) caratteristiche migliorative punti	Medi Corp S.r.l. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 30 2)funzionalità – punti 20 3) caratteristiche migliorative punti 20
<b>Non conforme perché NON privo di sostanze aldeidiche</b>	<b>Non conforme perché non è pericardio bovino</b>	<b>TOTALE PUNTI 70</b>

<b>LOTTO 43: Valvole cardiache meccaniche aortiche e mitraliche in carbone pirolitico con misure per entrambe le posizioni a partire da 17 mm e follow-up di 30 anni</b>		
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 30 2)funzionalità – punti 20 3) caratteristiche migliorative punti 20	MEDTRONIC Italia spa 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2)funzionalità – punti 10 3) caratteristiche migliorative punti 12	SORIN GROUP ITALIA s.r.l. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 15 2)funzionalità – punti 15 3) caratteristiche migliorative punti 12
<b>TOTALE 70 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>

<b>LOTTO 60: Tubi valvolati composti da valvole cardiache meccaniche in carbonio pirolitico e protesi tubolare dacron</b>			
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 1)maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 30 2)funzionalità – punti 20 3)caratteristiche migliorative – punti 20	Medi Corp S.r.l. 1)maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2)funzionalità – punti 10 3)caratteristiche migliorative – punti 12	MEDTRONIC Italia spa 1)maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2)funzionalità – punti 10 3) caratteristiche migliorative – punti 12	SORIN GROUP ITALIA s.r.l. 1)maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2)funzionalità – punti 10 3)caratteristiche migliorative – punti 12
<b>TOTALE 70 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>

<b>LOTTO 61: Condotto valvolato costituito da: protesi valvolare cardiaca aortica a due emidischi in carbonio pirolitico, con angolo di apertura di 78°, gabbietta in carbonio pirolitico rinforzata da un anello titanio e anello di sutura morbido costituito da materiale polimerico; struttura valvolare completamente ruotabile; conodotto vascolare in tessuto poliestere impregnato di gelatina, con conformazione dei seni di Valsalva</b>			
--	--	--	--

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten marks*

<b>ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</b> 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2) funzionalità – punti 10 3) caratteristiche migliorative punti 12 <b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>Medi Corp S.r.l.</b> 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2) funzionalità – punti 10 3) caratteristiche migliorative punti 12 <b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>SORIN GROUP ITALIA s.r.l.</b> 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 30 2) funzionalità – punti 20 3) caratteristiche migliorative punti 20 <b>TOTALE 70 PUNTI</b>
--	--	---

La seduta termina alle ore 10:30 ed il Presidente incarica altresì il componente Dr. Gerardo Del Negro di trasmettere il presente verbale e quelli delle precedenti sedute riservate al Seggio di gara. La seduta termina alle ore 10:30 circa. Del che è verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.


Dr. Giancarlo Accarino (Presidente)


Dr. Mario Miele (componente)

Dr. Generoso Mastrogiovanni (componente)

Dr. Antonio Longobardi (componente)

Dr. Gerardo Del Negro (componente e Segretario verbalizzante)





**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**  
*Scuola Medica Salernitana*

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DURATA BIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE ANNUALITA', DI PROTESI PER ATTIVITA' DELLE UU.OO.CC. DI CARDIOCHIRURGIA D'URGENZA E CARDIOCHIRURGIA. N. GARA 8056889**

**VERBALE DI GARA**  
**(seconda seduta pubblica)**

L'anno duemilaventuno, il giorno 13 (tredici) del mese di Dicembre, alle ore 10:00, presso gli Uffici della U.O.C. Servizio Acquisizione beni e servizi di questa Azienda, si è riunito il Seggio di gara, per l'espletamento della procedura di gara in oggetto indicata, così come di seguito composto:

- 1) Dott. Vincenzo Andriuolo, in qualità di Presidente;
- 2) Sig. ra Giovanna Fortunato, in qualità di Componente;
- 3) Dott.ssa Cristina della Corte, in qualità di Componente e segretario verbalizzante.

Il Presidente, accertata la regolare composizione del Seggio di gara, dichiara aperta la seduta e premette:

- che, con deliberazione n. 69 del 03.02.2021, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di durata biennale, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità, di protesi per attività delle UU.OO.CC. di Cardiochirurgia d'Urgenza e Cardiochirurgia, suddivisa in n. 81 lotti, per un importo complessivo a base di gara di €. 5.906.118,00= Iva esclusa, gestita attraverso il sistema telematico SIAPS, ai sensi dell'art. 58 del succitato Decreto;
- che nella precedente seduta di gara pubblica, giusta verbale del 20 Aprile 2021, sono stati ammessi alla fase successiva di gara, in esito alla verifica della documentazione amministrativa presentata gli Operatori economici di seguito indicati unitamente ai lotti di partecipazione:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Lotti Offerti</b>
FEBAR S.R.L.	27,55,56,58,62,79
MEDTRONIC Italia spa	47,59,60,71,36,38,75,39,41,42,43
Serom Medical Technology Srl	15,16,64,65,8,10,11,13,14
Medi Corp S.r.l.	45,60,61,66,2,9,12,17
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	36,43,52,60,17,25,32,61,73,81
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	34,35,37,46,48,49,53
LEMAITRE VASCULAR SRL	2,9,17,26
TEKNEMARIS SRL	67,3,4,6,7,2
GADA ITALIA SPA	68,77,20,28,29,30
FS MEDICAL	80
W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	18,19,20
SORIN GROUP ITALIA s.r.l.	43,44,51,54,60,33,41,61,75,76
B.BRAUN MILANO S.p.A.	2,9,10

- che nessuna offerta è stata presentata per i lotti n.1,5,21,22,23,24,31,50,57,63,69,70,72,74 e 78, che vengono, pertanto, dichiarati deserti;
- che la Commissione giudicatrice nominata con provvedimento del Direttore Generale prot. n. 12619 del 07.05.2021, ha svolto le operazioni di valutazione comparativa delle offerte tecniche medesime, giusta verbali di seduta riservata dei giorni 04.10.2021 (verbale 1), 07.10.2021 (verbale 2) , 15.10.2021 (verbale 3), 23.10.2021 (verbale 4), , tutti pubblicati il 25.11.2021 sulla piattaforma SIAPS;
- che, con avviso esposto sulla piattaforma SIAPS in data 06.12.2021, gli Operatori economici ammessi sono stati convocati per la odierna seduta pubblica di gara;

### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente di gara – dopo aver dato atto che i prospetti riepilogativi dei punteggi assegnati a ciascun operatore Economico concorrente nel corso delle sedute riservate sono stati pubblicati sulla piattaforma SIAPS – dà lettura dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice in seduta riservata e dei punteggi complessivi attribuiti.

Quindi sblocca la busta contenente l'offerta economica dei già citati Operatori economici, dando lettura e conto dell'ammontare offerto da ciascuna ditta concorrente per singolo lotto.

Completate le operazioni di apertura delle buste economiche, il Presidente dà input al sistema SIAPS perché provveda al calcolo automatico dei punteggi per la parte "prezzo" e quindi alla sommatoria di essi ai punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice.

Compiute le suddette operazioni, il sistema elabora il prospetto che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dà quindi atto e fa constatare che le offerte di taluni operatori economici per i lotti 2, 43, 60 e 61, sono state individuate dalla piattaforma SIAPS sospette di anomalia; dette offerte vanno sottoposte a verifica ex art. 97 comma 3 del vigente codice dei contratti pubblici. E' perciò fatto obbligo al RUP di richiedere, nelle forme e nei termini di legge, le giustificazioni previste dalla norma sopra indicata.

Il Presidente dà atto e fa constatare, altresì, che i lotti n. 27 e n. 81, risultano non aggiudicabili perché le offerte economiche, rispettivamente della ditta FEBAR S.R.L. e della ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L., risultano non valide perché superiori ai rispettivi importi posti a base d'asta.

A conclusione, il Presidente precisa che l'aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., solo ad esito della verifica del possesso dei requisiti autocertificati e/o auto dichiarati in gara.

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il prosieguo di competenza.

La seduta termina alle ore 12:40. Del che è verbale che viene, come di seguito, letto, approvato e sottoscritto.


Dott. Vincenzo Andriuolo (Presidente)




Sig.ra Giovanna Fortunato (componente)



Dr.ssa Cristina Della Corte (componente e Segretario verbalizzante)








Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
2	Sospetta Anomalia	TEKNEMARIS SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	95,00	65,00	30,00	12.862,80	35640	63,90909	22777,2
2	Valutato	B.BRAUN MILANO S.p.A.	Il Classificato	2	59,29	42,00	17,29	22.320,00	35640	37,37374	13320
2	Valutato	Medi Corp S.r.l.		3	59,22	42,00	17,22	22.410,00	35640	37,12121	13230
2	Valutato	LEMAITRE VASCULAR SRL		4	53,28	42,00	11,28	34.200,00	35640	4,0404	1440
3	Valutato	TEKNEMARIS SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	43.470,00	59400	26,81818	15930
4	Valutato	TEKNEMARIS SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	12.388,50	12390	0,01211	1,5
6	Valutato	TEKNEMARIS SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	28.349,10	28350	0,00317	0,9
7	Valutato	TEKNEMARIS SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	14.700,00	22140	33,60434	7440
8	Valutato	Serom Medical Technology Srl	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	22.185,00	22200	0,06757	15
9	Valutato	B.BRAUN MILANO S.p.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	87,01	65,00	22,01	30.600,00	34200	10,52632	3600
9	Valutato	Medi Corp S.r.l.	Il Classificato	2	72,00	42,00	30,00	22.455,00	34200	34,34211	11745
9	Valutato	LEMAITRE VASCULAR SRL		3	64,01	42,00	22,01	30.600,00	34200	10,52632	3600

OR OR

10	Valutato	Serom Medical Technology Srl	Aggiudicatario provvisorio	1	88,65	70,00	18,65	4.788,00	4800	0,25	12
10	Valutato	B. BRAUN MILANO S.p.A.	II Classificato	2	75,00	45,00	30,00	2.976,00	4800	38,00	1824
11	Valutato	Serom Medical Technology Srl	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	8.508,00	8520	0,14085	12
12	Valutato	Medi Corp S.r.l.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	6.298,20	36000	82,505	29701,8
13	Valutato	Serom Medical Technology Srl	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	5.388,00	5400	0,22222	12
14	Valutato	Serom Medical Technology Srl	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	9.588,00	9600	0,125	12
15	Valutato	Serom Medical Technology Srl	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	13.194,00	13200	0,04545	6
16	Valutato	Serom Medical Technology Srl	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	7.164,00	7170	0,08368	6
17	Valutato	Medi Corp S.r.l.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	21.750,00	22500	3,33333	750

CS  



18	Valutato	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	1.460,28	1494	2,25703	33,72
19	Valutato	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	7.346,07	7416	0,94296	69,93
20	Valutato	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	82,80	57,00	25,80	7.326,00	7329	0,04093	3
20	Valutato	GADA ITALIA SPA	Il Classificato	2	79,00	49,00	30,00	6.300,00	7329	14,04011	1029
25	Valutato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	1.470,00	1500	2,00	30
26	Valutato	LEMAITRE VASCULAR SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	7.650,00	8400	8,92857	750
27	Escluso	FEBAR S.R.L.				70,00		42.750,00	15750	#####	-27000
28	Valutato	GADA ITALIA SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	1.296,00	1326	2,26244	30
29	Valutato	GADA ITALIA SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	963,00	966	0,31056	3
30	Valutato	GADA ITALIA SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	2.355,00	2367	0,50697	12
32	Valutato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	9.750,00	13500	27,77778	3750
33	Valutato	SORIN GROUP ITALIA s.r.l.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	17.850,00	18000	0,83333	150
34	Valutato	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	57.555,00	57600	0,07813	45



35	Valutato	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	19.185,00	19200	0,07813	15
36	Valutato	MEDTRONIC Italia spa	Aggiudicatario provvisorio	1	77,16	55,00	22,16	5.280,00	5400	2,22222	120
36	Valutato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	Il Classificato	2	70,00	40,00	30,00	3.900,00	5400	27,77778	1500
37	Valutato	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	77.940,00	78000	0,07692	60
38	Valutato	MEDTRONIC Italia spa	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	10.800,00	11250	4,00	450
39	Valutato	MEDTRONIC Italia spa	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	10.800,00	11610	6,97674	810
41	Valutato	MEDTRONIC Italia spa	Aggiudicatario provvisorio	1	83,76	70,00	13,76	10.791,00	11250	4,08	459
41	Valutato	SORIN GROUP ITALIA s.r.l.	Il Classificato	2	75,00	45,00	30,00	4.950,00	11250	56,00	6300
42	Valutato	MEDTRONIC Italia spa	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	90.000,00	97500	7,69231	7500
43	Valutato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	Aggiudicatario provvisorio	1	96,67	70,00	26,67	81.000,00	84600	4,25532	3600
43	Valutato	MEDTRONIC Italia spa	Il Classificato	2	72,00	42,00	30,00	72.000,00	84600	14,89362	12600
43	Valutato	SORIN GROUP ITALIA s.r.l.		3	69,27	42,00	27,27	79.200,00	84600	6,38298	5400
44	Valutato	SORIN GROUP ITALIA s.r.l.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	211.500,00	213300	0,84388	1800
45	Valutato	Medi Corp S.r.l.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	46.800,00	48000	2,50	1200

P

CS  


46	Valutato	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	538.500,00	559950	3,8307	21450
47	Valutato	MEDTRONIC Italia spa	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	14.940,00	15000	0,40	60
48	Valutato	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	116.955,00	117000	0,03846	45
49	Valutato	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	194.925,00	195000	0,03846	75
51	Valutato	SORIN GROUP ITALIA s.r.l.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	6.900,00	7200	4,16667	300
52	Valutato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	176.250,00	186750	5,62249	10500
53	Valutato	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	194.970,00	195000	0,01538	30
54	Valutato	SORIN GROUP ITALIA s.r.l.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	486.000,00	495000	1,81818	9000
55	Valutato	FEBAR S.R.L.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	33.750,00	33756	0,01777	6
56	Valutato	FEBAR S.R.L.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	33.750,00	33756	0,01777	6
58	Valutato	FEBAR S.R.L.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	13.350,00	13386	0,26894	36
59	Valutato	MEDTRONIC Italia spa	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	12.600,00	13200	4,54545	600
60	Valutato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	Aggiudicatario provvisorio	1	97,78	70,00	27,78	40.500,00	46500	12,90323	6000

60	Valutato	MEDTRONIC Italia spa	II Classificato	2	72,00	42,00	30,00	37.500,00	46500	19,35484	9000
60	Valutato	SORIN GROUP ITALIA s.r.l.		3	70,85	42,00	28,85	39.000,00	46500	16,12903	7500
60	Valutato	Medi Corp S.r.l.		4	70,30	42,00	28,30	39.750,00	46500	14,51613	6750
61	Valutato	SORIN GROUP ITALIA s.r.l.	Aggiudicatario provvisorio	1	99,55	70,00	29,55	40.350,00	41925	3,75671	1575
61	Valutato	Medi Corp S.r.l.	II Classificato	2	72,00	42,00	30,00	39.750,00	41925	5,18784	2175
61	Valutato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.		3	71,44	42,00	29,44	40.500,00	41925	3,39893	1425
62	Valutato	FEBAR S.R.L.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	155.400,00	155508	0,06945	108
64	Valutato	Serom Medical Technology Srl	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	737.964,00	738000	0,00488	36
65	Valutato	Serom Medical Technology Srl	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	205.785,00	205800	0,00729	15
66	Valutato	Medi Corp S.r.l.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	749.940,00	750000	0,008	60
67	Valutato	TEKNEMARIS SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	49.499,70	49500	0,00061	0,3
68	Valutato	GADA ITALIA SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	11.070,00	11100	0,27027	30
71	Valutato	MEDTRONIC Italia spa	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	33.000,00	48000	31,25	15000

73	Valutato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	27.000,00	37350	27,71084	10350
75	Valutato	MEDTRONIC Italia spa	Aggiudicatario provvisorio	1	85,00	70,00	15,00	33.000,00	36000	8,333333	3000
75	Valutato	SORIN GROUP ITALIA s.r.l.	II Classificato	2	75,00	45,00	30,00	16.500,00	36000	54,16667	19500
76	Valutato	SORIN GROUP ITALIA s.r.l.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	10.500,00	21000	50,00	10500
77	Valutato	GADA ITALIA SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	52.500,00	54000	2,77778	1500
79	Valutato	FEBAR S.R.L.	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	45.000,00	46500	3,22581	1500
80	Valutato	FS MEDICAL	Aggiudicatario provvisorio	1	100,00	70,00	30,00	38.970,00	39000	0,07692	30
81	Escluso	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.				70,00		420.000,00	300000	-40,00	-120000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Oggetto	Procedura aperta per la fornitura di durata biennale, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità, di protesi per attività delle UU.OO.CC. di Cardiochirurgia d'Urgenza e Cardiochirurgia.
<p><b>CIG</b></p>	<p>Lotto 1 - CIG 86393633E2  Lotto 2 - CIG 8639795860  Lotto 3 - CIG 8639800C7F  Lotto 4 - CIG 8639802E25  Lotto 5 - CIG 8639804FCB  Lotto 6 - CIG 863980831C  Lotto 7 - CIG 8639812668  Lotto 8 - CIG 86398169B4  Lotto 9 - CIG 8639817A87  Lotto 10 - CIG 8639818B5A  Lotto 11 - CIG 8639819C2D  Lotto 12 - CIG 8639820D00  Lotto 13 - CIG 8639823F79  Lotto 14 - CIG 8639825124  Lotto 15 - CIG 86398261F7  Lotto 16 - CIG 863982839D  Lotto 17 - CIG 8639831616  Lotto 18 - CIG 86398337BC  Lotto 19 - CIG 8639835962  Lotto 20 - CIG 8639838BDB  Lotto 21 - CIG 8641948916  Lotto 22 - CIG 8641951B8F  Lotto 23 - CIG 8641952C62  Lotto 24 - CIG 8641955EDB  Lotto 25 - CIG 864195922C  Lotto 26 - CIG 86419624A5  Lotto 27 - CIG 86419667F1  Lotto 28 - CIG 8641970B3D  Lotto 29 - CIG 8641974E89  Lotto 30 - CIG 8641977107  Lotto 31 - CIG 8641981453  Lotto 32 - CIG 86419846CC  Lotto 33 - CIG 8641987945  Lotto 34 - CIG 8641990BBE  Lotto 35 - CIG 8641995FDD  Lotto 36 - CIG 864199825B  Lotto 37 - CIG 8642005820  Lotto 38 - CIG 8642010C3F  Lotto 39 - CIG 8642012DE5  Lotto 40 - CIG 8642014F8B  Lotto 41 - CIG 86420193AF  Lotto 42 - CIG 8642021555  Lotto 43 - CIG 86420258A1  Lotto 44 - CIG 8642030CC0  Lotto 45 - CIG 86420350F4  Lotto 46 - CIG 864203728A  Lotto 47 - CIG 8642039430  Lotto 48 - CIG 864204484F  Lotto 49 - CIG 8642047AC8  Lotto 50 - CIG 8642051E14  Lotto 51 - CIG 8642055165  Lotto 52 - CIG 86420594B1  Lotto 53 - CIG 86420637FD  Lotto 54 - CIG 86420659A3  Lotto 55 - CIG 8642066A76  Lotto 56 - CIG 8642067B49  Lotto 57 - CIG 8642071E95  Lotto 58 - CIG 8642074113  Lotto 59 - CIG 864207738C  Lotto 60 - CIG 8642079532  Lotto 61 - CIG 864208387E  Lotto 62 - CIG 8642085A24  Lotto 63 - CIG 8642089D70  Lotto 64 - CIG 8642091F16  Lotto 65 - CIG 86421786E4</p>

	Lotto 66 - CIG 864218088A Lotto 67 - CIG 8642183B03 Lotto 68 - CIG 86421911A0 Lotto 69 - CIG 8642193346 Lotto 70 - CIG 86421965BF Lotto 71 - CIG 8642197692 Lotto 72 - CIG 8642199838 Lotto 73 - CIG 8642204C57 Lotto 74 - CIG 8642205D2A Lotto 75 - CIG 8642207FD0 Lotto 76 - CIG 86449473F2 Lotto 77 - CIG 8645042258 Lotto 78 - CIG 8646947665 Lotto 79 - CIG 8646953B57 Lotto 80 - CIG 8646957EA3 Lotto 81 - CIG 864696339A
<b>Atto indizione</b>	69
<b>Data Atto indizione</b>	03/02/2021
<b>Criterio di Aggiudicazione</b>	Offerta economicamente più vantaggiosa
<b>Criterio Formulazione Offerta Economica</b>	Prezzo
<b>Termine Presentazione Offerta</b>	19/04/2021 12:00
<b>Dati di Pubblicazione</b>	
<b>Seggio di Gara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CRISTINA DELLA CORTE - Componente</li> <li>• VINCENZO ANDRIUOLO - Presidente\Soggetto Valutatore</li> <li>• giovanna fortunato - Componente</li> </ul>

Concorrenti

Riga	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Lotti Offeriti	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
1	FFBAR S.R.L.	07305510633	27,55,56,58,62,79	PI025664-21	Inviato	15/04/2021 09:34:28
2	MEDTRONIC Italia spa	09238800156	47,59,60,71,36,38,75,39,41,42,43	PI025704-21	Inviato	15/04/2021 11:33:42
3	Serom Medical Technolcgy Srl	07668030583	15,16,64,65,8,10,11,13,14	PI025853-21	Inviato	15/04/2021 16:33:30
4	Medi Corp S.r.l.	07717721216	45,60,61,66,2,9,12,17	PI025923-21	Inviato	16/04/2021 10:03:41
5	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	11264670156	36,43,52,60,17,25,32,61,73,81	PI025968-21	Inviato	16/04/2021 10:47:22
6	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	06068041000	34,35,37,46,48,49,53	PI025969-21	Inviato	16/04/2021 10:52:20
7	LEMAITRE VASCULAR SRL	09693591001	2,9,17,26	PI026010-21	Inviato	16/04/2021 12:22:14
8	TEKNEMARIS SRL	01801300631	67,3,4,6,7,2	PI026091-21	Inviato	16/04/2021 15:01:35
9	GADA ITALIA SPA	08230471008	68,77,20,28,29,30	PI026102-21	Inviato	16/04/2021 15:30:15
10	FS MEDICAL	STMFBA82M05F839Y	80	PI026153-21	Inviato	16/04/2021 17:22:10
11	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	03748120155	18,19,20	PI026226-21	Inviato	19/04/2021 10:06:02
12	SORIN GROUP ITALIA s.r.l.	10556980158	43,44,51,54,60,33,41,61,75,76	PI026266-21	Inviato	19/04/2021 10:33:31
13	B.BRAUN MILANO S.p.A.	00674840152	2,9,10	PI026300-21	Inviato	19/04/2021 11:36:12

Esame verifica amministrativa

<b>Inizio</b>	20/04/2021 10:30:46
<b>Fine</b>	28/04/2021 12:36:45

Preliminarmente il segretario verbalizzante e il Seggio di gara, presa visione dell'identità dei partecipanti alla procedura, dichiarano, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle conseguenze penali stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni, che nei propri confronti non sussistono le cause di incompatibilità/astensione di cui all'art. 77 del d.lgs. 50/2016.

Si procede poi alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo. Si dispone che l'esame della documentazione amministrativa relativa alle dichiarazioni e ai documenti richiesti negli atti di gara venga operata con l'ausilio della Direzione Gare e Contratti che, attraverso gli operatori all'uopo investiti, condurrà tale attività, riportandone il relativo esito al Seggio di gara.

Il segretario verbalizzante riporta il risultato delle operazioni di esame delle "Buste Documentazione" condotte dagli operatori della Direzione Gare e Contratti. Il Seggio ne prende atto facendone proprie le relative risultanze.

Riga	Avvalimento	Ragione Sociale	Lotti Offerti	Esito
1	no	FEBAR S.R.L.	27,55,56,58,62,79	Ammessa
2	no	MEDTRONIC Italia spa	47,59,60,71,36,38,75,39,41,42,43	Ammessa
3	no	Serom Medical Technology Srl	15,16,64,65,8,10,11,13,14	Ammessa
4	no	Medi Corp S.r.l.	45,60,61,66,2,9,12,17	Ammessa
5	no	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	36,43,52,60,17,25,32,61,73,81	Ammessa
6	no	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	34,35,37,46,48,49,53	Ammessa
7	no	LEMAITRE VASCULAR SRL	2,9,17,26	Ammessa
8	no	TEKNEMARIS SRL	67,3,4,6,7,2	Ammessa
9	no	GADA ITALIA SPA	68,77,20,28,29,30	Ammessa
10	no	FS MEDICAL	80	Ammessa
11	no	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	18,19,20	Ammessa
12	no	SORIN GROUP ITALIA s.r.l.	43,44,51,54,60,33,41,61,75,76	Ammessa
13	no	B.BRAUN MILANO S.p.A.	2,9,10	Ammessa

Note

Letto, approvato, sottoscritto.

- CRISTINA DELLA CORTE - Componente
- VINCENZO ANDRIUOLO - Presidente/Soggetto Valutatore
- giovanna fortunato - Componente