



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA
SCUOLA MEDICA SALERNITANA

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in service, di durata triennale, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità. di sistemi per diagnostica oncoematologica – Registro di sistema PIO69157-22.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

(Prima seduta riservata)

L'anno duemilaventidue, il giorno 23 (ventitre) del mese di Settembre, alle ore 09.30, nella sede amministrativa di questa Azienda, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto, nominata con disposizione del Direttore Generale prot. n. 24043 del 22/09/2022 , così come di seguito composta:

- 1) Dott. ssa Bianca Serio, in qualità di Presidente;
- 2) Dr. Francesco Verdesca, in qualità di componente;
- 3) Dott. ssa Maddalena Langella , in qualità di componente e segretario verbalizzante.

- che, con Deliberazione n. 503 del 18/07/2022 è stata indetta una gara a procedura aperta, avente ad oggetto la fornitura in service, di durata triennale, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità di un sistema per diagnostica oncoematologica, articolata in un unico lotto, per un valore complessivo a base di gara pari ad € 160.000,00 oltre iva;
- che, per l'effetto, l'U.O.C. Acquisizione beni e servizi ha avviato mediante piattaforma Siaps di So.Re.Sa., in data 04/08/2022 la procedura con registro di sistema n. PIO69157-22;
- che, nella procedura in parola è stato fissato, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 12.00 del giorno 15/09/2022, ed è stato disposto che l'aggiudicazione avvenisse mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per come desumibile dalla piattaforma Siaps di SO.Re.Sa, hanno presentato offerta telematica gli operatori economici di seguito indicati:

1. BIOMOL LABORATORIES SRL;
2. ELITECH GROUP SPA;
3. DIATECH PHARMACOGENETICS SRL;
4. DEVYSER ITALIA SRL.

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta e richiama tutti gli atti presupposti della procedura aperta ed, in particolare, ne ricorda l'oggetto, il criterio di aggiudicazione e chiarisce i punti più rilevanti del Capitolato tecnico e ricorda che la presente seduta di gara, da tenersi in forma riservata, è finalizzata a verificare la conformità della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici con quanto richiesto negli atti di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Pag. 1 a 3

Il Presidente della Commissione da atto, altresì, che in data 16/09/2022, il Seggi di Gara ha verificato la regolarità formale delle offerte tecniche pervenute da parte degli operatori economici partecipanti; Il Presidente, in presenza dei componenti della Commissione procede all'apertura delle buste tecniche pervenute sulla piattaforma Siaps di So.Re.Sa.

La Commissione, accertata la conformità tecnica delle offerte presentate dagli operatori economici Biomol Laboratories, Elitech Group, Diatech Pharmacogenetics e Devyser Italia, esaminati gli atti costituenti le offerte tecniche ed accertato che tutte le offerte risultano conformi alla prescrizione e ai requisiti capitolari, passa alla fase di valutazione dei parametri esposti nel capitolato, con la seguente attribuzione dei punteggi tecnico qualitativi:

Biomol Laboratories	Punteggio max 70
Caratteristiche tecnico-operative della strumentazione: <ul style="list-style-type: none"> • marcatura CE-IVD • minimo ingombro • quantità e tipo di accessori proposti • software dedicato per l'interpretazione automatica dei risultati ed archiviazione dei dati 	30
Caratteristiche dei reattivi e/o della metodica: <ul style="list-style-type: none"> • marcatura CE-IVD • saggio real time one step • kit comprensivi di controlli per il corretto svolgimento della reazione • tempi di esecuzione dei test • possibilità di rilevare tutti i test richiesti singolarmente o simultaneamente con un unico profilo termico. 	25
Assistenza tecnica: assistenza tecnica per tutta la durata del contratto, necessaria a garantire funzionalità, efficienza e sicurezza dell'apparecchiatura di tipo Full Risks.	10
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO	65

Elitech Group	Punteggio max 70
Caratteristiche tecnico-operative della strumentazione: <ul style="list-style-type: none"> • marcatura CE-IVD • minimo ingombro • quantità e tipo di accessori proposti • software dedicato per l'interpretazione automatica dei risultati ed archiviazione dei dati 	30
Caratteristiche dei reattivi e/o della metodica: <ul style="list-style-type: none"> • marcatura CE-IVD • saggio real time one step • kit comprensivi di controlli per il corretto svolgimento della reazione • tempi di esecuzione dei test • possibilità di rilevare tutti i test richiesti singolarmente o simultaneamente con un unico profilo termico. 	15 (non sono indicati i tempi di esecuzione della metodica ed i profili termici non sono unici per tutti i kit offerti)
Assistenza tecnica: assistenza tecnica per tutta la durata del contratto, necessaria a garantire funzionalità, efficienza e sicurezza dell'apparecchiatura di tipo Full Risks.	10
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO	55

Diatech Pharmacogenetics	Punteggio max 70
Caratteristiche tecnico-operative della strumentazione: <ul style="list-style-type: none"> • marcatura CE-IVD • minimo ingombro • quantità e tipo di accessori proposti • software dedicato per l'interpretazione automatica dei risultati ed archiviazione dei dati 	30
Caratteristiche dei reattivi e/o della metodica: <ul style="list-style-type: none"> • marcatura CE-IVD • saggio real time one step • kit comprensivi di controlli per il corretto svolgimento della reazione • tempi di esecuzione dei test • possibilità di rilevare tutti i test richiesti singolarmente o simultaneamente con un unico profilo termico. 	30 (la costituzione liofila dei kit offerti consente un hands on-time minimo. I kit sono corredati di software di analisi del risultato)
Assistenza tecnica: assistenza tecnica per tutta la durata del contratto, necessaria a garantire funzionalità, efficienza e sicurezza dell'apparecchiatura di tipo Full Risks.	10
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO	70

Devyser Italia	Punteggio max 70
Caratteristiche tecnico-operative della strumentazione: <ul style="list-style-type: none"> • marcatura CE-IVD • minimo ingombro • quantità e tipo di accessori proposti • software dedicato per l'interpretazione automatica dei risultati ed archiviazione dei dati 	30
Caratteristiche dei reattivi e/o della metodica: <ul style="list-style-type: none"> • marcatura CE-IVD • saggio real time one step • kit comprensivi di controlli per il corretto svolgimento della reazione • tempi di esecuzione dei test • possibilità di rilevare tutti i test richiesti singolarmente o simultaneamente con un unico profilo termico. 	15 (non sono indicati i tempi di esecuzione della metodica ed i profili termici non sono unici per tutti i kit offerti)
Assistenza tecnica: assistenza tecnica per tutta la durata del contratto, necessaria a garantire funzionalità, efficienza e sicurezza dell'apparecchiatura di tipo Full Risks.	10
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO	55

La Commissione termina i lavori alle ore 12.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. ssa Bianca Serio (Presidente)



Dr. Francesco Verdesca (Componente)



Dott. ssa Maddalena Langella (Componente e Segretario verbalizzante).

