MEDICORP

Lotto 1	**Introduttori idrofilici, lunghi da almeno 11 a 25 cm, almeno da 4 a 9F con miniguida metallica idrofilica da 0.025" a 0.034", sia con punta dritta che a J. Dilatatore atraumatico con assenza di scalino ed aggancio di sicurezza e valvola emostatica**	**Valutate i presidi offerti e le schede tecniche, si evince che mancato le misure da 8 e 9 F.Pertanto non risulta conforme ai requisiti richiesi in Capitolato. ESCLUSA**									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Resisenza al kinking	DISCREZIONALE	20								
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15								
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10								
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5								
A5	Gamma misure	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

TELEFLEX

Lotto 1	**Introduttori idrofilici, lunghi da almeno 11 a 25 cm, almeno da 4 a 9F con miniguida metallica idrofilica da 0,025" a 0.034", sia con punta dritta**	**Valutate i presidi offerti e le schede tecniche, offre solo 11 cm di lunghezza.Pertanto non risulta conforme ai requisiti richiesi in Capitolato. La ditta Teleflex inoltre non presenta la seguente documentazione tecnica richiesta nel Disciplinare di Gara:ALLEGATO 3-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA ed ALLEGATO 4 FOLLOW-UP DITTA PRODUTTRICE E PRODOTTI OFFERTI e risulta ESCLUSA**									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggi**	**note**
A1	Resisenza al kinking	DISCREZIONALE	20								
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15								
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10								
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5								
A5	Gamma misure	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 2	Introduttori non idrofilici, lunghi da almeno 11 a 25 cm circa, almeno da 4F a 9F con miniguida metallica da 0.035" a 0.038", sia con punta dritta o a J. Dilatatore atraumatico con assenza di scalino ed aggancio di sicurezza e valvola emostatica										
BOSTON SCIENTIFIC				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**SIAPS**
A1	Resisenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15	9	BUONO	9	BUONO	9	BUONO	9	0,6
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5	3	BUONO	3	BUONO	3	BUONO	3	0,6
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										50	

GADA				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Resisenza al kinking	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELLE	20	ECCELLE	20	1
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELLE	15	ECCELLE	15	1
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELLE	10	ECCELLE	10	1
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELLE	5	ECCELLE	5	1
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5		5		5		5	1
										70	

MEDICORP	**Valutate i presidi offerti e le schede tecniche, si evince che mancato le misure da 9 F.Pertanto non risulta conforme ai requisiti richiesi in Capitolato. ESCLUSA**			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Resisenza al kinking	DISCREZIONALE	20								
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15								
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10								
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5								
A5	Gamma misure	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

COOK	**Valutate i presidi offerti e le schede tecniche, si evince che offre fino a lunghezza di 13 cm (non fino a 25 cm come da richiesta in capitolato).Pertanto non risulta conforme ai requisiti richiesti in Capitolato. ESCLUSA**			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Resisenza al kinking	DISCREZIONALE	20								
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15								
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10								
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5								
A5	Gamma misure	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto J	Introduttori armati, idrofilici, per supporto a accessi neurovascolari, lunghi almeno da 80 a 90 cm circa, da almeno 6 a 7F diametro interno almeno da 0.088", con porzione distale ad alta flessibilità e punta radiopaca										
BIOTRONIK	La ditta offre solo la lunghezza 90 cm, non presentando la lunghezza 80 cm richiesta in Capitolato, risultando pertanto ESCLUSA			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20								
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15								
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10								
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5								
A5	Gamma misure	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

COOK	Come da nota 227874 - Michael Mf, trasmessa al RUP e a noi inoltrata in data 8.3.22, la ditta Cook ha proceduto a ritirare l'offerta del lotto in questione			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20								
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15								
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10								
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5								
A5	Gamma misure	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

CROSSMED				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	STAUS
A1	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0.6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5		5		5		5	1
										68	

GADA	La ditta offre solo al lunghezza 45/60 e 90 cm, non presentando la lunghezza 80 cm richiesta in Capitolato, risultando pertanto ESCLUSA			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20								
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15								
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10								
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5								
A5	Gamma misure	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

KARDIA	La ditta non presentando la lunghezza 80 cm richiesta in Capitolato, risulta pertanto ESCLUSA			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20								
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15								
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10								
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5								
A5	Gamma misure	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

MEDINAT				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

STRYKER				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	16	OTTIMO	16	OTTIMO	17	0,9
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										65	

TELEFLEX	Valutate i prestati offerti e le schede tecniche, La ditta Teleflex inoltra non ci ricevuta la seguente documentazione tecnica richiesta nel Disciplinare di Gara ALLEGATO 3 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA ed ALLEGATO 4 FOLLOW-UP DITTA PRODUTTRICE E PRODOTTI OFFERTI e risulta ESCLUSA										
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20								
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15								
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10								
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5								
A5	Gamma misure	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 4	Introduttori armati idrofilici, lunghi da almeno 70 a 90 cm circa, da almeno 5F a 7F, compatibili con guida da 0.038", con valvola emostatica removibile, rivestimento interno in PTFE, marker distale radiopaco										
BIOTRONIK				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Resisenza al kinking	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										69	

COOK				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Resisenza al kinking	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,800
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15	9	BUONO	9	BUON	9	BUON	9	0,600
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10	2	SUFFICIE	2	SUFFICI	2	SUFFICI	2	0,200
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5	3	BUONO	3	BUON	3	BUON	3	0,600
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1,000
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1,000
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										50	

TELEFLEX: Valutate i presidi offerti e le schede tecniche, La ditta Teleflex inoltre non presenta la seguente documentazione tecnica richiesta nel Disciplinare di Gara:ALLEGATO 3-SERVIZIO DI ASSISTENZA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Resisenza al kinking	DISCREZIONALE	20								
A2	Capacità di penetrazione	DISCREZIONALE	15								
A3	Tenuta di valvolva	DISCREZIONALE	10								
A4	Visibilità	DISCREZIONALE	5								
A5	Gamma misure	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Guida con rivestimento idrofilico esterno ; punta rastremata, superflessibile e atraumatica, con anima interna in lega metallica elastica senza saldature ,con Punta angolata a 45° con flessibilità di almeno 3 cm, lunghezza almeno 180 cm, diametro da almeno 0.035", rigidità normale

Lotto 5

	ARMEDICA			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 1)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										49	

	BOSTON			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUON	6	BUON	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENT	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										56	

	CARDINAL			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggi**	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										44	

	COOK			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	12	BUONO	8	DISCRETO	9	0,45
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										43	

	GADA			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

	MEDICORP			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	12	BUONO	9	0,5
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	8	OTTIMO	6	BUONO	7	0,7
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	8	OTTIMO	6	BUONO	7	0,7
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										43	

Lotto 6 — **Guida con rivestimento idrofilico esterno; punta rastremata, superflessibile e atraumatica, con anima interna in lega metallica elastica senza saldature. A) con Punta angolata a 45° con flessibilità di almeno 3 cm, lunghezza almeno 180 cm, diametro da almeno 0.035'', rigidità stiff**

	ABMEDICA			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	8	OTTIMO	9,3	0,93
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										46,3	

	BOSTON			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	8	OTTIM	6	BUON	7	0,7
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELL	5	ECCELE	5	1
										57	

	CARDINAL			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										46	

	COOK			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										46	

	MEDICORP			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										44	

	COLMA			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	8	DISCRETO	12	BUONO	10,6	0,53
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	12	BUONO	12	BUONO	10,6	0,53
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										42,2	

Lotto 7 — Guida con rivestimento idrofilico esterno; punta rastremata, superflessibile e atraumatica, con anima interna in lega metallica elastica senza saldature. A) con Punta angolata a 45° con flessibilità di almeno 3 cm, lunghezza almeno 260 cm, diametro da almeno 0.035", rigidità normale

ABMEDICA

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	MAPS
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										53	

BOSTON

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUON	6	BUON	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										56	

CARDINAL

Caratteristiche		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio	note	Onofaro Punteggio	note	Barbato Punteggio	note	TOTALE Punteggi	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										44	

COLMA

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barabato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		4		4		4	0,8
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										45	

COOK

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										46	

GADA

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

KARDIA

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										52	

MEDICORP

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										44	

Lotto 8 Guida con rivestimento idrofilico esterno; punta rastremata, superflessibile e atraumatica, 50 1 con anima interna in lega metallica elastica senza saldature. A) con Punta angolata a 45° con flessibilità di almeno 3 cm, lunghezza almeno 260 cm, diametro da almeno 0.035'', rigidità stiff

	ABMEDICA			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										49	

	BOSTON			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUON	6	BUON	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										56	

	CARDINAL			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										44	

	COOK			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										46	

	GADA			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

	MEDICORP			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										44	

Lotto 9	Guida in acciaio teflonata da cm 180 diametro 0.035"										
	ABMEDICA			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	**SIAPS**
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										61	

BOSTON

Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										62	

CARDINAL

Caratteristiche		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggi**	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										66	

Lotto 10	Guida in acciaio teflonata da cm 260 diametro 0.035"										
	ABMEDICA			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	**SIAPS**
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										61	

	BOSTON			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										62	

	CARDINAL			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggi**	
A1	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										66	

Lotto 11	Cateteri angiografici in nylon, con struttura armata e punta arrotondata, con marker radiopaco distale ad elevata visibilità. Resistenti ad elevate pressioni di iniezione (superiori a 1000 psi). Lunghezza da 65 a 100 cm circa, 4F e 5F, compatibili con guida 0,038", con diverse curvature della punta										
	BOSTON	Non offre la misura da 4 F richiesta nel capitolato tecnico. ESCLUSA									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Controllo di torsione	DISCREZIONALE	20								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5								
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10								
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	15								
A5	Gamma misure e curve (forme)	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

CARDINAL

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Controllo di torsione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	4	OTTIMO	4	OTTIM	4	OTTIM	4	0,8
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	2	SUFFICIE	2	SUFFIC	2	SUFFIC	2	0,2
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A5	Gamma misure e curve (forme)	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										51	

	COOK	Non offre la misura da 4 F richiesta nel capitolato tecnico. ESCLUSO									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Controllo di torsione	DISCREZIONALE	20								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5								
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10								
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	15								
A5	Gamma misure e curve (forme)	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

GADA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Controllo di torsione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A5	Gamma misure e curve (forme)	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

MEDICORP

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Controllo di torsione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	15	9	BUONO	9	BUONO	9	BUONO	9	0,6
A5	Gamma misure e curve (forme)	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										47	

Lotto 12	Cateteri in nylon, lunghi 125 cm circa, almeno da 4F a 5F, compatibili con guida 0.038", con diverse configurazioni della curva e marcatura radiopaca										
	CARDINAL			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Controllo di torsione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	BUONO	5	BUONO	5	BUONO	5	1
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	15	9	BUONO	9	BUONO	9	BUONO	9	0,6
A5	Gamma misure e curve (forme)	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										62	

CROSSMED — Manca la lunghezza da 4 F 125 cm ESCLUSO

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Controllo di torsione	DISCREZIONALE	20								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5								
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10								
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	15								
A5	Gamma misure e curve (forme)	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

MEDICORP — Manca la lunghezza da 4 F 125 cm ESCLUSO

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Controllo di torsione	DISCREZIONALE	20								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5								
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10								
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	15								
A5	Gamma misure e curve (forme)	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

MEDTRONIC — Manca la lunghezza da 4 F 125 cm. ESCLUSO

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Controllo di torsione	DISCREZIONALE	20								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5								
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10								
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	15								
A5	Gamma misure e curve (forme)	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 13	Connettori ad Y in policarbonato trasparente provvisti di una via coassiale ed una via di accesso laterale. La via coassiale è chiusa da una valvola a scatto in silicone che deve essere compatibile con dispositivi dal diametro esterno di almeno 7F. Distalmente la via coassiale deve prevedere un raccordo luer-lock maschio rotante utilizzabile per il fissaggio al catetere Connettori ad Y in policarbonato trasparente provvisti di una via coassiale ed una via di accesso laterale. La via coassiale è chiusa da una valvola a scatto in silicone che deve essere compatibile con dispositivi dal diametro esterno di almeno 7F. Distalmente la via coassiale deve prevedere un raccordo luer-lock maschio rotante utilizzabile per il fissaggio al catetere

ADMEDICA

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	note
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	18	BUONO	18	BUONO	18	BUONO	18	0,6
A2	Resistenza del materiale	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										49	

ABBOTT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	18	BUONO	18	BUONO	18	BUONO	18	0,6
A2	Resistenza del materiale	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										45	

BOSTON

La valvola adattatore è rotante e non a scatto, come richiesto dal capitolato, ESCLUSA

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	note
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30								
A2	Resistenza del materiale	DISCREZIONALE	20								
A3	Gamma misure	LINEARE	10								
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

MEDITALIA

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	note
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	18	BUONO	18	BUONO	18	BUONO	18	0,6
A2	Resistenza del materiale	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										49	

MEDICORP

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	18	BUONO	18	BUONO	18	BUONO	18	0,6
A2	Resistenza del materiale	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										44	

SVAS

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A2	Resistenza del materiale	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

TELEFLEX

Valutati i prezzi offerti e le schede tecniche, La ditta Teleflex non presenta la seguente documentazione tecnica richiesta nel Disciplinare di Gara: ALLEGATO 3-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA ed ALLEGATO 4 FOLLOW-UP DITTA PRODUTTRICE E PRODOTTI OFFERTI e risulta ESCLUSA

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	note
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30								
A2	Resistenza del materiale	DISCREZIONALE	20								
A3	Gamma misure	LINEARE	10								
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 14	Connettore ad Y trasparente provvisto di una via coassiale ed una via di accesso laterale. La via coassiale è chiusa da una valvola rotante che deve essere compatibile con cateteri fino a 9F e deve garantire la emostasi fino al calibro minimo di 0.007". Distalmente, la via coassiale deve prevedere un raccordo luer-lock maschio rotante utilizzabile per il fissaggio al catetere guida. La via laterale deve terminare con un raccordo luer-lock femmina

ABMEDICA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	0,8
A2	Ressitenza del materiale	DISCREZIONALE	20	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	0,2
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										47	

BOSTON

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLE	30	ECCELL	30	ECCELL	30	1
A2	Ressitenza del materiale	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										70	

MEDITALIA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	0,8
A2	Ressitenza del materiale	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										63	

MEDICORP

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	0,8
A2	Ressitenza del materiale	DISCREZIONALE	20	20	ECCELENTE	20	ECCELENTE	20	ECCELENTE	20	1
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELENTE	5	ECCELENTE	5	1
										62	

Lotto 15	Valvola emostatica corta per tecnica triassiale, con struttura quadricuspide in silicone presenza di via laterale in PVC che termina con rubinetto ad alta pressione a 3 vie. Deve essere compatibile con cateteri di diametro fino a 7F

GADA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A2	Ressitenza del materiale	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

MEDICORP

Non conforme al capitolato in quanto non presenta valvola quadricuspide. ESCLUSA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE									
A2	Ressitenza del materiale	DISCREZIONALE									
A3	Gamma misure	LINEARE									
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE									
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE									

STRYKER

Viene fornita valvola a Y. Non conforme al capitolato. ESCLUSA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30								
A2	Ressitenza del materiale	DISCREZIONALE	20								
A3	Gamma misure	LINEARE	10								
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 16	Valvola ad Y a due vie a scatto con accesso laterale provvisto di tubicino flessibile con 100 1 rubinetto e raccordo luer-lock										
	ABMEDICA	**Esclusa in quanto offerta valvola ad Y a vite e non a scatto**									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30								
A2	Ressitenza del materiale	DISCREZIONALE	20								
A3	Gamma misure	LINEARE	10								
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

MEDITALIA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	18	BUONO	18	BUONO	18	BUONO	18	0,6
A2	Ressitenza del materiale	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
											57

MEDICORP Esclusa in quanto manca di raccordo laterale

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30								
A2	Ressitenza del materiale	DISCREZIONALE	20								
A3	Gamma misure	LINEARE	10								
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

TELEFLEX

Valutati i presidi offerti e le schede tecniche, La ditta Teleflex inoltre non presenta la seguente documentazione tecnica richiesta nel Disciplinare di Gara:ALLEGATO 3-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA ed ALLEGATO 4 FOLLOW-UP DITTA PRODUTTRICE E PRODOTTI OFFERTI e risulta ESCLUSA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30								
A2	Ressitenza del materiale	DISCREZIONALE	20								
A3	Gamma misure	LINEARE	10								
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 17	Rubinetto a scatto ad 1 via, ad alta pressione, per utilizzo con cateteri angiografici e con iniettore automatico di mdc. Raccordo luer-lock. Costruzione in policarbonato trasparente per il riconoscimento di eventuali bolle di aria

	BOSTON										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A2	Ressitenza del materiale	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 18	Prolunga armata universale ad alta pressione per uso con iniettore automatico di mezzo di contrasto, con adattatore rotante luerlock maschio ad una estremità ed adattatore luer lock femmina all'altra estremità. Lunghezza minima 180 cm

ABMEDICA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A2	Ressitenza del materiale	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										69	

MEDITALIA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	0,8
A2	Ressitenza del materiale	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										59	

MEDICORP

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	0,8
A2	Ressitenza del materiale	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										58	

Lotto 19	Deflussori non ventilati con gocciolatore ad alta pressione, terminale luer-lock, regolatore di flusso tipo roller, Latex free. Lunghezza 190 cm

ABMEDICA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	18	BUONO	18	BUONO	18	BUONO	18	0,6
A2	Resistenza del materiale	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

45

MEDITALIA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Tenuta valvola e raccordi	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A2	Resistenza del materiale	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

69

Lotto 20	Sistemi di recupero corpi estranei endovascolari in nitinol o acciaio, ad elevata radiopacità, adatti a navigare nei vasi di piccolo calibro. Compatibili con microcateteri da 0.021" a 0.027"

MEDITALIA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Manovrabilità	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A4	Navigazione	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										59	

MEDICORP

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Manovrabilità	DISCREZIONALE	15	12	BUONO	12	BUON	12	BUON	12	0,8
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Navigazione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										65	

MEDTRONIC

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Manovrabilità	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Navigazione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 21	Sistemi di recupero corpi estranei endovascolari in nitinol a forma di "lazo", ad elevata 5 radiopacità, adatti a navigare nei vasi di piccolo calibro. Compatibili con microcateteri da 0.021" a 0.027"

MEDITALIA

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	SIAPS
A1	Manovrabilità	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A4	Navigazione	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										59	

MEDICORP

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Manovrabilità	DISCREZIONALE	15	12	BUONO	12	BUON	12	BUON	12	0,8
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Navigazione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										65	

MEDTRONIC

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Manovrabilità	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Navigazione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

LOTTO DESERTO

Lotto 22											
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Manovrabilità	DISCREZIONALE	15								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10								
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10								
A4	Navigazione	DISCREZIONALE	15								
A5	Gamma misure	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 23	Aghi seldinger monouso in teflon con mandrino metallico 18G - 7cm										
	CARDINAL										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Rigidità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A2	Penetrazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Manegevolezza	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Ecogenicità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

MEDICORP

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Rigidità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A2	Penetrazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A3	Manegevolezza	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Ecogenicità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A5	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										66	

SVAS

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Rigidità	DISCREZIONALE	10	8	BUONO	8	BUONO	8	BUONO	8	0,8
A2	Penetrazione	DISCREZIONALE	20	16	BUONO	16	BUONO	16	BUONO	16	0,8
A3	Manegevolezza	DISCREZIONALE	10	8	BUONO	8	BUONO	8	BUONO	8	0,8
A4	Ecogenicità	DISCREZIONALE	10	8	BUONO	8	BUONO	8	BUONO	8	0,8
A5	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

Lotto 24	Aghi seldinger monouso in tefon con alette laterali fisse mandrino metallico compatibile con guida 0.038" 18G - 7cm										
	CARDINAL										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Rigidità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A2	Penetrazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Manegevolezza	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Ecogenicità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

MEDICORP

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Rigidità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A2	Penetrazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A3	Manegevolezza	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Ecogenicità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A5	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										66	

SVAS

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Rigidità	DISCREZIONALE	10	8	BUONO	8	BUONO	8	BUONO	8	0,8
A2	Penetrazione	DISCREZIONALE	20	16	BUONO	16	BUONO	16	BUONO	16	0,8
A3	Manegevolezza	DISCREZIONALE	10	8	BUONO	8	BUONO	8	BUONO	8	0,8
A4	Ecogenicità	DISCREZIONALE	10	8	BUONO	8	BUONO	8	BUONO	8	0,8
A5	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

Lotto 25	Aghi seldinger monouso in tefon tipo pediatrico compatibile con guida 0.025" 20G - 5cm										
	MEDICORP			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	**SIAPS**
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Rigidità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A2	Penetrazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Manegevolezza	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Ecogenicità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

68

Lotto 26	Sistema per aspirazione trombi così costituito:cestelllo raccoglitore trombi compatibile con pompa di aspirazione tubo di aspirazione trombi, ad alta pressione, compatibile con pompa di aspirazione										
	CROSSMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Aspirazione	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLETEN	30	ECCELLETEN	30	ECCELLETEN	30	1
A2	Tenuta dei raccordi	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A3	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A4	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

MEDTRONIC

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Aspirazione	DISCREZIONALE	30	24	OTTIMO	24	OTTIM	24	OTTIM	24	0,8
A2	Tenuta dei raccordi	DISCREZIONALE	30	24	OTTIMO	24	OTTIM	24	OTTIM	24	0,8
A3	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										58	

STRYKER

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggi**	
A1	Aspirazione	DISCREZIONALE	30	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	0,8
A2	Tenuta dei raccordi	DISCREZIONALE	30	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	0,8
A3	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										58	

Lotto 27	Pompa di aspirazione per rimozione trombi in uso gratuito compatibile con la pos 26										
	CROSSMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Aspirazione	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A2	Tenuta dei raccordi	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A3	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A4	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

	MEDTRONIC										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Aspirazione	DISCREZIONALE	30	24	OTTIMO	24	OTTIM	24	OTTIM	24	0,8
A2	Tenuta dei raccordi	DISCREZIONALE	30	24	OTTIMO	24	OTTIM	24	OTTIM	24	0,8
A3	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										58	

	STRYKER										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggi**	
A1	Aspirazione	DISCREZIONALE	30	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	0,8
A2	Tenuta dei raccordi	DISCREZIONALE	30	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	OTTIMO	24	0,8
A3	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										58	

Lotto 28	Siringa sterile monouso a pressione negativa per tromboaspirazione. In policarbonato, con 450 raccordo luer-lock e sistema di blocco in multiple posizioni dello stantuffo. Capacità										
	MEDICORP										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Resistenza alla pressione	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A2	Tenuta e scorrevolezza del pistone	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A3	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A4	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

Lotto 29	siringhe luer lock in policarbonato con colore neutro da 1 a 5 ml										
	ABMEDICA										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Resistenza alla pressione	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A2	Tenuta e scorrevolezza del pistone	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A3	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	4	4		4		4		4	0,8
A4	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

Lotto 30	siringhe luer lock in policarbonato con diversi codice colore da 10 ml										
	ABMEDICA										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Resistenza alla pressione	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A2	Tenuta e scorrevolezza del pistone	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A3	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A4	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

Lotto 31	Siringa da 1ml 3ml e 5 ml luer lock in polipropilene										
	ABMEDICA										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	**SIAPS**
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Resistenza alla pressione	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A2	Tenuta e scorrevolezza del pistone	DISCREZIONALE	30	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	ECCELLENTE	30	1
A3	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A4	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

69

Lotto 32	Sistema di chiusura rapida dell'accesso arterioso femorale mediante impianto di dispositivo bio-riassorbibile. Compatibile per introduttori femorali di varie misure										
	CARDINAL			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Facilità d'uso	DISCREZIONALE	15	9	BUONO	9	BUONO	9	BUONO	9	0,6
A2	Sicurezza occlusione	DISCREZIONALE	15	3	SUFFICIENTE	3	SUFFICIENTE	3	SUFFICIENTE	3	0,2
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Gamma misure	LINEARE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

42

GADA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Facilità d'uso	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A2	Sicurezza occlusione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A3	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A5	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

70

Lotto 33	Catetere portante armato, con punta atraumatica e radiopaca, con diverse configurazioni della curva. Calibri da 5F (circa 0.056''), 6F (circa 0.070'') e 7F (circa 0.078''). Lunghezza circa										
	BOSTON	Non offre la misura di 5F. Escluso									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Controllo di torsione	DISCREZIONALE	15								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10								
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10								
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10								
A5	Gamma misure e curve (forme)	LINEARE	5								
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

MEDINAT

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Controllo di torsione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A5	Gamma misure e curve (forme)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1

Lotto 34	Catetere portante armato per applicazioni neurovascolari, con struttura flessibile e atraumatica della porzione distale, provvista di rivestimento idrofilo e marcatura radiopaca. Diametro esterno da 6F, 7F e 8F. Lunghezza circa 80, 90, 100 cm. Comprensivo di dilatatore										
	BOSTON			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	**SIAPS**
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo di torsione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure e curve (forme)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 35	Catetere guida ad ampio lume 6Fr ad alto supporto rinforzato prossimalmente con fili di acciaio a sezione piatta e rotonda che conferiscono al catetere elevato supporto e stabilitá e distalmente con coiling di platino per conferire una elevata flessibilità e capacità di navigazione distale. Ampia gamma di lunghezze.										
	CARDINAL			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Controllo di torsione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure e curve (forme)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

Lotto 36											
	LOTTO DESERTO			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Controllo di torsione	DISCREZIONALE	15								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10								
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10								
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10								
A5	Gamma misure e curve (forme)	LINEARE	5								
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 37

	Catetere portante con alto supporto prossimale e segmento distale morbido per cateterismo distale intracranico. Fornito di rivestimento idrofilico esterno, di armatura e di estremità radiopaca. Diametro esterno fino a 5F ed interno fino a 0.055" lunghezze varie										
	BALT	**La ditta offre solo la misura di 6F. ESCLUSA**									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10								
A3	Diametro Interno	LINEARE	10								
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10								
A5	Gamma misure	LINEARE	5								
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

CROSSMED		**La ditta offre solo la misura di 6F. ESCLUSA**									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10								
A3	Diametro Interno	LINEARE	10								
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10								
A5	Gamma misure	LINEARE	5								
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

IMPLEMED		**La ditta offre cateteri con lume interno superiore a 0.055". Non risponde al capitolato ESCLUSA**									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10								
A3	Diametro Interno	LINEARE	10								
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10								
A5	Gamma misure	LINEARE	5								
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 38

	Catetere portante con alto supporto prossimale e segmento distale morbido per cateterismo distale intracranico. Fornito di rivestimento idrofilico esterno, di armatura e di estremità radiopaca. Diametro esterno fino a 5F ed interno oltre 0.055" lunghezze varie

CROSSMED **Offre solo la misura di 6F esterna. ESCLUSA**

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10								
A3	Diametro Interno	LINEARE	10								
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10								
A5	Gamma misure	LINEARE	5								
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

IMPLEMED Sono ammessi solo i codici GC595M2 e GC959ST rispondenti al Capitolato

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15	9	BUONO	9	BUONO	9	BUONO	9	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Diametro Interno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	0,4
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

Lotto 39 **Catetere portante con alto supporto prossimale e segmento distale morbido per cateterismo distale intracranico . Fornito di rivestimento idrofilico esterno, di armatura e di estremità radiopaca. Diametro esterno 6F ed interno fino 0.070" lunghezze varie**

	BALT			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	**SIAPS**
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15	9	BUONO	9	BUONO	9	BUONO	9	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A3	Diametro Interno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELENTE	5	ECCELENTE	5	ECCELENTE	5	1
										58	

CROSSMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A3	Diametro Interno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										68	

IMPLEMED Non rispondente al Capitolato in quanto offrono due codici di misure da 5F (codice GC595M2, GC595ST) e

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10								
A3	Diametro Interno	LINEARE	10								
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10								
A5	Gamma misure	LINEARE	5								
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Catetere portante con alto supporto prossimale e segmento distale morbido per cateterismo distale intracranico. Fornito di rivestimento idrofilico esterno, di armatura e di estremità radiopaca. Diametro esterno 6F ed interno oltre 0.070" lunghezze varie

Lotto 40

	CROSSMED			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A3	Diametro Interno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

IMPLEMED

Sono ammessi i seguenti codici: CG6955T; CG695M2. Sono esclusi in quanto non conformi per misura i codici

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15	9	BUONO	9	BUON	9	BUON	9	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	4	DISCRET	4	DISCRE	4	DISCRE	4	0,4
A3	Diametro Interno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	4	DISCRET	4	DISCRE	4	DISCRE	4	0,4
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	0,2
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										42	

MEDINAT

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15	9	BUONO	9	BUONO	15	BUONO	9	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Diametro Interno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										54	

	MEDTRONIC			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A3	Diametro Interno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Cateteri portanti per procedure neuroradiologiche in grado di avanzare a livello di vasi intracranici (prossimale alla sede del trattamento).
Sezione armata lunga circa 120/135 cm
di calibro esterno circa 4F.

Lotto 41

	BALT			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A3	Diametro Interno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

CROSSMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A3	Diametro Interno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										68	

KARDIA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15	3	BUONO	3	BUONO	3	BUONO	9	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	0,4
A3	Diametro Interno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	0,4
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	0,2
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										42	

	MEDTRONIC			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A3	Diametro Interno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Cateteri intermedi per accesso coassiale ai vasi intracranici distali, con calibro da 3-4 F circa. Struttura particolarmente morbida della punta ed ampio calibro interno compatibili con la tecnica di tromboaspirazione o con il trattamento di aneurismi o malformazioni vascolari. Disponibili differenti lunghezze

Lotto 42

	CROSSMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

Cateteri intermedi da circa 5F, con struttura particolarmente morbida della punta e calibro interno inferiore a 0,055", compatibili con la tecnica di navigazione endovascolare coassiale per tromboaspirazione.

Lotto 43

	BALT	E' ammesso solo il codice TCK070-036-2, rispondente alla richiesta del Capitolato; il codice TC070-2 in quanto non rispondente alla misura richiestra.									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	0,4
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										45	

CROSSMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										68	

IMPLEMED Sono ammessi solo i codici DA5115ST, DA5125ST, compatibili con la specifica richiesta di capitolato

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5	5	5	5	5	5	5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

TECNOSTIM

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	0,2
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	1	SUFFICIENTE	1	SUFFICIENTE	1	SUFFICIENTE	1	0,2
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	0,2
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	0,2
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
										31	

Lotto 44 — **Cateteri intermedi da circa 5F circa, con struttura particolarmente morbida della punta e calibro interno superiore a 0,055", compatibili con la tecnica di navigazione endovascolare coassiale per tromboaspirazione.**

	CROSSMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

IMPLEMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										68	

STRYKER

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMA	16	OTTIMA	16	OTTIMA	16	0,8
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	BUONO	8	BUONO	8	BUONO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										64	

TECNOSTIM

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione	DISCREZIONALE		4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	0,2
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	1	SUFFICIENTE	1	SUFFICIENTE	1	SUFFICIENTE	1	0,2
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	0,2
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	0,2
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
										31	

Cateteri intermedi da 6F circa, con struttura particolarmente morbida della punta e calibro interno inferiore a 0,070", compatibili con la tecnica di navigazione endovascolare coassiale per tromboaspirazione.

Lotto 45

	CROSSMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

STRYKER

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMA	16	OTTIMA	16	OTTIMA	16	0,8
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										62	

TECNOSTIM

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	0,2
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	1	SUFFICIENTE	1	SUFFICIENTE	1	SUFFICIENTE	1	0,2
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	0,2
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	0,2
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4

Lotto 46 **Cateteri intermedi da 6F circa, con struttura particolarmente morbida della punta e calibro interno da 0,070", compatibili con la tecnica di navigazione endovascolare coassiale per tromboaspirazione.**

	BALT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	0,4
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										45	

MEDTRONIC

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	8	BUONO	10	BUON	8	BUON	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										68	

TECNOSTIM

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	0,2
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	1	SUFFICIENTE	1	SUFFICIENTE	1	SUFFICIENTE	1	0,2
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	0,2
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	0,2
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
										31	

Lotto 47

Cateteri intermedi da 6F circa, con struttura particolarmente morbida della punta ed ampio calibro interno superiore a 0,070", compatibili con la tecnica di navigazione endovascolare coassiale per tromboaspirazione.

CROSSMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										62	

MEDINAT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	BUON	10	ECCELL	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										62	

MEDTRONIC

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	BUONO	10	ECCELLENTE	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										64	

PHENOX

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

STRYKER

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Diametro Interno	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	BUONO	10	ECCELLENTE	8	0,8
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Atraumaticità della punta	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										58	

Lotto 48

Microcateteri per uso intracranico superselettivo, flusso-dipendenti, con punta staccabile di diverse lunghezze. Rivestimento interno compatibile con DMSO. Diametro 1.5 fr circa

	MEDTRONIC										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Microcateteri per uso intracranico superselettivo, flusso-dipendenti, con punta NON staccabile, termomodellabile. Lunghezza fino a 165 cm e diametro distale compreso tra 1,2Fr e 1,8Fr

Lotto 49

	MEDTRONIC										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Diametro diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										58	

BALT

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUON	12	BUON	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Diametro diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										60	

Lotto 50 **Microcateteri per uso intracranico, con diametro interno circa 0.0165" punta morbida**

BALT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	SIAPS
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	BUONO	5	BUONO	5	BUONO	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										54	

CROSSMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRET	8	DISCRE	8	DISCRE	8	0,4
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										54	

IMPLEMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

MEDTRONIC

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

Lotto 51 **Microcateteri per uso intracranico, con diametro interno circa 0.0165" punta media**

CROSSMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRET	8	DISCRE	8	DISCRE	8	0,4
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										54	

IMPLEMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

MEDTRONIC

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

Lotto 52 — **Microcateteri per uso intracranico, con diametro interno circa 0.0165" punta diritta e preformata**

BALT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	MAPS
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										58	

CROSSMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRET	8	DISCRE	8	DISCRE	8	0,4
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										54	

IMPLEMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

MEDINAT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	3	BUONO	3	BUONO	3	BUONO	3	0,6
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	0,4
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										50	

MEDTRONIC

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

STRYKER

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 53 Microcateteri per uso intracranico, con diametro interno circa 0.0165" punta diritta e preformata e termomodellabile

BALT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	SIAPS
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	BUONO	5	BUONO	5	BUONO	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										54	

CROSSMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUON	12	BUON	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										58	

IMPLEMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

MEDINAT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	3	BUONO	3	BUONO	3	BUONO	3	0,6
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	0,4
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										46	

MEDTRONIC

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

Lotto 54 **Microcateteri per uso intracranico, con diametro interno circa 0.021" punta morbida**

CROSSMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUON	12	BUON	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										58	

IMPLEMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	12	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

MEDTRONIC

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	26	OTTIMO	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

PHENOX

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

Lotto 55 Microcateteri per uso intracranico, con diametro interno circa 0.021" punta media

CROSSMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	SIAC
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										58	

IMPLEMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	12	ECCELL	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										68	

MEDTRONIC

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	26	OTTIMO	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

PHENOX

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

STRYKER

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										64	

Lotto 56 Microcateteri per uso intracranico, con diametro interno circa 0.021" punta diritta preformata

BALT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	SIAPS
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										58	

CROSSMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUON	12	BUON	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										58	

MEDINAT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	3	BUONO	3	BUONO	3	BUONO	3	0,6
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	0,4
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										46	

MEDTRONIC

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	26	OTTIMO	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

PHENOX

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

Lotto 57 Microcateteri per uso intracranico, con diametro interno circa 0.021" punta diritta e preformata e termomodellabile

BALT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	SIAPS
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacita	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										58	

CROSSMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUON	12	BUON	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										58	

MEDINAT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	3	BUONO	3	BUONO	3	BUONO	3	0,6
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	0,4
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										46	

MEDTRONIC

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	26	OTTIMO	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

PHENOX

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

Lotto 58 Microcateteri per uso intracranico, con diametro interno circa 0.027" punta morbida

CROSSMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	SIAPS
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										58	

IMPLEMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	12	ECCELL	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										68	

MEDTRONIC

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

STRYKER

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										56	

Lotto 59 Microcateteri per uso intracranico, con diametro interno circa 0.027" punta media

CROSSMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	SIAPS
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										58	

IMPLEMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	12	ECCELL	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										68	

MEDTRONIC

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

STRYKER

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										56	

Lotto 60 **Microcateteri per uso intracranico, con diametro interno circa 0.027" punta media termomodellabile**

	CROSSMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										58	

IMPLEMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	12	ECCELL	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										68	

MEDTRONIC

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

Lotto 61 **Microcateteri per uso intracranico, con diametro interno circa 0.028"**

	IMPLEMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	12	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

Lotto 62 **Microcateteri per uso intracranico, con diametro compreso tra 0.022" e 0.026"**

	BALT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIPAS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										58	

PHENOX ESCLUSO in quanto offre solo microcatetere da 0.021"

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5								
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10								
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10								
A5	Gamma misure	LINEARE	5								
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 63 **Microcateteri per uso intracranico, con diametro interno 0.017" punta morbida**

	MEDTRONIC										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

60

Lotto 64 **Microcateteri per uso intracranico, con diametro interno 0.017" punta media**

	MEDTRONIC										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rapporto diametro interno/esterno	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Supporto e stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

60

Lotto 65 **Cateteri a palloncino per angioplastica carotidea, sistema monorail compatibile con guida da 0.014", diametro del palloncino almeno da**

	ABMEDICA			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	**SIAPS**
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Rapidità sgonfiaggio	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Crossing profile	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A3	Pressione massima	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	10	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										49	

BOSTON

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Rapidità sgonfiaggio	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A2	Crossing profile	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A3	Pressione massima	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

CARDINAL

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Rapidità sgonfiaggio	DISCREZIONALE	20	8	BUONO	8	BUONO	8	BUONO	12	0,6
A2	Crossing profile	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A3	Pressione massima	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	10	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	0,4
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										42	

Lotto 66 **Cateteri a palloncino per angioplastica carotidea, sistema monorail compatibile con guida da 0.018", diametro del palloncino almeno da**

	BOSTON			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	**SIAPS**
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Rapidità sgonfiaggio	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Crossing profile	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Pressione massima	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

CARDINAL ESCLUSO. Offre catetere a palloncino da 0.014 e non 0.018 come richiesto da capitolato

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Rapidità sgonfiaggio	DISCREZIONALE	20								
A2	Crossing profile	DISCREZIONALE	20								
A3	Pressione massima	LINEARE	5								
A4	Scorrevolezza	DISCREZIONALE	10								
A5	Gamma misure	LINEARE	5								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 67	Pallone per occlusione a doppio lume, DMSO compatibile, per utilizzo intracranico, indicato per remodeling, trattamento del vasospasmo, terapia delle malformazioni arterovenose o test di occlusione. Fornito di valvola di spurgo dell'aria, il palloncino deve essere disponibile in differenti misure e deve presentare tempi ridotti di gonfiaggio e sgonfiaggio.

	BALT			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Crossing profile	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Navigazione	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A3	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Rapidità sgonfiaggio	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A6	Atraumaticità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A7	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A8	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

68

IMPLEMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Crossing profile	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A2	Navigazione	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A3	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Stabilità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A5	Rapidità sgonfiaggio	DISCREZIONALE	5	2	DISCRET	2	DISCRE	2	DISCRE	2	0,4
A6	Atraumaticità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A7	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A8	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1

59

Lotto 68	Microcateteri a palloncino monorail a scambio rapido per angioplastica di stenosi intracraniche, a basso profilo. Misure circa da diametro										
	PHENOX			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Crossing profile	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Navigazione	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A3	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Rapidità sgonfiaggio	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A6	Atraumaticità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A7	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A8	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 69	LOTTO DESERTO										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Crossing profile	DISCREZIONALE	20								
A2	Navigazione	DISCREZIONALE	10								
A3	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10								
A4	Stabilità	DISCREZIONALE	10								
A5	Rapidità sgonfiaggio	DISCREZIONALE	5								
A6	Atraumaticità	DISCREZIONALE	5								
A7	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A8	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 70	Pallone per occlusione a singolo lume per utilizzo intracranico, indicato per remodeling, trattamento del vasospasmo o test di occlusione. Il palloncino deve presentare tempi ridotti di gonfiaggio e sgonfiaggio. Differenti tipologie di misura e di complianza del palloncino

	BALT			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Crossing profile	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Navigazione	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A3	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Stabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Rapidità sgonfiaggio	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A6	Atraumaticità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A7	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A8	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

MEDTRONIC

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Crossing profile	DISCREZIONALE	20	8	DISCRET	8	DISCRE	8	DISCRE	8	0,4
A2	Navigazione	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUON	6	BUON	6	0,6
A3	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUON	6	BUON	6	0,6
A4	Stabilità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUON	6	BUON	6	0,6
A5	Rapidità sgonfiaggio	DISCREZIONALE	5	2	DISCRET	2	DISCRE	2	DISCRE	2	0,4
A6	Atraumaticità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A7	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A8	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										43	

STRYKER

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Crossing profile	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Navigazione	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Stabilità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A5	Rapidità sgonfiaggio	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
A6	Atraumaticità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A7	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A8	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										43	

Lotto 71	Pallone per occlusione, a singolo lume, per utilizzo intracranico con tecnica di remodelling dei seni venosi durali										
	MEDTRONIC			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	**SIAPS**
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Crossing profile	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Navigazione	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A3	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Stabilità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A5	Rapidità sgonfiaggio	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
A6	Atraumaticità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A7	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A8	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

Lotto 72											
	BALT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	**SIAPS**
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

Lotto 73	Microguide neurovascolari con diametro circa 0.008"										
	BALT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

KARDIA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										58	

MEDTRONIC

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	0,2
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										42	

Lotto 74

Microguide neurovascolari con diametro circa 0.010" cm 200 circa punta media

KARDIA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

MEDTRONIC

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	0,2
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										42	

Lotto 75	Microguide neurovascolari con diametro circa 0.010" cm 300 circa

BALT — E' rispondente al capitolato solo il codice: HYBRID10D300 che viene pertanto ammesso

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUONO	12	BUONO	12	0,6
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

45

KARDIA

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

60

STRYKER — E' rispondente al capitolato solo il codice: M00316330 che viene pertanto ammesso

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

70

Lotto 76	Microguide neurovascolari con diametro circa 0.010" cm 200 circa punta morbida										
	KARDIA										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

	MEDTRONIC										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	12	BUONO	12	BUON	12	BUON	12	0,6
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUON	6	BUON	6	0,6
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	4	SUFFICIE	4	SUFFICI	4	SUFFICI	4	0,2
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										42	

	STRYKER										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

E' rispondente al capitolato solo il codice: M00316310 che viene pertanto ammesso

Lotto 77	Microguide neurovascolari ad elevato controllo di torsione per navigazione intracranica, fornite di rivestimento idrofilico, con diametro costante su tutta la lunghezza pari a 0,014", circa cm 200 allungabile con estensione

IMPLEMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

PHENOX

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										62	

Lotto 78											
	Estensione per allungamento compatibile con microguida voce precedente										
	IMPLEMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	**SIAPS**
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

	PHENOX										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										62	

Lotto 79	
	Microguide neurovascolari ad elevato controllo di torsione per navigazione intracranica, fornite di rivestimento idrofilico, con diametro costante su tutta la lunghezza pari a 0,014", circa cm 200 punta morbida

BALT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	STAPS
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										44	

KARDIA

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

MEDINAT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										43	

MEDTRONIC

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										43	

PHENOX

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										43	

STRYKER Sono rispondenti tutti i codici offerti a tale voce del capitolato tranne i seguenti codici:M00316330,

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 80	Microguide neurovascolari ad elevato controllo di torsione per navigazione intracranica, fornite di rivestimento idrofilico, con diametro costante su tutta la lunghezza pari a 0,014", circa cm 200 punta media e supporto medio

BALT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	MAPS
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up data (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										44	

IMPLEMED

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbata Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRET	8	DISCRE	8	DISCRE	8	0,4
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRET	8	DISCRE	8	DISCRE	8	0,4
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up data (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										46	

KARDIA

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up data (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

MEDINAT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up data (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										43	

MEDTRONIC

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up data (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										43	

PHENOX

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up data (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										43	

STRYKER Sono rispondenti tutti i codici offerti a tale voce del capitolato tranne i seguenti codici M00316330

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up data (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 81	Microguide neurovascolari ad elevato controllo di torsione per navigazione intracranica, fornite di rivestimento idrofilico, con diametro prossimale 0,014", distale 0.012" con possibilità di connettere la prolunga										
	IMPLEMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

Lotto 82	prolunga permicroguida suddetta										
	IMPLEMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

Lotto 83	Microguide neurovascolari ad elevato controllo di torsione per navigazione intracranica, fornite di rivestimento idrofilico, con diametro costante su tutta la lunghezza pari a 0,014", circa cm 300 punta morbida

KARDIA — Sono ammessi solo i codici WAINCKI 300 e WAINCKI300RC in quanto rispondenti al Capitolato

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

MEDINAT — Sono ammessi solo i codici 601315, 601415 in quanto rispondenti al Capitolato

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRET	8	DISCRE	8	DISCRE	8	0,4
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	2	DISCRET	2	DISCRE	2	DISCRE	2	0,4
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRET	8	DISCRE	8	DISCRE	8	0,4
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										43	

STRYKER — Sono ammessi solo le lunghezze da 300 cm, rispondenti al Capitolato (vedi codici in All.2)

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 84	Microguide neurovascolari ad elevato controllo di torsione per navigazione intracranica, fornite di rivestimento idrofilico, con diametro costante su tutta la lunghezza pari a 0,014", circa cm 300 punta media e supporto medio

	KARDIA	Sono ammessi solo i codici WAINCKI 300 e WAINCKI300RC in quanto rispondenti al Capitolato									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

Lotto 85	

Microguide neurovascolari per navigazione intracranica, con diametro prossimale 0,014" e 1 diametro distale 0,012"

	BALT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Controllo torsione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Rimodellabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Radiopacità	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Navigazione	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

Lotto 86	Microspirali in platino per embolizzazione di aneurismi intracranici, con sistema di distacco termico. Le spirali devono essere stretch-resistant ed offrire ampia variabilità per quanto riguarda morfologie, misure e differenti gradi di morbidezza. Compatibili con micro da 0.017"										
	BALT			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Stabilità del cast	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A2	Sofficità	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A3	gamma forme e misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	affidabilità del distacco	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	adattabilità alla sacca	DISCREZIONALE	5	5		5		5		5	1
A7	caratteristiche miglioRative	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A8	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A9	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

IMPLEMED — **Escluso in quanto il distacco della spirale è termoelettrico e non termico**

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Stabilità del cast	DISCREZIONALE	15								
A2	Sofficità	DISCREZIONALE	15								
A3	gamma forme e misure	LINEARE	5								
A4	affidabilità del distacco	DISCREZIONALE	10								
A6	adattabilità alla sacca	DISCREZIONALE	5								
A7	caratteristiche miglioRative	DISCREZIONALE	10								
A8	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A9	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

MEDINAT — **Escluso in quanto il distacco della spirale è termomeccanico comandato elettricamente e non termico**

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Stabilità del cast	DISCREZIONALE	15								
A2	Sofficità	DISCREZIONALE	15								
A3	gamma forme e misure	LINEARE	5								
A4	affidabilità del distacco	DISCREZIONALE	10								
A6	adattabilità alla sacca	DISCREZIONALE	5								
A7	caratteristiche miglioRative	DISCREZIONALE	10								
A8	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A9	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Microspirali in platino per embolizzazione di aneurismi intracranici, con sistema di distacco meccanico. Le spirali devono essere stretch-resistant ed offrire ampia variabillità per quanto riguarda morfologie, misure e differenti gradi di morbidezza. Compatibili con micro da 0.017" a 0.025"

CROSSMED

Lotto 87											
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Stabilità del cast	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A2	Sofficità	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A3	gamma forme e misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	affidabilità del distacco	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A6	adattabilità alla sacca	DISCREZIONALE	5	5		5		5		5	1
A7	caratteristiche miglioRative	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A8	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A9	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										58	

MEDTRONIC

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Stabilità del cast	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A2	Sofficità	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A3	gamma forme e misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	affidabilità del distacco	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A6	adattabilità alla sacca	DISCREZIONALE	5	5		5		5		5	1
A7	caratteristiche miglioRative	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A8	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A9	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										70	

PHENOX

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Stabilità del cast	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A2	Sofficità	DISCREZIONALE	15	6	DISCRETO	6	DISCRETO	6	DISCRETO	6	0,4
A3	gamma forme e misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	affidabilità del distacco	DISCREZIONALE	10	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	SUFFICIENTE	2	0,2
A6	adattabilità alla sacca	DISCREZIONALE	5	5		5		5		5	1
A7	caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	10	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	0,4
A8	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A9	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										44	

Lotto 88	Microspirali in platino per embolizzazione di aneurismi intracranici, con sistema di distacco scheda termoelettrico. Le spirali devono essere stretch-resistant ed offrire ampia variabillità per quanto riguarda morfologie, misure e differenti gradi di morbidezza. Comptibili con micro da 0.017"

BALT — **Escluso in quanto il distacco della spirale è termico e non termoelettrico**

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Stabilità del cast	DISCREZIONALE	15								
A2	Sofficità	DISCREZIONALE	15								
A3	gamma forme e misure	LINEARE	5								
A4	affidabilità del distacco	DISCREZIONALE	10								
A6	adattabilità alla sacca	DISCREZIONALE	5								
A7	caratteristiche miglioRative	DISCREZIONALE	10								
A8	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A9	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

IMPLEMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Stabilità del cast	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A2	Sofficità	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A3	gamma forme e misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	affidabilità del distacco	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A6	adattabilità alla sacca	DISCREZIONALE	5	5		5		5		5	1
A7	caratteristiche miglioRative	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A8	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A9	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										68	

MEDINAT

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Stabilità del cast	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A2	Sofficità	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A3	gamma forme e misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	affidabilità del distacco	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	adattabilità alla sacca	DISCREZIONALE	5	5		5		5		5	1
A7	caratteristiche miglioRative	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A8	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A9	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										62	

Lotto 89

	STRYKER	Microspirali in platino per embolizzazione di aneurismi intracranici, con sistema di distacco elettrolitico. Le spirali devono essere stretch-resistant ed offrire ampia variabillità per quanto riguarda morfologie, misure e differenti gradi di morbidezza. Compatibili con diametro interno del microcatetere da 0,0165"										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Stabilità del cast	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A2	Sofficità	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A3	gamma forme e misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	affidabilità del distacco	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	adattabilità alla sacca	DISCREZIONALE	5	5		5		5		5	1
A7	caratteristiche miglioRative	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A8	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A9	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 90	
	Sistema per trombectomia meccanica per la rimozione di trombi in pazienti colpiti da ictus ischemico diametri 3/3.5 mm compatibile con microcatetere da 0.017"

CROSSMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

IMPLEMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggi**	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	8	DISCRET	8	DISCRE	8	DISCRE	8	0,4
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	8	DISCRET	8	DISCRE	8	DISCRE	8	0,4
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										44	

KASTER

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	0,2
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										42	

PHENOX

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										66	

STRYKER — **Escluso in quanto risponde con codici di stentretriever compatibili con lo 0.021 e non lo 0.017, come richiesto dal Capitolato.**

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20								
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20								
A3	gamma misure	LINEARE	20								
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 91	Sistema per trombectomia meccanica per la rimozione di trombi in pazienti colpiti da ictus ischemico diametri 4/4.5 mm compatibile con microcatetere da 0.017"

	BALT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	gamma misure	LINEARE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

	CROSSMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

	IMPLEMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

44

	PHENOX										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

66

Lotto 92

Sistema per trombectomia meccanica per la rimozione di trombi in pazienti colpiti da ictus ischemico diametri 3/3.5 mm compatibile con microcatetere da 0.021"

	CROSSMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

	KASTER										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	4	SUFFICIE	4	SUFFICI	4	SUFFICI	4	0,2
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	8	DISCRET	8	DISCRE	8	DISCRE	8	0,4
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										42	

	MEDTRONIC										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										66	

STRYKER

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 93	
	Sistema per trombectomia meccanica per la rimozione di trombi in pazienti colpiti da ictus ischemico diametri 4/4.5 mm compatibile con microcatetere da 0.021"

	CROSSMED										
IAPS				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

	KASTER										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	4	SUFFICIE	4	SUFFIC	4	SUFFIC	4	0,2
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	8	DISCRET	8	DISCRE	8	DISCRE	8	0,4
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										42	

	KEY MEDICAL										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										62	

	MEDTRONIC										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										66	

	PHENOX										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										66	

	STRYKER										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 94	Sistema per trombectomia meccanica per la rimozione di trombi in pazienti colpiti da ictus ischemico diametri 5 mm compatibile con microcatetere da 0.021"

BALT

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	gamma misure	LINEARE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

68

CROSSMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggi**	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

60

KASTER

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	0,2
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

42

MEDINAT

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

70

PHENOX

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

66

Lotto 95

Sistema per trombectomia meccanica per la rimozione di trombi in pazienti colpiti da ictus ischemico diametri 6 mm compatibile con microcatetere da 0.021

RALI

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	SIAPS
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	gamma misure	LINEARE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

68

CROSSMED

Caratteristiche		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,6
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

60

KARDIA

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

64

KASTER

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	0,2
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

42

MEDINAT

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

70

MEDTRONIC

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	1	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

66

PHENOX

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

66

STRYKER

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

70

Lotto 96	Sistema per trombectomia meccanica per la rimozione di trombi in pazienti colpiti da ictus ischemico diametri 5 mm compatibile con microcatetere da 0.027"

	CROSSMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	gamma misure	LINEARE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

68

	MEDTRONIC										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggi**	**note**
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

70

Lotto 97	Sistema per trombectomia meccanica per la rimozione di trombi in pazienti colpiti da ictus ischemico diametri 6 mm compatibile con microcatetere da 0.027"

	CROSSMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

60

	KARDIA										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	note
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

64

	MEDTRONIC										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

70

	STRYKER										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radioapcità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	gamma misure	LINEARE	20	20		20		20		20	1
A4	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

70

Lotto 98	

Sistema liquido embolizzante radiopaco non adesivo, viscosità compresa almeno tra 12 e 34 da utilizzare con microcateteri DMSO compatibili per la embolizzazione di malformazioni vascolari e neoplasie ipervascolari

	BALT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Controllo iniezione	DISCREZIONALE	25	25	ECCELLENTE	25	ECCELLENTE	25	ECCELLENTE	25	1
A3	gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

68

	BIOVASCULAR										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	note
A1	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A2	Controllo iniezione	DISCREZIONALE	25	10	DISCRET	10	DISCRE	10	DISCRE	10	0,4
A3	gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	2		2		2		2	0,4
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	1	SUFFICIENTE	1	SUFFICIENTE	1	SUFFICIENTE	1	0,2

48

	KASTER										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Controllo iniezione	DISCREZIONALE	25	10	DISCRETO	10	DISCRETO	10	DISCRETO	10	0,4
A3	gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	1	SUFFICIENTE	1	SUFFICIENTE	1	SUFFICIENTE	1	0,2

51

	MEDTRONIC										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Controllo iniezione	DISCREZIONALE	25	20	OTTIMO	20	OTTIMO	20	OTTIMO	20	1
A3	gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

65

Lotto 99											
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Radiopacità	DISCREZIONALE	20								
A2	Controllo iniezione	DISCREZIONALE	25								
A3	gamma misure	LINEARE	10								
A4	caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	5								
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 100	colla in cianoacrilato con indicazione d'uso per trattamento vascolari cerebrali										
	MEDICAL SERVICE			Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Controllo iniezione	DISCREZIONALE	25	25	ECCELLENTE	25	ECCELLENTE	25	ECCELLENTE	25	1
A3	gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A4	caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

Lotto 101	Sistema a rilascio totalmente o parzialmente intrasacculare per la diversione del flusso, indicato per il trattamento degli aneurismi cerebrali rotti e non rotti, composto come segue: A) Dispositivo intrasacculare diversore di flusso B) Microcatetere dedicato C) Dispositivo monouso per il distacco del dispositivo

	BALT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Navigazione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Posizionamento e rilascio	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Distacco	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

68

Lotto 102	

Stent carotideo autoespandibile a celle chiuse filamenti intrecciati, sistema monorail, diametro almeno da 6 a 9 mm, varie lunghezze

	ABBOTT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	2	OTTIMO	12	0,8
A4	Copertura della placca	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	10	8		8		8		8	0,8
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

57

	BOSTON										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	note
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A4	Copertura della placca	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1

70

Lotto 103

Stent carotideo autoespandibile a celle aperte in nitinol, sistema monorail, diametro almeno da 6 a 9 mm, varie lunghezze

	ABBOTT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A4	Copertura della placca	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

59

	CARDINAL										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	note
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIM	8	OTTIM	8	0,8
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	9	BUONO	9	BUON	9	BUON	9	0,6
A4	Copertura della placca	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIM	12	OTTIM	12	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	10	8		8		8		8	0,8
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1

53

	MEDTRONIC										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	9	BUONO	9	BUONO	9	BUONO	9	0,6
A4	Copertura della placca	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A5	Gamma misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

57

Lotto 104											
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	10								
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	10								
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15								
A4	Copertura della placca	DISCREZIONALE	15								
A5	Gamma misure	LINEARE	10								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 105	Dispositivi impiantabili per il coiling assistito di aneurismi di biforcazione a colletto largo. Struttura stent-like autoespandibile in nitinol, con sistema di contenimento delle spirali. Il sistema deve essere facilmente riposizionabile e/o ricatturabile, disponibile per colletti fino a circa 15 mm

	PHENOX										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A4	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 106	Dispositivi impiantabili per il coiling assistito di aneurismi di biforcazione a colletto largo. Struttura stent-like autoespandibile in nitinol, con corona ad effetto flow-diverter, che può contenere delle spirali ad apertura intra aneurismatica. Il sistema deve essere facilmente riposizionabile e/o ricatturabile, disponibile per colletti fino a circa 10 mm										
	PHENOX										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A4	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 107	Stent intracranico autoespandibile a celle aperte, in nitinol tagliato al laser, parzialmente recuperabile, provvisto di marker di posizionamento alle estremità prossimale e distale. Differenti diametri e lunghezze. Compatibile con microcatetere da circa 0.017"										
	PHENOX										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A4	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 108	Stent intracranico autoespandibile a celle chiuse, in nitinol braided, parzialmente recuperabile, provvisto di marker di posizionamento alle estremità prossimale e distale. Differenti diametri e lunghezze. Compatibile con microcatetere da circa 0.017"

	BALT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A4	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

	CROSSMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A4	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

Lotto 109	Stent intracranico autoespandibile a celle chiuse, in nitinol braided, parzialmente recuperabile, provvisto di marker di posizionamento alle estremità prossimale e distale. Differenti diametri e lunghezze. Compatibile con microcatetere da 0.021"

	BALT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A4	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

68

	CROSSMED	Sono ammessi solo i codici 01-001193 01-001194 01-001195 01-001196 in quanto compatibili con microcatetere da 0.021 come da richiesta del Capitolato									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A4	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

60

	IMPLEMED	Sono ammessi solo i codici 213015-CAS 213025-CAS 213041-CAS 214035-CAS 214049-CAS quanto compatibili con microcatetere da 0.021 come da richiesta del Capitolato									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A4	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

57

	MEDTRONIC	Sono ammessi solo i codici SAB-3-20 SAB-3-30 SAB-4-15 SAB4-20 SAB-4-30 SAB4-30 SAB-4-40 quanto compatibili con microcatetere da 0.021 come da richiesta del Capitolato									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A4	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

63

Lotto 110	Stent intracranico autoespandibile a celle chiuse, in nitinol tagliato al laser, parzialmente recuperabile, provvisto di marker di posizionamento alle estremità prossimale e distale. Differenti diametri e lunghezze. Compatibile con microcatetere da 0.021"a 0.025"										
	CROSSMED	Sono ammessi solo i codici 01-001193 01-001194 01-001195 01-001196 in quanto compatibili con microcatetere da 0.021 come da richiesta del Capitolato									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A4	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										60	

	MEDINAT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A4	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										62	

Lotto 111	Stent intracranico autoespandibile a celle aperte, in nitinol, provvisto di marker di posizionamento alle estremità prossimale e distale. Compatibile con microcateteri da 0,0165". Differenti diametri e lunghezze.

	PHENOX										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A4	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

	STRYKER										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A4	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 112											
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	20								
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	20								
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15								
A4	Gamma misure	LINEARE	5								
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

Lotto 113	Stent intracranici autoespandibili non distaccabili, per il trattamento del vasospasmo. Lo stent deve essere compatibile con i microcateteri da 0,0165". Lo spingitore dello stent deve presentare calibro di 0,014" circa, compatibile con cateteri a scambio rapido tipo "monorail"										
	PHENOX										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e profilo	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Precisione al rilascio	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A3	Adattabilità al vaso	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A4	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A5	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A6	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 114	Stent a diversione di flusso autoespandibile in cromo-cobalto, ad elevata copertura delle superfici vasali e del colletto dell'aneurisma, per progressiva esclusione della lesione dal circolo. Lo stent deve essere parzialmente recuperabile e compatibile con micro da 0.027"

	IMPLEMED	ESCLUSO in quando offre stent in nitinol e non in cromo-cobalto come da richiesta del Capitolato									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	15								
A3	Gamma misure	LINEARE	5								
A4	Elenco pubblicazionie risultati	DISCREZIONALE	5								
A5	Caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

	MEDTRONIC										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A3	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Elenco pubblicazionie risultati	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A5	Caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										70	

	STRYKER										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	15	6	DISCRETO	6	DISCRETO	6	DISCRETO	6	0,4
A3	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Elenco pubblicazionie risultati	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
A5	Caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										43	

Lotto 115	Stent a diversione di flusso autoespandibile in Nitinol, ad elevata copertura delle superfici e del colletto dell'aneurisma, per progressiva esclusione della lesione dal circolo. Lo stent deve essere totalmente recuperabile e compatibile con micro da 0.027"

	CROSSMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A3	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Elenco pubblicazionie risultati	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

68

	IMPLEMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIM	16	OTTIM	16	0,8
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIM	12	OTTIM	12	0,8
A3	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Elenco pubblicazionie risultati	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A5	Caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1

61

Lotto 116	Stent a diversione di flusso autoespandibile in Nitinol, ad elevata copertura delle superfici e del colletto dell'aneurisma, per progressiva esclusione della lesione dal circolo. Lo stent deve essere parzialmente recuperabile, avere la guida-spingitore indipendente e compatibile con micro da 0.021"

	CROSSMED	Esclusa in quanto non presenta lo spingitore indipendente come richiesta dal capitolato									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	15								
A3	Gamma misure	LINEARE	5								
A4	Elenco pubblicazionie risultati	DISCREZIONALE	5								
A5	Caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

	IMPLEMED	Esclusa in quanto non presenta lo spingitore indipendente come richiesta dal capitolato									
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	note
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20								
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	15								
A3	Gamma misure	LINEARE	5								
A4	Elenco pubblicazionie risultati	DISCREZIONALE	5								
A5	Caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15								
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5								
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5								

	PHENOX										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	SIAPS
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A3	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Elenco pubblicazionie risultati	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1

Lotto 117	Stent a diversione di flusso autoespandibile in Nitinol o cromo-cobalto, ad elevata copertura delle superfici vasali e del colletto dell'aneurisma, per progressiva esclusione della lesione dal circolo. Lo stent deve essere parzialmente recuperabile e compatibile con micro da 0.021"

BALT

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A3	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Elenco pubblicazionie risultati	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

CROSSMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A3	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Elenco pubblicazionie risultati	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A5	Caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										68	

IMPLEMED

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A3	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Elenco pubblicazionie risultati	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										61	

MEDTRONIC

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A3	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Elenco pubblicazionie risultati	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

PHENOX

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A3	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Elenco pubblicazionie risultati	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										70	

Lotto 118	
	Stent a diversione di flusso autoespandibile in Nitinol, ad elevata copertura delle superfici vasali e del colletto dell'aneurisma, per progressiva esclusione della lesione dal circolo. Lo stent deve essere parzialmente recuperabile e compatibile con micro da 0.017"

	BALT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	**note**	**Punteggio attribuito**	
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A3	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Elenco pubblicazionie risultati	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A5	Caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
										68	

	CROSSMED										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		**Metodo di Valutazione**	**Punti Max**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggio**	**note**	**Punteggi**	**note**
A1	Navigazione e pushability	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A2	Radiopacità	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A3	Gamma misure	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A4	Elenco pubblicazionie risultati	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A5	Caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A6	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A7	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
										68	

Lotto 119		Filtro per stent carotideo									
	ABBOTT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A2	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A4	Gamma forma e misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A5	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	4	DISCRET	4	DISCRE	4	DISCRE	4	0,4
A6	Navigabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A7	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
										47	

	BOSTON										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	note
A1	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A2	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLE	20	ECCELL	20	ECCELL	20	1
A4	Gamma forma e misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A5	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Navigabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	1'	ECCELLENTE	10	1
A7	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
										70	

	CARDINAL										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A2	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	DISCRETO	8	0,4
A4	Gamma forma e misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A5	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	0,4
A6	Navigabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A7	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	6	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
										48	

	MEDTRONIC										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A2	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Radiopacità	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A4	Gamma forma e misure	LINEARE	10	10		10		10		10	1
A5	Resistenza al kinking	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Navigabilità	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A7	Atraumaticità	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	10	1
										66	

Kit per vertebroplastica contenente cemento (PMMA) spinale radiopaco ad alta viscosità completo di aghi introduttori minuri e lunghezze varie, aghi da biopsia, accessori per minimizzare l'esposizione RX e strumenti per miscelazione e iniezione senza aspirazione o inalazione dei vapori derivanti dalla miscelazione (sistema chiuso). Il cemento deve essere immediatamente utilizzabile con assenza di fase liquida, e mantenere la fase viscosa iniettabile per almeno 15 minuti.

POS 1
Lotto 120

ACTA SRL

Caratteristiche professionali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Orofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	NOTE
A1	Campioni di Vertebroplastica	LORDARE	5	5		5		5		5	1
A2	Fornitura aghi biopsia	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Sistema chiuso	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Manipolazione del cemento	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Tempi di consegna	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A6	Materiali e strumenti per minimizzare l'esposizione ai vapori di monomero durante la fase di miscelazione e iniezione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A7	Valore tecnico	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
										70	

BIOMEDICA

Caratteristiche professionali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Orofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	note
A1	Campioni di Vertebroplastica	LORDARE	5	4		4		4		4	0,8
A2	Fornitura aghi biopsia	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Sistema chiuso	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Manipolazione del cemento	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Tempi di consegna	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A6	Materiali e strumenti per minimizzare l'esposizione ai vapori di monomero durante la fase di miscelazione e iniezione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A7	Valore tecnico	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
										65	

EUROPA TRADING

Caratteristiche professionali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Orofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Campioni di Vertebroplastica	LORDARE	5	4		4		4		4	0,8
A2	Fornitura aghi biopsia	DISCREZIONALE	5	4	OTTIMO	4	OTTIMO	4	OTTIMO	4	0,8
A3	Sistema chiuso	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Manipolazione del cemento	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A5	Tempi di consegna	DISCREZIONALE	5	3	BUONO	3	BUONO	3	BUONO	3	0,6
A6	Materiali e strumenti per minimizzare l'esposizione ai vapori di monomero durante la fase di miscelazione e iniezione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A7	Valore tecnico	DISCREZIONALE	15	6	DISCRETO	6	DISCRETO	6	DISCRETO	6	0,4
										45	

HB HOSPITAL

Caratteristiche professionali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Orofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Campioni di Vertebroplastica	LORDARE	5	4		4		4		4	0,8
A2	Fornitura aghi biopsia	DISCREZIONALE	5	4	OTTIMO	4	OTTIMO	4	OTTIMO	4	0,8
A3	Sistema chiuso	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Manipolazione del cemento	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A5	Tempi di consegna	DISCREZIONALE	5	3	BUONO	3	BUONO	3	BUONO	3	0,6
A6	Materiali e strumenti per minimizzare l'esposizione ai vapori di monomero durante la fase di miscelazione e iniezione	DISCREZIONALE	20	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	OTTIMO	16	0,8
A7	Valore tecnico	DISCREZIONALE	15	6	DISCRETO	6	DISCRETO	6	DISCRETO	6	0,4
										45	

THOMSON

Caratteristiche professionali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Orofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Campioni di Vertebroplastica	LORDARE	5	5		5		5		5	1
A2	Fornitura aghi biopsia	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Sistema chiuso	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Manipolazione del cemento	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Tempi di consegna	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A6	Materiali e strumenti per minimizzare l'esposizione ai vapori di monomero durante la fase di miscelazione e iniezione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A7	Valore tecnico	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
										70	

MEDITALIA

Prescinde ovviamente a merito la verifica di conformità e non sarà ammessa alcuna richiesta di Capitolato Speciale

Caratteristiche professionali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Orofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	note
A1	Campioni di Vertebroplastica	LORDARE	5								
A2	Fornitura aghi biopsia	DISCREZIONALE	5								
A3	Sistema chiuso	DISCREZIONALE	10								
A4	Manipolazione del cemento	DISCREZIONALE	10								
A5	Tempi di consegna	DISCREZIONALE	5								
A6	Materiali e strumenti per minimizzare l'esposizione ai vapori di monomero durante la fase di miscelazione e iniezione	DISCREZIONALE	20								
A7	Valore tecnico	DISCREZIONALE	15								

MEDTRONIC

Caratteristiche professionali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Orofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	note
A1	Campioni di Vertebroplastica	LORDARE	5	5		5		5		5	1
A2	Fornitura aghi biopsia	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Sistema chiuso	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Manipolazione del cemento	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Tempi di consegna	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A6	Materiali e strumenti per minimizzare l'esposizione ai vapori di monomero durante la fase di miscelazione e iniezione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A7	Valore tecnico	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
										70	

MERIT MEDICAL

Caratteristiche professionali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Orofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Campioni di Vertebroplastica	LORDARE	5	5		5		5		5	1
A2	Fornitura aghi biopsia	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Sistema chiuso	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A4	Manipolazione del cemento	DISCREZIONALE	10	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	OTTIMO	8	0,8
A5	Tempi di consegna	DISCREZIONALE	5	4	OTTIMO	4	OTTIMO	4	OTTIMO	4	0,8
A6	Materiali e strumenti per minimizzare l'esposizione ai vapori di monomero durante la fase di miscelazione e iniezione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A7	Valore tecnico	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
										60	

STRYKER

Caratteristiche professionali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Orofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	
A1	Campioni di Vertebroplastica	LORDARE	5	5		5		5		5	1
A2	Fornitura aghi biopsia	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Sistema chiuso	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A4	Manipolazione del cemento	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A5	Tempi di consegna	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A6	Materiali e strumenti per minimizzare l'esposizione ai vapori di monomero durante la fase di miscelazione e iniezione	DISCREZIONALE	20	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	ECCELLENTE	20	1
A7	Valore tecnico	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
										70	

POS 2, Lotto 121

Sistema a RF per l'ablazione delle metastasi vertebrali composto da: generatore RF in uso gratuito e sonda monouso dedicata. Il generatore deve essere dotato di display per il monitoraggio della temperatura di ablazione, regolazione della potenza e misurazione dell'impedenza. La sonda deve consentire approccio monopeduncolare mediante punta non curvabile o curvabile esternamente dall'operatore. Il sistema deve essere integrato con kit per vertebroplastica completo di cemento ed eventuali altri acessori per effettuare la procedura.

	MEDIFOR										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	SIAPS
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A2	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Manegevolezza del sistema	DISCREZIONALE	5	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	DISCRETO	2	0,4
A4	Studi clinici e letteratura scientifica internazionale a supporto dell'efficacia del sistema offerto	DISCREZIONALE	15	6	DISCRETO	6	DISCRERO	6	DISCRETO	6	0,4
A5	Viscosità del cemento	DISCREZIONALE	10	4	DISCRET	4	DISCRE	4	DISCRE	4	0,4
A6	Altre caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	10	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	0,4
A7	Completezza del kit	DISCREZIONALE	10	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	0,4
A7	Presenza di termocoppie integrate	on/off	10	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	DISCRETO	4	0,4
			70							32	

	MEDTRONIC										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristic		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggio	note	Punteggi	note
A1	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A2	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Manegevolezza del sistema	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A4	Studi clinici e letteratura scientifica	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A5	Viscosità del cemento	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Altre caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A7	Completezza del kit	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A7	Presenza di termocoppie integrate	on/off	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
										70	

	MERIT										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A2	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Manegevolezza del sistema	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A4	Studi clinici e letteratura scientifica internazionale a supporto dell'efficacia del sistema offerto	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A5	Viscosità del cemento	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Altre caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A7	Completezza del kit	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A7	Presenza di termocoppie integrate	on/off	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
										70	

POS 3, lotto 122 **Kit per radiofrequenza per terapia antalgica osto-articolare e denervazione transitoria e/o lesione, composto da ago graduato e elettrodo con cavo da connettere a generatore (in comodato d'uso)**

	MEDICAL SERVICE										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note
A1	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A2	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Manegevolezza	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A4	Studi clinici e letteratura scientifica internazionale a supporto dell'efficacia del sistema offerto	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A5	Altre caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A6	Completezza del kit	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
										68	

	MEDIFOR										
				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	3		3		3		3	0,6
A2	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Manegevolezza	DISCREZIONALE	15	6	DISCRET	6	DISCRE	6	DISCRE	6	0,4
A4	Studi clinici e letteratura scientifica	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A5	Altre caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15	6	DISCRET	6	DISCRE	6	DISCRE	6	0,4
A6	Completezza del kit	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
										47	

SVAS

				Leone		Onofaro		Barbato		TOTALE	
Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A2	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Manegevolezza	DISCREZIONALE	15	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	OTTIMO	12	0,8
A4	Studi clinici e letteratura scientifica internazionale a supporto dell'efficacia del sistema offerto	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A5	Altre caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A6	Completezza del kit	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
										67	

POS4 Lotto 123	sistema per il trattamento percutaneo delle fratture vertebrali con sistema di riespansione endovertebrale metallico di misure variabili associato a cemento PMMA

HD HOSPITAL

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Leone Punteggio attribuito	note	Onofaro Punteggio attribuito	note	Barbato Punteggio attribuito	note	TOTALE Punteggio attribuito	SIAPS
A1	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	4		4		4		4	0,8
A2	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	4	OTTIMO	4	OTTIMO	4	OTTIMO	4	0,8
A3	Manegevolezza del sistema	DISCREZIONALE	5	3	BUONO	3	BUONO	3	BUONO	3	0,6
A4	Studi clinici e letteratura scientifica internazionale a supporto dell'efficacia del sistema offerto	DISCREZIONALE	15	9	BUONO	9	BUONO	9	BUONO	9	0,6
A5	Viscosità del cemento	DISCREZIONALE	10	2	SUFFICIE	2	SUFFICI	2	SUFFICI	2	0,2
A6	Altre caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
A7	Meccanismo di espansione	DISCREZIONALE	10	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	SUFFICIENTE	4	0,4
A7	Completezza del kit	DISCREZIONALE	10	6	BUONO	6	BUONO	6	BUONO	6	0,6
										38	

JHONSON

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A2	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A3	Manegevolezza del sistema	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLE	5	ECCELL	5	ECCELL	5	1
A4	Studi clinici e letteratura scientifica	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLE	15	ECCELL	15	ECCELL	15	1
A5	Viscosità del cemento	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A6	Altre caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLE	10	ECCELL	10	ECCELL	10	1
A7	Meccanismo di espansione	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A7	Completezza del kit	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
										70	

STRYKER

Caratteristiche preferenziali		Metodo di Valutazione	Punti Max	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	note	Punteggio attribuito	
A1	Servizio Post-Vendita (scheda 3)	LINEARE	5	5		5		5		5	1
A2	Follow-up ditta (scheda 4)	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A3	Manegevolezza del sistema	DISCREZIONALE	5	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	ECCELLENTE	5	1
A4	Studi clinici e letteratura scientifica internazionale a supporto dell'efficacia del sistema offerto	DISCREZIONALE	15	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	ECCELLENTE	15	1
A5	Viscosità del cemento	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A6	Altre caratteristiche migliorative	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A7	Meccanismo di espansione	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
A7	Completezza del kit	DISCREZIONALE	10	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	ECCELLENTE	10	1
										70	