



Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona Scuola Medica Salernitana

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato - Sistema per la gestione del farmaco per le esigenze della U.Ma.C.A. - Valutazione Manifestazioni ricevute.

Con riferimento all'oggetto, si premette quanto segue:

- In data 27.01.2021 è stata pubblicata sulla piattaforma SIAPS di So.Re.Sa. Spa la consultazione preliminare di mercato in oggetto, finalizzata alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara (ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, ss.mm.ii.), per la fornitura di un sistema per la gestione del farmaco per le esigenze della U.Ma.CA.;
- Entro il termine previsto (12.02.2021) hanno presentato offerta gli operatori economici di seguito indicati unitamente agli estremi del registro di sistema della piattaforma SIAPS:
 - Daedalus Spa, P.Iva 05994810488 – Registro di Sistema PI007080-21;
 - BiMind Srl, P.Iva 02410080424 – Registro di Sistema PI008525-21;
 - Innogea Srl, P.Iva 05270820821 – Registro di Sistema PI008717-21;

Esaminata la documentazione esibita, si da atto che tutti gli operatori sono in possesso dei requisiti richiesti al punto 6. della consultazione in oggetto;

All'esito della valutazione delle piattaforme software proposte nelle manifestazioni pervenute alla consultazione in oggetto, esaminati il contenuto delle singole istanze e degli atti tecnici a corredo, si formulano le seguenti osservazioni:

- La Ditta Innogea srl non ha fornito alcun elemento utile alla identificazione e alla valutazione della piattaforma software proposta, né ha fornito riscontro alla conseguente richiesta di chiarimenti da parte di questa stazione appaltante;
- La Ditta BiMind srl ha proposto una piattaforma software (marca BiMind mod. Human – Human Therapy e Human Pharmacy) certificata in classe I, ai sensi della Direttiva 93/42/CEE emendata dalla Direttiva 2007/47/CE, e pertanto non conforme a quanto richiesto nella consultazione in oggetto;
- La Ditta DEDALUS ITALIA SPA ha proposto una piattaforma software (marca SAGO S.R.L. mod. Farmasafe) certificata in classe Iib, ai sensi della Direttiva 93/42/CEE emendata dalla Direttiva 2007/47/CE, e pertanto conforme a quanto richiesto nella consultazione in oggetto.

È opportuno precisare, al riguardo, che la volontà della stazione appaltante di acquisire un software in classe Iib è motivata dall'esigenza di installare una piattaforma che abbia una classe di rischio conforme a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/745 in applicazione del quale il software destinato a fornire informazioni utilizzate per prendere decisioni a fini diagnostici o terapeutici rientra nelle classi IIa o Iib o III a seconda degli effetti che tali decisioni hanno sulla salute del paziente e del grado di autonomia del software rispetto alla partecipazione dell'utilizzatore nelle decisioni.

Il Direttore
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il Direttore
UOC Sistemi Informativi Aziendali

Il Direttore
UOC Ingegneria Clinica